

GARA D'APPALTO, A MEZZO PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA PER UN PERIODO DI 2 ANNI DI "AGHI SPECIALI" IN FABBRICAZIONE ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE VENETO

**VERBALE DELL'11/01/2012
SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Il giorno 11 del mese di gennaio dell'anno 2012, alle ore 9,45 presso la sede del Centro Regionale Acquisti per la Sanità, Palazzo Molin, S. Polo 2514 - Venezia, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata di valutare le offerte presentate dai concorrenti ammessi alla gara d'appalto a procedura aperta per la fornitura, per un periodo di due anni, di Aghi Speciali in fabbricazione Aziende Sanitarie della Regione Veneto, indetta con la D.G.R.V. n. 753 del 7 giugno 2011.

La Commissione, nominata con decreto del Dirigente Regionale della Direzione Controlli e Governo SSR n. 78 del 04/10/2011, risulta così composta:

- **Presidente:**
Dott.ssa Daniela Barzan
Direttore U.O.C. Farmacia Ospedaliera - Azienda ULSS 13 di Mirano
- **Componenti:**
 - *Sig.ra Nazarena Merlo*
Responsabile Infermieristica Tecnica del Dipartimento Oncologico - Azienda ULSS 18 di Rovigo
 - *Dot. Vinicio Danzi*
Dirigente S.S.O.D. Terapia Intensiva Polivalente - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

La Commissione prende atto che, in esito alle sedute pubbliche di gara in data 05/10/2011 e 16/12/2011, i seguenti candidati sono stati ammessi al proseguo della gara, a seguito del riscontro positivo della documentazione amministrativa e tecnica presentata dai medesimi a corredo dell'offerta, come risulta dai verbali dell'Ufficio Rogante dei quali viene data lettura:

- 1) AXEL S.r.l. con sede in Viadana (MN);
- 2) H.S. HOSPITAL SERVICE S.p.A. con sede in Aprilia (LT);
- 3) MULTIMEDICAL S.r.l. con sede in Viadana (MN);
- 4) DKSLOVERSSAN S.p.A. con sede in Gemonio (VA);
- 5) MED ITALIA BIOMEDICA S.r.l. con sede in Genova;
- 6) SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l. con sede in Latina Scalo (LT);
- 7) BARD S.p.A. con sede in Roma;
- 8) VYGGON ITALIA S.r.l. con sede in Padova;
- 9) MEDICA VALEGGIA S.p.A. con sede in Padova;
- 10) GEPA S.r.l. con sede in Milano;
- 11) CLINI-LAB S.r.l. con sede in Conselve (PD);

- 12) DISTRIBUTORI ARTICOLI SANITARI S.r.l. con sede in Torino;
- 13) HOSPITAL PROGRAMS S.r.l. con sede in Milano;
- 14) AIR LIQUID MEDICAL SYSTEMS S.p.A. con sede in Milano;
- 15) PROMED S.r.l. con sede in Dosson di Casier (TV);
- 16) ARTSANA S.p.A. con sede in Grandate (CO);
- 17) VIGEO S.r.l. con sede in Virgilio (MN);
- 18) STERYLAB S.r.l. con sede in Rho (MI);
- 19) MOVI S.p.A. con sede in Milano;
- 20) BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A. con sede in Buccinasco (MI);
- 21) B. BRAUN MILANO S.p.A. con sede in Milano;
- 22) BIOPSYBELL S.r.l. con sede in Mirandola (MO);
- 23) DELTA MED S.r.l. con sede in Viadana (MN);
- 24) KERNA ITALIA S.r.l. con sede in Casale sul Sile (TV);
- 25) VE.DI.SE. HOSPITAL S.p.A. con sede in Roma.

Il Presidente, quindi, consegna alla Commissione le Buste B "Documentazione Tecnica" dei venticinque concorrenti ammessi, custodite - unitamente ai plichi riportanti all'esterno la dicitura "contiene campionatura" - in luogo sicuro e protetto, presso la sede del Centro Regionale Acquisti per la Sanità.

La Commissione, preliminarmente alla disamina della documentazione contenuta nelle buste B, procede con una approfondita lettura dell'Allegato 1 al Disciplinare di gara "Capitolato Tecnico", contenente le specifiche tecniche dei prodotti richiesti con la presente gara d'appalto, LOTTO per LOTTO, al fine di valutare i prodotti ammessi sotto il profilo della conformità dei medesimi ai requisiti ivi prescritti.

Vengono quindi letti i contenuti dell'Allegato 2 al Disciplinare di Gara "Elementi per la formulazione dell'offerta" e, in particolare, la Commissione prende atto che - con riferimento ai LOTTI costituiti da più sub LOTTI - l'aggiudicazione dei medesimi avverrà per LOTTO completo. Pertanto, anche con riferimento alla conformità dei prodotti ai requisiti prescritti nel Capitolato Tecnico, la stessa dovrà essere valutata per LOTTO completo.

La Commissione procede, quindi, con la disamina della documentazione tecnica contenuta nelle buste B delle ditte ammesse, LOTTO per LOTTO, e con la valutazione di conformità dei prodotti offerti alle prescrizioni del Capitolato Tecnico di gara.

LOTTO 1 - AGO DI HUBER

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- AXEL S.r.l. conforme
- SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l. conforme

- BARD S.p.A. conforme
- VIGEO S.r.l. conforme
- STERYLAB S.r.l. conforme
- B. BRAUN MILANO S.p.A. conforme

LOTTO 2 SUB A - AGO DI HUBER A SINGOLA VIA DI INFUSIONE CON PROLUNGA

Con riferimento al SUB LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Dite ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- AXEL S.r.l. conforme
- MULTIMEDICAL S.r.l. conforme
- DKS LOVERSAN S.p.A. conforme
- SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l. conforme
- BARD S.p.A. La ditta presenta lo stesso prodotto offerto per il LOTTO 2 SUB B (ago di Huber a doppia via di infusione)

- VIGEO S.r.l. conforme
- STERYLAB S.r.l. conforme
- B. BRAUN MILANO S.p.A. conforme

LOTTO 2 SUB B - AGO DI HUBER A DOPPIA VIA DI INFUSIONE CON PROLUNGA

Con riferimento al SUB LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Dite ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- AXEL S.r.l. conforme
- MULTIMEDICAL S.r.l. conforme
- DKS LOVERSAN S.p.A. conforme
- SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l. conforme
- BARD S.p.A. conforme
- VIGEO S.r.l. conforme
- STERYLAB S.r.l. conforme
- B. BRAUN MILANO S.p.A. conforme

LOTTO 3 SUB A - AGO DI HUBER CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA A SINGOLA VIA DI INFUSIONE CON PROLUNGA

Con riferimento al SUB LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Dite ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- DKS LOVERSAN S.p.A. conforme

- SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l. conforme
- BARD S.p.A. conforme
- B. BRAUN MILANO S.p.A. conforme

LOTTO 3 SUB B - AGO DI HUBER CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA A DOPPIA VIA DI INFUSIONE CON PROLUNGA

Con riferimento al SUB LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Dite ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- DKS LOVERSAN S.p.A. conforme
- SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l. conforme
- BARD S.p.A. conforme
- B. BRAUN MILANO S.p.A. conforme

LOTTO 4 SUB A - AGO SEMI-AUTOMATICO PER BIOPSIA TRANCIANTE A GHIGLIOTTINA

Con riferimento al SUB LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Dite ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- H.S. HOSPITAL SERVICE S.p.A. conforme
- VIGEO S.r.l. conforme
- STERYLAB S.r.l. conforme
- BIOPSYBELL S.r.l. conforme
- KERNNA ITALIA S.r.l. conforme
- VE.DI.SE. HOSPITAL S.p.A. conforme

LOTTO 4 SUB B - AGO GUIDA PER AGO SEMI-AUTOMATICO PER BIOPSIA TRANCIANTE A GHIGLIOTTINA

Con riferimento al SUB LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Dite ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- H.S. HOSPITAL SERVICE S.p.A. conforme
- VIGEO S.r.l. conforme
- STERYLAB S.r.l. conforme
- BIOPSYBELL S.r.l. conforme
- KERNNA ITALIA S.r.l. conforme
- VE.DI.SE. HOSPITAL S.p.A. conforme

LOTTO 5 - AGO AUTOMATICO PER BIOPSIA TRACCIANTE A GHIGLIOTTINA DA USARE CON DISPOSITIVO AUTOMATICO RIUTILIZZABILE
Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Dite ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- H.S. HOSPITAL SERVICE S.p.A. conforme
- MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l. conforme
- BARD S.p.A. conforme
- HOSPITAL PROGRAMS S.r.l. conforme

il prodotto offerto; con riferimento invece al dispositivo automatico riutilizzabile, (richiesto in conto/visione dalla Stazione Appaltante ai fini della valutazione del prodotto offerto dalle ditte per il LOTTO 5), la scheda tecnica allegata si riferisce ad altro apparecchio e, in particolare, all'apparecchio per elettro-neurostimolazione, richiesto in conto/visione dalla Stazione Appaltante ai fini della valutazione del LOTTO 24 (AGO PER BLOCCO DI PLESSO)

- VIGEO S.r.l. conforme
- STERYLAB S.r.l. conforme
- MOVI S.p.A. conforme

La Commissione, unanimemente, per le motivazioni di cui sopra, si riserva di provvedere all'apertura del plico contenente la campionatura presentata dalla ditta HOSPITAL PROGRAMS S.r.l., al fine di verificare le effettive caratteristiche dell'apparecchio contenuto al suo interno.

LOTTO 6 - SISTEMA AUTOMATICO PER BIOPSIA TRACCIANTE A GHIGLIOTTINA MONOUSO

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Dite ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- H.S. HOSPITAL SERVICE S.p.A. conforme e si penetrazione
- BARD S.p.A. conforme e si penetrazione
- VIGEO S.r.l. conforme e si penetrazione
- STERYLAB S.r.l. dalle schede tecniche del prodotto offerto non è possibile rilevare se l'ago abbia una capacità di penetrazione fino a 20-22 mm, come prescritto nell'Allegato I al Disciplinare di gara.
- BIOPSYBELL S.r.l. dalle schede tecniche del prodotto offerto non è possibile rilevare se l'ago abbia una capacità di

- penetrazione fino a 20-22 mm, come prescritto nell'Allegato I al Disciplinare di gara.
- KERNATALLA S.r.l. conforme si penetrazione
 - VE.DI.SE. HOSPITAL S.p.A. conforme si penetrazione

La Commissione, unanimemente, per le motivazioni di cui sopra, si riserva di provvedere all'apertura dei plichi contenenti le campionature presentate dalle ditte STERYLAB S.r.l. e BIOPSYBELL S.r.l. per il LOTTO 6, per verificare se al loro interno vi sia l'informazione relativa alla capacità di penetrazione dell'ago, tale da permettere di dichiarare i prodotti offerti conformi alle prescrizioni del Capitolato Tecnico di gara.

LOTTO 7 - AGO PER ASPIRAZIONE CITOLOGICA TIPO CHIBA

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Dite ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- H.S. HOSPITAL SERVICE S.p.A. conforme
- MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l. conforme
- VIGEO S.r.l. conforme
- STERYLAB S.r.l. conforme
- MOVI S.p.A. dalle schede tecniche del prodotto offerto risulta che l'ago presenta le misure G 20 e G 22, mentre il Capitolato tecnico di gara prescriveva le seguenti misure: G 18, G 22 e misure intermedie;

- BIOPSYBELL S.r.l. conforme
- KERNATALLA S.r.l. conforme
- VE.DI.SE. HOSPITAL S.p.A. conforme

La Commissione, unanimemente, per le motivazioni di cui sopra, dichiara non conforme alle prescrizioni del Capitolato Tecnico di gara il prodotto offerto dalla ditta MOVI S.p.A. con riferimento al LOTTO 7, in quanto carente sia della misura G18, richiesta da Capitolato, sia della misura più vicina (G19). La ditta MOVI S.p.A. pertanto viene esclusa dal proseguo della gara con riferimento al prodotto offerto per il LOTTO 7.

LOTTO 8 - AGO PER ASPIRAZIONE CITOLOGICA TIPO CHIBA AMNIOCENTESI E VILLOCENTESI

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Dite ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- H.S. HOSPITAL SERVICE S.p.A. Conforme.

- HOSPITAL PROGRAMS S.r.l. Dalle schede tecniche del prodotto offerto risulta che l'ago presenta le generiche misure "da 16 G a 26 G", mentre il Capitolato tecnico di gara prescriveva il G 18, il G 22 e misure intermedie;
- VIGEO S.r.l. Conforme;
- STERYLAB S.r.l. Diversamente da quanto prescritto nel Capitolato tecnico di gara, la scheda tecnica del prodotto offerto non presenta l'indicazione d'uso "per villocentesi";
- BIOPSYBELL S.r.l. Conforme;
- KERNA ITALIA S.r.l. Conforme.

La Commissione, unanimemente, per le motivazioni di cui sopra:

- si riserva di provvedere all'apertura del plico contenente la campionatura presentata dalla ditta HOSPITAL PROGRAMS S.r.l. per il LOTTO 8, per verificare se al suo interno vi sia l'informazione puntuale relativamente ai Gauge presenti a catalogo, tale da permettere di dichiarare il prodotto offerto conforme alle prescrizioni del Capitolato Tecnico di gara;
- dichiara non conforme alle prescrizioni del Capitolato Tecnico di gara il prodotto offerto dalla ditta STERYLAB S.r.l. con riferimento al LOTTO 8, in quanto la mancata indicazione in Scheda tecnica dell'indicazione d'uso "per villo centesi" costituisce una grave irregolarità. La ditta STERYLAB S.r.l. pertanto viene esclusa dal proseguo della gara con riferimento al prodotto offerto per il LOTTO 8.

LOTTO 9 - AGO MANUALE PER BIOPSIA PER ASPIRAZIONE IN TESSUTI MOLLI SECONDO LA METODICA MENGHINI

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Dite ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- H.S. HOSPITAL SERVICE S.p.A. Conforme;
- VIGEO S.r.l. Dalle schede tecniche del prodotto offerto risulta che l'ago presenta le misure G 16, 17, 18, e 20, mentre il Capitolato tecnico di gara prescriveva il G 16, il G 21 e misure intermedie;
- STERYLAB S.r.l. Conforme;
- BIOPSYBELL S.r.l. Conforme;
- KERNA ITALIA S.r.l. Conforme;

La Commissione, unanimemente, per le motivazioni di cui sopra, dichiara comunque conforme alle prescrizioni del Capitolato Tecnico di gara il prodotto offerto dalla ditta VIGEO S.r.l. con riferimento al LOTTO 9, in quanto il gauge mancante (il prodotto è carente del G 21 ma presenta il G 20, con uno scarto di un solo gauge), è considerato trascurabile ai fini del buon utilizzo del dispositivo.

LOTTO 10 - AGO SEMI-AUTOMATICO PER BIOPSIA PER ASPIRAZIONE IN TESSUTI MOLLI SECONDO LA METODICA MENGHINI

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Dite ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- H.S. HOSPITAL SERVICE S.p.A. Conforme;
- HOSPITAL PROGRAMS S.r.l. Dalle schede tecniche del prodotto offerto risulta che l'ago presenta le generiche misure "da 14 G a 25 G", mentre il Capitolato tecnico di gara prescriveva il G 16, il G 21 e misure intermedie;
- STERYLAB S.r.l. Conforme;
- BIOPSYBELL S.r.l. Conforme;
- KERNA ITALIA S.r.l. Conforme.

La Commissione, unanimemente, per le motivazioni di cui sopra, si riserva di provvedere all'apertura del plico contenente la campionatura presentata dalla ditta HOSPITAL PROGRAMS S.r.l. per il LOTTO 10, per verificare se al suo interno vi sia l'informazione puntuale relativamente ai Gauge presenti a catalogo, tale da permettere di dichiarare il prodotto offerto conforme alle prescrizioni del Capitolato Tecnico di gara.

LOTTO 11 - AGO PER BIOPSIA OSTEOIDOLLARE

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Dite ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- H.S. HOSPITAL SERVICE S.p.A. Conforme;
- MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l. Conforme;
- VIGEO S.r.l. Dalle schede tecniche del prodotto offerto risulta che l'ago presenta le misure G 8, G 9 e G 11, mentre il Capitolato tecnico di gara prescriveva le seguenti misure: G 8, G 13 e misure intermedie;
- STERYLAB S.r.l. Dalle schede tecniche del prodotto offerto risulta che l'ago presenta le misure G 9 e G 11, mentre il Capitolato tecnico di gara prescriveva le seguenti misure: G 8, G 13 e misure intermedie;
- MOVI S.p.A. Conforme;
- BIOPSYBELL S.r.l. Conforme;
- KERNA ITALIA S.r.l. Conforme;

La Commissione, unanimemente, per le motivazioni di cui sopra, dichiara non conformi alle prescrizioni del Capitolato Tecnico di gara i prodotti offerti dalle Dite VIGEO S.r.l. e STERYLAB S.r.l. con riferimento al LOTTO II, in quanto carenti sia della misura G13, richiesta da Capitolato, sia della misura più vicina (G12).
Le dite VIGEO S.r.l. e STERYLAB S.r.l. pertanto vengono escluse dal prosieguo della gara con riferimento ai prodotti offerti per il LOTTO II.

LOTTO 12 - AGO PER BIOPSIA PER ASPIRATO MIDOLLARE

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Dite ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- H.S. HOSPITAL SERVICE S.p.A. conforme
- VIGEO S.r.l. conforme
- STERYLAB S.r.l. conforme
- BIOPSYBELL S.r.l. conforme
- KERNA ITALIA S.r.l. conforme

LOTTO 13 - DISPOSITIVO PER BIOPSIA CUTANEA

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Dite ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- H.S. HOSPITAL SERVICE S.p.A. conforme
- VIGEO S.r.l. conforme
- STERYLAB S.r.l. conforme
- KERNA ITALIA S.r.l. conforme

LOTTO 14 - AGO SPINALE CON PUNTA TIPO "QUINCKE" MONOUSO STERILE

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Dite ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- AXEL S.r.l. conforme
- PROMED S.r.l. conforme
- ARTSANA S.p.A. conforme
- B. BRAUN MILANO S.p.A. conforme

LOTTO 15 - AGO SPINALE CON PUNTA TIPO "QUINCKE" MONOUSO STERILE
Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Dite ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- AXEL S.r.l. conforme
- PROMED S.r.l. conforme
- B. BRAUN MILANO S.p.A. conforme

LOTTO 16 - AGO SPINALE CON PUNTA TIPO "WHITACRE" MONOUSO STERILE

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Dite ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- AXEL S.r.l. conforme
- H.S. HOSPITAL SERVICE S.p.A. conforme
- SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l. conforme
- AIR LIQUID MEDICAL SYSTEMS S.p.A. conforme
- PROMED S.r.l. conforme
- ARTSANA S.p.A. conforme
- STERYLAB S.r.l. conforme
- B. BRAUN MILANO S.p.A. conforme
- BIOPSYBELL S.r.l. conforme

LOTTO 17 - AGO SPINALE CON PUNTA TIPO "WHITACRE" MONOUSO STERILE

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Dite ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- AXEL S.r.l. conforme
- H.S. HOSPITAL SERVICE S.p.A. conforme
- SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l. conforme
- AIR LIQUID MEDICAL SYSTEMS S.p.A. conforme
- PROMED S.r.l. conforme
- STERYLAB S.r.l. conforme
- B. BRAUN MILANO S.p.A. conforme

LOTTO 18 - AGO PER ANESTESIA PERIDURALE TIPO "TIOHY" CON ALETTE MONOUSO STERILE

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Dite ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- AXEL S.r.l. conforme
- H.S. HOSPITAL SERVICE S.p.A. conforme
- MOVI S.p.A. conforme
- BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A. Dalle schede tecniche del prodotto offerto

risulta che l'ago presenta le misure G 16, 17, 18, e 20, mentre il Capitolato tecnico di gara prescriveva il G 17, il G 19 e misure intermedie; inoltre, da scheda tecnica risulta che l'ago presenta una lunghezza di 90 mm, diversamente da quanto prescritto nel Capitolato tecnico di gara (80 mm ± 5);

- B. BRAUN MILANO S.p.A. Dalle schede tecniche del prodotto offerto risulta che l'ago presenta le misure G 16, 17, 18, mentre il Capitolato tecnico di gara prescriveva il G 17, il G 19 e misure intermedie;
- BIOPSYBELL S.r.l. conforme

La Commissione, unanimemente, per le motivazioni di cui sopra, dichiara comunque conformi alle prescrizioni del Capitolato Tecnico di gara i prodotti offerti dalle ditte BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A. e B. BRAUN MILANO S.p.A. con riferimento al LOTTO 18, in quanto il gauge mancante (entrambi i prodotti sono carenti del G 19 ma presentano il G 18, con uno scarto di un solo gauge) e la lunghezza dell'ago superiore di 5 mm alla misura massima prescritta dal capitolato tecnico, sono considerati trascurabili ai fini del buon utilizzo del dispositivo.

LOTTO 19

SUB A) AGO PER ANESTESIA PERIDURALE TIPO "TIOHY" CON ALETTE MONOUSO STERILE

SUB B) CATETERE PER ANESTESIA PERIDURALE PUNTA CHIUSA
SUB C) CATETERE PER ANESTESIA PERIDURALE PUNTA CHIUSA E MANDRINO
SUB D) FILTRO PER INFUSIONE PERIDURALE

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalla Ditta ammessa, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- MOVI S.p.A.
Sub A conforme
Sub B conforme
Sub C conforme
Sub D conforme

LOTTO 20 - SET PER ANESTESIA PERIDURALE CONTINUA COMPOSTO DA AGO TIPO "TIOHY", CATETERE CON PUNTA APERTA CON MANDRINO, CON FILTRO E SIRINGA

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Dite ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- H.S. HOSPITAL SERVICE S.p.A. Dalle schede tecniche del prodotto offerto risulta che la siringa a bassa resistenza è da 5 ml diversamente da quanto prescritto nel Capitolato tecnico di gara (7/10 ml)
- VYGON ITALIA S.r.l. conforme
- MOVI S.p.A. conforme

La Commissione, unanimemente, per le motivazioni di cui sopra, si riserva di provvedere all'apertura del plico contenente la campionatura presentata dalla ditta H.S. HOSPITAL SERVICE S.p.A. per il LOTTO 20, per verificare l'effettiva capienza della siringa.

LOTTO 21 - SET PER ANESTESIA PERIDURALE CONTINUA COMPOSTO DA AGO TIPO "TIOHY", CATETERE CON PUNTA APERTA SENZA MANDRINO, CON FILTRO E SIRINGA
Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Dite ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- H.S. HOSPITAL SERVICE S.p.A. Dalle schede tecniche del prodotto offerto risulta che la siringa a bassa resistenza è da 5 ml diversamente da quanto prescritto nel Capitolato tecnico di gara (7/10 ml)
- SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l. conforme
- VYGON ITALIA S.r.l. conforme
- MOVI S.p.A. conforme
- BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A. conforme

La Commissione, unanimemente, per le motivazioni di cui sopra, si riserva di provvedere all'apertura del plico contenente la campionatura presentata dalla ditta H.S. HOSPITAL SERVICE S.p.A. per il LOTTO 21, per verificare l'effettiva capienza della siringa.

LOTTO 22 - SET PER ANESTESIA PERIDURALE CONTINUA COMPOSTO DA AGO TIPO "TUOHY", CATETERE CON PUNTA CHIUSA CON MANDRINO, CON FILTRO E SIRINGA

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- AXEL S.r.l. conforme
- MOVI S.p.A. conforme

LOTTO 23 - SET PER ANESTESIA PERIDURALE CONTINUA COMPOSTO DA AGO TIPO "TUOHY", CATETERE CON PUNTA CHIUSA SENZA MANDRINO, CON FILTRO E SIRINGA

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- AXEL S.r.l. Dalle schede tecniche del prodotto offerto risulta che l'ago presenta una lunghezza di 90 mm, diversamente da quanto prescritto nel Capitolato tecnico di gara (80 mm ± 5) conforme
- SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l. conforme
- VYGON ITALIA S.r.l. conforme
- MOVI S.p.A. conforme
- BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A. conforme
- B. BRAUN MILANO S.p.A. conforme

La Commissione, unanimemente, per le motivazioni di cui sopra, dichiara comunque conforme alle prescrizioni del Capitolato Tecnico di gara il prodotto offerto dalla Ditta AXEL S.r.l. per il LOTTO 23, in quanto la lunghezza dell'ago superiore di 5 mm alla misura massima prescritta dal capitolato tecnico è considerata trascurabile ai fini del buon utilizzo del dispositivo.

LOTTO 24 - AGO PER BLOCCO DI PLESSO

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l. conforme
- MOVI S.p.A. conforme

- B. BRAUN MILANO S.p.A. conforme

LOTTO 25 - AGO PER LOCALIZZAZIONE MAMMARIA AD UNCINO SEMPLICE

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- H.S. HOSPITAL SERVICE S.p.A. conforme
- VIGEO S.r.l. conforme
- STERYLAB S.r.l. conforme
- MOVI S.p.A. conforme
- BIOPSYBELL S.r.l. conforme

LOTTO 26 - AGO PER LOCALIZZAZIONE MAMMARIA AD UNCINO DOPPIO

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- H.S. HOSPITAL SERVICE S.p.A. conforme
- HOSPITAL PROGRAMS S.r.l. conforme
- VIGEO S.r.l. conforme
- STERYLAB S.r.l. conforme
- BIOPSYBELL S.r.l. conforme

LOTTO 27 - AGO CANNULA VENOSO PERIFERICO A DUE VIE DI INFUSIONE

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l. conforme
- DISTRIBUTORI ARTICOLI SANITARI S.r.l. conforme
- ARTSANA S.p.A. conforme
- BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A. conforme
- DELTA MED S.r.l. conforme

LOTTO 28 - AGO CANNULA VENOSO PERIFERICO A UNA VIA DI INFUSIONE SENZA ALETTE



Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Dite ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l. conforme
- DISTRIBUTORI ARTICOLI SANITARI S.r.l. conforme
- PROMED S.r.l. conforme
- DELTA MED S.r.l. conforme

LOTTO 29 - AGO CANNULA VENOSO PERIFERICO A UNA VIA DI INFUSIONE CON ALETTE

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Dite ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l. conforme
- DISTRIBUTORI ARTICOLI SANITARI S.r.l. conforme
- PROMED S.r.l. Diversamente da quanto prescritto nel Capitolato tecnico di gara, il prodotto offerto con riferimento al G 14 è privo di alette.
- ARTSANA S.p.A. conforme
- DELTA MED S.r.l. conforme

La Commissione, unanimemente, per le motivazioni di cui sopra, dichiara non conforme alle prescrizioni del Capitolato Tecnico di gara il prodotto offerto dalla Ditta **PROMED S.r.l.** con riferimento al **LOTTO 29**. La ditta **PROMED S.r.l.** pertanto viene esclusa dal prosieguo della gara con riferimento al prodotto offerto per il **LOTTO 29**.

LOTTO 30 - AGO CANNULA VENOSO PERIFERICO A UNA VIA DI INFUSIONE CON ALETTE

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalla Ditta ammessa, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- DELTA MED S.r.l. conforme

LOTTO 31 - AGO CANNULA VENOSO PERIFERICO A UNA VIA DI INFUSIONE SENZA ALETTE

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Dite ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l. conforme
- DISTRIBUTORI ARTICOLI SANITARI S.r.l. conforme
- PROMED S.r.l. conforme
- DELTA MED S.r.l. conforme

LOTTO 32 - AGO CANNULA VENOSO PERIFERICO A DUE VIE DI INFUSIONE CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Dite ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- MEDICA VALEGGIA S.p.A. conforme
- DISTRIBUTORI ARTICOLI SANITARI S.r.l. conforme
- PROMED S.r.l. conforme
- ARTSANA S.p.A. conforme
- B. BRAUN MILANO S.p.A. conforme
- DELTA MED S.r.l. conforme

LOTTO 33 - AGO CANNULA VENOSO PERIFERICO A UNA VIA DI INFUSIONE CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA CON ALETTE

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Dite ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:


- SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l. conforme
- DISTRIBUTORI ARTICOLI SANITARI S.r.l. Diversamente da quanto prescritto nel Capitolato tecnico di gara, il prodotto offerto con riferimento al G 14 è privo di alette.
- ARTSANA S.p.A. conforme
- B. BRAUN MILANO S.p.A. conforme
- DELTA MED S.r.l. conforme

La Commissione, unanimemente, per le motivazioni di cui sopra, dichiara non conforme alle prescrizioni del Capitolato Tecnico di gara il prodotto offerto dalla Ditta **PROMED S.r.l.**

con riferimento al LOTTO 33. La ditta PROMED S.r.l. pertanto viene esclusa dal prosieguo della gara con riferimento al prodotto offerto per il LOTTO 33.

Dott. Vincio Danzi

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE



LOTTO 34 SUB A - SIRINGA STERILE MONOUSO CON AGO PER PRELIEVO ARTERIOSO PER EMOGASANALISI ED ELETTROLITI

Con riferimento al SUB LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l. conforme
- GEPA S.r.l. conforme
- CLINI-LAB S.r.l. conforme
- PROMED S.r.l. conforme

LOTTO 34 SUB B - SIRINGA STERILE MONOUSO CON AGO PER PRELIEVO ARTERIOSO PER EMOGASANALISI ED ELETTROLITI

Con riferimento al SUB LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:


- SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l. conforme
- GEPA S.r.l. conforme
- CLINI-LAB S.r.l. conforme
- PROMED S.r.l. conforme

Alle ore 16,45 il Presidente dichiara chiusa la seduta e, sentiti i presenti, aggiorna i lavori alle ore 9,30 del giorno 26/01/2012 presso la sede del Centro Regionale Acquisti per la Sanità, per procedere all'apertura e disamina dei campioni presentati dalle Ditte ammesse, LOTTO per LOTTO, nonché alla lettura della documentazione agli stessi allegata, al fine di valutare l'effettiva conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche prescritte nell'Allegato 1 al Disciplinare di gara "Capitolato Tecnico".


Il Presidente, quindi, trattiene presso di sé la documentazione contenuta nelle Buste "Documentazione Tecnica" delle Dite concorrenti, per custodirla in luogo sicuro e protetto presso il Centro Regionale Acquisti per la Sanità, Palazzo Molin, S. Polo 2514 – Venezia.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE: Dott.ssa Daniela Barzan



I COMPONENTI: Sig.ra Nazarena Merlo



GARA D'APPALTO, A MEZZO PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA PER UN PERIODO DI 2 ANNI DI "AGH SPECIALI" IN FABBRICAZIONE ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE VENETO

**VERBALE DEL 26/01/2012
SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Il giorno 26 del mese di gennaio dell'anno 2012, alle ore 9,50 presso la sede del Centro Regionale Acquisiti per la Sanità, Palazzo Molin, S. Polo 2514 – Venezia, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata di valutare le offerte presentate dai concorrenti ammessi alla gara d'appalto a procedura aperta per la fornitura, per un periodo di due anni, di Aghi Speciali in fabbricazione alle Aziende Sanitarie della Regione Veneto, indetta con la D.G.R. V. n. 753 del 7 giugno 2011.

La Commissione, nominata con decreto del Dirigente Regionale della Direzione Controlli e Governo SSR n. 78 del 04/10/2011, risulta così composta:

- **Presidente:**
Dot.ssa Daniela Barzan
Direttore U.O.C. Farmacia Ospedaliera – Azienda ULSS 13 di Mirano
- **Componenti:**
 - *Sig.ra Nazzarena Merlo*
Responsabile Infermeristica Tecnica del Dipartimento Oncologico – Azienda ULSS 18 di Rovigo
 - *Dot. Lincio Danzi*
Dirigente S.S.O.D. Terapia Intensiva Polivalente – Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

Vengono ripresi i lavori della precedente seduta riservata dell'11 gennaio 2012, come da relativo verbale, che qui deve intendersi integralmente richiamato.

La Commissione procede, nella seduta odierna, all'apertura e disamina dei campioni presentati dalle Dite ammesse, per i seguenti LOTTI, nonché alla lettura della documentazione agli stessi allegata, al fine di valutare l'effettiva conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche prescritte nell'Allegato 1 al Disciplinare di gara "Capitolato Tecnico".

LOTTO 27 - AGO CANNULA VENOSO PERIFERICO A DUE VIE DI INFUSIONE

In relazione ai prodotti presentati dalle Dite ammesse per il LOTTO in esame, la Commissione rileva quanto segue con riferimento alle sotto indicate ditte:

SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l.

La ditta presenta due campioni diversi uno in Poliuretano (nome commerciali Optiva 2), l'altro in polietilene (nome commerciale Telco 2).

Il secondo non verrà valutato in quanto difforme dalle prescrizioni del capitolato. Pertanto se ne dovrà tener conto in sede di apertura offerte economiche.

La Commissione rileva la scarsa numerosità di aghi all'interno del confezionamento secondario e, pertanto, decide di richiedere alla Ditta SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l. la campionatura integrativa relativa al prodotto offerto per il LOTTO 27, comprensiva del confezionamento secondario, avvalendosi della facoltà espressamente prevista all'articolo 9 del Disciplinare di Gara il quale recita "in sede di valutazione qualitativa dei prodotti offerti, potrà essere richiesta ulteriore campionatura per ciascun prodotto offerto. A tale richiesta, i concorrenti non potranno opporre rifiuto alcuno".

DISTRIBUTORI ARTICOLI SANITARI S.r.l.

La Commissione rileva la scarsa numerosità di aghi all'interno del confezionamento secondario e, pertanto, decide di richiedere alla Ditta DISTRIBUTORI ARTICOLI SANITARI S.r.l. la campionatura integrativa relativa al prodotto offerto per il LOTTO 27, comprensiva del confezionamento secondario, avvalendosi della facoltà espressamente prevista all'articolo 9 del Disciplinare di Gara il quale recita "in sede di valutazione qualitativa dei prodotti offerti, potrà essere richiesta ulteriore campionatura per ciascun prodotto offerto. A tale richiesta, i concorrenti non potranno opporre rifiuto alcuno".

ARTSANA S.p.A.

La Commissione rileva la seguente incongruenza in ordine alla composizione della cannula: da scheda tecnica la cannula risulta composta in PUR (poliuretano), mentre sulla confezione secondaria e sul foglietto illustrativo del campione la cannula risulta composta in FEP (etilene-propilene fluorato).

La Commissione, unanimemente, per le motivazioni di cui sopra, decide di richiedere alla Ditta ARTSANA S.p.A. di chiarire di quale materiale sia composta la cannula del prodotto offerto per il LOTTO 27, specificando – qualora la composizione sia in FEP – che trattasi di materiale compatibile con la prescrizione del Capitolato Tecnico che esclude l'ammissibilità dei prodotti in pvc, polietilene e polietilene fluorato.

DELTA MED S.r.l.

La Commissione rileva la mancanza sul confezionamento secondario del codice colore o altro codice identificativo della misura, che rende il prodotto non valutabile con riferimento al parametro "Facilità di stoccaggio" del confezionamento secondario.

La Commissione, unanimemente, per le motivazioni di cui sopra, decide di richiedere alla Ditta DELTA MED S.r.l. la campionatura integrativa relativa al prodotto offerto per il LOTTO 27, comprensiva del confezionamento secondario, avvalendosi della facoltà espressamente prevista all'articolo 9 del Disciplinare di Gara il quale recita "in sede di valutazione qualitativa dei prodotti offerti, potrà essere richiesta ulteriore campionatura per ciascun prodotto offerto. A tale richiesta, i concorrenti non potranno opporre rifiuto alcuno".

Per le ragioni su esposte, la Commissione decide di rinviare l'ulteriore disamina e la valutazione qualitativa di tutti i prodotti ammessi per il LOTTO 27 dopo l'avvenuta ricezione dell'ulteriore campionatura, da richiedersi alle Dite SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l., DISTRIBUTORI ARTICOLI SANITARI S.r.l. e DELTA MED S.r.l.

LOTTO 28 - AGO CANNULA VENOSO PERIFERICO A UNA VIA DI INFUSIONE SENZA ALETTI

In relazione ai prodotti presentati dalle Dite ammesse per il LOTTO in esame, la Commissione rileva quanto segue con riferimento alle sotto indicate ditte:

SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l.

La ditta presenta due campioni diversi uno in Poliuretano (nome commerciale Optiva), l'altro in polietrafluoretile (telton) (nome commerciale Jelco).

Il secondo non viene valutato in quanto difforme dalle prescrizioni del capitolato.

Pertanto se ne dovrà tener conto in sede di apertura offerte economiche.

La Commissione rileva la scarsa numerosità di aghi all'interno del confezionamento secondario e, pertanto, decide di richiedere alla Ditta SMITHS MEDICAL ITALIA s.r.l. la campionatura integrativa relativa al prodotto offerto per il LOTTO 28, comprensiva del confezionamento secondario, avvalendosi della facoltà espressamente prevista all'articolo 9 del Disciplinare di Gara il quale recita "in sede di valutazione qualitativa dei prodotti offerti, potrà essere richiesta ulteriore campionatura per ciascun prodotto offerto. A tale richiesta, i concorrenti non potranno opporre rifiuto alcuno".

DISTRIBUTORI ARTICOLI SANITARI S.r.l.

La Commissione rileva la scarsa numerosità di aghi all'interno del confezionamento secondario e, pertanto, decide di richiedere alla Ditta DISTRIBUTORI ARTICOLI SANITARI S.r.l. la campionatura integrativa relativa al prodotto offerto per il LOTTO 28, comprensiva del confezionamento secondario, avvalendosi della facoltà espressamente prevista all'articolo 9 del Disciplinare di Gara il quale recita "in sede di valutazione qualitativa dei prodotti offerti, potrà essere richiesta ulteriore campionatura per ciascun prodotto offerto. A tale richiesta, i concorrenti non potranno opporre rifiuto alcuno".

DELTA MED S.r.l.

La Commissione rileva la mancanza sul confezionamento secondario del codice colore o altro codice identificativo della misura, che rende il prodotto non valutabile con riferimento al parametro "Facilità di stoccaggio" del confezionamento secondario.

La Commissione, unanimemente, per le motivazioni di cui sopra, decide di richiedere alla Ditta DELTA MED S.r.l. la campionatura integrativa relativa al prodotto offerto per il LOTTO 28, comprensiva del confezionamento secondario, avvalendosi della facoltà espressamente prevista all'articolo 9 del Disciplinare di Gara il quale recita "in sede di valutazione qualitativa dei prodotti offerti, potrà essere richiesta ulteriore campionatura per ciascun prodotto offerto. A tale richiesta, i concorrenti non potranno opporre rifiuto alcuno".

Per le ragioni su esposte, la Commissione decide di rinviare l'ulteriore disamina e la valutazione qualitativa di tutti i prodotti ammessi per il LOTTO 28 dopo l'avvenuta ricezione dell'ulteriore campionatura, da richiedersi alle Dite SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l., DISTRIBUTORI ARTICOLI SANITARI S.r.l. e DELTA MED S.r.l.

LOTTO 29: AGO CANNULA VENOSO PERIFERICO A UNA VIA DI INFUSIONE CON ALETTE

In relazione ai prodotti presentati dalle Dite ammesse per il LOTTO in esame, la Commissione rileva quanto segue con riferimento alle sotto indicate ditte:

SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l.

La Commissione rileva la scarsa numerosità di aghi all'interno del confezionamento secondario e, pertanto, decide di richiedere alla Ditta SMITHS MEDICAL ITALIA s.r.l. la campionatura integrativa relativa al prodotto offerto per il LOTTO 29, comprensiva del confezionamento secondario, avvalendosi della facoltà espressamente prevista all'articolo 9 del Disciplinare di Gara il quale recita "in sede di valutazione qualitativa dei prodotti offerti, potrà essere richiesta

ulteriore campionatura per ciascun prodotto offerto. A tale richiesta, i concorrenti non potranno opporre rifiuto alcuno".

DISTRIBUTORI ARTICOLI SANITARI S.r.l.

La Commissione rileva la scarsa numerosità di aghi all'interno del confezionamento secondario e, pertanto, decide di richiedere alla Ditta DISTRIBUTORI ARTICOLI SANITARI S.r.l. la campionatura integrativa relativa al prodotto offerto per il LOTTO 29, comprensiva del confezionamento secondario, avvalendosi della facoltà espressamente prevista all'articolo 9 del Disciplinare di Gara il quale recita "in sede di valutazione qualitativa dei prodotti offerti, potrà essere richiesta ulteriore campionatura per ciascun prodotto offerto. A tale richiesta, i concorrenti non potranno opporre rifiuto alcuno".

ARTSANA S.p.A.

La Commissione rileva la seguente incongruenza in ordine alla composizione della cannula: da scheda tecnica la cannula risulta composta in PUR (poliuretano), mentre sulla confezione secondaria e sul foglietto illustrativo del campione la cannula risulta composta in FEP (etilene-propilene fluorurato).

La Commissione, unanimemente, per le motivazioni di cui sopra, decide di richiedere alla Ditta ARTSANA S.p.A. di chiarire di quale materiale sia composta la cannula del prodotto offerto per il LOTTO 29, specificando – qualora la composizione sia in FEP – che trattasi di materiale compatibile con la prescrizione del Capitolato Tecnico che esclude l'ammissibilità dei prodotti in pvc, polietilene e polietrafluoretile.

DELTA MED S.r.l.

La Commissione rileva la mancanza sul confezionamento secondario del codice colore o altro codice identificativo della misura, che rende il prodotto non valutabile con riferimento al parametro "Facilità di stoccaggio" del confezionamento secondario.

La Commissione, unanimemente, per le motivazioni di cui sopra, decide di richiedere alla Ditta DELTA MED S.r.l. la campionatura integrativa relativa al prodotto offerto per il LOTTO 29, comprensiva del confezionamento secondario, avvalendosi della facoltà espressamente prevista all'articolo 9 del Disciplinare di Gara il quale recita "in sede di valutazione qualitativa dei prodotti offerti, potrà essere richiesta ulteriore campionatura per ciascun prodotto offerto. A tale richiesta, i concorrenti non potranno opporre rifiuto alcuno".

Per le ragioni su esposte, la Commissione decide di rinviare l'ulteriore disamina e la valutazione qualitativa di tutti i prodotti ammessi per il LOTTO 29 dopo l'avvenuta ricezione dell'ulteriore campionatura, da richiedersi alle Dite SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l., DISTRIBUTORI ARTICOLI SANITARI S.r.l. e DELTA MED S.r.l.

LOTTO 30: AGO CANNULA VENOSO PERIFERICO A UNA VIA DI INFUSIONE CON ALETTE

In relazione al prodotto presentato dall'unica Ditta (offerente) e ammessa per il LOTTO in esame, la Commissione rileva quanto segue:

DELTA MED S.r.l.

La Commissione rileva la mancanza sul confezionamento secondario del codice colore o altro codice identificativo della misura, che rende il prodotto non valutabile con riferimento al parametro "Facilità di stoccaggio" del confezionamento secondario.

La Commissione, unanimemente, per le motivazioni di cui sopra, decide di richiedere alla Ditta DELTA MED S.r.l. la campionatura integrativa relativa al prodotto offerto per il LOTTO 30, comprensiva del confezionamento secondario, avvalendosi della facoltà espressamente prevista all'articolo 9 del Disciplinare di Gara il quale recita "in sede di valutazione qualitativa dei prodotti offerti, potrà essere richiesta ulteriore campionatura per ciascun prodotto offerto. A tale richiesta, i concorrenti non potranno opporre rifiuto alcuno".

Per le ragioni su esposte, la Commissione decide di rinviare la valutazione del prodotto ammesso per il LOTTO 30 dopo l'avvenuta ricezione dell'ulteriore campionatura, da richiedersi alla Ditta DELTA MED S.r.l.

LOTTO 31: AGO CANNULA VENOSO PERIFERICO A UNA VIA DI INFUSIONE SENZA ALETTE

In relazione ai prodotti presentati dalle Dite ammesse per il LOTTO in esame, la Commissione rileva quanto segue con riferimento alle sotto indicate ditte:

SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l.

La Commissione rileva la scarsa numerosità di aghi all'interno del confezionamento secondario e, pertanto, decide di richiedere alla Ditta SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l. la campionatura integrativa relativa al prodotto offerto per il LOTTO 31, comprensiva del confezionamento secondario, avvalendosi della facoltà espressamente prevista all'articolo 9 del Disciplinare di Gara il quale recita "in sede di valutazione qualitativa dei prodotti offerti, potrà essere richiesta ulteriore campionatura per ciascun prodotto offerto. A tale richiesta, i concorrenti non potranno opporre rifiuto alcuno".

DISTRIBUTORI ARTICOLI SANITARI S.r.l.

La Commissione rileva la scarsa numerosità di aghi all'interno del confezionamento secondario e, pertanto, decide di richiedere alla Ditta DISTRIBUTORI ARTICOLI SANITARI S.r.l. la campionatura integrativa relativa al prodotto offerto per il LOTTO 31, comprensiva del confezionamento secondario, avvalendosi della facoltà espressamente prevista all'articolo 9 del Disciplinare di Gara il quale recita "in sede di valutazione qualitativa dei prodotti offerti, potrà essere richiesta ulteriore campionatura per ciascun prodotto offerto. A tale richiesta, i concorrenti non potranno opporre rifiuto alcuno".

DELTA MED S.r.l.

La Commissione rileva la mancanza sul confezionamento secondario del codice colore o altro codice identificativo della misura, che rende il prodotto non valutabile con riferimento al parametro "Facilità di stoccaggio" del confezionamento secondario.

La Commissione, unanimemente, per le motivazioni di cui sopra, decide di richiedere alla Ditta DELTA MED S.r.l. la campionatura integrativa relativa al prodotto offerto per il LOTTO 31, comprensiva del confezionamento secondario, avvalendosi della facoltà espressamente prevista all'articolo 9 del Disciplinare di Gara il quale recita "in sede di valutazione qualitativa dei prodotti offerti, potrà essere richiesta ulteriore campionatura per ciascun prodotto offerto. A tale richiesta, i concorrenti non potranno opporre rifiuto alcuno".

Per le ragioni su esposte, la Commissione decide di rinviare l'ulteriore disamina e la valutazione qualitativa di tutti i prodotti ammessi per il LOTTO 31 dopo l'avvenuta ricezione dell'ulteriore campionatura, da richiedersi alle Dite SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l., DISTRIBUTORI ARTICOLI SANITARI S.r.l. e DELTA MED S.r.l.

LOTTO 32: AGO CANNULA VENOSO PERIFERICO A DUE VIE DI INFUSIONE CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA

In relazione ai prodotti presentati dalle Dite ammesse per il LOTTO in esame, la Commissione rileva quanto segue con riferimento alle sotto indicate ditte:

DISTRIBUTORI ARTICOLI SANITARI S.r.l.

La Commissione rileva la scarsa numerosità di aghi all'interno del confezionamento secondario e, pertanto, decide di richiedere alla Ditta DISTRIBUTORI ARTICOLI SANITARI S.r.l. la campionatura integrativa relativa al prodotto offerto per il LOTTO 32, comprensiva del confezionamento secondario, avvalendosi della facoltà espressamente prevista all'articolo 9 del Disciplinare di Gara il quale recita "in sede di valutazione qualitativa dei prodotti offerti, potrà essere richiesta ulteriore campionatura per ciascun prodotto offerto. A tale richiesta, i concorrenti non potranno opporre rifiuto alcuno".

DELTA MED S.r.l.

La Commissione rileva la mancanza sul confezionamento secondario del codice colore o altro codice identificativo della misura, che rende il prodotto non valutabile con riferimento al parametro "Facilità di stoccaggio" del confezionamento secondario.

La Commissione, unanimemente, per le motivazioni di cui sopra, decide di richiedere alla Ditta DELTA MED S.r.l. la campionatura integrativa relativa al prodotto offerto per il LOTTO 32, comprensiva del confezionamento secondario, avvalendosi della facoltà espressamente prevista all'articolo 9 del Disciplinare di Gara il quale recita "in sede di valutazione qualitativa dei prodotti offerti, potrà essere richiesta ulteriore campionatura per ciascun prodotto offerto. A tale richiesta, i concorrenti non potranno opporre rifiuto alcuno".

Per le ragioni su esposte, la Commissione decide di rinviare l'ulteriore disamina e la valutazione qualitativa di tutti i prodotti ammessi per il LOTTO 32 dopo l'avvenuta ricezione dell'ulteriore campionatura, da richiedersi alle Dite DISTRIBUTORI ARTICOLI SANITARI S.r.l. e DELTA MED S.r.l.

LOTTO 33: AGO CANNULA VENOSO PERIFERICO A UNA VIA DI INFUSIONE CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA CON ALETTE

In relazione ai prodotti presentati dalle Dite ammesse per il LOTTO in esame, la Commissione rileva quanto segue con riferimento alle sotto indicate ditte:

SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l.

La Commissione rileva la scarsa numerosità di aghi all'interno del confezionamento secondario e, pertanto, decide di richiedere alla Ditta SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l. la campionatura integrativa relativa al prodotto offerto per il LOTTO 33, comprensiva del confezionamento secondario, avvalendosi della facoltà espressamente prevista all'articolo 9 del Disciplinare di Gara il quale recita "in sede di valutazione qualitativa dei prodotti offerti, potrà essere richiesta ulteriore campionatura per ciascun prodotto offerto. A tale richiesta, i concorrenti non potranno opporre rifiuto alcuno".

DISTRIBUTORI ARTICOLI SANITARI S.r.l.

La Commissione rileva la scarsa numerosità di aghi all'interno del confezionamento secondario e, pertanto, decide di richiedere alla Ditta DISTRIBUTORI ARTICOLI SANITARI S.r.l. la campionatura integrativa relativa al prodotto offerto per il LOTTO 33, comprensiva del confezionamento secondario, avvalendosi della facoltà espressamente prevista all'articolo 9 del

Disciplinare di Gara il quale recita "in sede di valutazione qualitativa dei prodotti offerti, potrà essere richiesta ulteriore campionatura per ciascun prodotto offerto. A tale richiesta, i concorrenti non potranno opporre rifiuto alcuno".

DELTA MED S.r.l.

La Commissione rileva la mancanza sul confezionamento secondario del codice colore o altro codice identificativo della misura, che rende il prodotto non valutabile con riferimento al parametro "facilità di stoccaggio" del confezionamento secondario.

La Commissione, unanimemente, per le motivazioni di cui sopra, decide di richiedere alla Ditta DELTA MED S.r.l. la campionatura integrativa relativa al prodotto offerto per il LOTTO 33, comprensiva del confezionamento secondario, avvalendosi della facoltà espressamente prevista all'articolo 9 del Disciplinare di Gara il quale recita "in sede di valutazione qualitativa dei prodotti offerti, potrà essere richiesta ulteriore campionatura per ciascun prodotto offerto. A tale richiesta, i concorrenti non potranno opporre rifiuto alcuno".

Per le ragioni su esposte, la Commissione decide di rinviare l'ulteriore disamina e la valutazione qualitativa di tutti i prodotti ammessi per il LOTTO 33 dopo l'avvenuta ricezione dell'ulteriore campionatura, da richiedersi alle Dite SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l., DISTRIBUTORI ARTICOLI SANITARI S.r.l. e DELTA MED S.r.l.

LOTTO 34 SUB A: SIRINGA STERILE MONOUSO CON AGO PER PRELIEVO ARTERIOSO PER EMOGASANALISI ED ELETTROLITI - ago 25 G - circa 13 mm

LOTTO 34 SUB B: SIRINGA STERILE MONOUSO CON AGO PER PRELIEVO ARTERIOSO PER EMOGASANALISI ED ELETTROLITI - ago 22/23 G - circa 25 mm

In relazione ai prodotti presentati dalle Dite ammesse per il LOTTO in esame, la Commissione rileva quanto segue con riferimento alla sotto indicata ditta:

SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l.

La Commissione rileva – per entrambi i LOTTI (34 SUB A e 34 SUB B) la mancanza del confezionamento secondario, che rende il prodotto non valutabile con riferimento ai parametri relativi al confezionamento secondario e, pertanto, decide di richiedere alla Ditta SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l. la campionatura integrativa relativa al prodotto offerto per il LOTTO 34 (SUB A e SUB B), comprensiva del confezionamento secondario, avvalendosi della facoltà espressamente prevista all'articolo 9 del Disciplinare di Gara il quale recita "in sede di valutazione qualitativa dei prodotti offerti, potrà essere richiesta ulteriore campionatura per ciascun prodotto offerto. A tale richiesta, i concorrenti non potranno opporre rifiuto alcuno".

Per le ragioni su esposte, la Commissione decide di rinviare l'ulteriore disamina e la valutazione qualitativa di tutti i prodotti ammessi per il LOTTO 34 SUB A e SUB B dopo l'avvenuta ricezione dell'ulteriore campionatura, da richiedersi alla Ditta SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l.

I componenti della Commissione procederanno – nelle more della ricezione dei campioni integrativi/chiarimenti da richiedersi alle Dite a seguito della seduta odierna – con la testazione, presso i reparti ospedalieri di relativa pertinenza, dei campioni ammessi per i LOTTI esaminati (LOTTI 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34), al fine della successiva valutazione collegiale dei parametri dell'Allegato 2 al Disciplinare di Gara relativi alla categoria "Funzionalità e maneggevolezza", che richiedono la prova pratica.

Alle ore 16.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta e, sentiti i presenti, aggiorna i lavori alle ore 9.30 del giorno 08/02/2012 presso la sede del Centro Regionale Acquisti per la Sanità, per proseguire con l'apertura e disamina dei campioni presentati dalle Dite ammesse. LOTTO per LOTTO, nonché con la lettura della documentazione agli stessi allegata, al fine di valutare l'effettiva conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche prescritte nell'Allegato 1 al Disciplinare di gara "Capitolato Tecnico".

Il Presidente, quindi, trattiene presso di sé la documentazione contenuta nelle Buste "Documentazione Tecnica" delle Dite concorrenti, per custodirla in luogo sicuro e protetto presso il Centro Regionale Acquisti per la Sanità, Palazzo Molin, S. Polo 2514 – Venezia.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE:


Dott.ssa Daniela Barzan

I COMPONENTI:

Sig.ra Nazzarena Merlo

Dott. Vincio Danzi

IL SEGRETARIO VERBALLIZZANTE



CARA D'APPALTO, A MEZZO PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA PER UN PERIODO DI 2 ANNI DI "AGHI SPECIALI" IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE VENETO

**VERBALE DELL'08/02/2012
SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Il giorno 8 del mese di febbraio dell'anno 2012, alle ore 9,50 presso la sede del Centro Regionale Acquisiti per la Sanità, Palazzo Molin, S. Polo 2514 - Venezia, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata di valutare le offerte presentate dai concorrenti ammessi alla gara d'appalto a procedura aperta per la fornitura, per un periodo di due anni, di Aghi Speciali in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione Veneto, indetta con la D.G.R.V. n. 753 del 7 giugno 2011.

La Commissione, nominata con decreto del Dirigente Regionale della Direzione Controlli e Governo SSR n. 78 del 04/10/2011, risulta così composta:

- Presidente:
Dot.ssa Daniela Barzani
Direttore U.O.C. Farmacia Ospedaliera - Azienda ULSS 13 di Mirano
- Componenti:
- *Sig.ra Nazzarena Merlo*
Responsabile Infermieristica Tecnica del Dipartimento Oncologico - Azienda ULSS 18 di Rovigo
- *Dot. Vinicio Danzi*
Dirigente S.S.O.D. Terapia Intensiva Polivalente - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

Vengono ripresi i lavori della precedente seduta riservata del 26 gennaio 2012, come da relativo verbale, che qui deve intendersi integralmente richiamato.

La Commissione procede, nella seduta odierna, all'apertura e disamina dei campioni presentati dalle Dite ammesse, per i sotto elencati LOTTI, nonché alla lettura della documentazione agli stessi allegata, al fine di valutare l'effettiva conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche prescritte nell'Allegato I al Disciplinare di gara "Capitolato Tecnico".

LOTTO 14: AGO SPINALE CON PUNTA TIPO "QUINCKE" MONOUSO STERILE
In relazione ai prodotti presentati dalle Dite ammesse per il LOTTO in esame, la Commissione rileva quanto segue con riferimento alla sotto indicata ditta:

AXEL S.r.l.

La Commissione rileva la mancanza sul confezionamento secondario dell'etichetta contenente tutte le informazioni del prodotto, che rende il prodotto stesso non valutabile con riferimento al parametro "Facilità di stoccaggio" del confezionamento secondario.

La Commissione, unanimemente, per le motivazioni di cui sopra, decide di richiedere alla Ditta AXEL S.r.l. la campionatura integrativa relativa al prodotto offerto per il LOTTO 14.

comprendiva del confezionamento secondario, avvalendosi della facoltà espressamente prevista all'articolo 9 del Disciplinare di Gara il quale recita "in sede di valutazione qualitativa dei prodotti offerti, potrà essere richiesta ulteriore campionatura per ciascun prodotto offerto. A tale richiesta, i concorrenti non potranno opporre rifiuto alcuno".

Per le ragioni su esposte, la Commissione decide di rinviare l'ulteriore disamina e la valutazione qualitativa di tutti i prodotti ammessi per il LOTTO 14 dopo l'avvenuta ricezione dell'ulteriore campionatura, da richiedersi alla Ditta AXEL S.r.l.

LOTTO 15 - AGO SPINALE CON PUNTA TIPO "QUINCKE" MONOUSO STERILE
In relazione ai prodotti presentati dalle Dite ammesse per il LOTTO in esame, la Commissione rileva quanto segue con riferimento alla sotto indicata ditta:

AXEL S.r.l.

La Commissione rileva la mancanza sul confezionamento secondario dell'etichetta contenente tutte le informazioni del prodotto, che rende il prodotto stesso non valutabile con riferimento al parametro "Facilità di stoccaggio" del confezionamento secondario.

La Commissione, unanimemente, per le motivazioni di cui sopra, decide di richiedere alla Ditta AXEL S.r.l. la campionatura integrativa relativa al prodotto offerto per il LOTTO 15, comprensiva del confezionamento secondario, avvalendosi della facoltà espressamente prevista all'articolo 9 del Disciplinare di Gara il quale recita "in sede di valutazione qualitativa dei prodotti offerti, potrà essere richiesta ulteriore campionatura per ciascun prodotto offerto. A tale richiesta, i concorrenti non potranno opporre rifiuto alcuno".

Per le ragioni su esposte, la Commissione decide di rinviare l'ulteriore disamina e la valutazione qualitativa di tutti i prodotti ammessi per il LOTTO 15 dopo l'avvenuta ricezione dell'ulteriore campionatura, da richiedersi alla Ditta AXEL S.r.l.

LOTTO 16 - AGO SPINALE CON PUNTA TIPO "WHITACRE" MONOUSO STERILE
In relazione ai prodotti presentati dalle Dite ammesse per il LOTTO in esame, la Commissione rileva quanto segue con riferimento alle sotto indicate ditte:

AXEL S.r.l.

La Commissione rileva la mancanza sul confezionamento secondario dell'etichetta contenente tutte le informazioni del prodotto, che rende il prodotto stesso non valutabile con riferimento al parametro "Facilità di stoccaggio" del confezionamento secondario.

La Commissione, unanimemente, per le motivazioni di cui sopra, decide di richiedere alla Ditta AXEL S.r.l. la campionatura integrativa relativa al prodotto offerto per il LOTTO 16, comprensiva del confezionamento secondario, avvalendosi della facoltà espressamente prevista all'articolo 9 del Disciplinare di Gara il quale recita "in sede di valutazione qualitativa dei prodotti offerti, potrà essere richiesta ulteriore campionatura per ciascun prodotto offerto. A tale richiesta, i concorrenti non potranno opporre rifiuto alcuno".

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.p.A.

La Commissione rileva la mancanza del confezionamento secondario, che rende il prodotto non valutabile con riferimento ai parametri relativi al confezionamento secondario e, pertanto, decide di richiedere alla Ditta AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.p.A. la campionatura integrativa relativa al prodotto offerto per il LOTTO 16, comprensiva del confezionamento secondario,

avvalendosi della facoltà espressamente prevista all'articolo 9 del Disciplinare di Gara il quale recita "in sede di valutazione qualitativa dei prodotti offerti, potrà essere richiesta ulteriore campionatura per ciascun prodotto offerto. A tale richiesta, i concorrenti non potranno opporre rifiuto alcuno".

STERYLAB S.r.l.

La Commissione rileva la mancanza sul confezionamento secondario dell'etichetta contenente tutte le informazioni del prodotto, che rende il prodotto stesso non valutabile con riferimento al parametro "Facilità di stoccaggio" del confezionamento secondario.

La Commissione, unanimemente, per le motivazioni di cui sopra, decide di richiedere alla Ditta STERYLAB S.r.l. la campionatura integrativa relativa al prodotto offerto per il LOTTO 16, comprensiva del confezionamento secondario, avvalendosi della facoltà espressamente prevista all'articolo 9 del Disciplinare di Gara il quale recita "in sede di valutazione qualitativa dei prodotti offerti, potrà essere richiesta ulteriore campionatura per ciascun prodotto offerto. A tale richiesta, i concorrenti non potranno opporre rifiuto alcuno".

Per le ragioni su esposte, la Commissione decide di rinviare l'ulteriore disamina e la valutazione qualitativa di tutti i prodotti ammessi per il LOTTO 16 dopo l'avvenuta ricezione dell'ulteriore campionatura, da richiedersi alle Dite AXEL S.r.l., AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.p.A. e STERYLAB S.r.l.

LOTTO 17 - AGO SMNALE CON PUNTA TIPO "WHITACRE" MONOUSO STERILE

In relazione ai prodotti presentati dalle Dite ammesse per il LOTTO in esame, la Commissione rileva quanto segue con riferimento alle sotto indicate ditte:

AXEL S.r.l.

La Commissione rileva la mancanza sul confezionamento secondario dell'etichetta contenente tutte le informazioni del prodotto, che rende il prodotto stesso non valutabile con riferimento al parametro "Facilità di stoccaggio" del confezionamento secondario.

La Commissione, unanimemente, per le motivazioni di cui sopra, decide di richiedere alla Ditta AXEL S.r.l. la campionatura integrativa relativa al prodotto offerto per il LOTTO 17, comprensiva del confezionamento secondario, avvalendosi della facoltà espressamente prevista all'articolo 9 del Disciplinare di Gara il quale recita "in sede di valutazione qualitativa dei prodotti offerti, potrà essere richiesta ulteriore campionatura per ciascun prodotto offerto. A tale richiesta, i concorrenti non potranno opporre rifiuto alcuno".

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.p.A.

La Commissione rileva la mancanza del confezionamento secondario, che rende il prodotto non valutabile con riferimento ai parametri relativi al confezionamento secondario e, pertanto, decide di richiedere alla Ditta AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.p.A. la campionatura integrativa relativa al prodotto offerto per il LOTTO 17, comprensiva del confezionamento secondario, avvalendosi della facoltà espressamente prevista all'articolo 9 del Disciplinare di Gara il quale recita "in sede di valutazione qualitativa dei prodotti offerti, potrà essere richiesta ulteriore campionatura per ciascun prodotto offerto. A tale richiesta, i concorrenti non potranno opporre rifiuto alcuno".

STERYLAB S.r.l.

La Commissione rileva la mancanza sul confezionamento secondario dell'etichetta contenente tutte le informazioni del prodotto, che rende il prodotto stesso non valutabile con riferimento al parametro "Facilità di stoccaggio" del confezionamento secondario.

La Commissione, unanimemente, per le motivazioni di cui sopra, decide di richiedere alla Ditta STERYLAB S.r.l. la campionatura integrativa relativa al prodotto offerto per il LOTTO 17, comprensiva del confezionamento secondario, avvalendosi della facoltà espressamente prevista all'articolo 9 del Disciplinare di Gara il quale recita "in sede di valutazione qualitativa dei prodotti offerti, potrà essere richiesta ulteriore campionatura per ciascun prodotto offerto. A tale richiesta, i concorrenti non potranno opporre rifiuto alcuno".

Per le ragioni su esposte, la Commissione decide di rinviare l'ulteriore disamina e la valutazione qualitativa di tutti i prodotti ammessi per il LOTTO 17 dopo l'avvenuta ricezione dell'ulteriore campionatura, da richiedersi alle Dite AXEL S.r.l., AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.p.A. e STERYLAB S.r.l.

LOTTO 18 - AGO PER ANESTESIA PERIDURALE TIPO "TUOHY" CON ALETTE MONOUSO STERILE

In relazione ai prodotti presentati dalle Dite ammesse per il LOTTO in esame, la Commissione rileva quanto segue con riferimento alla sotto indicata ditta:

AXEL S.r.l.

La Commissione rileva la mancanza sul confezionamento secondario dell'etichetta contenente tutte le informazioni del prodotto, che rende il prodotto stesso non valutabile con riferimento al parametro "Facilità di stoccaggio" del confezionamento secondario.

La Commissione, unanimemente, per le motivazioni di cui sopra, decide di richiedere alla Ditta AXEL S.r.l. la campionatura integrativa relativa al prodotto offerto per il LOTTO 18, comprensiva del confezionamento secondario, avvalendosi della facoltà espressamente prevista all'articolo 9 del Disciplinare di Gara il quale recita "in sede di valutazione qualitativa dei prodotti offerti, potrà essere richiesta ulteriore campionatura per ciascun prodotto offerto. A tale richiesta, i concorrenti non potranno opporre rifiuto alcuno".

Per le ragioni su esposte, la Commissione decide di rinviare l'ulteriore disamina e la valutazione qualitativa di tutti i prodotti ammessi per il LOTTO 18 dopo l'avvenuta ricezione dell'ulteriore campionatura, da richiedersi alla Ditta AXEL S.r.l.

LOTTO 19 SUB A: AGO PER ANESTESIA PERIDURALE TIPO "TUOHY" CON ALETTE MONOUSO STERILE

LOTTO 19 SUB B: CATERERE PER ANESTESIA PERIDURALE PUNTA CHIUSA **LOTTO 19 SUB C: CATERERE PER ANESTESIA PERIDURALE PUNTA CHIUSA E MANDRINO**

LOTTO 19 SUB D: FILTRO PER INFUSIONE PERIDURALE

In relazione al prodotto presentato dall'unica Ditta (offerente) e ammessa per il LOTTO in esame, la Commissione rileva che lo stesso è conforme alle prescrizioni del capitolato.


I componenti della Commissione procederanno – nelle more della ricezione dei campioni integrativi/charimenti da richiedersi alle Dite a seguito della seduta odierna – con la testazione, presso i reparti ospedalieri di relativa pertinenza, dei campioni ammessi per i LOTTI esaminati (LOTTI 14, 15, 16, 17, 18, 19), al fine della successiva valutazione collegiale dei parametri dell'Allegato 2 al Disciplinare di Gara relativi alla categoria "Funzionalità e maneggevolezza" che richiedono la prova pratica.

Alle ore 16,50 il Presidente dichiara chiusa la seduta e, sentiti i presenti, aggiorna i lavori alle ore 9,30 del giorno 15/02/2012 presso la sede del Centro Regionale Acquisti per la Sanità, per proseguire con l'apertura e disamina dei campioni presentati dalle Dite ammesse, LOTTO per LOTTO, con la lettura della documentazione agli stessi allegata, al fine di valutare l'effettiva conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche prescritte nell'Allegato 1 al Disciplinare di gara "Capitolato Tecnico", nonché per procedere alla valutazione qualitativa dei prodotti ammessi, LOTTO per LOTTO (desumibile dalla documentazione tecnica e dai campioni presentati, secondo i parametri di valutazione previsti nell'Allegato 2 al Disciplinare di gara e che qui devono intendersi integralmente richiamati).

Il Presidente, quindi, trattiene presso di sé la documentazione contenuta nelle Buste "Documentazione Tecnica" delle Dite concorrenti, per custodirla in luogo sicuro e protetto presso il Centro Regionale Acquisti per la Sanità, Palazzo Molin, S. Polo 2514 – Venezia.

Letto, approvato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE: Dott.ssa Daniela Barzan




I COMPONENTI: Sig.ra Nazzena Merlo



Dot. Vincio Danzi



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE



GARA D'APPALTO, A MEZZO PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA PER UN PERIODO DI 2 ANNI DI "AGHI SPECIALI" IN FABBRICAZIONE ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE VENETO

**VERBALE DEL 22/02/2012
SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Il giorno 22 del mese di febbraio dell'anno 2012, alle ore 9,35 presso la sede del Centro Regionale Acquisti per la Sanità, Palazzo Molin, S. Polo 251/4 – Venezia, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata di valutare le offerte presentate dai concorrenti ammessi alla gara d'appalto a procedura aperta per la fornitura, per un periodo di due anni, di Aghi Speciali in fabbricazione alle Aziende Sanitarie della Regione Veneto, indetta con la D.G.R. V. n. 753 del 7 giugno 2011.

La Commissione, nominata con decreto del Dirigente Regionale della Direzione Controlli e Governo SSR n. 78 del 04/10/2011, risulta così composta:

- **Presidente:**
Dott.ssa Daniela Barzani
Direttore U.O.C. Farmacia Ospedaliera – Azienda ULSS 13 di Mirano
- **Componenti:**
- Sig.ra Nazarena Merlo
Responsabile Infermeristica Tecnica del Dipartimento Oncologico – Azienda ULSS 18 di Rovigo
- Dott. Ubaldo Danzi
Dirigente S.S.O.D. Terapia Intensiva Polivalente – Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

Vengono ripresi i lavori della precedente seduta riservata dell'8 febbraio 2012, come da relativo verbale, che qui deve intendersi integralmente richiamato.

La Commissione, preliminarmente, prende atto che con nota del Dirigente della Direzione Risorse Controlli e Governo SSR, Responsabile Unico del Procedimento in data 17/02/2012, sono stati richiesti entro il termine del 27 febbraio 2012:

- gli ulteriori campioni relativi ai prodotti offerti dalle seguenti Dite per i LOTTI a margine indicati:
 - ✓ Ditta DELTA MED S.r.l. LOTTI 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
 - ✓ Ditta DISTRIBUTORI ARTICOLO SANITARI S.r.l. LOTTI 27, 28, 29, 31, 32, 33
 - ✓ Ditta SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l. LOTTI 27, 28, 29, 31, 33, 34;
- i chiarimenti alla Ditta ARTSANA S.p.A. sulla composizione del catetere offerto per i LOTTI 27 e 29.

Pertanto, successivamente alla ricezione dei campioni integrativi/chiarimenti richiesti con le precedenti note in data 17/02/2012, la Commissione potrà procedere con la valutazione qualitativa dei prodotti ammessi per i predetti LOTTI 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, desumibile dalla documentazione tecnica e dai campioni presentati, secondo i parametri di valutazione previsti nell'Allegato 2 al Disciplinare di gara e che qui devono intendersi integralmente richiamati.

Con riferimento, invece, al LOTTO 19, sono stati testati nei reparti di relativa pertinenza i campioni del prodotto offerto dall'unica Ditta ammessa e, pertanto, è possibile valutare il prodotto e assegnare i relativi punteggi con riferimento a tutti i parametri di valutazione qualitativa previsti nell'Allegato 2 al Disciplinare di gara, ivi compresi i parametri che richiedevano la prova pratica.

La Commissione, procederà, pertanto, nella seduta odierna, alla valutazione qualitativa del LOTTO 19 nonché all'apertura e all'amina dei campioni presentati dalle Dite ammesse, per i LOTTI 20, 21, 22, 23, 24, 1, 2, 3, e alla lettura della documentazione agli stessi allegata, al fine di valutare l'effettiva conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

LOTTO 19 SUB A: AGO PER ANESTESIA PERIDURALE TIPO "TUOHY" CON ALETTE MONOUSO STERILE

LOTTO 19 SUB B: CATETERE PER ANESTESIA PERIDURALE PUNTA CHIUSA

LOTTO 19 SUB C: CATETERE PER ANESTESIA PERIDURALE PUNTA CHIUSA E MANDRINO

LOTTO 19 SUB D: FILTRO PER INFUSIONE PERIDURALE

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede alle previste valutazioni qualitative secondo i parametri prescritti dall'Allegato 2 al Disciplinare di Gara.

MOVI S.p.A.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485, (punteggio assegnato 2)

Ottima l'ergonomia dell'impugnatura dell'ago. (punteggio assegnato 5)

Ottima l'arammaticità della punta dell'ago. (punteggio assegnato 2)

Ottima la rigidità dell'ago. (punteggio assegnato 5)

Molto buona la scorrevolezza del catetere nell'ago. (punteggio assegnato 4)

Molto buona l'arammaticità della punta del catetere. (punteggio assegnato 4)

Molto buona la rigidità del catetere. (punteggio assegnato 4)

Buona la conformazione del filtro, in quanto non ottimale il volume dello stesso (ingombrante) (punteggio assegnato 2)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono ben visibili. (punteggio assegnato 2)

Ottima la facilità di apertura del prodotto. (punteggio assegnato 3)

Confezionamento secondario:

Buona la facilità di stoccaggio in quanto le dimensioni della scatola non permettono un ottimale stoccaggio. (punteggio assegnato 1)

La Commissione, unanimemente, per le motivazioni di cui sopra, decide di assegnare i punteggi di cui al documento allegato al presente verbale.

Con riferimento ai sotto elencati LOTTI, la Commissione procede - adesso - con l'apertura e disamina dei campioni presentati dalle Dite ammesse, nonché alla lettura della documentazione agli stessi allegata, al fine di valutare l'effettiva conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

LOTTO 20: SET PER ANESTESIA PERIDURALE CONTINUA COMPOSTO DA AGO TIPO "TUOHY", CATETERE CON PUNTA APERTA CON MANDRINO, CON FILTRO E SIRINGA

In relazione ai prodotti presentati dalle Dite ammesse per il LOTTO in esame, la Commissione rileva quanto segue con riferimento alla sotto indicata ditta:

YVGON ITALIA S.r.l.

La Commissione rileva la mancanza del confezionamento secondario, che rende il prodotto non valutabile con riferimento ai parametri relativi al confezionamento secondario e, pertanto, decide di richiedere alla Ditta YVGON ITALIA S.r.l. la campionatura integrativa relativa al prodotto offerto per il LOTTO 20, comprensiva del confezionamento secondario, avvalendosi della facoltà espressamente prevista all'articolo 9 del Disciplinare di Gara il quale recita "*in sede di valutazione qualitativa dei prodotti offerti, potrà essere richiesta ulteriore campionatura per ciascun prodotto offerto. A tale richiesta, i concorrenti non potranno opporre rifiuto alcuno*".

La Commissione decide di rinviare l'ulteriore disamina e la valutazione qualitativa dei prodotti ammessi per il LOTTO 20 dopo l'avvenuta ricezione dell'ulteriore campionatura, da richiedersi alla Ditta YVGON ITALIA S.r.l.

LOTTO 21: SET PER ANESTESIA PERIDURALE CONTINUA COMPOSTO DA AGO TIPO "TUOHY", CATETERE CON PUNTA APERTA SENZA MANDRINO, CON FILTRO E SIRINGA

In relazione ai prodotti presentati dalle Dite ammesse per il LOTTO in esame, la Commissione rileva quanto segue con riferimento alle sotto indicate ditte:

SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l.

La Commissione rileva la mancanza del confezionamento secondario, che rende il prodotto non valutabile con riferimento ai parametri relativi al confezionamento secondario e, pertanto, decide di richiedere alla Ditta SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l. la campionatura integrativa relativa al prodotto offerto per il LOTTO 21, comprensiva del confezionamento secondario, avvalendosi della facoltà espressamente prevista all'articolo 9 del Disciplinare di Gara il quale recita "*in sede di valutazione qualitativa dei prodotti offerti, potrà essere richiesta ulteriore campionatura per ciascun prodotto offerto. A tale richiesta, i concorrenti non potranno opporre rifiuto alcuno*".

YVGON ITALIA S.r.l.

La Commissione rileva la mancanza del confezionamento secondario, che rende il prodotto non valutabile con riferimento ai parametri relativi al confezionamento secondario e, pertanto, decide di richiedere alla Ditta YVGON ITALIA S.r.l. la campionatura integrativa relativa al prodotto offerto per il LOTTO 21, comprensiva del confezionamento secondario, avvalendosi della facoltà espressamente prevista all'articolo 9 del Disciplinare di Gara il quale recita "*in sede di valutazione qualitativa dei prodotti offerti, potrà essere richiesta ulteriore campionatura per ciascun prodotto offerto. A tale richiesta, i concorrenti non potranno opporre rifiuto alcuno*".

La Commissione decide di rinviare l'ulteriore disamina e la valutazione qualitativa dei prodotti ammessi per il LOTTO 21 dopo l'avvenuta ricezione dell'ulteriore campionatura, da richiedersi alle Dite SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l. e YVGON ITALIA S.r.l.

LOTTO 22: SET PER ANESTESIA PERIDURALE CONTINUA COMPOSTO DA AGO TIPO "TUOHY", CATETERE CON PUNTA CHIUSA CON MANDRINO, CON FILTRO E SIRINGA

In relazione ai prodotti presentati dalle Dite ammesse per il LOTTO in esame, la Commissione rileva quanto segue con riferimento alla sotto indicata ditta:

AXEL S.r.l.

La Commissione rileva la mancanza sul confezionamento secondario dell'etichetta contenente tutte le informazioni del prodotto, che rende il prodotto stesso non valutabile con riferimento al parametro "Facilità di stoccaggio" del confezionamento secondario. La Commissione, unanimemente, per le motivazioni di cui sopra, decide di richiedere alla Ditta AXEL S.r.l. la campionatura integrativa relativa al prodotto offerto per il LOTTO 22, comprensiva del confezionamento secondario, avvalendosi della facoltà espressamente prevista all'articolo 9 del Disciplinare di Gara il quale recita "*in sede di valutazione qualitativa dei prodotti offerti, potrà essere richiesta ulteriore campionatura per ciascun prodotto offerto. A tale richiesta, i concorrenti non potranno opporre rifiuto alcuno*".

La Commissione decide di rinviare l'ulteriore disamina e la valutazione qualitativa dei prodotti ammessi per il LOTTO 22 dopo l'avvenuta ricezione dell'ulteriore campionatura, da richiedersi alla Ditta AXEL S.r.l.

LOTTO 23: SET PER ANESTESIA PERIDURALE CONTINUA COMPOSTO DA AGO TIPO "TUOHY", CATETERE CON PUNTA CHIUSA SENZA MANDRINO, CON FILTRO E SIRINGA

In relazione ai prodotti presentati dalle Dite ammesse per il LOTTO in esame, la Commissione rileva quanto segue con riferimento alle sotto indicate ditte:

AXEL S.r.l.

La Commissione rileva la mancanza sul confezionamento secondario dell'etichetta contenente tutte le informazioni del prodotto, che rende il prodotto stesso non valutabile con riferimento al parametro "Facilità di stoccaggio" del confezionamento secondario. La Commissione, unanimemente, per le motivazioni di cui sopra, decide di richiedere alla Ditta AXEL S.r.l. la campionatura integrativa relativa al prodotto offerto per il LOTTO 23, comprensiva del confezionamento secondario, avvalendosi della facoltà espressamente prevista all'articolo 9 del Disciplinare di Gara il quale recita "*in sede di valutazione qualitativa dei prodotti offerti, potrà essere richiesta ulteriore campionatura per ciascun prodotto offerto. A tale richiesta, i concorrenti non potranno opporre rifiuto alcuno*".

SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l.

La Commissione rileva la mancanza del confezionamento secondario, che rende il prodotto non valutabile con riferimento ai parametri relativi al confezionamento secondario e, pertanto, decide di richiedere alla Ditta SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l. la campionatura integrativa relativa al prodotto offerto per il LOTTO 23, comprensiva del confezionamento secondario, avvalendosi della facoltà espressamente prevista all'articolo 9 del Disciplinare di Gara il quale recita "*in sede di valutazione qualitativa dei prodotti offerti, potrà essere richiesta ulteriore campionatura per ciascun prodotto offerto. A tale richiesta, i concorrenti non potranno opporre rifiuto alcuno*".

YVGON ITALIA S.r.l.

La Commissione rileva la mancanza del confezionamento secondario, che rende il prodotto non valutabile con riferimento ai parametri relativi al confezionamento secondario e, pertanto, decide di richiedere alla Ditta YVGON ITALIA S.r.l. la campionatura integrativa relativa al prodotto offerto per il LOTTO 23, comprensiva del confezionamento secondario, avvalendosi della facoltà

espressamente prevista all'articolo 9 del Disciplinare di Gara il quale recita "in sede di valutazione qualitativa dei prodotti offerti, potrà essere richiesta ulteriore campionatura per ciascun prodotto offerto. A tale richiesta, i concorrenti non potranno opporre rifiuto alcuno".

La Commissione decide di rinviare l'ulteriore disamina e la valutazione qualitativa dei prodotti ammessi per il LOTTO 23 dopo l'avvenuta ricezione dell'ulteriore campionatura, da richiedersi alle Dite AXEL S.r.l., SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l. e VYGON ITALIA S.r.l.

LOTTO 24: AGO PER BLOCCO DI PLESSO

In relazione ai prodotti presentati dalle Dite ammesse per il LOTTO in esame, la Commissione rileva quanto segue con riferimento alla sotto indicata ditta:

SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l.

La Commissione rileva la seguente incongruenza tra quanto riportato nel foglietto illustrativo allegato alla confezione secondaria e il campione presentato per l'ago G 22 lungo 80 mm: mentre nel foglietto illustrativo viene dichiarato dalla Ditta che l'ago con le predette misure (G 22 lungo 80 mm) è centimetrato, il campione presentato con le misure in questione non è centimetrato difformemente dalla prescrizione del Capitolato Tecnico.

La Commissione, unanimemente, per le motivazioni di cui sopra, decide di richiedere alla Ditta SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l. di dichiarare che tutti gli aghi per blocco di plesso della stessa produttore/commercializzati con lunghezza ≥ 50 mm sono centimetrati.

La Commissione decide di rinviare l'ulteriore disamina e la valutazione qualitativa dei prodotti ammessi per il LOTTO 24 dopo l'avvenuta ricezione dell'ulteriore campionatura, da richiedersi alla Ditta SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l.

LOTTO 1: AGO DI HUBER

In relazione ai prodotti presentati dalle Dite ammesse per il LOTTO in esame, la Commissione rileva quanto segue con riferimento alle sotto indicate ditte:

AXEL S.r.l.

La Commissione rileva la mancanza sul confezionamento secondario dell'etichetta contenente tutte le informazioni del prodotto, che rende il prodotto stesso non valutabile con riferimento al parametro "Facilità di stoccaggio" del confezionamento secondario.

La Commissione, unanimemente, per le motivazioni di cui sopra, decide di richiedere alla Ditta AXEL S.r.l. la campionatura integrativa relativa al prodotto offerto per il LOTTO 1, comprensiva del confezionamento secondario, avvalendosi della facoltà espressamente prevista all'articolo 9 del Disciplinare di Gara il quale recita "in sede di valutazione qualitativa dei prodotti offerti, potrà essere richiesta ulteriore campionatura per ciascun prodotto offerto. A tale richiesta, i concorrenti non potranno opporre rifiuto alcuno".

SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l.

La Commissione rileva la mancanza dei confezionamento secondario, che rende il prodotto non valutabile con riferimento ai parametri relativi al confezionamento secondario e, pertanto, decide di richiedere alla Ditta SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l. la campionatura integrativa relativa al prodotto offerto per il LOTTO 1, comprensiva del confezionamento secondario, avvalendosi della

facoltà espressamente prevista all'articolo 9 del Disciplinare di Gara il quale recita "in sede di valutazione qualitativa dei prodotti offerti, potrà essere richiesta ulteriore campionatura per ciascun prodotto offerto. A tale richiesta, i concorrenti non potranno opporre rifiuto alcuno".

VIGEO S.r.l.

La Commissione rileva la mancanza sul confezionamento secondario dell'etichetta contenente tutte le informazioni del prodotto, che rende il prodotto stesso non valutabile con riferimento al parametro "Facilità di stoccaggio" del confezionamento secondario.

La Commissione, unanimemente, per le motivazioni di cui sopra, decide di richiedere alla Ditta VIGEO S.r.l. la campionatura integrativa relativa al prodotto offerto per il LOTTO 1, comprensiva del confezionamento secondario, avvalendosi della facoltà espressamente prevista all'articolo 9 del Disciplinare di Gara il quale recita "in sede di valutazione qualitativa dei prodotti offerti, potrà essere richiesta ulteriore campionatura per ciascun prodotto offerto. A tale richiesta, i concorrenti non potranno opporre rifiuto alcuno".

STERYLAB S.r.l.

La Commissione rileva la mancanza sul confezionamento secondario dell'etichetta contenente tutte le informazioni del prodotto, che rende il prodotto stesso non valutabile con riferimento al parametro "Facilità di stoccaggio" del confezionamento secondario.

La Commissione, unanimemente, per le motivazioni di cui sopra, decide di richiedere alla Ditta STERYLAB S.r.l. la campionatura integrativa relativa al prodotto offerto per il LOTTO 1, comprensiva del confezionamento secondario, avvalendosi della facoltà espressamente prevista all'articolo 9 del Disciplinare di Gara il quale recita "in sede di valutazione qualitativa dei prodotti offerti, potrà essere richiesta ulteriore campionatura per ciascun prodotto offerto. A tale richiesta, i concorrenti non potranno opporre rifiuto alcuno".

La Commissione decide di rinviare l'ulteriore disamina e la valutazione qualitativa dei prodotti ammessi per il LOTTO 1 dopo l'avvenuta ricezione dell'ulteriore campionatura, da richiedersi alle Dite EXEL S.r.l., SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l., VIGEO S.r.l. e STERYLAB S.r.l.

LOTTO 2 SUB A: AGO DI HUBER A SINGOLA VIA DI INNESSIONE CON PROLUNGA LOTTO 2 SUB B: AGO DI HUBER A DOPPIA VIA DI INFESSIONE CON PROLUNGA

In relazione ai prodotti presentati dalle Dite ammesse per il LOTTO in esame, la Commissione rileva quanto segue con riferimento alle sotto indicate ditte:

AXEL S.r.l.

La Commissione rileva - per entrambi i LOTTI (2 SUB A e 2 SUB B) - la mancanza sul confezionamento secondario dell'etichetta contenente tutte le informazioni del prodotto, che rende il prodotto stesso non valutabile con riferimento al parametro "Facilità di stoccaggio" del confezionamento secondario.

La Commissione, unanimemente, per le motivazioni di cui sopra, decide di richiedere alla Ditta AXEL S.r.l. la campionatura integrativa relativa ai prodotti offerti per i LOTTI 2 SUB A e 2 SUB B, comprensiva del confezionamento secondario, avvalendosi della facoltà espressamente prevista all'articolo 9 del Disciplinare di Gara il quale recita "in sede di valutazione qualitativa dei prodotti offerti, potrà essere richiesta ulteriore campionatura per ciascun prodotto offerto. A tale richiesta, i concorrenti non potranno opporre rifiuto alcuno".

MULTIMEDICAL S.r.l.

La Commissione rileva - per entrambi i LOTTI (2 SUB A e 2 SUB B) - la mancanza del confezionamento secondario, che rende il prodotto non valutabile con riferimento ai parametri relativi al confezionamento secondario e, pertanto, decide di richiedere alla Ditta MULIMEDICAL S.r.l. il confezionamento secondario relativo ai prodotti offerti per i LOTTI 2 SUB A e 2 SUB B, avvalendosi della facoltà espressamente prevista all'articolo 9 del Disciplinare di Gara il quale recita "in sede di valutazione qualitativa dei prodotti offerti, potrà essere richiesta ulteriore campionatura per ciascun prodotto offerto. A tale richiesta, i concorrenti non potranno opporre rifiuto alcuno".

DKS LOVERSAN S.P.A.

La Commissione rileva, per entrambi i LOTTI (2 SUB A e 2 SUB B), quanto segue:

- la mancanza del confezionamento secondario, che rende il prodotto non valutabile con riferimento ai parametri relativi al confezionamento secondario. La Commissione, pertanto, decide di richiedere alla Ditta DKS LOVERSAN S.p.A. il confezionamento secondario relativo ai prodotti offerti per i LOTTI 2 SUB A e 2 SUB B, avvalendosi della facoltà espressamente prevista all'articolo 9 del Disciplinare di Gara il quale recita "in sede di valutazione qualitativa dei prodotti offerti, potrà essere richiesta ulteriore campionatura per ciascun prodotto offerto. A tale richiesta, i concorrenti non potranno opporre rifiuto alcuno";
- la seguente incongruenza tra quanto riportato nella scheda tecnica e quanto riportato sul confezionamento primario e sul confezionamento secondario, con riferimento alla prolunga: da scheda tecnica la prolunga risulta "dehp free", mentre sia sul confezionamento primario che sul confezionamento secondario dei relativi campioni viene indicata la presenza di ftalati all'interno dei prodotti. Considerato che il Capitolato Tecnico prescrive che la prolunga debba essere costituita di materiale idoneo, adatto ai medicinali a contenuto lipidico, e che sono da considerarsi e costituite di materiale plastico idoneo, adatto ai medicinali a contenuto lipidico, e che sotto da considerarsi e costituite di materiale plastico idoneo, adatto ai medicinali a contenuto lipidico, e che sostanze che possono rilasciare particelle potenzialmente tossiche e patogene, e pertanto non adatte all'infusione di medicinali a contenuto lipidico), la Commissione decide di richiedere alla Ditta DKS LOVERSAN S.p.A. di chiarire di quale materiale sia composta la prolunga dei prodotti presentati per l'intero LOTTO 2 (sub A e sub B) e di motivare le ragioni dell'incongruenza tra quanto dichiarato in scheda tecnica e quanto specificato sulla confezione primaria e secondaria della campionatura presentata.

SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l.

La Commissione rileva - per i LOTTI 2 SUB B - la seguente incongruenza con riferimento alla prolunga: da scheda tecnica la prolunga risulta "dehp free", mentre sul confezionamento primario di alcuni campioni viene indicata la presenza di ftalati all'interno dei prodotti. Considerato che il Capitolato Tecnico prescrive che la prolunga debba essere costituita di materiale plastico idoneo, adatto ai medicinali a contenuto lipidico, e che sono da considerarsi e costituite di materiale idoneo le prolunghie prive di ftalati (trattandosi di sostanze che possono rilasciare particelle plastiche potenzialmente tossiche e patogene, e pertanto non adatte all'infusione di medicinali a contenuto lipidico), la Commissione, unanimemente, per le motivazioni di cui sopra, decide di richiedere alla Ditta SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l. di chiarire di quale materiale sia composta la prolunga dei prodotti presentati per il LOTTO 2 sub B e di motivare le ragioni dell'incongruenza tra quanto dichiarato in scheda tecnica e quanto specificato sulla confezione primaria della campionatura presentata.

VIGEO S.r.l.

La Commissione rileva - per entrambi i LOTTI (2 SUB A e 2 SUB B) - la mancanza sul confezionamento secondario dell'etichetta contenente tutte le informazioni del prodotto, che rende il prodotto stesso non valutabile con riferimento al parametro "Facilità di stoccaggio" del confezionamento secondario.

La Commissione, unanimemente, per le motivazioni di cui sopra, decide di richiedere alla Ditta VIGEO S.r.l. la campionatura integrativa relativa ai prodotti offerti per i LOTTI 2 SUB A e 2 SUB B, comprensiva del confezionamento secondario, avvalendosi della facoltà espressamente prevista all'articolo 9 del Disciplinare di Gara il quale recita "in sede di valutazione qualitativa dei prodotti offerti, potrà essere richiesta ulteriore campionatura per ciascun prodotto offerto. A tale richiesta, i concorrenti non potranno opporre rifiuto alcuno".

STERYLAB S.r.l.

La Commissione rileva - per entrambi i LOTTI (2 SUB A e 2 SUB B) - quanto segue:

- la mancanza sul confezionamento secondario dell'etichetta contenente tutte le informazioni del prodotto, che rende il prodotto stesso non valutabile con riferimento al parametro "Facilità di stoccaggio" del confezionamento secondario. La Commissione, pertanto, decide di richiedere alla Ditta STERYLAB S.r.l. la campionatura integrativa relativa ai prodotti offerti per i LOTTI 2 SUB A e 2 SUB B, comprensiva del confezionamento secondario, avvalendosi della facoltà espressamente prevista all'articolo 9 del Disciplinare di Gara il quale recita "in sede di valutazione qualitativa dei prodotti offerti, potrà essere richiesta ulteriore campionatura per ciascun prodotto offerto. A tale richiesta, i concorrenti non potranno opporre rifiuto alcuno";
- non è possibile verificare la conformità della prolunga alle indicazioni del Capitolato Tecnico, il quale prescrive che la stessa debba essere costituita di materiale plastico idoneo, adatto ai medicinali a contenuto lipidico. Considerato che sono da considerarsi e costituite di materiale idoneo le prolunghie prive di ftalati (trattandosi di sostanze che possono rilasciare particelle plastiche potenzialmente tossiche e patogene, e pertanto non adatte all'infusione di medicinali a contenuto lipidico), la Commissione decide di richiedere alla Ditta STERYLAB S.r.l. di chiarire di quale materiale sia composta la prolunga dei prodotti presentati per l'intero LOTTO 2 (sub A e sub B).

Per le ragioni su esposte, la Commissione decide di rinviare l'ulteriore dsamina e la valutazione qualitativa di tutti i prodotti ammessi per l'intero LOTTO 2 (SUB A e SUB B) dopo l'avvenuta ricezione:

- dell'ulteriore campionatura, da richiedersi alla Ditta AXEL S.r.l., STERYLAB S.r.l. e VIGEO S.r.l.;
- del confezionamento secondario, da richiedersi alle Dite MULIMEDICAL S.r.l. e DKS LOVERSAN S.p.a.;
- dei chiarimenti, da richiedersi alle Dite DKS LOVERSAN S.p.A., SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l. e STERYLAB S.r.l.

LOTTO 3 SUB A: AGO DI HUBER CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA A SINGOLA VIA DI INFUSIONE CON PROLUNGA

LOTTO 3 SUB B: AGO DI HUBER CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA A DOPPIA VIA DI INFUSIONE CON PROLUNGA

In relazione ai prodotti presentati dalle Dite ammesse per il LOTTO in esame, la Commissione rileva quanto segue con riferimento alla sotto indicata ditta:

DKS LOVERSAN S.p.A.

La Commissione rileva - per entrambi i LOTTI (3 SUB A e 3 SUB B) - la mancanza del confezionamento secondario, che rende il prodotto non valutabile con riferimento ai parametri relativi al confezionamento secondario e, pertanto, decide di richiedere alla Ditta DKS LOVERSAN S.p.A. il confezionamento secondario relativo ai prodotti offerti per i LOTTI 3 SUB



A e 2 SUB B, avvalendosi della facoltà espressamente prevista all'articolo 9 del Disciplinare di Gara il quale recita "in sede di valutazione qualitativa dei prodotti offerti, potrà essere richiesta ulteriore campionatura per ciascun prodotto offerto. A tale richiesta, i concorrenti non potranno opporre rifiuto alcuno".

Per le ragioni su esposte, la Commissione decide di rinviare l'ulteriore disamina e la valutazione qualitativa di tutti i prodotti ammessi per l'intero LOTTO 3 (SUB A e SUB B) dopo l'avvenuta ricezione del confezionamento secondario, da richiedersi alla Ditta DKS LOVERSAN S.p.A.


I componenti della Commissione procederanno – nelle more della ricezione dei campioni integrativi/chiarimenti da richiedersi alle Ditte a seguito della seduta odierna – con la testazione, presso i reparti ospedalieri di relativa pertinenza, dei campioni ammessi per i LOTTI esaminati (LOTTI 20, 21, 22, 23, 24, 1, 2, 3), al fine della successiva valutazione collegiale dei parametri dell'Allegato 2 al Disciplinare di Gara relativi alla categoria "Funzionalità e maneggevolezza", che richiedono la prova pratica.

Alle ore 16,30 il Presidente dichiara chiusa la seduta e, sentiti i presenti, aggiorna i lavori alle ore 9,30 del giorno 08/03/2012 presso la sede del Centro Regionale Acquisti per la Sanità, per proseguire con la valutazione quantitativa dei prodotti ammessi LOTTO per LOTTO (desumibile dalla documentazione tecnica e dai campioni presentati, secondo i parametri di valutazione previsti nell'Allegato 2 al Disciplinare di gara e che qui devono intendersi integralmente richiamati).

Il Presidente, quindi, trattiene presso di sé la documentazione contenuta nelle Buste "Documentazione tecnica" delle Ditte concorrenti, per custodirla in luogo sicuro e protetto presso il Centro Regionale Acquisti per la Sanità, Palazzo Molin, S. Polo 2514 – Venezia.

Letto, approvato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE: Dott.ssa Daniela Barzan



I COMPONENTI: Sig.ra Nazarena Merlo



Dott. Vinicio Danzi

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

GARA D'APPALTO, A MEZZO PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA PER UN PERIODO DI 2 ANNI DI "AGHI SPECIALI" IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE VENETO

**VERBALE DEL 08/03/2012
SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Il giorno 8 del mese di marzo dell'anno 2012, alle ore 9,45 presso la sede del Centro Regionale Acquisiti per la Sanità, Palazzo Molin, S. Polo 2514 - Venezia, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata di valutare le offerte presentate dai concorrenti ammessi alla gara d'appalto a procedura aperta per la fornitura, per un periodo di due anni, di Aghi Speciali in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione Veneto, indetta con la D.G.R. V. n. 753 del 7 giugno 2011.

La Commissione, nominata con decreto del Dirigente Regionale della Direzione Controlli e Governo SSR n. 78 del 04/10/2011, risulta così composta:

- Presidente:
Dot.tessa Daniela Barzani
Direttore U.O.C. Farmacia Ospedaliera - Azienda ULSS 13 di Mirano
- Componenti:
- *Sig.ra Nezzarena Merlo*
Responsabile Infermieristica Tecnica del Dipartimento Oncologico - Azienda ULSS 18 di Rovigo
- *Dot. Iancio Danzi*
Dirigente S.S.O.D. Terapia Intensiva Polivalente - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

Vengono ripresi i lavori della precedente seduta riservata del 22 febbraio 2012, come da relativo verbale, che qui deve intendersi integralmente richiamato.

La Commissione, preliminarmente, prende atto che sono pervenuti al Centro Regionale Acquisiti per la Sanità, entro i termini previsti (27/02/2012):

- gli ulteriori campioni relativi ai prodotti offerti dalle seguenti Dite per i LOTTI a margine indicati, richiesti con nota del Dirigente della Direzione Risorse Controlli e Governo SSR, Responsabile Unico del Procedimento, in data 17/02/2012:
 - ✓ Ditta DELTA MED S.r.l. LOTTI 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
 - ✓ Ditta DISTRIBUTORI ARTICOLI SANITARI S.r.l. LOTTI 27, 28, 29, 31, 32, 33
 - ✓ Ditta SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l. LOTTI 27, 28, 29, 31, 33, 34;
 - i chiarimenti della Ditta ARTSANA S.p.A. sulla composizione del catere offerto per i LOTTI 27 e 29, richiesti con nota del Dirigente della Direzione Risorse Controlli e Governo SSR, Responsabile Unico del Procedimento, in data 17/02/2012;
- Dei chiarimenti, agli atti del Centro Regionale Acquisiti per la Sanità e che qui devono intendersi integralmente richiamati, consentono di dichiarare conformi alle caratteristiche tecniche previste dal Capitolato Tecnico i prodotti offerti dalla Ditta ARTSANA S.p.A. per i LOTTI 27 e 29;

La Commissione prende atto, altresì, che sono pervenuti al Centro Regionale Acquisiti per la Sanità, entro i termini previsti (05/03/2012):

- i chiarimenti della Ditta SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l. sulla centimetatura del prodotto offerto per il LOTTO 24, richiesti con nota del Dirigente della Direzione Risorse Controlli e Governo SSR, Responsabile Unico del Procedimento, in data 28/02/2012;
 - Dei chiarimenti, agli atti del Centro Regionale Acquisiti per la Sanità e che qui devono intendersi integralmente richiamati, consentono di dichiarare conforme alle caratteristiche tecniche previste dal Capitolato Tecnico il prodotto offerto dalla Ditta SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l. per il LOTTO 24;
 - gli ulteriori campioni relativi ai prodotti offerti dalle seguenti Dite per i LOTTI a margine indicati, richiesti con nota del Dirigente della Direzione Risorse Controlli e Governo SSR, Responsabile Unico del Procedimento, in data 28/02/2012:
 - ✓ Ditta AXEL S.r.l. LOTTI 1, 2, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23
 - ✓ Ditta STERYLAB S.r.l. LOTTI 1, 2, 16, 17
 - ✓ Ditta VIGEO S.r.l. LOTTI 1, 2;
 - i confezionamenti secondari relativi ai prodotti offerti dalle seguenti Dite per i LOTTI a margine indicati, richiesti con nota del Dirigente della Direzione Risorse Controlli e Governo SSR, Responsabile Unico del Procedimento, in data 28/02/2012:
 - ✓ Ditta VYGON ITALIA S.r.l. LOTTI 20, 21, 23
 - ✓ Ditta SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l. LOTTI 1, 21, 23
 - ✓ Ditta MULTIMEDICAL S.r.l. LOTTO 2
 - ✓ Ditta AIR LIQUIDMEDICAL SYSTEMS S.p.A. LOTTI 16, 17
- mentre, con riferimento alla Ditta DKS LOVERSAN S.p.A., alla quale era stato richiesto il confezionamento secondario dei LOTTI 2 e 3, è pervenuto - alla data odierna - soltanto il confezionamento secondario del LOTTO 2.

La Commissione, inoltre, prende atto che sono in corso di perfezionamento e di invio da parte del Centro Regionale Acquisiti per la Sanità le note di richiesta chiarimenti alle Dite SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l., DKS LOVERSAN S.p.A. e STERYLAB S.r.l. sulla composizione della prolunga offerta per il LOTTO 2.

Per quanto riguarda il LOTTO 2 e il LOTTO 3, pertanto, la valutazione qualitativa dei prodotti ammessi (desumibile dalla documentazione tecnica e dai campioni presentati, secondo i parametri di valutazione previsti nell'Allegato 2 al Disciplinare di gara e che qui devono intendersi integralmente richiamati) verrà effettuata successivamente alla ricezione:

- del confezionamento secondario del prodotto offerto dalla Ditta DKS LOVERSAN S.p.A., non ancora pervenuto;
- dei chiarimenti da parte delle Dite SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l., DKS LOVERSAN S.p.A. e STERYLAB S.r.l. sulla composizione della prolunga offerta per il LOTTO 2.

Con riferimento ai LOTTI 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, e 1, sulla base dei campioni integrativi/chiarimenti pervenuti, nonché sulla base delle testazioni già effettuate nei reparti delle relative campionate, è possibile procedere già alle valutazioni qualitative dei prodotti ammessi nonché all'assegnazione dei relativi punteggi con riferimento a tutti i parametri di valutazione qualitativa previsti nell'Allegato 2 al Disciplinare di gara, ivi compresi i parametri che richiedevano la prova pratica.

Per quanto riguarda infine, i LOTTI 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 e 23, 24, gli stessi verranno valutati nel corso delle prossime sedute.

La Commissione, procederà, pertanto, nella seduta odierna, alla valutazione qualitativa dei LOTTI 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, e 1.

Prima di procedere con le valutazioni qualitative pre-visite per la data odierna, la Commissione decide - all'unanimità - quanto segue in relazione al parametro "Miglior rapporto tra diametro interno e diametro esterno (minor spessore della parete della cannula)" dei lotti 27-28-29-30-31-32-33: poiché nelle schede tecniche dei prodotti ammessi non sempre è riportata l'indicazione del diametro interno e del diametro esterno della cannula, per la valutazione del parametro in questione verrà preso a riferimento il flusso in ml/minuto dichiarato in scheda tecnica per il Gauge per il quale è stata chiesta la relativa campionatura, in quanto detto flusso è direttamente proporzionale al rapporto diametro interno/diametro esterno.

LOTTO 27 - AGO CANNULA VENOSO PER RIFERICO A DUE VIE DI INSUSIONE

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede alle pre-visite valutazioni qualitative secondo i parametri prescritti dall'Allegato 2 al Disciplinare di Gara.

SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l.

La ditta presenta due campioni diversi uno in Poliuretano (nome commerciale Optiva 2), l'altro in polietilene fluorotilene (teflon) (nome commerciale Jelco 2). Il secondo non viene valutato in quanto difforme dalle prescrizioni del capitolato. *Pertanto se ne dovrà tener conto in sede di apertura offerte economiche.*

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Presenza di 3 misure intermedie. Punteggio assegnato (1)

Ottima la tenuta della connessione con la linea di infusione. Punteggio assegnato (2)

Buona la rasatura del catetere sull'ago. Punteggio assegnato (6)

Sufficiente la scorrevolezza del catetere sull'ago. Punteggio assegnato (1)

Ottima la morbidezza del catetere. Punteggio assegnato (6)

Ottima la tenuta della valvola, ottima la distanza della via principale, sufficientemente ergonomica la presa e presenza del tappino via principale in punta. Punteggio assegnato (5)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono ben visibili e inoltre è presente il colore identificativo della misura sull'involucro primario. Punteggio assegnato (3)

Buona l'apertura del prodotto, presente vassoietto morbido che impedisce una presa sicura. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento secondario:

Ottima la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Punteggio assegnato (2)

DISTRIBUTORI ARTICOLI SANITARI S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Presenza di 4 misure intermedie. Punteggio assegnato (2)

Ottima la tenuta della connessione con la linea di infusione. Punteggio assegnato (2)

Sufficiente la rasatura del catetere sull'ago. Punteggio assegnato (4)

Sufficiente la scorrevolezza del catetere sull'ago. Punteggio assegnato (1)

Sufficiente la morbidezza del catetere, in quanto catetere rigido con rischio di kinking. Punteggio assegnato (4)

Flusso 55 del gauge 20. Punteggio assegnato (1)

La valvola gira su se stessa rendendone difficoltoso l'uso, sufficiente la distanza della via principale, sufficientemente ergonomica la presa. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono ben visibili. Punteggio assegnato (2)

Ottima sia la rigidità del vassoietto che la facilità di apertura del prodotto, invito agevole all'apertura. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento secondario:

Buono il confezionamento secondario in quanto la consistenza dell'imballo è leggera. Punteggio assegnato (1)

ARTISANA S.p.A.

In scheda tecnica il catetere è in PUR mentre nel foglio illustrativo e sul confezionamento secondario del campione il catetere risulta in FEP, (non è PTFE causa di esclusione dal capitolato). Chiesto chiarimenti con nota prot. 78496 del 17.02.12 che sono stati dati con nota prot. 92213 del 27.02.2012 agli atti.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Presenza di 3 misure intermedie. Punteggio assegnato (1)

Ottima la tenuta della connessione con la linea di infusione. Punteggio assegnato (2)

Buona la rasatura del catetere sull'ago. Punteggio assegnato (6)

Ottima la scorrevolezza del catetere sull'ago. Punteggio assegnato (2)

Buona la morbidezza del catetere. Punteggio assegnato (6)

Flusso 59 del gauge 20. Punteggio assegnato (2)

Buona la tenuta della valvola, ottima la distanza della via principale, sufficientemente ergonomica la presa, presenza del tappino via principale in punta. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono ben visibili. Punteggio assegnato (2)

Buona l'apertura del prodotto, presente vassoietto morbido che impedisce una presa sicura. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento secondario:

Buono il confezionamento secondario in quanto la consistenza dell'imballo è leggera. Punteggio assegnato (1)

BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Presenza di 4 misure intermedie. Punteggio assegnato (2)

Ottima la tenuta della connessione con la linea di infusione. Punteggio assegnato (2)

Molto buona la rasatura del catetere sull'ago. Punteggio assegnato (6)

Ottima la scorrevolezza del catetere sull'ago. Punteggio assegnato (2)

Buona la morbidezza del catetere. Punteggio assegnato (6)

Flusso 67 del gauge 20. Punteggio assegnato (4)

Ottima la tenuta della valvola, ottima la distanza della via principale, ergonomica la presa, ottimo il tappino via principale. Punteggio assegnato (6)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono ben visibili. Punteggio assegnato (2)

Ottima sia la rigidità del vassoietto che la facilità di apertura del prodotto, invito agevole all'apertura. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento secondario:

Ottima la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Punteggio assegnato (2)

DELTA MED S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Presenza di 4 misure intermedie. Punteggio assegnato (2)

Ottima la tenuta della connessione con la linea di infusione. Punteggio assegnato (2)

Ottima la rastrematura del catetere sull'ago. Punteggio assegnato (7)

Ottima la scorevolezza del catetere sull'ago. Punteggio assegnato (2)

Flusso 59 del gauge 20. Punteggio assegnato (2)

Molto buona la tenuta della valvola, ottima la distanza della via principale, sufficientemente ergonomica la presa, presenza del tappino via principale in punta. Punteggio assegnato (5)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono ben visibili. Punteggio assegnato (2)

Buona l'apertura del prodotto, presente vassoietto morbido che impedisce una presa sicura. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento secondario:

Ottima la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Punteggio assegnato (2)

La Commissione, unanimemente, per le motivazioni di cui sopra, decide di assegnare i punteggi di cui al documento allegato al presente verbale.

LOTTO 28 - AGO CANNULA VENOSO PERIFERICO A UNA VIA DI INFESSIONE SENZA ALETTI

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede alle previste valutazioni qualitative secondo i parametri prescritti dall'Allegato 2 al Disciplinare di Gara.

SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l.

La ditta presenta due campioni diversi uno in Poliuretano (nome commerciale Optiva), l'altro in polietilene/fluorotilene (teflon) (nome commerciale Jelco).

Il secondo non viene valutato in quanto difforme dalle prescrizioni del capitolato.

Per tanto se non dovrà tener conto in sede di apertura offerte economiche.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Presenza di 3 misure intermedie. Punteggio assegnato (1)

Ottima la tenuta della connessione con la linea di infusione. Punteggio assegnato (2)

Molto buona la rastrematura del catetere sull'ago. Punteggio assegnato (9)

Buona la scorevolezza del catetere sull'ago. Punteggio assegnato (2)

Flusso 65 del gauge 20. Punteggio assegnato (9)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono ben visibili e inoltre è presente il colore identificativo della misura sull'involucro primario. Punteggio assegnato (3)

Buona l'apertura del prodotto; presente vassoietto morbido che impedisce una presa sicura. Punteggio assegnato (1)

Confezionamento secondario:

Ottima la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Punteggio assegnato (2)

DISTRIBUTORI ARTICOLI SANITARI S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Presenza di 4 misure intermedie. Punteggio assegnato (2)

Ottima la tenuta della connessione con la linea di infusione. Punteggio assegnato (2)

Sufficiente la rastrematura del catetere sull'ago. Punteggio assegnato (6)

Sufficiente la scorevolezza del catetere sull'ago. Punteggio assegnato (1)

Flusso 55 del gauge 20. Punteggio assegnato (1)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono ben visibili. Punteggio assegnato (2)

Ottima sia la rigidità del vassoietto che la facilità di apertura del prodotto, invio agevole all'apertura. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento secondario:

Buona la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio in quanto difficoltosa la lettura del codice identificativo del prodotto che rende difficoltoso l'utilizzo da parte dell'operatore. Punteggio assegnato (1)

PROMED S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Presenza di 3 misure intermedie. Punteggio assegnato (1)

Ottima la tenuta della connessione con la linea di infusione. Punteggio assegnato (2)

Molto buona la rastrematura del catetere sull'ago. Punteggio assegnato (8)

Ottima la scorevolezza del catetere sull'ago. Punteggio assegnato (2)

Flusso 63,6 del gauge 20. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono ben visibili e inoltre è presente il colore identificativo della misura sull'involucro primario. Punteggio assegnato (3)

Buona la facilità di apertura del prodotto in quanto il vassoietto è morbido. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento secondario:

Ottima la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Punteggio assegnato (2)

DELTA MED S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Presenza di 4 misure intermedie. Punteggio assegnato (2)

Ottima la tenuta della connessione con la linea di infusione. Punteggio assegnato (2)

Molto buona la rastrematura del catetere sull'ago. Punteggio assegnato (9)

Buona la scorevolezza del catetere sull'ago. Punteggio assegnato (2)

Molto buona la morbidezza del catetere. Punteggio assegnato (9)

Flusso 59 del gauge 20. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono ben visibili. Punteggio assegnato (2)

Buona l'apertura del prodotto; presente vassoietto morbido. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento secondario:

Ottima la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Punteggio assegnato (2)

La Commissione, unanimemente, per le motivazioni di cui sopra, decide di assegnare i punteggi di cui al documento allegato al presente verbale.

LOTTO 29: AGO CANNULA VENOSO PERIFERICO A UNA VIA DI INFUSIONE CON ALETTI

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede alle previste valutazioni qualitative secondo i parametri prescritti dall'Allegato 2 al Disciplinare di Gara.

SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Presenza di 3 misure intermedie. Punteggio assegnato (1)

Ottima la tenuta della connessione con la linea di infusione. Punteggio assegnato (2)

Molto buona la rasatura del catetere sull'ago. Punteggio assegnato (10)

Buona la scorevolezza del catetere sull'ago. Punteggio assegnato (2)

Ottima la morbidezza del catetere. Punteggio assegnato (10)

Flusso 60 del gauge 20. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono ben visibili e inoltre è presente il colore identificativo della misura sull'involucro primario. Punteggio assegnato (3)

Buona l'apertura del prodotto; presente vassoietto morbido che impedisce una presa sicura. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento secondario:

Ottima la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Punteggio assegnato (2)

DISTRIBUTORI ARTICOLI SANITARI S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Presenza di 4 misure intermedie. Punteggio assegnato (2)

Ottima la tenuta della connessione con la linea di infusione. Punteggio assegnato (2)

Sufficiente la rasatura del catetere sull'ago. Punteggio assegnato (6)

Sufficiente la scorevolezza del catetere sull'ago. Punteggio assegnato (1)

Insufficiente la morbidezza del catetere. Punteggio assegnato (5)

Flusso 55 del gauge 20. Punteggio assegnato (1)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono ben visibili. Punteggio assegnato (2)

Ottima sia la rigidità del vassoietto che la facilità di apertura del prodotto, invito agevole all'apertura. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento secondario:

Buono il confezionamento secondario in quanto la consistenza dell'imballo è leggera. Punteggio assegnato (1)

PROMED SRL.

Come dal verbale dell'11/01/2012 la Ditta viene esclusa in quanto, diversamente da quanto prescritto nel Capitolato tecnico di gara, il prodotto offerto con riferimento al G 14 è privo di alette.

ARTSANA S.p.A.

In scheda tecnica il catetere è in PUR mentre nel foglio illustrativo e sul conf. secondario del campione il catetere risulta in FEP (non è PTFE causa di esclusione dal capitolato). Chiesto chiarimenti con nota prot. 78496 del 17.02.12 che sono stati dati con nota prot. 92213 del 27.02.2012 agli atti.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Presenza di 3 misure intermedie. Punteggio assegnato (1)

Ottima la tenuta della connessione con la linea di infusione. Punteggio assegnato (2)

Molto buona la rasatura del catetere sull'ago. Punteggio assegnato (10)

Buona la scorevolezza del catetere sull'ago. Punteggio assegnato (2)

Ottima la morbidezza del catetere. Punteggio assegnato (10)

Flusso 65 del gauge 20. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono ben visibili. Punteggio assegnato (2)

Ottima sia la rigidità del vassoietto che la facilità di apertura del prodotto, invito agevole all'apertura. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento secondario:

Buona la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Punteggio assegnato (1)

DELTA MED S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Presenza di 4 misure intermedie. Punteggio assegnato (2)

Ottima la tenuta della connessione con la linea di infusione. Punteggio assegnato (2)

Molto buona la rasatura del catetere sull'ago. Punteggio assegnato (9)

Buona la scorevolezza del catetere sull'ago. Punteggio assegnato (2)

Ottima la morbidezza del catetere. Punteggio assegnato (10)

Flusso 59 del gauge 20. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono ben visibili. Punteggio assegnato (2)

Buona l'apertura del prodotto; presente vassoietto morbido che impedisce una presa sicura. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento secondario:

Buona la facilità di stoccaggio. Punteggio assegnato (2)

Ottima la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Punteggio assegnato (2)

La Commissione, unanimemente, per le motivazioni di cui sopra, decide di assegnare i punteggi di cui al documento allegato al presente verbale.

LOTTO 30: AGO CANNULA VENOSO PERIFERICO A UNA VIA DI INFUSIONE CON ALETTI

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede alle previste valutazioni qualitative secondo i parametri prescritti dall' Allegato 2 al Disciplinare di Gara.

DELTA MED S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Ottima la tenuta della connessione con la linea di infusione. Punteggio assegnato (2)

Molto buona la rastrematura del catetere sull'ago. Punteggio assegnato (10)

Ottima la scorrevolezza del catetere sull'ago. Punteggio assegnato (2)

Molto buona la morbidezza del catetere. Punteggio assegnato (10)

Flusso 29 del gauge 24. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono ben visibili. Punteggio assegnato (2)

Buona l'apertura del prodotto; presente vassoietto morbido che impedisce una presa sicura. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento secondario:

Ottima la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Punteggio assegnato (2)

LOTTO 31: AGO CANNULA VENOSO PERIFERICO A UNA VIA DI INFUSIONE SENZA ALETTE

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede alle previste valutazioni qualitative secondo i parametri prescritti dall' Allegato 2 al Disciplinare di Gara.

SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Ottima la tenuta della connessione con la linea di infusione. Punteggio assegnato (2)

Molto buona la rastrematura del catetere sull'ago. Punteggio assegnato (11)

Buona la scorrevolezza del catetere sull'ago. Punteggio assegnato (2)

Ottima la morbidezza del catetere. Punteggio assegnato (11)

Flusso 24 del gauge 24. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono ben visibili e inoltre è presente il colore identificativo della misura sull'involucro primario. Punteggio assegnato (3)

Buona l'apertura del prodotto; presente vassoietto morbido che impedisce una presa sicura. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento secondario:

Ottima la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Punteggio assegnato (2)

DISTRIBUTORI ARTICOLO SANITARI S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Ottima la tenuta della connessione con la linea di infusione. Punteggio assegnato (2)

Sufficiente la rastrematura del catetere sull'ago. Punteggio assegnato (6)

Buona la scorrevolezza del catetere sull'ago. Punteggio assegnato (2)

Sufficiente la morbidezza del catetere. Punteggio assegnato (7)

Flusso 18 del gauge 24. Punteggio assegnato (1)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono ben visibili. Punteggio assegnato (2)

Ottima sia la rigidità del vassoietto che la facilità di apertura del prodotto, invio agevole all'apertura. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento secondario:

Buona la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio, in quanto poco leggibile il codice identificativo del prodotto che, pertanto, rende difficoltoso l'utilizzo da parte dell'operatore. Punteggio assegnato (1)

PROMED S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Ottima la tenuta della connessione con la linea di infusione. Punteggio assegnato (2)

Molto buona la rastrematura del catetere sull'ago. Punteggio assegnato (11)

Buona la scorrevolezza del catetere sull'ago. Punteggio assegnato (2)

Ottima la morbidezza del catetere. Punteggio assegnato (11)

Flusso 24 del gauge 24. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono ben visibili e inoltre è presente il colore identificativo della misura sull'involucro primario. Punteggio assegnato (3)

Buona l'apertura del prodotto; presente vassoietto morbido che impedisce una presa sicura. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento secondario:

Ottima la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Punteggio assegnato (2)

DELTA MED S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Ottima la tenuta della connessione con la linea di infusione. Punteggio assegnato (2)

Molto buona la rastrematura del catetere sull'ago. Punteggio assegnato (11)

Buona la scorrevolezza del catetere sull'ago. Punteggio assegnato (2)

Ottima la morbidezza del catetere. Punteggio assegnato (11)

Flusso 29 del gauge 24. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono ben visibili. Punteggio assegnato (2)

Ottima sia la rigidità del vassoietto che la facilità di apertura del prodotto, invio agevole all'apertura. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento secondario:

Ottima la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Punteggio assegnato (2)

La Commissione, unanimemente, per le motivazioni di cui sopra, decide di assegnare i punteggi di cui al documento allegato al presente verbale.

LOTTO 32: AGO CANNELLA VENOSO PERIFERICO A DUE VIE DI INFUSIONE CON DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede alle previste valutazioni qualitative secondo i parametri prescritti dall'Allegato 2 al Disciplinare di Gara.

MEDICA VALEGGIA S.p.A.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Presenza di 3 misure intermedie. Punteggio assegnato (1)

Ottima la tenuta della connessione con la linea di infusione. Punteggio assegnato (2)

Buona la resistenza del catetere sull'ago. Punteggio assegnato (3)

Ottima la scorrevolezza del catetere sull'ago. Punteggio assegnato (2)

Buona la morbidezza del catetere. Punteggio assegnato (3)

Flusso 60 del gauge 20. Punteggio assegnato (2)

Il dispositivo di sicurezza risulta sufficiente, in quanto il sistema è attivo e ingombrante. Punteggio assegnato (5)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono ben visibili e inoltre presenza del è presente il colore identificativo della misura sull'involucro primario. Punteggio assegnato (3)

Insufficiente la facilità di apertura in quanto, pur essendo agevole l'apertura, la confezione si apre dalla parte dell'ago, determinando gravi rischi di piegatura dell'ago medesimo. Inoltre il vassoietto è morbido, impedendo una presa sicura. Punteggio assegnato (0)

Confezionamento secondario:

Buona la facilità di stoccaggio in quanto, pur avendo la confezione il codice colore che identifica facilmente la misura, le dimensioni e il posizionamento delle informazioni sulla scatola non permettono un ottimale stoccaggio. Punteggio assegnato (1)

DISTRIBUTORI ARTICOLI SANITARI S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Presenza di 4 misure intermedie. Punteggio assegnato (2)

Ottima la tenuta della connessione con la linea di infusione. Punteggio assegnato (2)

Buona la resistenza del catetere sull'ago. Punteggio assegnato (3)

Ottima la scorrevolezza del catetere sull'ago. Punteggio assegnato (2)

Buona la morbidezza del catetere, in quanto catetere rigido con rischio di kinking (vedi sopra – prova pratica). Punteggio assegnato (3)

Flusso 55 del gauge 20. Punteggio assegnato (1)

Il dispositivo di sicurezza risulta sufficiente, in quanto il sistema è attivo e ingombrante e, inoltre, l'apertura delle alette richiede una manovra aggiuntiva che rende complicato l'utilizzo dell'ago. Punteggio assegnato (5)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono ben visibili e inoltre è presente il colore identificativo della misura sull'involucro primario. Punteggio assegnato (3)

Sufficiente la facilità di apertura in quanto, pur essendo buona l'apertura, il confezionamento è ingombrante e il vassoietto è morbido, impedendo una presa sicura. Punteggio assegnato (1)

Confezionamento secondario:

Buona la facilità di stoccaggio in quanto, pur avendo la confezione il codice colore che identifica facilmente la misura, la consistenza dell'imballaggio è leggera. Punteggio assegnato (1)

PROMED S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Presenza di 4 misure intermedie. Punteggio assegnato (2)

Ottima la tenuta della connessione con la linea di infusione. Punteggio assegnato (2)

Ottima la resistenza del catetere sull'ago. Punteggio assegnato (5)

Ottima la scorrevolezza del catetere sull'ago. Punteggio assegnato (2)

Ottima la morbidezza del catetere. Punteggio assegnato (5)

Flusso 67 del gauge 20. Punteggio assegnato (3)

Il dispositivo di sicurezza risulta ottimo, in quanto il sistema è passivo e, inoltre, presenta una guaina di protezione lungo l'ago, che rende lo stesso più visibile all'operatore e pertanto più sicuro durante l'utilizzo. Punteggio assegnato (11)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono ben visibili. Punteggio assegnato (2)

Ottima sia la rigidità del vassoietto che la facilità di apertura del prodotto, invito agevole all'apertura. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento secondario:

Ottima la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Punteggio assegnato (2)

ARTSANA S.p.A.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Presenza di 3 misure intermedie. Punteggio assegnato (1)

Ottima la tenuta della connessione con la linea di infusione. Punteggio assegnato (2)

Molto buona la resistenza del catetere sull'ago. Punteggio assegnato (4)

Ottima la scorrevolezza del catetere sull'ago. Punteggio assegnato (2)

Ottima la morbidezza del catetere. Punteggio assegnato (5)

Flusso 65 del gauge 20. Punteggio assegnato (3)

Il dispositivo di sicurezza risulta molto buono, in quanto il sistema è passivo. Punteggio assegnato (9)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono ben visibili. Punteggio assegnato (2)

Ottima sia la rigidità del vassoietto che la facilità di apertura del prodotto, invito agevole all'apertura. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento secondario:

Buona la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio, in quanto il codice identificativo del prodotto non è immediatamente rilevabile. Punteggio assegnato (1)

B. BRAUN MILANO S.p.A.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Presenza di 4 misure intermedie. Punteggio assegnato (2)

Ottima la tenuta della connessione con la linea di infusione. Punteggio assegnato (2)

Molto buona la resistenza del catetere sull'ago. Punteggio assegnato (4)

Ottima la scorrevolezza del catetere sull'ago. Punteggio assegnato (2)

Ottima la morbidezza del catetere. Punteggio assegnato (5)

Flusso 61 del gauge 20. Punteggio assegnato (2)

Il dispositivo di sicurezza risulta molto buono, in quanto il sistema è passivo. Punteggio assegnato (9)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono ben visibili e inoltre è presente il colore identificativo della misura sull'involucro primario. Punteggio assegnato (3)

Buona l'apertura del prodotto; presente vassoietto morbido che impedisce una presa sicura. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento secondario:

Ottima la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Punteggio assegnato (2)

DELTA MED S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Presenza di 4 misure intermedie. Punteggio assegnato (2)

Ottima la tenuta della connessione con la linea di infusione. Punteggio assegnato (2)

Molto buona la rasatura del catetere sull'ago. Punteggio assegnato (4)

Ottima la scorrevolezza del catetere sull'ago. Punteggio assegnato (2)

Ottima la morbidezza del catetere. Punteggio assegnato (5)

Flusso 59 del gauge 20. Punteggio assegnato (2)

Il dispositivo di sicurezza risulta molto buono, in quanto il sistema è passivo. Punteggio assegnato (9)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono ben visibili. Punteggio assegnato (2)

Ottima sia la rigidità del vassoietto che la facilità di apertura del prodotto, invito agevole all'apertura. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento secondario:

Ottima la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Punteggio assegnato (2)

La Commissione, unanimemente, per le motivazioni di cui sopra, decide di assegnare i punteggi di cui al documento allegato al presente verbale.

LOTTO 33: AGO CANNULA VENOSO PERIFERICO A UNA VIA DI INFUSIONE CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA CON ALETTE

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede alle previste valutazioni qualitative secondo i parametri prescritti dall'Allegato 2 al Disciplinare di Gara.

SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Presenza di 3 misure intermedie. Punteggio assegnato (1)

Ottima la tenuta della connessione con la linea di infusione. Punteggio assegnato (2)

Ottima la rasatura del catetere sull'ago. Punteggio assegnato (5)

Ottima la scorrevolezza del catetere sull'ago. Punteggio assegnato (2)

Sufficiente la morbidezza del catetere, in quanto il catetere è rigido con rischio di kinking (vedi sopra - prova pratica). Punteggio assegnato (2)
Flusso 63 del gauge 20. Punteggio assegnato (3)

Il dispositivo di sicurezza risulta sufficiente, in quanto il sistema è attivo e ingombrante. Punteggio assegnato (6)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono ben visibili e inoltre è presente il colore identificativo della misura sull'involucro primario. Punteggio assegnato (3)

Buona l'apertura del prodotto; presente vassoietto morbido che impedisce una presa sicura. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento secondario:

Ottima la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Punteggio assegnato (2)

DISTRIBUTORI ARTICOLI SANITARI S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Presenza di 4 misure intermedie. Punteggio assegnato (2)

Ottima la tenuta della connessione con la linea di infusione. Punteggio assegnato (2)

Buona la rasatura del catetere sull'ago. Punteggio assegnato (3)

Ottima la scorrevolezza del catetere sull'ago. Punteggio assegnato (2)

Sufficiente la morbidezza del catetere, in quanto il catetere è rigido con rischio di kinking. Punteggio assegnato (2)

Flusso 55 del gauge 20. Punteggio assegnato (1)

Il dispositivo di sicurezza risulta sufficiente, in quanto il sistema è attivo e ingombrante. Punteggio assegnato (6)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono ben visibili e inoltre è presente il colore identificativo della misura sull'involucro primario. Punteggio assegnato (3)

Sufficiente la facilità di apertura in quanto, pur essendo buona l'apertura, il confezionamento è ingombrante e il vassoietto è morbido, impedendo una presa sicura. Punteggio assegnato (1)

Confezionamento secondario:

Buono il confezionamento secondario in quanto, pur avendo la confezione il codice colore che identifica facilmente la misura, la consistenza dell'imballo è leggera. Punteggio assegnato (1)

PROMED S.r.l.

Come dal verbale dell'11/01/2012 la Ditta viene esclusa in quanto, diversamente da quanto prescritto nel Capitolato tecnico di gara, il prodotto offerto con riferimento al G 14 è privo di alette.

ARTSANA S.p.A.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Presenza di 3 misure intermedie. Punteggio assegnato (1)

Ottima la tenuta della connessione con la linea di infusione. Punteggio assegnato (2)

Molto buona la rasatura del catetere sull'ago. Punteggio assegnato (4)

Ottima la scorrevolezza del catetere sull'ago. Punteggio assegnato (2)

Molto buona la morbidezza del catetere. Punteggio assegnato (4)

Flusso 65 del gauge 20. Punteggio assegnato (3)

Il dispositivo di sicurezza risulta ottimo, in quanto il sistema è passivo. Punteggio assegnato (11)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono ben visibili. Punteggio assegnato (2)

Ottima sia la rigidità del vassoietto che la facilità di apertura del prodotto, invito agevole all'apertura. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento secondario:

Buona la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Più difficile l'identificazione del prodotto. Punteggio assegnato (1)

B. BRAUN MILANO S.P.A.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Presenza di 3 misure intermedie. Punteggio assegnato (1)

Ottima la tenuta della connessione con la linea di infusione. Punteggio assegnato (2)

Molto buona la resistenza del catetere sull'ago. Punteggio assegnato (4)

Ottima la scorrevolezza del catetere sull'ago. Punteggio assegnato (2)

Ottima la morbidezza del catetere. Punteggio assegnato (5)

Flusso 65 del gauge 20. Punteggio assegnato (3)

Il dispositivo di sicurezza risulta ottimo, in quanto il sistema è passivo. Punteggio assegnato (11)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono ben visibili e inoltre è presente il colore identificativo della misura sull'involucro primario. Punteggio assegnato (3)

Buona l'apertura del prodotto, presente vassoietto morbido che impedisce una presa sicura. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento secondario:

Ottima la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Punteggio assegnato (2)

DELTA MED S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Presenza di 4 misure intermedie. Punteggio assegnato (2)

Ottima la tenuta della connessione con la di infusione. Punteggio assegnato (2)

Molto buona la resistenza del catetere sull'ago. Punteggio assegnato (4)

Ottima la scorrevolezza del catetere sull'ago. Punteggio assegnato (2)

Molto buona la morbidezza del catetere. Punteggio assegnato (4)

Flusso 59 del gauge 20. Punteggio assegnato (2)

Il dispositivo di sicurezza risulta ottimo, in quanto il sistema è passivo. Punteggio assegnato (11)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono ben visibili. Punteggio assegnato (2)

Ottima sia la rigidità del vassoietto che la facilità di apertura del prodotto, invito agevole all'apertura. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento secondario:

Buona la facilità di stoccaggio. Punteggio assegnato (2)

La Commissione, unanimemente, per le motivazioni di cui sopra, decide di assegnare i punteggi di cui al documento allegato al presente verbale.

LOTTO 34 SUB A: SIRINGA STERILE MONOUSO CON AGO PER PRELIEVO ARTERIOSO PER EMOGASANALISI ED ELETTROLITI - ago 25 G - circa 13 mm

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede alle previste valutazioni qualitative secondo i parametri prescritti dall'Allegato 2 al Disciplinare di Gara.

SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Ottima tenuta del gommino, e ottimale sistema di espulsione delle bolle. Punteggio assegnato (6)

Ottima la scorrevolezza del pistone, in quanto lo stantuffo è morbido e progressivo. Punteggio assegnato (6)

Ottima visibilità della scala. Punteggio assegnato (6)

Molto buona la tenuta della connessione; se la siringa viene usata con ago, può risultare difficile l'utilizzo del filtro per l'espulsione delle bolle. Punteggio assegnato (5)

Ottimo il cappuccio/sistema di chiusura cono. Punteggio assegnato (6)

Confezionamento primario:

Ottima la visibilità di misure, lotto e scadenza, ma l'etichetta è fusa all'interno della confezione. Punteggio assegnato (1)

Ottima la facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (2)

Presenza di vassoietto morbido. Punteggio assegnato (1)

Confezionamento secondario:

Insufficiente la facilità di stoccaggio in quanto la confezione è costituita da un involucro in nylon, contenente a sua volta quattro confezioni di nylon da 50 pezzi ciascuna, senza etichetta. Punteggio assegnato (0)

Confezionamento secondario:

Ottima la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Punteggio assegnato (2)

Ottima la visibilità della scala. Punteggio assegnato (5)

Molto buona la tenuta della connessione con sistemi di infusione o irrigazione; tappo molto piccolo che rende difficile il suo innesto, con rischio di contaminazione da parte dell'operatore. Punteggio assegnato (3)

Molto buono il cappuccio/sistema di chiusura cono. Punteggio assegnato (5)

Confezionamento primario:

Ottima la visibilità di misure, lotto e scadenza. Punteggio assegnato (2)

Presenza di vassoietto morbido. Punteggio assegnato (1)

Confezionamento secondario:

Ottima la facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (2)

Presenza di vassoietto morbido. Punteggio assegnato (1)

Confezionamento secondario:

Ottima la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento primario:

Ottima la visibilità di misure, lotto e scadenza. Punteggio assegnato (2)

Presenza di vassoietto morbido. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento secondario:

Ottima la facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (2)

Presenza di vassoietto morbido. Punteggio assegnato (1)

Confezionamento secondario:

Ottima la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento primario:

Ottima la visibilità di misure, lotto e scadenza. Punteggio assegnato (2)

Presenza di vassoietto morbido. Punteggio assegnato (1)

Confezionamento secondario:

Ottima la facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (2)

Presenza di vassoietto morbido. Punteggio assegnato (1)

Confezionamento secondario:

Ottima la visibilità della scala. Punteggio assegnato (5)

Molto buona la tenuta della connessione con sistemi di infusione o irrigazione. Punteggio assegnato (5)

Molto buono il cappuccio/sistema di chiusura cono. Punteggio assegnato (5)

Confezionamento primario:

Ottima la visibilità di misure, lotto e scadenza. Punteggio assegnato (2)

Ottima la facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (2)

Presenza di vassoietto rigido. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento secondario:

Ottima la facilità di stoccaggio. Punteggio assegnato (2)

Ottima la facilità di imballaggio. Punteggio assegnato (2)

PROMED S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Molto buona la tenuta del gommino. Punteggio assegnato (5)

Ottima la scorrevolezza e la tenuta del pistone; stantuffo morbido e progressivo. Punteggio assegnato (6)

Molto buona la visibilità della scala. Punteggio assegnato (5)

Ottima la tenuta della connessione con sistemi di infusione o irrigazione. Punteggio assegnato (6)

Molto buono il cappuccio/sistema di chiusura cono. Punteggio assegnato (5)

Confezionamento primario:

Ottima la visibilità di misure, lotto e scadenza. Punteggio assegnato (2)

Buona la facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (1)

Non si rileva la presenza di alcun vassoietto. Punteggio assegnato (0)

Confezionamento secondario:

Ottima la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Punteggio assegnato (2)

La Commissione, unanimemente, per le motivazioni di cui sopra, decide di assegnare i punteggi di cui al documento allegato al presente verbale.

LOTTO 34 SUB B: SIRINGA STERILE MONOUSO CON AGO PER PRELIEVO ARTERIOSO PEREMOGASANALISI ELETTROLITI - ago 22/23 G - circa 25 mm

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede alle previste valutazioni qualitative secondo i parametri prescritti dall'Allegato 2 al Disciplinare di Gara.

SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Ottima tenuta del gommino, e ottimale sistema di espulsione delle bolle. Punteggio assegnato (6)

Ottima la scorrevolezza del pistone, in quanto lo stantuffo è morbido e progressivo. Punteggio assegnato (6)

Ottima visibilità della scala. Punteggio assegnato (6)

Molto buona la tenuta della connessione; se la siringa viene usata con ago, può risultare difficile l'utilizzo del filtro per l'espulsione delle bolle. Punteggio assegnato (5)

Ottimo il cappuccio/sistema di chiusura cono. Punteggio assegnato (6)

Confezionamento primario:

Ottima la visibilità di misure, lotto e scadenza, ma l'etichetta è sfusa all'interno della confezione. Punteggio assegnato (1)

Ottima la facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (2)

Presenza di vassoietto morbido. Punteggio assegnato (1)

Confezionamento secondario:

Insufficiente la facilità di stoccaggio in quanto la confezione è costituita da un involucro in nylon, contenente a sua volta quattro confezioni di nylon da 50 pezzi ciascuna, senza etichetta. Punteggio assegnato (0)

GEPA S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Sufficiente la tenuta del gommino; il gommino, se punto con ago per il trasporto, non consente di escludere il rischio di puntura accidentale per l'operatore. Punteggio assegnato (3)

Sufficiente la scorrevolezza e la tenuta del pistone; siringa scivolosa e stantuffo non progressivo. Punteggio assegnato (3)

Molto buona la visibilità della scala. Punteggio assegnato (5)

Molto buona la tenuta della connessione con sistemi di infusione o irrigazione; tappo molto piccolo che rende difficile il suo imasto, con rischio di contaminazione da parte dell'operatore. Punteggio assegnato (3)

Molto buono il cappuccio/sistema di chiusura cono. Punteggio assegnato (5)

Confezionamento primario:

Ottima la visibilità di misure, lotto e scadenza. Punteggio assegnato (2)

Ottima la facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (2)

Presenza di vassoietto morbido. Punteggio assegnato (1)

Confezionamento secondario:

Ottima la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento secondario:

Ottima la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Punteggio assegnato (2)

La Commissione, unanimemente, per le motivazioni di cui sopra, decide di assegnare i punteggi di cui al documento allegato al presente verbale.

CLINILAB S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Molto buona la tenuta del gommino. Punteggio assegnato (5)

Molto buona la scorrevolezza e la tenuta del pistone; lo stantuffo è progressivo. Punteggio assegnato (5)

Molto buona la visibilità della scala. Punteggio assegnato (5)

Molto buona la tenuta della connessione con sistemi di infusione o irrigazione. Punteggio assegnato (5)

Confezionamento primario:

Ottima la visibilità di misure, lotto e scadenza. Punteggio assegnato (2)

Ottima la facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (2)

Presenza di vassoietto rigido. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento secondario:

Ottima la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento secondario:

Ottima la visibilità di misure, lotto e scadenza. Punteggio assegnato (2)

Ottima la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento secondario:

Ottima la visibilità di misure, lotto e scadenza, ma l'etichetta è sfusa all'interno della confezione. Punteggio assegnato (1)

PROMED S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Molto buona la tenuta del gommino. Punteggio assegnato (5)

Ottima la scorrevolezza e la tenuta del pistone; stantuffo morbido e progressivo. Punteggio assegnato (6)

Molto buona la visibilità della scala. Punteggio assegnato (5)

Ottima la tenuta della connessione con sistemi di infusione o irrigazione. Punteggio assegnato (6)
Molto buono il cappuccio/sistema di chiusura cono. Punteggio assegnato (5)

Confezionamento primario:

Ottima la visibilità di misure, lotto e scadenza. Punteggio assegnato (2)

Buona la facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (1)

Non si rileva la presenza di alcun vassoietto. Punteggio assegnato (0)

Confezionamento secondario:

Ottima la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Punteggio assegnato (2)

La Commissione, unanimemente, per le motivazioni di cui sopra, decide di assegnare i punteggi di cui al documento allegato al presente verbale.

LOTTO 1: AGO DI HUBER

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede alle previste valutazioni qualitative secondo i parametri prescritti dall'Allegato 2 al Disciplinare di Gara.

AXEL S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Buona la gamma di lunghezze dell'ago con riferimento ai due gauge richiesti (G 20 e G 22). Punteggio assegnato (3)

Buona l'ergonomia dell'impugnatura. Punteggio assegnato (12)

Buona la facilità di penetrazione. Punteggio assegnato (8)

Confezionamento primario:

Insufficiente l'indicazione di misure, lotto e scadenza, in quanto poco visibili. Punteggio assegnato (0)

Insufficiente la facilità di apertura del prodotto in quanto la confezione è ingombrante e la carta si strappa nella fase di apertura. Punteggio assegnato (0)

Confezionamento secondario:

Insufficiente la facilità di stoccaggio in quanto, pur essendo buone la dimensione dell'imballo e la consistenza dell'involucro, mancano del tutto le informazioni necessarie per il corretto utilizzo del prodotto. Punteggio assegnato (0)

SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Buona la gamma di lunghezze dell'ago con riferimento ai due gauge richiesti (G 20 e G 22). Punteggio assegnato (3)

Più che sufficiente l'ergonomia dell'impugnatura. Punteggio assegnato (9)

Più che sufficiente la facilità di penetrazione, in quanto a volte difficoltosa. Punteggio assegnato (7)

Confezionamento primario:

Ottima la visibilità di misure, lotto e scadenza. Punteggio assegnato (3)

Ottima la facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento secondario:

Ottima la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Punteggio assegnato (2)

BARD S.p.A.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Buona la gamma di lunghezze dell'ago con riferimento ai due gauge richiesti (G 20 e G 22). Punteggio assegnato (3)

Molto buona l'ergonomia dell'impugnatura. Punteggio assegnato (13)

Buona la facilità di penetrazione. Punteggio assegnato (8)

Confezionamento primario:

Ottima la visibilità di misure, lotto e scadenza. Punteggio assegnato (3)

Ottima la facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento secondario:

Ottima la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Punteggio assegnato (2)

VICEO S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Molto buona la gamma di lunghezze dell'ago con riferimento ai due gauge richiesti (G 20 e G 22). Punteggio assegnato (4)

Molto buona l'ergonomia dell'impugnatura. Punteggio assegnato (13)

Buona la facilità di penetrazione. Punteggio assegnato (8)

Confezionamento primario:

Insufficiente l'indicazione di misure, lotto e scadenza, in quanto poco visibili. Punteggio assegnato (0)

Buona la facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento secondario:

Buona la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Più difficile l'identificazione del prodotto. Punteggio assegnato (1)

STERYLAB S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Ottima la gamma di lunghezze dell'ago con riferimento ai due gauge richiesti (G 20 e G 22). Punteggio assegnato (5)

Buona l'ergonomia dell'impugnatura. Punteggio assegnato (12)

Buona la facilità di penetrazione. Punteggio assegnato (8)

Confezionamento primario:

Insufficiente l'indicazione di misure, lotto e scadenza, in quanto poco visibili. Punteggio assegnato (0)

Buona la facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento secondario:

Buona la facilità di stoccaggio in quanto, pur essendo le informazioni chiaramente visibili, l'involucro è ingombrante. Punteggio assegnato (1)

B. BRAUN MILANO S.p.A.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Sufficiente la gamma di lunghezze dell'ago con riferimento ai due gauge richiesti (G 20 e G 22). Punteggio assegnato (1)

Ottima l'ergonomia dell'impugnatura. Punteggio assegnato (15)

Molto buona la facilità di penetrazione. Punteggio assegnato (9)



Confezionamento per unario:

Ottima la visibilità di misure, lotto e scadenza. Punteggio assegnato (3)

Ottima la facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento secondario:

Ottima la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Punteggio assegnato (2)


La Commissione, unanimemente, per le motivazioni di cui sopra, decide di assegnare i punteggi di cui al documento allegato al presente verbale.

Alle ore 16,05 il Presidente dichiara chiusa la seduta e, sentiti i presenti, aggiorna i lavori alle ore 9,30 del giorno 21/03/2012 presso la sede del Centro Regionale Acquisiti per la Sanità, per proseguire con l'apertura e disamina dei campioni presentati dalle Ditte ammesse. LOTTO per LOTTO, con la lettura della documentazione agli stessi allegata, al fine di valutare l'effettiva conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche prescritte nell'Allegato 1 al Disciplinare di gara "Capitolato Tecnico", nonché per proseguire con la valutazione qualitativa dei prodotti ammessi. LOTTO per LOTTO (desumibile dalla documentazione tecnica e dai campioni presentati, secondo i parametri di valutazione previsti nell'Allegato 2 al Disciplinare di gara e che qui devono intendersi integralmente richiamati).

Il Presidente, quindi, trattiene presso di sé la documentazione contenuta nelle Buste "Documentazione Tecnica" delle Ditte concorrenti, per custodirla in luogo sicuro e protetto presso il Centro Regionale Acquisiti per la Sanità, Palazzo Molin, S. Polo 2514 – Venezia.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE: Dott.ssa Daniela Barzan




I COMPONENTI: Sig.ra Nazarena Merlo



Dot. Vinicio Danzi



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE



GARA D'APPALTO, A MEZZO PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA PER UN PERIODO DI 2 ANNI DI "AGHI SPECIALI" IN FABBIOSO ALE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE VENETO

**VERBALE DEL 21/03/2012
SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Il giorno 21 del mese di marzo dell'anno 2012, alle ore 9,30 presso la sede del Centro Regionale Acquisti per la Sanità, Palazzo Molin, S. Polo 2514 – Venezia, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata di valutare le offerte presentate dai concorrenti ammessi alla gara d'appalto a procedura aperta per la fornitura, per un periodo di due anni, di Aghi Speciali in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione Veneto, indetta con la D.G.R. V. n. 753 del 7 giugno 2011.

La Commissione, nominata con decreto del Dirigente Regionale della Direzione Controlli e Governo SSR n. 78 del 04/10/2011, risulta così composta:

- **Presidente:**
Dott.ssa Daniela Barzan
Direttore U.O.C. Farmacia Ospedaliera – Azienda ULSS 13 di Mirano
- **Componenti:**
 - *Sig.ra Nazzarena Merlo*
Responsabile Infermieristica Tecnica del Dipartimento Oncologico – Azienda ULSS 18 di Rovigo
 - *Dot. Vinicio Danzi*
Dirigente S.S.O.D. Terapia Intensiva Polivalente – Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

Vengono ripresi i lavori della precedente seduta riservata dell'8 marzo 2012, come da relativo verbale, che qui deve intendersi integralmente richiamato.

La Commissione prende atto, preliminarmente, che è pervenuto al Centro Regionale Acquisti per la Sanità il confezionamento secondario del prodotto offerto per il LOTTO 3, da parte della Ditta DKS LOVERSAN S.p.A. (richiesta della Direzione Controlli e Governo in data 28/02/2012).

La Commissione, inoltre, prende atto che sono pervenuti al Centro Regionale Acquisti per la Sanità, entro i termini previsti, i chiarimenti delle Ditte SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l., DKS LOVERSAN S.p.A. e STERYLAB S.r.l. sulla composizione della prolunga offerta per il LOTTO 2, richiesti con nota del Dirigente della Direzione Risorse Controlli e Governo SSR, Responsabile Unico del Procedimento, in data 13/03/2012. Detti chiarimenti, agli atti del Centro Regionale Acquisti per la Sanità e che qui devono intendersi integralmente richiamati, consentono di dichiarare conformi alle caratteristiche tecniche previste dal Capitolato Tecnico i prodotti offerti dalle Ditte SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l., DKS LOVERSAN S.p.A. e STERYLAB S.r.l. per il LOTTO 2.

Pertanto, la Commissione, sulla base dei campioni integrativi/chiarimenti pervenuti, nonché sulla base delle testazioni delle campionature già effettuate nei reparti, procederà in data odierna alle valutazioni qualitative dei prodotti ammessi per i LOTTI 2, 3 desumibile dalla documentazione tecnica e dai campioni presentati, secondo i parametri di valutazione

previsti nell'Allegato 2 al Disciplinare di gara e che qui devono intendersi integralmente richiamati.

La Commissione, procederà, altresì, all'apertura e disamina dei campioni presentati dalle Ditte ammesse, per i LOTTI 4, 5, 6, 25, 26, e alla lettura della documentazione agli stessi allegata, al fine di valutare l'effettiva conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

LOTTO 2 SUB A): AGO DI HUBER A SINGOLA VIA DI INFUSIONE CON PROLUNGA
Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede alle previste valutazioni qualitative secondo i parametri prescritti dall'Allegato 2 al Disciplinare di Gara.

AXEL S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Buona la gamma di lunghezze dell'ago con riferimento ai tre gauge richiesti (G 19, G 20 e G 22). Punteggio assegnato (3)

Buona l'ergonomia dell'impugnatura. Punteggio assegnato (10)
Ottima la facilità di penetrazione. Punteggio assegnato (10)

Confezionamento primario:
Insufficiente l'indicazione di misure, lotto e scadenza, in quanto poco visibili. Punteggio assegnato (0)

Insufficiente la facilità di apertura del prodotto in quanto la confezione è ingombrante e la carta si trappa nella fase di apertura. Punteggio assegnato (0)

Confezionamento secondario:
Insufficiente la facilità di stoccaggio in quanto, pur essendo buone la dimensioe dell'imballo e la consistenza dell'involucro, mancano del tutto le informazioni necessarie per il corretto utilizzo del prodotto. Punteggio assegnato (0)

MULTIMEDICAL S.r.l.

Sulla scheda tecnica viene dichiarata la presenza di PVC all'interno del prodotto offerto dalla Ditta. Inoltre, sul confezionamento secondario viene indicata la presenza di ftalati all'interno del prodotto stesso.

La presenza di PVC all'interno del prodotto, determina la sua non conformità alle prescrizioni del Capitolato Tecnico, il quale prescrive che la prolunga debba essere costituita di materiale plastico idoneo, adatto ai medicinali a contenuto lipidico.

Sono da considerarsi costituite di materiale idoneo le prolunghie prive di ftalati (trattandosi di sostanze che possono rilasciare particelle plastiche potenzialmente tossiche e patogene, e pertanto non adatte all'infusione di medicinali a contenuto lipidico), e la presenza di PVC all'interno del prodotto non garantisce dal rischio di rilascio di ftalati nel corso dell'infusione.

La Commissione, unanimemente, per le motivazioni di cui sopra, dichiara non conforme alle caratteristiche tecniche previste il prodotto offerto dalla Ditta MULTIMEDICAL S.r.l. per il LOTTO 2 SUB A), che pertanto viene esclusa dal prosieguo della gara per l'intero LOTTO 2.

DKS LOVERSAN S.p.A.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Sufficiente la gamma di lunghezze dell'ago con riferimento ai tre gauge richiesti (G 19, G 20 e G 22). Punteggio assegnato (2)

Ottima l'ergonomia dell'impugnatura. Punteggio assegnato (15)

Ottima la facilità di penetrazione. Punteggio assegnato (10)

Confezionamento primario:

Sufficiente l'indicazione di misure, lotto e scadenza, in quanto non molto visibili. Punteggio assegnato (1)

Ottima la facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento secondario:

Buona la facilità di stoccaggio in quanto, pur essendo buone le dimensioni dell'involucro, l'etichetta contenente le informazioni sul prodotto è poco leggibile. Punteggio assegnato (1)

SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato

(2)

Buona la gamma di lunghezze dell'ago con riferimento ai tre gauge richiesti (G 19, G 20 e G 22). Punteggio assegnato (3)

Buona l'ergonomia dell'impugnatura. le alette removibili al momento della rimozione creano difficoltà nell'impugnazione e nella manovra di contropressione sulla camera del port. Punteggio assegnato (10)

Buona la facilità di penetrazione. Punteggio assegnato (7)

Confezionamento primario:

Ottima la visibilità di misure, lotto e scadenza. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento secondario:

Ottima la facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento primario:

Ottima la visibilità di misure, lotto e scadenza. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento secondario:

Ottima la facilità di penetrazione. Punteggio assegnato (10)

Ottima la visibilità di misure, lotto e scadenza. Punteggio assegnato (3)

Ottima la facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento primario:

Ottima la visibilità di misure, lotto e scadenza. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento secondario:

Ottima la visibilità di misure, lotto e scadenza. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento primario:

Ottima la visibilità di misure, lotto e scadenza. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento secondario:

Ottima la visibilità di misure, lotto e scadenza. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento primario:

Ottima la visibilità di misure, lotto e scadenza. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento secondario:

Ottima la visibilità di misure, lotto e scadenza. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento primario:

Ottima la visibilità di misure, lotto e scadenza. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento secondario:

Ottima la visibilità di misure, lotto e scadenza. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento primario:

Ottima la visibilità di misure, lotto e scadenza. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento secondario:

Ottima la visibilità di misure, lotto e scadenza. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento primario:

Ottima la visibilità di misure, lotto e scadenza. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento secondario:

Ottima la visibilità di misure, lotto e scadenza. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento primario:

Ottima la visibilità di misure, lotto e scadenza. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento secondario:

Ottima la visibilità di misure, lotto e scadenza. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento primario:

Ottima la visibilità di misure, lotto e scadenza. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento secondario:

Ottima la visibilità di misure, lotto e scadenza. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento primario:

Ottima la visibilità di misure, lotto e scadenza. Punteggio assegnato (3)

Sono da considerarsi costituite di materiale idoneo le prolunghe prive di filati (trattandosi di sostanze che possono rilasciare particelle plastiche potenzialmente tossiche e patogeno, e pertanto non adatte all'iniezione di medicinali a contenuto lipidico), e la presenza di PVC all'interno del prodotto non garantisce dal rischio di rilascio di filati nel corso dell'iniezione.

La Commissione, unanimemente, per le motivazioni di cui sopra, dichiara non conforme alle caratteristiche tecniche previste il prodotto offerto dalla Ditta VIGEO S.r.l. per il LOTTO 2 SUB A), che pertanto viene esclusa dal proseguo della gara per l'intero LOTTO 2.

STERILAB S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato

(2)

Buona la gamma di lunghezze dell'ago con riferimento ai tre gauge richiesti (G 19, G 20 e G 22). Punteggio assegnato (3)

Buona l'ergonomia dell'impugnatura. Punteggio assegnato (10)

Buona la facilità di penetrazione. Punteggio assegnato (7)

Confezionamento primario:

Buona la visibilità di misure, lotto e scadenza. Punteggio assegnato (2)

Buona la facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento secondario:

Buona la facilità di stoccaggio in quanto, pur essendo le informazioni chiaramente visibili, l'involucro è ingombrante. Punteggio assegnato (1)

Confezionamento primario:

Buona la facilità di stoccaggio in quanto, pur essendo le informazioni chiaramente visibili, l'involucro è ingombrante. Punteggio assegnato (1)

Confezionamento secondario:

Buona la facilità di stoccaggio in quanto, pur essendo le informazioni chiaramente visibili, l'involucro è ingombrante. Punteggio assegnato (1)

Confezionamento primario:

Buona la facilità di stoccaggio in quanto, pur essendo le informazioni chiaramente visibili, l'involucro è ingombrante. Punteggio assegnato (1)

Confezionamento secondario:

Buona la facilità di stoccaggio in quanto, pur essendo le informazioni chiaramente visibili, l'involucro è ingombrante. Punteggio assegnato (1)

Confezionamento primario:

Buona la facilità di stoccaggio in quanto, pur essendo le informazioni chiaramente visibili, l'involucro è ingombrante. Punteggio assegnato (1)

Confezionamento secondario:

Buona la facilità di stoccaggio in quanto, pur essendo le informazioni chiaramente visibili, l'involucro è ingombrante. Punteggio assegnato (1)

Confezionamento primario:

Buona la facilità di stoccaggio in quanto, pur essendo le informazioni chiaramente visibili, l'involucro è ingombrante. Punteggio assegnato (1)

Confezionamento secondario:

Buona la facilità di stoccaggio in quanto, pur essendo le informazioni chiaramente visibili, l'involucro è ingombrante. Punteggio assegnato (1)

Confezionamento primario:

Buona la facilità di stoccaggio in quanto, pur essendo le informazioni chiaramente visibili, l'involucro è ingombrante. Punteggio assegnato (1)

Confezionamento secondario:

Buona la facilità di stoccaggio in quanto, pur essendo le informazioni chiaramente visibili, l'involucro è ingombrante. Punteggio assegnato (1)

Confezionamento primario:

Buona la facilità di stoccaggio in quanto, pur essendo le informazioni chiaramente visibili, l'involucro è ingombrante. Punteggio assegnato (1)

Confezionamento secondario:

Buona la facilità di stoccaggio in quanto, pur essendo le informazioni chiaramente visibili, l'involucro è ingombrante. Punteggio assegnato (1)

Confezionamento primario:

Buona la facilità di stoccaggio in quanto, pur essendo le informazioni chiaramente visibili, l'involucro è ingombrante. Punteggio assegnato (1)

Confezionamento secondario:

Buona la facilità di stoccaggio in quanto, pur essendo le informazioni chiaramente visibili, l'involucro è ingombrante. Punteggio assegnato (1)

Confezionamento primario:

Buona la facilità di stoccaggio in quanto, pur essendo le informazioni chiaramente visibili, l'involucro è ingombrante. Punteggio assegnato (1)

Confezionamento secondario:

Buona la facilità di stoccaggio in quanto, pur essendo le informazioni chiaramente visibili, l'involucro è ingombrante. Punteggio assegnato (1)

Confezionamento primario:

Buona la facilità di stoccaggio in quanto, pur essendo le informazioni chiaramente visibili, l'involucro è ingombrante. Punteggio assegnato (1)

Confezionamento secondario:

Buona la facilità di stoccaggio in quanto, pur essendo le informazioni chiaramente visibili, l'involucro è ingombrante. Punteggio assegnato (1)

Confezionamento primario:

Buona la facilità di stoccaggio in quanto, pur essendo le informazioni chiaramente visibili, l'involucro è ingombrante. Punteggio assegnato (1)

Confezionamento secondario:

Buona la facilità di stoccaggio in quanto, pur essendo le informazioni chiaramente visibili, l'involucro è ingombrante. Punteggio assegnato (1)

Confezionamento primario:

Buona la facilità di stoccaggio in quanto, pur essendo le informazioni chiaramente visibili, l'involucro è ingombrante. Punteggio assegnato (1)

Confezionamento secondario:

VIGEO S.r.l.

Sulla scheda tecnica viene dichiarata la presenza di PVC all'interno del prodotto offerto dalla Ditta. Inoltre, sul confezionamento primario e secondario viene indicata la presenza di filati all'interno del prodotto stesso.

La presenza di PVC all'interno del prodotto, determina la sua non conformità alle prescrizioni del Capitolato Tecnico, il quale prescrive che la prolunga debba essere costituita di materiale plastico idoneo, adatto ai medicinali a contenuto lipidico.

La Commissione, unanimemente, per le motivazioni di cui sopra, decide di assegnare i punteggi di cui al documento allegato al presente verbale.

LOTTO 2 SUB B): AGO DI HUBER A DOPPIA VIA DI INFUSIONE CON PROLUNGA
Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede alle previste valutazioni qualitative secondo i parametri prescritti dall'Allegato 2 al Disciplinare di Gara.

AXEL S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Buona la gamma di lunghezze dell'ago con riferimento ai tre gauge richiesti (G 19, G 20 e G 22).
Punteggio assegnato (3)

Discreta l'ergonomia dell'impugnatura. Punteggio assegnato (7)
Ottima la facilità di penetrazione. Punteggio assegnato (10)

Confezionamento primario:
Insufficiente l'indicazione di misure, lotto e scadenza, in quanto poco visibili. Punteggio assegnato (0)

Insufficiente la facilità di apertura del prodotto in quanto la confezione è ingombrante e la carta si rappa nella fase di apertura. Punteggio assegnato (0)

Confezionamento secondario:
Insufficiente la facilità di stoccaggio in quanto, pur essendo buone la dimensione dell'imballo e la consistenza dell'involucro, mancano del tutto le informazioni necessarie per il corretto utilizzo del prodotto. Punteggio assegnato (0)

MULTIMEDICAL S.R.L.

Sulla scheda tecnica viene dichiarata la presenza di PVC all'interno del prodotto offerto dalla Ditta. Inoltre, sul confezionamento secondario viene indicata la presenza di ftalati all'interno del prodotto stesso.

La presenza di PVC all'interno del prodotto, determina la sua non conformità alle prescrizioni del Capitolato Tecnico, il quale prescrive che la prolunga debba essere costituita di materiale plastico idoneo, adatto ai medicinali a contenuto lipidico.

Sono da considerarsi costituite di materiale idoneo le prolunghie prive di ftalati (trattandosi di sostanze che possono rilasciare particelle plastiche potenzialmente tossiche e patogene, e pertanto non adatte all'infusione di medicinali a contenuto lipidico), e la presenza di PVC all'interno del prodotto non garantisce dal rischio di rilascio di ftalati nel corso dell'infusione.

La Commissione, unanime, per le motivazioni di cui sopra, dichiara non conforme alle caratteristiche tecniche previste il prodotto offerto dalla Ditta MULTIMEDICAL S.R.L. per il LOTTO 2 SUB A), che pertanto viene esclusa dal prosieguo della gara per l'intero LOTTO 2.

DKSLOVERSAN S.p.A.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Sufficiente la gamma di lunghezze dell'ago con riferimento ai tre gauge richiesti (G 19, G 20 e G 22). Punteggio assegnato (2)

Buona l'ergonomia dell'impugnatura. Punteggio assegnato (10)
Ottima la facilità di penetrazione. Punteggio assegnato (10)

Confezionamento primario:
Sufficiente l'indicazione di misure, lotto e scadenza, in quanto non molto visibili. Punteggio assegnato (1)

Ottima la facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (3)
Confezionamento secondario:

Buona la facilità di stoccaggio in quanto, pur essendo buone le dimensioni dell'involucro, l'etichetta contenente le informazioni sul prodotto è poco leggibile. Punteggio assegnato (1)

SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Molto buona la gamma di lunghezze dell'ago con riferimento ai tre gauge richiesti (G 19, G 20 e G 22). Punteggio assegnato (4)

Molto buona l'ergonomia dell'impugnatura: le alette removibili al momento della rimozione creano difficoltà nell'impugnazione e nella manovra di contropressione sulla camera del port. Punteggio assegnato (13)

Ottima la facilità di penetrazione. Punteggio assegnato (10)

Confezionamento primario:
Ottima la visibilità di misure, lotto e scadenza. Punteggio assegnato (3)

Ottima la facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (3)
Confezionamento secondario:

Ottima la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Punteggio assegnato (2)

BARDO S.p.A.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Ottima la gamma di lunghezze dell'ago con riferimento ai tre gauge richiesti (G 19, G 20 e G 22). Punteggio assegnato (5)

Ottima l'ergonomia dell'impugnatura. Punteggio assegnato (15)
Ottima la facilità di penetrazione. Punteggio assegnato (10)

Confezionamento primario:

Ottima la visibilità di misure, lotto e scadenza. Punteggio assegnato (3)
Ottima la facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento secondario:

Buona la facilità di stoccaggio in quanto, pur essendo le informazioni chiaramente visibili, l'involucro è ingombrante. Punteggio assegnato (1)

VIGEO S.R.L.

Sulla scheda tecnica viene dichiarata la presenza di PVC all'interno del prodotto offerto dalla Ditta. Inoltre, sul confezionamento primario e secondario viene indicata la presenza di ftalati all'interno del prodotto stesso.

La presenza di PVC all'interno del prodotto, determina la sua non conformità alle prescrizioni del Capitolato Tecnico, il quale prescrive che la prolunga debba essere costituita di materiale plastico idoneo, adatto ai medicinali a contenuto lipidico.

Sono da considerarsi costituite di materiale idoneo le prolunghie prive di ftalati (trattandosi di sostanze che possono rilasciare particelle plastiche potenzialmente tossiche e patogene, e pertanto non adatte all'infusione di medicinali a contenuto lipidico), e la presenza di PVC all'interno del prodotto non garantisce dal rischio di rilascio di ftalati nel corso dell'infusione.

La Commissione, unanime, per le motivazioni di cui sopra, dichiara non conforme alle caratteristiche tecniche previste il prodotto offerto dalla Ditta VIGEO S.R.L. per il LOTTO 2 SUB A), che pertanto viene esclusa dal prosieguo della gara per l'intero LOTTO 2.

STERILAB S.R.L.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Buona la gamma di lunghezze dell'ago con riferimento ai tre gauge richiesti (G 19, G 20 e G 22). Punteggio assegnato (3)

Discreta l'ergonomia dell'impugnatura. Punteggio assegnato (7)

Molto buona la facilità di penetrazione. Punteggio assegnato (8)

Configurazione primaria:

Sufficiente la visibilità di misure, lotto e scadenza in quanto i caratteri sono molto piccoli. Punteggio assegnato (1)

Insufficiente la facilità di apertura del prodotto, in quanto la confezione primaria è estremamente ingombrante. Punteggio assegnato (0)

Configurazione secondario:

Buona la facilità di stoccaggio in quanto, pur essendo le informazioni chiaramente visibili, l'involucro è ingombrante. Punteggio assegnato (1)

B. BRAUN MILANO S.p.A.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato

(2)

Buona la gamma di lunghezze dell'ago con riferimento ai tre gauge richiesti (G 19, G 20 e G 22). Punteggio assegnato (3)

Discreta l'ergonomia dell'impugnatura. Punteggio assegnato (7)

Ottima la facilità di penetrazione. Punteggio assegnato (10)

Configurazione primaria:

Ottima la visibilità di misure, lotto e scadenza. Punteggio assegnato (3)

Buona la facilità di apertura del prodotto, in quanto – pur essendo presente il vassoietto rigido - le componenti sono confezionate singolarmente rendendo non agevole l'utilizzo del prodotto. Punteggio assegnato (2)

Configurazione secondario:

Buona la facilità di stoccaggio in quanto, pur essendo buone la dimensione dell'imballo e la consistenza dell'involucro, le informazioni necessarie per il corretto utilizzo del prodotto sono poco leggibili. Punteggio assegnato (1)

La Commissione, unanimemente, per le motivazioni di cui sopra, decide di assegnare i punteggi di cui al documento allegato al presente verbale.

LOTTO 3 SUB A): AGO DI HUBER CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA A SINGOLA VIA DI INFUSIONE CON PROLUNGA

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede alle previste valutazioni qualitative secondo i parametri prescritti dall'Allegato 2 al Disciplinare di Gara.

DKS LOVERSAN S.p.A.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato

(2)

Sufficiente la gamma di lunghezze dell'ago con riferimento ai tre gauge richiesti (G 19, G 20 e G 22). Punteggio assegnato (2)

Discreta l'ergonomia dell'impugnatura. Sistema di sicurezza attivo e rudimentale, ingombrante e non assemblato con le altre componenti. Punteggio assegnato (8)

Ottima la facilità di penetrazione. Punteggio assegnato (10)

Configurazione primaria:

Sufficiente l'indicazione di misure, lotto e scadenza, in quanto non molto visibili. Punteggio assegnato (1)

Ottima la facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (3)

Configurazione secondario:

Buona la facilità di stoccaggio in quanto, pur essendo le informazioni chiaramente visibili, l'involucro è ingombrante. Punteggio assegnato (1)

SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato

(2)

Molto buona la gamma di lunghezze dell'ago con riferimento ai tre gauge richiesti (G 19, G 20 e G 22). Punteggio assegnato (4)

Ottima l'ergonomia dell'impugnatura. Presente il cuscinetto antidecubito. Ottimo sistema di sicurezza attivo. Punteggio assegnato (15)

Molto buona la facilità di penetrazione. Punteggio assegnato (8)

Configurazione primaria:

Ottima la visibilità di misure, lotto e scadenza. Punteggio assegnato (3)

Ottima la facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (3)

Configurazione secondario:

Ottima la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Punteggio assegnato (2)

BARD S.p.A.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato

(2)

Ottima la gamma di lunghezze dell'ago con riferimento ai tre gauge richiesti (G 19, G 20 e G 22). Punteggio assegnato (5)

Ottima l'ergonomia dell'impugnatura. Ottimo sistema di sicurezza attivo. Punteggio assegnato (15)

Ottima la facilità di penetrazione. Punteggio assegnato (10)

Configurazione primaria:

Ottima la visibilità di misure, lotto e scadenza. Punteggio assegnato (3)

Ottima la facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (3)

Configurazione secondario:

Ottima la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Punteggio assegnato (2)

B. BRAUN MILANO S.p.A.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato

(2)

Buona la gamma di lunghezze dell'ago con riferimento ai tre gauge richiesti (G 19, G 20 e G 22). Punteggio assegnato (3)

Discreta l'ergonomia dell'impugnatura ma è presente il cuscinetto antidecubito ed è ottimo il sistema di sicurezza attivo. Prolunga molto antiscivolo. Punteggio assegnato (10)

Ottima la facilità di penetrazione. Punteggio assegnato (10)

Configurazione primaria:

Buona la visibilità di misure, lotto e scadenza. Punteggio assegnato (2)

Ottima la facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (3)

Configurazione secondario:

Buona la facilità di stoccaggio in quanto, pur essendo le informazioni chiaramente visibili, l'involucro è ingombrante. Punteggio assegnato (1)

La Commissione, unanimemente, per le motivazioni di cui sopra, decide di assegnare i punteggi di cui al documento allegato al presente verbale.

LOTTO 3 SUB B: AGO DI HUBER CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA A DOPPIA VIA DI INFISSIONE CON PROLUNGA

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede alle previste valutazioni qualitative secondo i parametri prescritti dall'Allegato 2 al Disciplinare di Gara.

DKS LOVERSAN S.p.A.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Sufficiente la gamma di lunghezze dell'ago con riferimento ai tre gauge richiesti (G 19, G 20 e G 22). Punteggio assegnato (2)

Discreta l'ergonomia dell'impugnatura. Sistema di sicurezza attivo e rudimentale, ingombrante e non assemblato con le altre componenti. Punteggio assegnato (6)

Ottima la facilità di penetrazione. Punteggio assegnato (10)

Confezionamento primario:

Sufficiente l'indicazione di misure, lotto e scadenza, in quanto non molto visibili. Punteggio assegnato (1)

Ottima la facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento secondario:

Insufficiente la facilità di stoccaggio, in quanto l'imballaggio è estremamente ingombrante, anche in relazione al numero di pezzi ivi contenuti. Punteggio assegnato (0)

SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Molto buona la gamma di lunghezze dell'ago con riferimento ai tre gauge richiesti (G 19, G 20 e G 22). Punteggio assegnato (4)

Molto buona l'ergonomia dell'impugnatura: le alette removibili al momento della rimozione creano difficoltà nell'impugnazione e nella manovra di contropressione sulla camera del port.

Presente il cliccino antidecubito. Ottimo sistema di sicurezza attivo. Seconda via removibile che consente l'accesso sia con ago che con sistema luer lock. Punteggio assegnato (13)

Ottima la facilità di penetrazione. Punteggio assegnato (10)

Confezionamento primario:

Ottima la visibilità di misure, lotto e scadenza. Punteggio assegnato (3)

Ottima la facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento secondario:

Ottima la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Punteggio assegnato (2)

BARO S.p.A.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Molto buona la gamma di lunghezze dell'ago con riferimento ai tre gauge richiesti (G 19, G 20 e G 22). Punteggio assegnato (4)

Ottima l'ergonomia dell'impugnatura. Ottimo sistema di sicurezza attivo. Seconda via rimosibile con valvola unidirezionale. Punteggio assegnato (15)

Ottima la facilità di penetrazione. Punteggio assegnato (10)

Confezionamento primario:

Ottima la visibilità di misure, lotto e scadenza. Punteggio assegnato (3)

Ottima la facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento secondario:

Ottima la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Punteggio assegnato (2)

B. BRAUN MILANO S.p.A.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Molto buona la gamma di lunghezze dell'ago con riferimento ai tre gauge richiesti (G 19, G 20 e G 22). Punteggio assegnato (4)

Buona l'ergonomia dell'impugnatura. Ottimo sistema di sicurezza attivo. Seconda via rimosibile con valvola unidirezionale s'fissa e prolunga molto atorcigliata. Punteggio assegnato (12)

Molto buona la facilità di penetrazione. Punteggio assegnato (8)

Confezionamento primario:

Buona la visibilità di misure, lotto e scadenza. Punteggio assegnato (2)

Ottima la facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento secondario:

Buona la facilità di stoccaggio in quanto, pur essendo le informazioni chiaramente visibili, l'involucro è ingombrante. Punteggio assegnato (1)

La Commissione, unanimemente, per le motivazioni di cui sopra, decide di assegnare i punteggi di cui al documento allegato al presente verbale.

La Commissione procede, ora, all'apertura e disamina dei campioni presentati dalle Dite ammesse, per i LOTTI 4, 5, 6, 25, 26, e alla lettura della documentazione agli stessi allegata, al fine di valutare l'effettiva conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

LOTTO 4 SUB A: AGO SEMI-AUTOMATICO PER BIOPSIA TRANCIANTE A GHIGLIOTTINA

LOTTO 4 SUB B: AGO GUIDA PER AGO SEMI-AUTOMATICO PER BIOPSIA TRANCIANTE A GHIGLIOTTINA

In relazione ai prodotti presentati dalle Dite ammesse per il LOTTO in esame, la Commissione rileva la loro conformità alle prescrizioni del capitolato tecnico.

LOTTO 5: AGO AUTOMATICO PER BIOPSIA TRANCIANTE A GHIGLIOTTINA DA USARE CON DISPOSITIVO AUTOMATICO RIUTILIZZABILE

In relazione ai prodotti presentati dalle Dite ammesse per il LOTTO in esame, la Commissione rileva quanto segue con riferimento alle sotto indicate ditte:

MEDITALIA BIOMEDICA S.r.l.

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione rileva all'interno del plico contenente la campionatura presentata dalla predetta Ditta, la mancanza del dispositivo automatico riutilizzabile, richiesti in conto/visione.

La Commissione, pertanto, decide di richiedere alla Ditta MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l. il predetto dispositivo automatico riutilizzabile, necessario per la valutazione del prodotto.

HOSPITAL PROGRAMS S.r.l.

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione rileva la mancanza del confezionamento secondario, che rende il prodotto non valutabile con riferimento ai parametri relativi al confezionamento secondario.

Inoltre, la Commissione rileva all'interno dell'unico plico presentato, contenente la campionatura dei prodotti offerti dalla predetta Ditta, oltre alla mancanza del confezionamento secondario anche per gli altri prodotti offerti, la presenza di un apparecchio per l'elettromiogramma/rimozione di forme dal dispositivo automatico riutilizzabile richiesto in comodato d'uso per il LOTTO in esame.

- La Commissione, pertanto, decide di richiedere alla Ditta HOSPITAL PROGRAMS S.r.l. il confezionamento secondario relativo al prodotto offerto per il LOTTO 5, avvalendosi della facoltà espressamente prevista all'articolo 9 del Disciplinare di Gara il quale recita *"in sede di valutazione qualitativa dei prodotti offerti, potrà essere richiesta ulteriore campionatura per ciascun prodotto offerto. A tale richiesta, i concorrenti non potranno opporre rifiuto alcuno"*;
- il dispositivo automatico riutilizzabile, utile ai fini della valutazione del prodotto offerto per il LOTTO 5.

La Commissione decide di rinviare l'ulteriore disamina e la valutazione qualitativa dei prodotti ammessi per il LOTTO 5 dopo l'avvenuta ricezione del dispositivo automatico riutilizzabile, da richiedersi alle ditte **MED-TALLIA BIOMEDICA S.r.l.** e **HOSPITAL PROGRAMS S.r.l.**, nonché del confezionamento secondario, da richiedersi alla **Ditta HOSPITAL PROGRAMS S.r.l.** per tutti i prodotti per cui ha presentato offerta.

LOTTO 6: SISTEMA AUTOMATICO PER BIOPSIA TRANCIANTE A GHIGLIOTTINA MONOUSO

In relazione ai prodotti presentati dalle Dite ammesse per il LOTTO in esame, la Commissione rileva quanto segue con riferimento alle sotto indicate ditte:

H.S. HOSPITAL SERVICE S.p.A.

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'apertura e disamina dei campioni presentati dalla Ditta ammessa nonché alla lettura della documentazione agli stessi allegata, al fine di valutare l'effettiva conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste e di effettuare le previste valutazioni qualitative secondo i parametri prescritti dall'Allegato 2 al Disciplinare di Gara, LOTTO per LOTTO.

Sul confezionamento primario non sono indicate le informazioni obbligatorie, quali il lotto, il nome del produttore, la data di produzione, la data di scadenza, ecc.

La Commissione rileva che la carenza delle indicazioni sopra riportate e, in particolare, della data di scadenza, costituisce una grave irregolarità del prodotto in quanto trattasi di informazioni indispensabili per un corretto ed efficace utilizzo del medesimo da parte dell'operatore.

La Commissione, unanime, per le motivazioni di cui sopra, dichiara non conforme alla normativa vigente in materia di dispositivi medici il prodotto offerto dalla Ditta **H.S. HOSPITAL SERVICE S.p.A.** per il LOTTO 6, che pertanto viene esclusa dal proseguo della gara per il LOTTO 6.

STERYLAB S.r.l.

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione rileva che nelle schede tecniche del prodotto offerto non è reperibile l'informazione circa la capacità di penetrazione dell'ago, al fine di verificare la conformità alle prescrizioni del capitolato tecnico, il quale prevede una penetrazione dell'ago fino a 20-22 mm.

La Commissione, pertanto, decide di richiedere alla Ditta **STERYLAB S.r.l.** un chiarimento in ordine alla capacità di penetrazione dell'ago in questione.

BIOPSYBELL S.r.l.

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione rileva che nelle schede tecniche del prodotto offerto non è reperibile l'informazione circa la capacità di penetrazione dell'ago, al fine di verificare la conformità alle prescrizioni del capitolato tecnico, il quale prevede una penetrazione dell'ago fino a 20-22 mm.

La Commissione, pertanto, decide di richiedere alla Ditta **BIOPSYBELL S.r.l.** un chiarimento in ordine alla capacità di penetrazione dell'ago in questione.

La Commissione decide di rinviare l'ulteriore disamina e la valutazione qualitativa dei prodotti ammessi per il LOTTO 6 dopo l'avvenuta ricezione del chiarimento sulla capacità di penetrazione dell'ago, da richiedersi alle ditte **STERYLAB S.r.l.** e **BIOPSYBELL S.r.l.**

LOTTO25: AGO PER LOCALIZZAZIONE MAMMARI AD UNCINO SEMPLICE

In relazione ai prodotti presentati dalle Dite ammesse per il LOTTO in esame, la Commissione rileva la loro conformità alle prescrizioni del capitolato tecnico.

LOTTO 26: AGO PER LOCALIZZAZIONE MAMMARI AD UNCINO DOPIO

In relazione ai prodotti presentati dalle Dite ammesse per il LOTTO in esame, la Commissione rileva quanto segue con riferimento alla sotto indicata ditta:

HOSPITAL PROGRAMS S.r.l.

La Commissione rileva la mancanza del confezionamento secondario, che rende il prodotto non valutabile con riferimento ai parametri relativi al confezionamento secondario e, pertanto, decide di richiedere alla Ditta **HOSPITAL PROGRAMS S.r.l.** la campionatura integrativa relativa al prodotto offerto per il LOTTO 5, comprensiva del confezionamento secondario, avvalendosi della facoltà espressamente prevista all'articolo 9 del Disciplinare di Gara il quale recita *"in sede di valutazione qualitativa dei prodotti offerti, potrà essere richiesta ulteriore campionatura per ciascun prodotto offerto. A tale richiesta, i concorrenti non potranno opporre rifiuto alcuno"*.

La Commissione decide di rinviare l'ulteriore disamina e la valutazione qualitativa dei prodotti ammessi per il LOTTO 26 dopo l'avvenuta ricezione del confezionamento secondario del prodotto offerto, da richiedersi alla ditta **HOSPITAL PROGRAMS S.r.l.**

I componenti della Commissione procederanno – nelle more della ricezione dei campioni integrativi/chiarimenti/apparecchi da richiedersi alle Dite a seguito della seduta odierna – con la testatura, presso i reparti ospedalieri di relativa pertinenza, dei campioni ammessi per i LOTTI esaminati (LOTTI 4, 5, 6, 25, 26), al fine della successiva valutazione collegiale dei parametri dell'Allegato 2 al Disciplinare di Gara relativi alla categoria "Funzionalità e maneggevolezza", che richiedono la prova pratica.

La Commissione, unanimemente, per le motivazioni di cui sopra, decide di assegnare i punteggi di cui al documento allegato al presente verbale.


Alle ore 16.10 il Presidente dichiara chiusa la seduta e, sentiti i presenti, aggiorna i lavori alle ore 9.30 del giorno 4 aprile 2012 presso la sede del Centro Regionale Acquisti per la Sanità, per proseguire con l'apertura e disamina dei campioni presentati dalle Dite ammesse, LOTTO per LOTTO, con la lettura della documentazione agli stessi allegata, al fine di valutare l'effettiva

conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche prescritte nell'Allegato 1 al Disciplinare di gara "Capitolato Tecnico", nonché per proseguire con la valutazione qualitativa dei prodotti ammessi. LOTTO per LOTTO (desumibile dalla documentazione tecnica e dai campioni presentati, secondo i parametri di valutazione previsti nell'Allegato 2 al Disciplinare di gara e che qui devono intendersi integralmente richiamati).

Il Presidente, quindi, trattiene presso di sé la documentazione contenuta nelle Buste "Documentazione Tecnica" delle Dite concorrenti, per custodirla in luogo sicuro e protetto presso il Centro Regionale Acquisti per la Sanità, Palazzo Molin, S. Polo 2514 - Venezia.

Letto, approvato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE: Dott.ssa Daniela Barzan



I COMPONENTI: Sig.ra Nazzena Merlo



Dot. Viricio Danzi



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE



GARA D'APPALTO, A MEZZO PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA PER UN PERIODO DI 2 ANNI DI "AGHI SPECIALI" IN FABBRICAZIONE ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE VENETO

**VERBALE DEL 04/04/2012
SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Il giorno 4 del mese di aprile dell'anno 2012, alle ore 9,45 presso la sede del Centro Regionale Acquisti per la Sanità, Palazzo Molin, S. Polo 2514 - Venezia, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata di valutare le offerte presentate dai concorrenti ammessi alla gara d'appalto a procedura aperta per la fornitura, per un periodo di due anni, di Aghi Speciali in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione Veneto, indetta con la D.G.R. V. n. 753 del 7 giugno 2011.

La Commissione, nominata con decreto del Dirigente Regionale della Direzione Controlli e Governo SSR n. 78 del 04/10/2011, risulta così composta:

- **Presidente:**
Dot.ssa Daniela Barzan
Direttore U.O.C. Farmacia Ospedaliera - Azienda ULSS 13 di Mirano
- **Componenti:**
 - *Sig.ra Nazzarena Merlo*
Responsabile Intermedica Tecnica del Dipartimento Oncologico - Azienda ULSS 18 di Rovigo
 - *Dot. Uincio Danzi*
Dirigente S.S.O.I.D. Terapia Intensiva Polivalente - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

Vengono ripresi i lavori della precedente seduta riservata del 21 marzo 2012, come da relativo verbale, che qui deve intendersi integralmente richiamato.

La Commissione, sulla base dei campioni integrativi/chiarimenti pervenuti, nonché sulla base delle testazioni delle campionature già effettuate nei reparti, procederà nella seduta odierna, alle valutazioni qualitative dei prodotti ammessi per i LOTTI 14, 15, 16, 17, 18 desumibile dalla documentazione tecnica e dai campioni presentati, secondo i parametri di valutazione previsti nell'Allegato 2 al Disciplinare di gara e che qui devono intendersi integralmente richiamati.

La Commissione, procederà, altresì, all'apertura e dsamina dei campioni presentati dalle Ditte ammesse, per i LOTTI 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, e alla lettura della documentazione agli stessi allegata, al fine di valutare l'effettiva conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

LOTTO 14: AGO SINFALCO CON PUNTA TIPO "QUINCKE" MONOUSO STERILE

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede alle previste valutazioni qualitative secondo i parametri prescritti dall'Allegato 2 al Disciplinare di Gara.

AXEL S.r.l.

La ditta presenta due campioni del Gauge richiesto dal Disciplinare di gara (G 22) ma con misure dell'ago diverse: un ago di lunghezza 75 mm e l'altro di lunghezza 90 mm.

La Commissione decide di valutare l'ago con lunghezza 90 mm, analoga alla lunghezza presentata dalle altre Ditte ammesse.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Insufficiente l'ergonomia dell'impugnatura e la visione della fuoriuscita del liquor. Punteggio assegnato (2)

Appena sufficiente l'atrumaticità della punta, in quanto il mandrino chiude in modo non ottimale sull'ago. Punteggio assegnato (3)

Insufficiente la tenuta della connessione. Punteggio assegnato (1)

Insufficiente la rigidità dell'ago. Punteggio assegnato (3)

Buono il rapporto tra diametro interno e diametro esterno. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento primario:
Sufficiente l'indicazione di misure, lotto e scadenza, in quanto non ben visibili. Punteggio assegnato (1)

Insufficiente la facilità di apertura del prodotto in quanto la confezione è ingombrante e la carta si tappa nella base di apertura. Punteggio assegnato (0)

Confezionamento secondario:
Insufficiente la facilità di stoccaggio in quanto, pur essendo buone la dimensione dell'imballo e la consistenza dell'involucro, mancano del tutto le informazioni necessarie per il corretto utilizzo del prodotto. Punteggio assegnato (0)

PROMED S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Ottima l'ergonomia dell'impugnatura per dimensione e forma. Punteggio assegnato (6)

Ottima l'atrumaticità della punta. Punteggio assegnato (6)

Ottima la tenuta della connessione. Punteggio assegnato (4)

Ottima la rigidità dell'ago. Punteggio assegnato (10)

Buono il rapporto tra diametro interno e diametro esterno. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento primario:
Misure, lotto e scadenza sono ben visibili e inoltre è presente il colore identificativo della misura sull'involucro primario. Punteggio assegnato (3)

Ottima sia la rigidità del vassoietto che la facilità di apertura del prodotto, invito agevole all'apertura. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento secondario:
Ottima la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Punteggio assegnato (2)

ARTSANA S.p.A.
La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Molto buona l'ergonomia dell'impugnatura per dimensione e forma. Inoltre la visibilità della fuoriuscita del liquor è agevole da tutti i punti di visione. Punteggio assegnato (5)

Molto buona l'atrumaticità della punta. Punteggio assegnato (5)

Ottima la tenuta della connessione. Punteggio assegnato (4)

Molto buona la rigidità dell'ago. Punteggio assegnato (7)

Ottimo il rapporto tra diametro interno e diametro esterno. Punteggio assegnato (4)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono ben visibili. Punteggio assegnato (2)
Buona la facilità di apertura del prodotto; presente vassoietto morbido che impedisce una presa sicura e invito poco agevole all'apertura. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento secondario:

Ottima la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Punteggio assegnato (2)

B. BRAUN MILANO S.p.A.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Discreta l'ergonomia dell'impugnatura, non sempre agevole, mentre è buona la visione della fuoriuscita del liquor. Punteggio assegnato (4)

Molto buona l'aromaticità della punta. Punteggio assegnato (5)

Ottima la tenuta della connessione. Punteggio assegnato (4)

Molto buona la rigidità dell'ago. Punteggio assegnato (7)

Buono il rapporto tra diametro interno e diametro esterno. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono ben visibili. Punteggio assegnato (2)

Ottima sia la rigidità del vassoietto che la facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento secondario:

Ottima la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Punteggio assegnato (2)

La Commissione, unanimemente, per le motivazioni di cui sopra, decide di assegnare i punteggi di cui al documento allegato al presente verbale.

LOTTO 15 - AGO SPINALE CON PUNTA TIPO "QUINCKE" MONOUSO STERILE

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede alle previste valutazioni qualitative secondo i parametri prescritti dall'Allegato 2 al Disciplinare di Gara.

AXEL S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Insufficiente l'ergonomia dell'impugnatura per dimensione e forma. Punteggio assegnato (2)

Sufficiente l'aromaticità della punta, in quanto il mandrino non chiude bene sull'ago. Punteggio assegnato (3)

Insufficiente la tenuta della connessione. Punteggio assegnato (1)

Insufficiente la rigidità dell'ago. Punteggio assegnato (3)

Buono il rapporto tra diametro interno e diametro esterno. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento primario:

Sufficiente l'indicazione di misure, lotto e scadenza, in quanto non ben visibili. Punteggio assegnato (1)

Insufficiente la facilità di apertura del prodotto in quanto la confezione è ingombrante e la carta si tappa nella fase di apertura. Punteggio assegnato (0)

Confezionamento secondario:

Insufficiente la facilità di stoccaggio in quanto, pur essendo buone la dimensione dell'imballo e la consistenza dell'involucro, mancano del tutto le informazioni necessarie per il corretto utilizzo del prodotto. Punteggio assegnato (0)

PROMED S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Ottima l'ergonomia dell'impugnatura per dimensione e forma. Punteggio assegnato (6)

Ottima l'aromaticità della punta. Punteggio assegnato (6)

Ottima la tenuta della connessione. Punteggio assegnato (4)

Ottima la rigidità dell'ago. Punteggio assegnato (10)

Buono il rapporto tra diametro interno e diametro esterno. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono ben visibili e inoltre è presente il colore identificativo della misura sull'involucro primario. Punteggio assegnato (3)

Ottima sia la rigidità del vassoietto che la facilità di apertura del prodotto, invito agevole all'apertura. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento secondario:

Ottima la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Punteggio assegnato (2)

B. BRAUN MILANO S.p.A.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Discreta l'ergonomia dell'impugnatura, non sempre agevole, mentre è buona la visione della fuoriuscita del liquor. Punteggio assegnato (4)

Molto buona l'aromaticità della punta. Punteggio assegnato (5)

Molto buona la tenuta della connessione. Punteggio assegnato (3)

Molto buona la rigidità dell'ago. Punteggio assegnato (8)

Buono il rapporto tra diametro interno e diametro esterno. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono ben visibili. Punteggio assegnato (2)

Ottima sia la rigidità del vassoietto che la facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento secondario:

Ottima la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Punteggio assegnato (2)

La Commissione, unanimemente, per le motivazioni di cui sopra, decide di assegnare i punteggi di cui al documento allegato al presente verbale.

LOTTO 16 - AGO SPINALE CON PUNTA TIPO "WHITACRE" MONOUSO STERILE

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede alle previste valutazioni qualitative secondo i parametri prescritti dall'Allegato 2 al Disciplinare di Gara.

AXEL S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Insufficiente l'ergonomia in quanto, pur essendo buona l'impugnatura, il mandrino non si aggancia in modo sicuro. Punteggio assegnato (3)

Insufficiente l'aromaticità della punta. Punteggio assegnato (1)

Insufficiente la tenuta della connessione. Punteggio assegnato (1)

Appena sufficiente la rigidità dell'ago. Punteggio assegnato (5)

Buono il rapporto tra diametro interno e diametro esterno. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento primario:
Sufficiente l'indicazione di misure, lotto e scadenza, in quanto non ben visibili. Punteggio assegnato (1)

Insufficiente la facilità di apertura del prodotto in quanto la confezione è ingombrante e la carta si trappa nella fase di apertura. Punteggio assegnato (0)

Confezionamento secondario:
Insufficiente la facilità di stoccaggio in quanto, pur essendo buone la dimensione dell'imballo e la consistenza dell'involucro, mancano del tutto le informazioni necessarie per il corretto utilizzo del prodotto. Punteggio assegnato (0)

H.S. HOSPITAL SERVICE S.p.A.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Insufficiente l'ergonomia in quanto le dimensioni dell'impugnatura sono ridotte. Punteggio assegnato (3)

Appena sufficiente l'arammaticità della punta in quanto la punta risulta poco penetrante. Punteggio assegnato (2)

Appena sufficiente la tenuta della connessione. Punteggio assegnato (1)

Appena sufficiente la rigidità dell'ago. Punteggio assegnato (5)

Appena sufficiente il rapporto tra diametro interno e diametro esterno. Punteggio assegnato (1)

Confezionamento primario:

Sufficiente l'indicazione di misure, lotto e scadenza, in quanto poco leggibili (caratteri troppo piccoli). Punteggio assegnato (1)

Sufficiente la facilità di apertura del prodotto in quanto, pur essendo agevole l'apertura, la confezione è ingombrante. Punteggio assegnato (1)

Confezionamento secondario:

Buono il confezionamento secondario in quanto, pur essendo facilmente rilevabili tutte le informazioni richieste, la confezione è ingombrante. Punteggio assegnato (1)

SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Buona l'ergonomia dell'impugnatura per dimensione e forma, perché la presenza dell'introduttore separato dall'ago rende l'utilizzo poco agevole. Punteggio assegnato (5)

Ottima l'arammaticità della punta, che ha una conformazione e una caratteristica del foro tale da permettere una agevole penetrabilità. Punteggio assegnato (4)

Ottima la tenuta della connessione. Punteggio assegnato (4)

Ottima la rigidità dell'ago. Punteggio assegnato (11)

Ottimo il rapporto tra diametro interno e diametro esterno. Punteggio assegnato (4)

Confezionamento primario:

Ottima la visibilità di misure, lotto e scadenza. Punteggio assegnato (3)

Sufficiente la facilità di apertura del prodotto, in quanto l'apertura presenta una certa resistenza allo stappo. Punteggio assegnato (1)

Confezionamento secondario:

Buona la facilità di stoccaggio in quanto, pur essendo buone la dimensione dell'imballo e la consistenza dell'involucro, le informazioni necessarie per il corretto utilizzo del prodotto non sono posizionate adeguatamente rispetto all'apertura della scatola. Punteggio assegnato (1)

AIRLIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.p.A.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Appena sufficiente l'ergonomia. Punteggio assegnato (3)

Sufficiente l'arammaticità della punta. Punteggio assegnato (2)

Buona la tenuta della connessione. Punteggio assegnato (3)

Appena sufficiente la rigidità dell'ago. Punteggio assegnato (5)

Buono il rapporto tra diametro interno e diametro esterno. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento primario:

Ottima la visibilità di misure, lotto e scadenza. Punteggio assegnato (3)

Sufficiente la facilità di apertura del prodotto in quanto la carta si trappa nella fase di apertura. Punteggio assegnato (1)

Confezionamento secondario:

Insufficiente la facilità di stoccaggio in quanto i campioni sono contenuti all'interno di busta di nylon priva di etichettatura contenente le informazioni necessarie per il corretto utilizzo del prodotto. Punteggio assegnato (0)

PROMED S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Ottima l'ergonomia dell'impugnatura per dimensione e forma. Punteggio assegnato (7)

Ottima l'arammaticità della punta. Punteggio assegnato (4)

Ottima la tenuta della connessione. Punteggio assegnato (4)

Ottima la rigidità dell'ago. Punteggio assegnato (11)

Buono il rapporto tra diametro interno e diametro esterno. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono ben visibili e inoltre è presente il colore identificativo della misura sull'involucro primario. Punteggio assegnato (3)

Ottima sia la rigidità del vassoio che la facilità di apertura del prodotto, invito agevole all'apertura. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento secondario:

Ottima la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Punteggio assegnato (2)

ARTSANA S.p.A.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Molto buona l'ergonomia dell'impugnatura per dimensione e forma. Punteggio assegnato (5)

Ottima l'arammaticità della punta, che ha una conformazione e una caratteristica del foro tale da permettere una agevole penetrabilità. Punteggio assegnato (4)

Ottima la tenuta della connessione. Punteggio assegnato (4)

Molto buona la rigidità dell'ago. Punteggio assegnato (9)

Ottimo il rapporto tra diametro interno e diametro esterno. Punteggio assegnato (4)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono ben visibili. Punteggio assegnato (2)

Buona la facilità di apertura del prodotto; presente vassoietto morbido che impedisce una presa sicura e invito poco agevole all'apertura. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento secondario:

Ottima la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Punteggio assegnato (2)

STERILAB S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Appena sufficiente l'ergonomia in quanto l'impugnatura è poco agevole nell'utilizzo e non simmetrica sui quattro lati. Punteggio assegnato (3)
Buona l'atraumaticità della punta. Punteggio assegnato (2)
Buona la tenuta della connessione. Punteggio assegnato (2)
Più che sufficiente la rigidità dell'ago. Punteggio assegnato (6)
Molto buono il rapporto tra diametro interno e diametro esterno. Punteggio assegnato (3)
Confezionamento primario:
Insufficiente l'indicazione di misure, lotto e scadenza, in quanto caratteri troppo piccoli. Punteggio assegnato (0)
Insufficiente la facilità di apertura del prodotto in quanto la confezione è ingombrante e la carta si tappa nella fase di apertura. Punteggio assegnato (0)
Confezionamento secondario:
Buono il confezionamento secondario in quanto, pur essendo facilmente rilevabili tutte le informazioni richieste, la confezione è ingombrante. Punteggio assegnato (1)

B. BRAUN MILANO S.p.A.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)
Più che sufficiente l'ergonomia dell'impugnatura, in quanto l'impugnatura - per la sua conformazione - non è sempre agevole. Punteggio assegnato (4)
Molto buona l'atraumaticità della punta. Punteggio assegnato (3)
Ottima la tenuta della connessione. Punteggio assegnato (4)
Molto buona la rigidità dell'ago. Punteggio assegnato (7)
Buono il rapporto tra diametro interno e diametro esterno. Punteggio assegnato (2)
Confezionamento primario:
Misure, lotto e scadenza sono ben visibili. Punteggio assegnato (2)
Ottima sia la rigidità del vassoietto che la facilità di apertura del prodotto, invito agevole all'apertura. Punteggio assegnato (3)
Confezionamento secondario:
Buona la facilità di stoccaggio in quanto, pur essendo buone la dimensione dell'imballo, la consistenza dell'involucro è troppo leggera. Punteggio assegnato (1)

BIOSYBELL S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)
Buona l'ergonomia dell'impugnatura per dimensione e forma, perché la presenza dell'introduttore separato dall'ago rende l'utilizzo poco agevole e perché il cono di dimensioni può ritardare la visione del liquor. Punteggio assegnato (4)
Sufficiente l'atraumaticità della punta. Punteggio assegnato (2)
Molto buona la tenuta della connessione. Punteggio assegnato (3)
Molto buona il rapporto tra diametro interno e diametro esterno. Punteggio assegnato (3)
Confezionamento primario:
Misure, lotto e scadenza sono ben visibili. Punteggio assegnato (3)
Appena sufficiente la facilità di apertura del prodotto, in quanto - all'atto dell'apertura della confezione - vi è il rischio che le componenti fuoriescano. Punteggio assegnato (1)
Confezionamento secondario:
Buona la facilità di stoccaggio in quanto le dimensioni della scatola non permettono un ottimale stoccaggio. Punteggio assegnato (1)

La Commissione, unanimemente, per le motivazioni di cui sopra, decide di assegnare i punteggi di cui al documento allegato al presente verbale.

LOTTO 17 - AGO SPINALE CON PUNTA TIPO "WHITACRE" MONOUSO STERILE

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede alle previste valutazioni qualitative secondo i parametri prescritti dall'Allegato 2 al Disciplinare di Gara.

AXEL S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)
Appena sufficiente l'ergonomia in quanto, pur essendo buona l'impugnatura, il mandrino non si aggancia in modo sicuro. Punteggio assegnato (3)
Insufficiente l'atraumaticità della punta. Punteggio assegnato (1)
Insufficiente la tenuta della connessione. Punteggio assegnato (1)
Appena sufficiente la rigidità dell'ago. Punteggio assegnato (5)
Buono il rapporto tra diametro interno e diametro esterno. Punteggio assegnato (3)
Confezionamento primario:
Sufficiente l'indicazione di misure, lotto e scadenza, in quanto non ben visibili. Punteggio assegnato (1)
Insufficiente la facilità di apertura del prodotto in quanto la confezione è ingombrante e la carta si tappa nella fase di apertura. Punteggio assegnato (0)
Confezionamento secondario:
Insufficiente la facilità di stoccaggio in quanto, pur essendo buone la dimensione dell'imballo e la consistenza dell'involucro, mancano del tutto le informazioni necessarie per il corretto utilizzo del prodotto. Punteggio assegnato (0)

H.S. HOSPITAL SERVICE S.p.A.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)
Appena sufficiente l'ergonomia in quanto le dimensioni dell'impugnatura sono ridotte. Punteggio assegnato (3)
Sufficiente l'atraumaticità della punta in quanto la punta risulta poco penetrante. Punteggio assegnato (2)
Insufficiente la tenuta della connessione. Punteggio assegnato (1)
Appena sufficiente la rigidità dell'ago. Punteggio assegnato (5)
Appena sufficiente il rapporto tra diametro interno e diametro esterno. Punteggio assegnato (1)
Confezionamento primario:
Sufficiente l'indicazione di misure, lotto e scadenza, in quanto poco leggibili (caratteri troppo piccoli). Punteggio assegnato (1)
Buona la facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (2)
Confezionamento secondario:
Buono il confezionamento secondario in quanto, pur essendo facilmente rilevabili tutte le informazioni richieste, la confezione è ingombrante. Punteggio assegnato (1)

SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)
Molto buona l'ergonomia dell'impugnatura per dimensione e forma, perché la presenza dell'introduttore separato dall'ago rende l'utilizzo poco agevole. Punteggio assegnato (5)

Ottima l'atraumaticità della punta, che ha una conformazione e una caratteristica del foro tale da permettere una agevole penetrabilità. Punteggio assegnato (4)
Ottima la tenuta della connessione. Punteggio assegnato (4)
Molto buona la rigidità dell'ago. Punteggio assegnato (10)
Ottimo il rapporto tra diametro interno e diametro esterno. Punteggio assegnato (4)
Confezionamento primario:
Ottima la visibilità di misure, lotto e scadenza. Punteggio assegnato (3)
Sufficiente la facilità di apertura del prodotto, in quanto l'apertura presenta una certa resistenza allo strappo. Punteggio assegnato (1)
Confezionamento secondario:
Buona la facilità di stoccaggio in quanto, pur essendo buone la dimensione dell'imballo e la consistenza dell'involucro, le informazioni necessarie per il corretto utilizzo del prodotto non sono posizionate adeguatamente rispetto all'apertura della scatola. Punteggio assegnato (1)

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.p.A.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)
Appena sufficiente l'ergonomia. Punteggio assegnato (3)
Sufficiente l'atraumaticità della punta. Punteggio assegnato (2)
Buona la tenuta della connessione. Punteggio assegnato (3)
Appena sufficiente la rigidità dell'ago. Punteggio assegnato (5)
Buono il rapporto tra diametro interno e diametro esterno. Punteggio assegnato (2)
Confezionamento primario:
Ottima la visibilità di misure, lotto e scadenza. Punteggio assegnato (3)
Ottima la facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (3)
Confezionamento secondario:
Insufficiente la facilità di stoccaggio in quanto i campioni sono contenuti all'interno di buste di nylon priva di etichettatura contenente le informazioni necessarie per il corretto utilizzo del prodotto. Punteggio assegnato (0)

PROMED S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)
Ottima l'ergonomia dell'impugnatura per dimensione e forma. Punteggio assegnato (7)
Ottima l'atraumaticità della punta. Punteggio assegnato (4)
Ottima la tenuta della connessione. Punteggio assegnato (4)
Ottima la rigidità dell'ago. Punteggio assegnato (11)
Buono il rapporto tra diametro interno e diametro esterno. Punteggio assegnato (2)
Confezionamento primario:
Misure, lotto e scadenza sono ben visibili e inoltre è presente il colore identificativo della misura sull'involucro primario. Punteggio assegnato (3)
Sufficiente la facilità di apertura del prodotto in quanto la doppia confezione rende disagiata l'apertura. Punteggio assegnato (1)
Confezionamento secondario:
Buona la facilità di stoccaggio, considerato che la doppia confezione lo rende poco agevole. Punteggio assegnato (1)

STERILAB S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Appena sufficiente l'ergonomia in quanto l'impugnatura è poco agevole nell'utilizzo e non simmetrica sui quattro lati. Punteggio assegnato (3)
Buona l'atraumaticità della punta. Punteggio assegnato (2)
Buona la tenuta della connessione. Punteggio assegnato (2)
Sufficiente la rigidità dell'ago. Punteggio assegnato (6)
Molto buono il rapporto tra diametro interno e diametro esterno. Punteggio assegnato (3)
Confezionamento primario:
Insufficiente l'indicazione di misure, lotto e scadenza, in quanto caratteri troppo piccoli. Punteggio assegnato (0)
Insufficiente la facilità di apertura del prodotto in quanto la confezione è ingombrante e la carta si trappa nella fase di apertura. Punteggio assegnato (0)
Confezionamento secondario:
Buono il confezionamento secondario in quanto, pur essendo facilmente rilevabili tutte le informazioni richieste, la confezione è ingombrante. Punteggio assegnato (1)

B. BRAUN MILANO S.p.A.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)
Buona l'ergonomia dell'impugnatura, in quanto l'impugnatura - per la sua conformazione - non è sempre agevole. Punteggio assegnato (4)
Molto buona l'atraumaticità della punta. Punteggio assegnato (3)
Ottima la tenuta della connessione. Punteggio assegnato (4)
Molto buona la rigidità dell'ago. Punteggio assegnato (7)
Buono il rapporto tra diametro interno e diametro esterno. Punteggio assegnato (2)
Confezionamento primario:
Misure, lotto e scadenza sono ben visibili. Punteggio assegnato (2)
Insufficiente la facilità di apertura del prodotto in quanto la doppia confezione rende disagiata l'apertura. Punteggio assegnato (0)
Confezionamento secondario:
Insufficiente la facilità di stoccaggio, in quanto la doppia confezione lo rende poco agevole e la consistenza dell'imballo è leggera. Punteggio assegnato (0)

La Commissione, unanimemente, per le motivazioni di cui sopra, decide di assegnare i punteggi di cui al documento allegato al presente verbale.

LOTTO 18 - AGO PER ANESTESIA PERIDURALE TIPO "TUOHY" CON ALETTE MONOUSO STERILE

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede alle previste valutazioni qualitative secondo i parametri prescritti dall'Allegato 2 al Disciplinare di Gara.

AXEL S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)
Buona l'ergonomia in quanto, pur essendo buona l'impugnatura, il mandrino non si aggancia in modo sicuro. Punteggio assegnato (7)
Buona l'atraumaticità della punta. Punteggio assegnato (2)
Buona la tenuta della connessione. Punteggio assegnato (3)
Buona la rigidità dell'ago. Punteggio assegnato (6)
Non valutabile il rapporto tra diametro interno e diametro esterno in quanto detto rapporto non è rilevabile dalle schede tecniche. Punteggio assegnato (0)

Confezionamento primario:

Sufficiente l'indicazione di misure, lotto e scadenza, in quanto non ben visibili. Punteggio assegnato (1)

Insufficiente la facilità di apertura del prodotto in quanto la confezione è ingombrante e la carta si tappa nella fase di apertura. Punteggio assegnato (0)

Confezionamento secondario:

Insufficiente la facilità di stoccaggio in quanto, pur essendo buone la dimensione dell'imballo e la consistenza dell'involucro, mancano del tutto le informazioni necessarie per il corretto utilizzo del prodotto. Punteggio assegnato (0)

H.S. HOSPITAL SERVICE S.p.A.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato

(2)

Appena sufficiente l'ergonomia in quanto le dimensioni dell'impugnatura sono ridotte. Punteggio assegnato (4)

Buona l'attramaticità della punta in quanto la punta risulta poco penetrante. Punteggio assegnato (2)

Buona la tenuta della connessione. Punteggio assegnato (2)

Insufficiente la rigidità dell'ago. Punteggio assegnato (3)

Sufficiente il rapporto tra diametro interno e diametro esterno. Punteggio assegnato (1)

Confezionamento primario:

Buona l'indicazione di misure, lotto e scadenza. Punteggio assegnato (2)

Ottima sia la rigidità del vassoietto che la facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento secondario:

Buono il confezionamento secondario in quanto, pur essendo facilmente rilevabili tutte le informazioni richieste, la confezione è ingombrante. Punteggio assegnato (1)

MOVI S.p.A.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato

(2)

Ottima l'ergonomia dell'impugnatura. Punteggio assegnato (9)

Ottima l'attramaticità della punta. Punteggio assegnato (4)

Ottima la tenuta della connessione. Punteggio assegnato (4)

Ottima la rigidità dell'ago (prova pratica) Punteggio assegnato (9)

Non valutabile il rapporto tra diametro interno e diametro esterno in quanto detto rapporto non è rilevabile dalle schede tecniche. Punteggio assegnato (0)

Confezionamento primario:

Buona l'indicazione di misure, lotto e scadenza. Punteggio assegnato (2)

Ottima sia la rigidità del vassoietto che la facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento secondario: Buona la facilità di stoccaggio in quanto le dimensioni della scatola non permettono un ottimale stoccaggio. Punteggio assegnato (1)

BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato

(2)

Molto buona l'ergonomia in quanto le dimensioni dell'impugnatura sono ridotte. Punteggio assegnato (8)

Ottima l'attramaticità della punta. Punteggio assegnato (4)

Ottima la tenuta della connessione. Punteggio assegnato (4)

Molto buona la rigidità dell'ago. Punteggio assegnato (8)

Non valutabile il rapporto tra diametro interno e diametro esterno in quanto detto rapporto non è rilevabile dalle schede tecniche. Punteggio assegnato (0)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono ben visibili inoltre è presente il colore identificativo della misura sull'involucro primario. Punteggio assegnato (3)

Ottima sia la rigidità del vassoietto che la facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento secondario:

Ottima la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Punteggio assegnato (2)

B. BRAUN MILANO S.p.A.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato

(2)

Buona l'ergonomia in quanto le dimensioni dell'impugnatura sono ridotte. Punteggio assegnato (5)

Molto buona l'attramaticità della punta. Punteggio assegnato (3)

Molto buona la tenuta della connessione. Punteggio assegnato (3)

Molto buona la rigidità dell'ago. Punteggio assegnato (7)

Non valutabile il rapporto tra diametro interno e diametro esterno in quanto detto rapporto non è rilevabile dalle schede tecniche. Punteggio assegnato (0)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono ben visibili. Punteggio assegnato (2)

Ottima sia la rigidità del vassoietto che la facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento secondario:

Buono il confezionamento secondario. Punteggio assegnato (1)

BIOPSYBELL S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato

(2)

Insufficiente l'ergonomia dell'impugnatura per dimensione e forma. Punteggio assegnato (3)

Buona l'attramaticità della punta. Punteggio assegnato (2)

Buona la tenuta della connessione. Punteggio assegnato (2)

Insufficiente la rigidità dell'ago. Punteggio assegnato (4)

Non valutabile il rapporto tra diametro interno e diametro esterno in quanto detto rapporto non è rilevabile dalle schede tecniche. Punteggio assegnato (0)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono ben visibili. Punteggio assegnato (2)

Insufficiente la facilità di apertura del prodotto in quanto la confezione è ingombrante e la carta si tappa nella fase di apertura. Punteggio assegnato (0)

Confezionamento secondario:

Buona la facilità di stoccaggio in quanto le dimensioni della scatola non permettono un ottimale stoccaggio. Punteggio assegnato (1)

La Commissione, procede, ora, all'apertura e disamina dei campioni presentati dalle Ditte ammesse, per i LOTTI 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, e alla lettura della documentazione agli stessi allegata, al fine di valutare l'effettiva conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

LOTTO 7: AGO PER ASPRAZIONE CITOLOGICA TIPO CHIBA

In relazione ai prodotti presentati dalle Ditte ammesse per il LOTTO in esame, la Commissione rileva che sono ammesse le sotto indicate Dite:

H.S. HOSPITAL SERVICE SPA
MED-ITALIA BIOMEDICA SRL
VIGEO SRL
STERYLAB SRL
BIOPSYBELL SRL
KERNA ITALIA SRL
VEDISE HOSPITAL SPA

La Commissione, verificate le schede tecniche delle ditte dichiara non conforme alle caratteristiche tecniche previste il prodotto offerto dalla Ditta Movi Spa per il LOTTO 7 (NO GAUGE 18-19), che pertanto viene esclusa dal prosieguo della gara per l'intero LOTTO 7.

LOTTO 8: AGO PER ASPIRAZIONE CITOLOGICA TIPO CHIBA AMNIOCENTESI E VILLOCENTESI

In relazione ai prodotti presentati dalle Ditte ammesse per il LOTTO in esame, la Commissione rileva che sono ammesse le sotto indicate Dite:

H.S. HOSPITAL SERVICE SPA
HOSPITAL PROGRAMS SRL
VIGEO SRL
BIOPSYBELL SRL
KERNA ITALIA SRL

La Commissione dichiara non conforme alle caratteristiche tecniche previste il prodotto offerto dalla Ditta Sterylab Srl per il LOTTO 8 (non indicazione d'uso per villocentesi), che pertanto viene esclusa dal prosieguo della gara per l'intero LOTTO 8.

LOTTO 9: AGO MANUALE PER BIOPSIA PER ASPIRAZIONE IN TESSUTI MOLLI SECONDO LA METODICA MENGHINI

In relazione ai prodotti presentati dalle Dite ammesse per il LOTTO in esame, la Commissione rileva che sono ammesse le sotto indicate Dite:

H.S. HOSPITAL SERVICE SPA
VIGEO SRL
STERYLAB SRL
BIOPSYBELL SRL
KERNA ITALIA SRL

LOTTO 10: AGO SEMIAUTONATICO PER BIOPSIA PER ASPIRAZIONE IN TESSUTI MOLLI SECONDO LA METODICA MENGHINI

In relazione ai prodotti presentati dalle Dite ammesse per il LOTTO in esame, la Commissione rileva che sono ammesse le sotto indicate Dite:

H.S. HOSPITAL SERVICE SPA
HOSPITAL PROGRAMS SRL
STERYLAB SRL
BIOPSYBELL SRL
KERNA ITALIA SRL

LOTTO 11: AGO PER BIOPSIA OSTEOMIDOLLARE

In relazione ai prodotti presentati dalle Dite ammesse per il LOTTO in esame, la Commissione rileva che sono ammesse le sotto indicate Dite:

H.S. HOSPITAL SERVICE SPA
MED-ITALIA BIOMEDICA SRL
MOVI SPA
BIOPSYBELL SRL
KERNA ITALIA SRL

La Commissione dichiara non conforme alle caratteristiche tecniche previste il prodotto offerto dalla Ditta VIGEO SRL per il LOTTO 11, in quanto ha solo GAUGE 8-9-11 lunghi 10 e 15, e il prodotto offerto dalla Ditta STERYLAB SRL in quanto non comprende il GAUGE 13 e le misure intermedie. Pertanto vengono escluse dal prosieguo della gara per l'intero LOTTO 11.

LOTTO 12: AGO PER BIOPSIA PER ASPIRATO MIDOLLARE

In relazione ai prodotti presentati dalle Dite ammesse per il LOTTO in esame, la Commissione rileva che sono ammesse le sotto indicate Dite:

H.S. HOSPITAL SERVICE SPA
VIGEO SRL
STERYLAB SRL
BIOPSYBELL SRL
KERNA ITALIA SRL

LOTTO 13: DISPOSITIVO PER BIOPSIA CUTANEA

In relazione ai prodotti presentati dalle Dite ammesse per il LOTTO in esame, la Commissione rileva che sono ammesse le sotto indicate Dite:



H.S. HOSPITAL SERVICE SPA
VIGEO SRL
STERYLAB SRL
KERNATALLIA SRL


I componenti della Commissione procederanno – nelle more della ricezione dei campioni integrativi/chirurgici da richiedersi alle Dite a seguito della seduta odierna – con la testazione, presso i reparti ospedalieri di relativa pertinenza, dei campioni ammessi per i LOTTI esaminati (LOTTI 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), al fine della successiva valutazione collegiale dei parametri dell'Allegato 2 al Disciplinare di Gara relativi alla categoria "Funzionalità e maneggevolezza", che richiedono la prova pratica.

Alle ore 16,20 il Presidente dichiara chiusa la seduta e, sentiti i presenti, aggiorna i lavori alle ore 9,30 del giorno 24/04/2012 presso la sede del Centro Regionale Acquisti per la Sanità, per proseguire con la valutazione qualitativa dei prodotti ammessi, LOTTO per LOTTO (desumibile dalla documentazione tecnica e dai campioni presentati, secondo i parametri di valutazione previsti nell'Allegato 2 al Disciplinare di gara e che qui devono intendersi integralmente richiamati).

Il Presidente, quindi, trattiene presso di sé la documentazione contenuta nelle Buste "Documentazione Tecnica" delle Dite concorrenti, per custodirla in luogo sicuro e protetto presso il Centro Regionale Acquisti per la Sanità, Palazzo Molin, S. Polo 2514 – Venezia.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE: Dott.ssa Daniela Barzan




I COMPONENTI: Sign.ri Nazzena Merlo



Dot. Vincio Danzi



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE



GARA D'APPALTO, A MEZZO PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA PER UN PERIODO DI 2 ANNI DI "AGHI SPECIALI" IN FABBRICAZIONE ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE VENETO

**VERBALE DEL 24/04/2012
SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Il giorno 24 del mese di aprile dell'anno 2012, alle ore 9,50 presso la sede del Centro Regionale Acquisti per la Sanità, Palazzo Molin, S. Polo 2514 - Venezia, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata di valutare le offerte presentate dai concorrenti ammessi alla gara d'appalto a procedura aperta per la fornitura, per un periodo di due anni, di Aghi Speciali in fabbricazione Aziende Sanitarie della Regione Veneto, indetta con la D.G.R.V. n. 753 del 7 giugno 2011.

La Commissione, nominata con decreto del Dirigente Regionale della Direzione Controlli e Governo SSR n. 78 del 04/10/2011, risulta così composta:

- Presidente:
Dot.ssa Daniela Barzan
- Direttore U.O.C. Farmacia Ospedaliera - Azienda ULSS 13 di Milano
- Componenti:
 - *Sig.ra Nazarena Merlo*
Responsabile Infermeristica Tecnica del Dipartimento Oncologico - Azienda ULSS 18 di Rovigo
 - *Dot. Uincio Danzi*
Dirigente S.S.O.D. Terapia Intensiva Polivalente - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

Vengono ripresi i lavori della precedente seduta riservata del 4 aprile 2012, come da relativo verbale, che qui deve intendersi integralmente richiamato.

La Commissione, sulla base dei campioni integrativi/chiarimenti/apparecchi pervenuti, nonché sulla base delle testazioni delle campionature già effettuate nei reparti, procederà, nella seduta odierna, alle valutazioni qualitative dei prodotti ammessi per i LOTTI 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 desumibile dalla documentazione tecnica e dai campioni presentati, secondo i parametri di valutazione previsti nell'Allegato 2 al Disciplinare di gara e che qui devono intendersi integralmente richiamati.

LOTTO 20: SET PER ANESTESIA PERIDURALE CONTINUA COMPOSTO DA AGO TIPO "TUOHY", CATETERE CON PUNTA APERTA CON MANDRINO, CON FILTRO E SIRINGA

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede alle previste valutazioni qualitative secondo i parametri prescritti dall'Allegato 2 al Disciplinare di Gara.

H.S. HOSPITAL SERVICE S.p.A.

Dalla disamina del set offerto, il catetere risulta sprovvisto di mandrino diversamente da quanto prescritto nel Capitolato Tecnico.

La Commissione, unanimemente, per le motivazioni di cui sopra, dichiara non conforme alle caratteristiche tecniche previste il prodotto offerto dalla Ditta H.S. HOSPITAL SERVICE S.p.A., che pertanto viene esclusa dal prosieguo della gara per il LOTTO 20.

VYGON ITALIA S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

- Sufficiente l'ergonomia dell'impugnatura dell'ago. Punteggio assegnato (2)
- Ottima l'arammaticità della punta dell'ago. Punteggio assegnato (2)
- Molto buona la rigidità dell'ago. Punteggio assegnato (4)
- Molto buona la scorrevolezza del catetere nell'ago. Punteggio assegnato (4)
- Molto buona l'arammaticità della punta del catetere. Punteggio assegnato (4)
- Molto buona la rigidità del catetere. Punteggio assegnato (4)
- Ottima la conformazione del filtro. Punteggio assegnato (3)
- *Confezionamento primario:*
 - Misure, lotto e scadenza sono ben visibili. Punteggio assegnato (2)
 - Ottima la facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (3)
- *Confezionamento secondario:*
 - Buono il confezionamento secondario in quanto la confezione è ingombrante in relazione al suo contenuto. Punteggio assegnato (1)

MOVI S.p.A.

Dalla disamina del set offerto, il catetere risulta sprovvisto di mandrino diversamente da quanto prescritto nel Capitolato Tecnico.

La Commissione per le motivazioni di cui sopra, dichiara non conforme alle caratteristiche tecniche previste il prodotto offerto dalla Ditta MOVI S.p.A., che pertanto viene esclusa dal prosieguo della gara per il LOTTO 20.

La Commissione, unanimemente, per le motivazioni di cui sopra, decide di assegnare i punteggi di cui al documento allegato al presente verbale.

LOTTO 21: SET PER ANESTESIA PERIDURALE CONTINUA COMPOSTO DA AGO TIPO "TUOHY", CATETERE CON PUNTA APERTA SENZA MANDRINO, CON FILTRO E SIRINGA

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede alle previste valutazioni qualitative secondo i parametri prescritti dall'Allegato 2 al Disciplinare di Gara.

H.S. HOSPITAL SERVICE S.p.A.

Dalla disamina del set offerto, i due filtri presenti sono da 0,5 micron e 3 micron, diversamente da quanto prescritto nel Capitolato Tecnico (non superiore a 0,22 micron).

La Commissione, unanimemente, per le motivazioni di cui sopra, dichiara non conforme alle caratteristiche tecniche previste il prodotto offerto dalla Ditta H.S. HOSPITAL SERVICE S.p.A., che pertanto viene esclusa dal prosieguo della gara per il LOTTO 21.

SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

▪ Ottima l'ergonomia dell'impugnatura dell'ago. Punteggio assegnato (5)

▪ Ottima l'arammaticità della punta dell'ago. Punteggio assegnato (2)

Ottima la rigidità dell'ago. Punteggio assegnato (5)
Ottima la scorrevolezza del catetere nell'ago. Punteggio assegnato (5)
Ottima l'atraumaticità della punta del catetere. Punteggio assegnato (5)
Molto buona la rigidità del catetere. Punteggio assegnato (4)
Ottima la conformazione del filtro. Punteggio assegnato (3)
Confezionamento primario:
Ottima la visibilità di misure, lotto e scadenza. Punteggio assegnato (3)
Sufficiente la facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (1)
Confezionamento secondario:
Ottima la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Punteggio assegnato (2)

VYGON ITALIA S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)
Molto buona l'ergonomia dell'impugnatura dell'ago. Punteggio assegnato (4)
Ottima l'atraumaticità della punta dell'ago. Punteggio assegnato (2)
Ottima la rigidità dell'ago. Punteggio assegnato (5)
Ottima la scorrevolezza del catetere nell'ago. Punteggio assegnato (5)
Sufficiente l'atraumaticità della punta del catetere. Punteggio assegnato (2)
Buona la rigidità del catetere. Punteggio assegnato (3)
Ottima la conformazione del filtro. Punteggio assegnato (3)
Confezionamento primario:
Ottima la visibilità di misure, lotto e scadenza. Punteggio assegnato (3)
Sufficiente la facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (1)
Confezionamento secondario:
Buono il confezionamento secondario in quanto la confezione è ingombrante in relazione al suo contenuto. Punteggio assegnato (1)

MOVI S.p.A.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)
Ottima l'ergonomia dell'impugnatura dell'ago. Punteggio assegnato (5)
Ottima l'atraumaticità della punta dell'ago. Punteggio assegnato (2)
Ottima la rigidità dell'ago. Punteggio assegnato (5)
Ottima la scorrevolezza del catetere nell'ago. Punteggio assegnato (5)
Ottima l'atraumaticità della punta del catetere. Punteggio assegnato (5)
Molto buona la rigidità del catetere. Punteggio assegnato (4)
Ottima la conformazione del filtro. Punteggio assegnato (3)
Confezionamento primario:
Ottima la visibilità di misure, lotto e scadenza. Punteggio assegnato (3)
Ottima la facilità di apertura del prodotto in quanto l'assemblaggio è funzionale all'utilizzo grazie a un vassoio compartimentato. Punteggio assegnato (3)
Confezionamento secondario:
Buona la facilità di stoccaggio in quanto la consistenza dell'involucro è troppo leggera. Punteggio assegnato (1)

BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Sufficiente l'ergonomia in quanto sono ridotte le dimensioni dell'impugnatura e delle alette. Punteggio assegnato (2)
Ottima l'atraumaticità della punta dell'ago. Punteggio assegnato (2)
Ottima la rigidità dell'ago. Punteggio assegnato (5)
Ottima la scorrevolezza del catetere nell'ago. Punteggio assegnato (5)
Molto buona l'atraumaticità della punta del catetere. Punteggio assegnato (4)
Buona la rigidità del catetere. Punteggio assegnato (3)
Ottima la conformazione del filtro. Punteggio assegnato (3)
Confezionamento primario:
Misure, lotto e scadenza sono ben visibili. Punteggio assegnato (2)
Ottima la facilità di apertura del prodotto in quanto l'assemblaggio è funzionale all'utilizzo grazie a un vassoio compartimentato. Punteggio assegnato (3)
Confezionamento secondario:
Ottima la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Punteggio assegnato (2)

La Commissione, unanimemente, per le motivazioni di cui sopra, decide di assegnare i punteggi di cui al documento allegato al presente verbale.

LOTTO 22: SET PER ANESTESIA PERIDURALE CONTINUA COMPOSTO DA AGO TIPO "TUOHY", CATETERE CON PUNTA CHUSA CON MANDRINO, CON FILTRO E SIRINGA

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede alle previste valutazioni qualitative secondo i parametri prescritti dall'Allegato 2 al Disciplinare di Gara.

AXEL S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)
Aptezza sufficiente l'ergonomia in quanto sono ridotte le dimensioni dell'impugnatura e delle alette. Punteggio assegnato (1)
Appena sufficiente l'atraumaticità della punta dell'ago. Punteggio assegnato (1)
Sufficiente la rigidità dell'ago. Punteggio assegnato (2)
Buona la scorrevolezza del catetere nell'ago. Punteggio assegnato (3)
Buona l'atraumaticità della punta del catetere. Punteggio assegnato (3)
Buona la rigidità del catetere. Punteggio assegnato (3)
Ottima la conformazione del filtro. Punteggio assegnato (3)
Confezionamento primario:
Misure, lotto e scadenza sono ben visibili. Punteggio assegnato (2)
Ottima la facilità di apertura del prodotto in quanto l'assemblaggio è funzionale all'utilizzo grazie a un vassoio compartimentato. Punteggio assegnato (3)
Confezionamento secondario:
Insufficiente la facilità di stoccaggio in quanto, pur essendo buone la dimensione dell'imballo e la consistenza dell'involucro, mancano del tutto le informazioni necessarie per il corretto utilizzo del prodotto. Punteggio assegnato (0)

MOVI S.p.A.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)



Ottima l'ergonomia dell'impugnatura. Punteggio assegnato (5)
Ottima l'atraumaticità della punta dell'ago. Punteggio assegnato (2)
Ottima la rigidità dell'ago. Punteggio assegnato (5)
Ottima la scorrevolezza del catetere nell'ago. Punteggio assegnato (5)
Ottima l'atraumaticità della punta del catetere. Punteggio assegnato (5)
Ottima la rigidità del catetere. Punteggio assegnato (5)
Ottima la conformazione del filtro. Punteggio assegnato (3)
Confezionamento primario:
Ottima la visibilità di misure, lotto e scadenza. Punteggio assegnato (3)
Ottima la facilità di apertura del prodotto in quanto l'assemblaggio è funzionale all'utilizzo grazie a un vassoio compartimentato. Punteggio assegnato (3)
Confezionamento secondario:
Buona la facilità di stoccaggio in quanto la consistenza dell'involucro è troppo leggera. Punteggio assegnato (1)

La Commissione, unanimemente, per le motivazioni di cui sopra, decide di assegnare i punteggi di cui al documento allegato al presente verbale.

LOTTO 23: SET PER ANESTESIA PERIDURALE CONTINUA COMPOSTO DA AGO TIPO "TUCOH", CATETERE CON PUNTA CHIUSA SENZA MANDRINO, CON FILTRO E SIRINGA

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede alle previste valutazioni qualitative secondo i parametri prescritti dall'Allegato 2 al Disciplinare di Gara.

ANEL S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)
Sufficiente l'ergonomia dell'impugnatura. Punteggio assegnato (2)
Buona l'atraumaticità della punta dell'ago. Punteggio assegnato (1)
Buona la rigidità dell'ago. Punteggio assegnato (3)
Sufficiente la scorrevolezza del catetere nell'ago. Punteggio assegnato (2)
Sufficiente l'atraumaticità della punta del catetere. Punteggio assegnato (2)
Buona la rigidità del catetere. Punteggio assegnato (3)
Buona la conformazione del filtro. Punteggio assegnato (2)
Confezionamento primario:
Sufficiente l'indicazione di misure, lotto e scadenza, in quanto non ben visibili. Punteggio assegnato (1)
Ottima la facilità di apertura del prodotto in quanto l'assemblaggio è funzionale all'utilizzo grazie a un vassoio compartimentato. Punteggio assegnato (3)
Confezionamento secondario:
Insufficiente la facilità di stoccaggio in quanto, pur essendo buone la dimensione dell'imballo e la consistenza dell'involucro, mancano del tutto le informazioni necessarie per il corretto utilizzo del prodotto. Punteggio assegnato (0)

SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)
Buona l'ergonomia in quanto sono ridotte le dimensioni dell'impugnatura. Punteggio assegnato (4)

Ottima l'atraumaticità della punta dell'ago. Punteggio assegnato (2)
Ottima la rigidità dell'ago. Punteggio assegnato (5)
Ottima la scorrevolezza del catetere nell'ago. Punteggio assegnato (5)
Ottima l'atraumaticità della punta del catetere. Punteggio assegnato (5)
Ottima la rigidità del catetere. Punteggio assegnato (5)
Buona la conformazione del filtro. Punteggio assegnato (2)
Confezionamento primario:
Ottima la visibilità di misure, lotto e scadenza. Punteggio assegnato (3)
Ottima la facilità di apertura del prodotto in quanto l'assemblaggio è funzionale all'utilizzo grazie a un vassoio compartimentato. Punteggio assegnato (3)
Confezionamento secondario:
Sufficiente il confezionamento secondario. Punteggio assegnato (1)

VYGON ITALIA S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)
Buona l'ergonomia dell'impugnatura dell'ago. Punteggio assegnato (3)
Ottima l'atraumaticità della punta dell'ago. Punteggio assegnato (2)
Molto buona la rigidità dell'ago. Punteggio assegnato (4)
Molto buona la scorrevolezza del catetere nell'ago. Punteggio assegnato (4)
Buona l'atraumaticità della punta del catetere. Punteggio assegnato (3)
Buona la rigidità del catetere. Punteggio assegnato (3)
Buona la conformazione del filtro. Punteggio assegnato (2)
Confezionamento primario:
Ottima la visibilità di misure, lotto e scadenza. Punteggio assegnato (3)
Sufficiente la facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (1)
Confezionamento secondario:
Buono il confezionamento secondario in quanto la confezione è ingombrante in relazione al suo contenuto. Punteggio assegnato (1)

MOVI S.p.A.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)
Ottima l'ergonomia dell'impugnatura. Punteggio assegnato (5)
Ottima l'atraumaticità della punta dell'ago. Punteggio assegnato (2)
Ottima la rigidità dell'ago. Punteggio assegnato (5)
Ottima la scorrevolezza del catetere nell'ago. Punteggio assegnato (5)
Buona l'atraumaticità della punta del catetere. Punteggio assegnato (3)
Ottima la rigidità del catetere. Punteggio assegnato (5)
Ottima la conformazione del filtro. Punteggio assegnato (3)
Confezionamento primario:
Ottima la visibilità di misure, lotto e scadenza. Punteggio assegnato (3)
Ottima la facilità di apertura del prodotto in quanto l'assemblaggio è funzionale all'utilizzo grazie a un vassoio compartimentato. Punteggio assegnato (3)
Confezionamento secondario:
Ottima la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Punteggio assegnato (2)

BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato

(2)

Sufficiente l'ergonomia in quanto sono ridotte le dimensioni dell'impugnatura. Punteggio assegnato (2)

Ottima l'atraumaticità della punta dell'ago. Punteggio assegnato (2)

Ottima la rigidità dell'ago. Punteggio assegnato (5)

Ottima la scorevolezza del catetere nell'ago. Punteggio assegnato (5)

Buona l'atraumaticità della punta del catetere. Punteggio assegnato (3)

Buona la rigidità del catetere. Punteggio assegnato (3)

Buona la conformazione del filtro. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento primario:

Ottima la visibilità di misure, lotto e scadenza. Punteggio assegnato (3)

Ottima la facilità di apertura del prodotto in quanto l'assemblaggio è funzionale all'utilizzo grazie a un vassoio compartimentato. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento secondario:

Ottima la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Punteggio assegnato (2)

B. BRAUN MILANO S.p.A.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato

(2)

Buona l'ergonomia dell'impugnatura. Punteggio assegnato (3)

Ottima l'atraumaticità della punta dell'ago. Punteggio assegnato (2)

Molto buona la rigidità dell'ago. Punteggio assegnato (4)

Buona la scorevolezza del catetere nell'ago. Punteggio assegnato (3)

Molto buona l'atraumaticità della punta del catetere. Punteggio assegnato (4)

Buona la rigidità del catetere. Punteggio assegnato (3)

Ottima la conformazione del filtro. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento primario:

Ottima la visibilità di misure, lotto e scadenza. Punteggio assegnato (3)

Buona la facilità di apertura del prodotto in quanto, pur essendo il vassoio compartimentato, le componenti si sovrappongono parzialmente date le dimensioni ridotte del vassoio. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento secondario:

Buona la facilità di stoccaggio in quanto, pur essendo ottimali le dimensioni e la consistenza dell'imballaggio, la confezione non è richiudibile. Punteggio assegnato (1)

La Commissione, unanimemente, per le motivazioni di cui sopra, decide di assegnare i punteggi di cui al documento allegato al presente verbale.

LOTTO 24: AGO PER BLOCCO DI PLESSO

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede alle previste valutazioni qualitative secondo i parametri prescritti dall'Allegato 2 al Disciplinare di Gara.

SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato

(2)

Presenza di 1 misura intermedia con riferimento ai gauge, ma ampia gamma di lunghezze ago. Punteggio assegnato (1)

Buona l'ergonomia in quanto le ridotte le dimensioni dell'impugnatura non rendono sicura la presa. Punteggio assegnato (4)

Sufficiente l'atraumaticità della punta dell'ago. Punteggio assegnato (1)

Buona la rigidità dell'ago. Punteggio assegnato (3)

Buona la tenuta della connessione con la siringa. Punteggio assegnato (2)

Il rapporto tra diametro interno e diametro esterno non è rilevabile dalle schede tecniche. Tuttavia dall'analisi visiva lo spessore della parete della prolunga risulta buono. Punteggio assegnato (2)

Molto buona la rigidità di connessione con lo stimolatore. Punteggio assegnato (3)

Buona la praticità dello stimolatore. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento primario:

Ottima la visibilità di misure, lotto e scadenza. Punteggio assegnato (3)

Buona la facilità di apertura del prodotto in quanto, pur essendo presente il vassoio, all'atto dell'apertura il dispositivo fluoresce con rischio di compromissione dell'aspiri. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento secondario:

Buona la facilità di stoccaggio in quanto, pur essendo buone la dimensione dell'imballo e la consistenza dell'involucro, le informazioni necessarie per il corretto utilizzo del prodotto non sono posizionate adeguatamente rispetto all'apertura della scatola. Punteggio assegnato (1)

MOVI S.p.A.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato

(2)

Presenza di 3 misure intermedie con riferimento ai gauge, e ampia gamma di lunghezze ago. Punteggio assegnato (3)

Buona l'ergonomia dell'impugnatura. Punteggio assegnato (4)

Buona l'atraumaticità della punta dell'ago. Punteggio assegnato (2)

Ottima la rigidità dell'ago. Punteggio assegnato (5)

Ottima la tenuta della connessione con la siringa. Punteggio assegnato (3)

Il rapporto tra diametro interno e diametro esterno non è rilevabile dalle schede tecniche. Tuttavia dall'analisi visiva lo spessore della parete della prolunga risulta buono. Punteggio assegnato (2)

Ottima la facilità di connessione con lo stimolatore. Punteggio assegnato (4)

Ottima la praticità dello stimolatore. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono ben visibili. Punteggio assegnato (2)

Ottima sia la rigidità del vassoietto che la facilità di apertura del prodotto, invito agevole all'apertura. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento secondario:

Ottima la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Punteggio assegnato (2)

B. BRAUN MILANO S.p.A.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato

(2)

Presenza di 2 misure intermedie con riferimento ai gauge, ma ristretta la gamma di lunghezze dell'ago. Punteggio assegnato (1)

Ottima l'ergonomia dell'impugnatura. Punteggio assegnato (6)

Buona l'atraumaticità della punta dell'ago. Punteggio assegnato (2)

Molto buona la rigidità dell'ago. Punteggio assegnato (4)

Ottima la tenuta della connessione con la siringa. Punteggio assegnato (3)

Il rapporto tra diametro interno e diametro esterno non è rilevabile dalle schede tecniche. Tuttavia dall'analisi visiva lo spessore della parete della prolunga risulta buono. Punteggio assegnato (2)
Ottima la facilità di connessione con lo stimolatore. Punteggio assegnato (4)
Ottima la praticità dello stimolatore. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono ben visibili. Punteggio assegnato (2)

Buona la facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento secondario:

Buona la facilità di stoccaggio in quanto, pur essendo adeguate la dimensione dell'imballo e la consistenza dell'involucro, le informazioni necessarie per il corretto utilizzo del prodotto non sono posizionate adeguatamente rispetto all'apertura della scatola. Punteggio assegnato (1)

La Commissione, unanimemente, per le motivazioni di cui sopra, decide di assegnare i punteggi di cui al documento allegato al presente verbale.

LOTTO25: AGO PER LOCALIZZAZIONE MAMMARIA AD UNCINO SEMPLICE

H.S. HOSPITAL SERVICE S.P.A.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Ottima la gamma di lunghezze dell'ago con riferimento al gauge richiesto (G 20/21). Punteggio assegnato (2)

Ottima la facilità di penetrazione. Punteggio assegnato (5)

Molto buona la facilità di rilascio del reperi. Punteggio assegnato (9)

Molto buona la stabilità del reperi. Punteggio assegnato (9)

Ottima la facilità di rimozione della cannula Punteggio assegnato (3)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono ben visibili. Punteggio assegnato (2)

Buona la facilità di apertura del prodotto, in quanto la confezione primaria risulta ingombrante. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento secondario:

Ottima la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Punteggio assegnato (2)

VIGEO S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Buona la gamma di lunghezze dell'ago con riferimento al gauge richiesto (G 20/21). Punteggio assegnato (1)

Molto buona la facilità di penetrazione. Punteggio assegnato (4)

Buona la facilità di rilascio del reperi. Punteggio assegnato (8)

Buona la stabilità del reperi. Punteggio assegnato (8)

Ottima la facilità di rimozione della cannula Punteggio assegnato (3)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono ben visibili. Punteggio assegnato (2)

Insufficiente la facilità di apertura del prodotto, in quanto difficoltosa. Punteggio assegnato (0)

Confezionamento secondario:

Insufficiente la facilità di stoccaggio in quanto l'involucro, oltre ad essere ingombrante, ha una modalità di apertura poco agevole, rendendo difficoltosa l'estrazione del suo contenuto. Punteggio assegnato (0)

STERYLAB S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Buona la gamma di lunghezze dell'ago con riferimento al gauge richiesto (G 20/21). Punteggio assegnato (1)

Ottima la facilità di penetrazione. Punteggio assegnato (5)

Molto buona la facilità di rilascio del reperi. Punteggio assegnato (9)

Molto buona la stabilità del reperi. Punteggio assegnato (9)

Ottima la facilità di rimozione della cannula Punteggio assegnato (3)

Confezionamento primario:

Sufficiente l'indicazione di misure, lotto e scadenza, in quanto non ben stampigliate. Punteggio assegnato (1)

Buona la facilità di apertura del prodotto, in quanto la confezione primaria risulta ingombrante. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento secondario:

Buona la facilità di stoccaggio in quanto, pur essendo le informazioni chiaramente visibili, l'involucro non è di dimensioni ottimali. Punteggio assegnato (1)

MOVI S.p.a.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Buona la gamma di lunghezze dell'ago con riferimento al gauge richiesto (G 20/21). Punteggio assegnato (1)

Molto buona la facilità di penetrazione. Punteggio assegnato (4)

Buona la facilità di rilascio del reperi. Punteggio assegnato (8)

Sufficiente la stabilità del reperi. Punteggio assegnato (6)

Ottima la facilità di rimozione della cannula Punteggio assegnato (3)

Confezionamento primario:

Ottima la visibilità di misure, lotto e scadenza. Punteggio assegnato (3)

Ottima la facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento secondario:

Buona la facilità di stoccaggio in quanto, pur essendo buona la dimensione dell'imballo e la consistenza dell'involucro, le informazioni necessarie per il corretto utilizzo del prodotto non sono posizionate adeguatamente rispetto all'apertura della scatola. Punteggio assegnato (1)

BIOPSYBELL S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Ottima la gamma di lunghezze dell'ago con riferimento al gauge richiesto (G 20/21). Punteggio assegnato (2)

Ottima la facilità di penetrazione. Punteggio assegnato (5)

Molto buona la facilità di rilascio del reperi. Punteggio assegnato (9)

Buona la stabilità del reperi. Punteggio assegnato (7)

Ottima la facilità di rimozione della cannula Punteggio assegnato (3)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono ben visibili. Punteggio assegnato (2)

Buona la facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento secondario:

Buona la facilità di stoccaggio in quanto, pur essendo le informazioni chiaramente visibili, l'involucro non è di dimensioni ottimali. Punteggio assegnato (1)

LOTTO 26: AGO PER LOCALIZZAZIONE MAMMARIA AD UNCINO DOPIO

H.S. HOSPITAL SERVICE S.p.A.

- La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)
- (2) Ottima la gamma di lunghezze dell'ago con riferimento al gauge richiesto (G 20/21). Punteggio assegnato (2)
- Ottima la facilità di penetrazione. Punteggio assegnato (5)
- Molto buona la facilità di rilascio del repere. Punteggio assegnato (9)
- Molto buona la stabilità del repere. Punteggio assegnato (9)
- Ottima la facilità di rimozione della cannula Punteggio assegnato (3)
- Configurazione primario:*
- Misure, lotto e scadenza sono ben visibili. Punteggio assegnato (2)
- Ottima la facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (2)
- Configurazione secondario:*
- Ottima la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Punteggio assegnato (2)

HOSPITAL PROGRAMS S.r.l.

- La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)
- (2) Insufficiente la gamma di lunghezze dell'ago con riferimento al gauge richiesto (G 20/21), dal momento che viene specificato soltanto il range 70-120. Punteggio assegnato (0)
- Ottima la facilità di penetrazione. Punteggio assegnato (5)
- Molto buona la facilità di rilascio del repere. Punteggio assegnato (9)
- Buona la stabilità del repere. Punteggio assegnato (7)
- Ottima la facilità di rimozione della cannula Punteggio assegnato (3)
- Configurazione primario:*
- Ottima la visibilità di misure, lotto e scadenza. Punteggio assegnato (3)
- Ottima la facilità di apertura del prodotto, data anche la presenza del vassoietto. Punteggio assegnato (3)
- Configurazione secondario:*
- Buona la facilità di stoccaggio in quanto, pur essendo buone la dimensione dell'imballo e la consistenza dell'involucro, le informazioni necessarie per il corretto utilizzo del prodotto sono poco leggibili. Punteggio assegnato (1)

VIGEO S.r.l.

- La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)
- (2) Buona la gamma di lunghezze dell'ago con riferimento al gauge richiesto (G 20/21). Punteggio assegnato (1)
- Molto buona la facilità di penetrazione. Punteggio assegnato (4)
- Buona la facilità di rilascio del repere. Punteggio assegnato (8)
- Buona la stabilità del repere. Punteggio assegnato (8)
- Ottima la facilità di rimozione della cannula Punteggio assegnato (3)
- Configurazione primario:*
- Misure, lotto e scadenza sono ben visibili. Punteggio assegnato (2)

Insufficiente la facilità di apertura del prodotto, in quanto difficoltosa. Punteggio assegnato (0)

Configurazione secondario:

Insufficiente la facilità di stoccaggio in quanto l'involucro, oltre ad essere ingombrante, ha una modalità di apertura poco agevole, rendendo difficoltosa l'estrazione del suo contenuto. Punteggio assegnato (0)

STERYLAB S.r.l.

- La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)
- (2) Buona la gamma di lunghezze dell'ago con riferimento al gauge richiesto (G 20/21). Punteggio assegnato (1)
- Ottima la facilità di penetrazione. Punteggio assegnato (5)
- Ottima la facilità di rilascio del repere. Punteggio assegnato (10)
- Buona la stabilità del repere. Punteggio assegnato (8)
- Ottima la facilità di rimozione della cannula Punteggio assegnato (3)
- Configurazione primario:*
- Surficiente l'indicazione di misure, lotto e scadenza, in quanto non ben stampigliate. Punteggio assegnato (1)
- Buona la facilità di apertura del prodotto, in quanto la confezione primaria risulta ingombrante. Punteggio assegnato (2)
- Configurazione secondario:*
- Buona la facilità di stoccaggio in quanto, pur essendo le informazioni chiaramente visibili, l'involucro non è di dimensioni ottimali. Punteggio assegnato (1)

BIOSYBELL S.r.l.

- La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)
- (2) Ottima la gamma di lunghezze dell'ago con riferimento al gauge richiesto (G 20/21). Punteggio assegnato (2)
- Ottima la facilità di penetrazione. Punteggio assegnato (5)
- Molto buona la facilità di rilascio del repere. Punteggio assegnato (9)
- Buona la stabilità del repere. Punteggio assegnato (7)
- Ottima la facilità di rimozione della cannula Punteggio assegnato (3)
- Configurazione primario:*
- Misure, lotto e scadenza sono ben visibili. Punteggio assegnato (2)
- Buona la facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (2)
- Configurazione secondario:*
- Buona la facilità di stoccaggio in quanto, pur essendo le informazioni chiaramente visibili, l'involucro non è di dimensioni ottimali. Punteggio assegnato (1)

Alle ore 15:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta e, sentiti i presenti, aggiorna i lavori alle ore 9,30 del giorno 11/09/2012 presso la sede del Centro Regionale Acquisti per la Sanità, per proseguire con la valutazione qualitativa dei prodotti ammessi, LOTTO per LOTTO (desumibile dalla documentazione tecnica e dai campioni presentati, secondo i parametri di valutazione previsti nell'Allegato 2 al Disciplinare di gara e che qui devono intendersi integralmente richiamati)

Il Presidente, quindi, trattiene presso di sé la documentazione contenuta nelle Basse "Documentazione Tecnica" delle Dite concorrenti, per custodirla in luogo sicuro e protetto presso il Centro Regionale Acquisti per la Sanità, Palazzo Molin, S. Polo 2514 - Venezia.


Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE: Dott.ssa Daniela Barzan

I COMPONENTI: Sig.ra Nazarena Merlo

Dott. Vincio Danzi

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE



GARA D'APPALTO, A MEZZO PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA PER UN PERIODO DI 2 ANNI DI "AGHI SPECIALI" IN FABBRISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE VENETO

**VERBALE DEL 02/10/2012
SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Il giorno 2 del mese di ottobre dell'anno 2012, alle ore 9,30 presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, Passaggio Grandenzio, 1 - 35131 - Padova, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata di valutare le offerte presentate dai concorrenti ammessi alla gara d'appalto a procedura aperta per la fornitura, per un periodo di due anni, di Aghi Speciali in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione Veneto, indicata con la D.G.R.V. n. 753 del 7 giugno 2011.

La Commissione, nominata con decreto del Dirigente Regionale della Direzione Controlli e Governo SSR n. 78 del 04/10/2011, risulta così composta:

- **Presidente:**
Dot.ssa Daniela Barzan
Direttore U.O.C. Farmacia Ospedaliera – Azienda ULSS 13 di Milano
- **Componenti:**
 - *Sig.ra Nazzarena Morlo*
Responsabile Informatistica Tecnica del Dipartimento Oncologico – Azienda ULSS 18 di Rovigo
 - *Dot. Finco Danzi*
Dirigente S.S.O.D. Terapia Intensiva Polivalente – Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

Vengono ripresi i lavori della precedente seduta riservata dell'11 aprile 2012, come da relativo verbale, che qui deve intendersi integralmente richiamato.

- La Commissione prende atto, preliminarmente, che sono pervenuti al Centro Regionale Acquisti per la Sanità entro i termini previsti:
- i dispositivi automatici riutilizzabili, necessari per la valutazione dei prodotti offerti con riferimento al LOTTO 5, da parte delle Dite H.P. HOSPITAL PROGRAMS S.r.l. e MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l. (come richiesto dalla Direzione Controlli e Governo in data 28/03/2012);
 - il confezionamento secondario dei prodotti offerti per i LOTTI 5, 8, 10, 26 da parte della ditta H.P. HOSPITAL PROGRAMS S.r.l. (come richiesto dalla Direzione Controlli e Governo in data 28/03/2012);
 - i chiarimenti delle Dite BIOPSYBELL S.r.l. e STERYLAB S.r.l. sulla capacità di penetrazione dell'ago offerto per il LOTTO 6, al fine di verificare la conformità alle indicazioni del Capitolato Tecnico, il quale prescrive una penetrazione dell'ago fino a 20-22 mm (come richiesto con nota della Direzione Risorse Controlli e Governo SSR in data 28/03/2012);
 - il confezionamento secondario nonché l'indicazione del diametro interno e del diametro esterno dell'ago in mm con riferimento al prodotto offerto per il LOTTO 7 da parte della ditta MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l. (come richiesto con nota della Direzione Risorse Controlli e Governo SSR in data 11/04/2012);

- la scheda tecnica del dispositivo automatico riutilizzabile offerto per il LOTTO 5, l'indicazione del diametro interno e del diametro esterno dell'ago in mm con riferimento al prodotto offerto per il LOTTO 8, l'indicazione puntuale dei Gauge e delle relative lunghezze dell'ago con riferimento ai prodotti offerti per i LOTTI 8 e 10, da parte della Ditta H.P. HOSPITAL PROGRAMS S.r.l. (come richiesto dalla Direzione Controlli e Governo in data 11/04/2012);
- l'indicazione del diametro interno e del diametro esterno dell'ago in mm con riferimento ai prodotti offerti per il LOTTO 7, da parte delle ditte VIGEO S.r.l., STERYLAB S.r.l. e VEDISE HOSPITAL S.p.A. (come richiesto dalla Direzione Controlli e Governo in data 11/04/2012).

Detti chiarimenti, agli atti del Centro Regionale Acquisti per la Sanità e che qui devono intendersi integralmente richiamati, consentono di dichiarare conformi alle caratteristiche tecniche previste dal Capitolato Tecnico:

- il dispositivo automatico riutilizzabile offerto dalla ditta H.P. HOSPITAL PROGRAMS S.r.l. per il LOTTO 5;
- il prodotto offerto dalla ditta H.P. HOSPITAL PROGRAMS S.r.l. per il LOTTO 8 e per il LOTTO 10;
- i prodotti offerti dalle Dite MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l., VIGEO S.r.l., STERYLAB S.r.l. e VEDISE HOSPITAL S.p.A. per il LOTTO 7.

La Commissione, sulla base dei campioni integrativi/chiarimenti/apparecchi pervenuti, nonché sulla base delle testazioni delle campionature già effettuate nei reparti, procederà, nella seduta odierna, alle valutazioni qualitative dei prodotti ammessi per i LOTTI 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, desumibile dalla documentazione tecnica e dai campioni presentati, secondo i parametri di valutazione previsti nell'Allegato 2 al Disciplinare di gara e che qui devono intendersi integralmente richiamati.

LOTTO 4 SUB A: AGO SEMIAUTOMATICO PER BIOPSIA TRANCIANTE A GHIGLIOTTINA

H.S. HOSPITAL SERVICE S.p.A.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

- Presenza di 3 misure intermedie con riferimento ai gauge, e ampia gamma di lunghezze ago. Punteggio assegnato (3)
- Ottima la facilità di penetrazione. Punteggio assegnato (7)
- Ottima l'ergonomia dell'impugnatura. Punteggio assegnato (3)
- Ottima la capacità di taglio. Punteggio assegnato (9)
- Ottima l'ecogenicità. Punteggio assegnato (3)
- Ottima l'efficienza dell'automatismo. Punteggio assegnato (4)
- Confezionamento primario:*
Misure, lotto e scadenza sono ben visibili. Punteggio assegnato (2)
- Ottima la facilità di apertura del prodotto, data anche la presenza dei vassoi etto. Punteggio assegnato (3)
- Confezionamento secondario:*
Ottima la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Punteggio assegnato (2)

VIGEO S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Presenza di 2 misure intermedie con riferimento ai gauge, e ampia gamma di lunghezze ago. Punteggio assegnato (2)

Sufficiente la facilità di penetrazione. Punteggio assegnato (3)

Appena sufficiente l'ergonomia dell'impugnatura. Punteggio assegnato (1)

Buona la capacità di taglio. Punteggio assegnato (6)

Ottima l'ecogenicità (ecogeno con rinforzo ecogeno sulla punta). Punteggio assegnato (3)

Buona l'efficienza dell'automatismo. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento primario:

Sufficiente l'indicazione di misure, lotto e scadenza, in quanto non ben stampigliate. Punteggio assegnato (1)

Ottima la facilità di apertura del prodotto, data anche la presenza del vassoietto. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento secondario:

Insufficiente la facilità di stoccaggio in quanto l'involucro, oltre ad essere ingombrante, ha una modalità di apertura poco agevole, rendendo difficoltosa l'estrazione del suo contenuto. Punteggio assegnato (0)

Confezionamento secondario:

Insufficiente la facilità di stoccaggio in quanto l'involucro, oltre ad essere ingombrante, ha una modalità di apertura poco agevole, rendendo difficoltosa l'estrazione del suo contenuto. Punteggio assegnato (0)

asignato (0)

STERYLAB S.R.L.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Presenza di 2 misure intermedie con riferimento ai gauge, e limitata gamma di lunghezze ago. Punteggio assegnato (1)

Molto buona la facilità di penetrazione. Punteggio assegnato (6)

Buona l'ergonomia dell'impugnatura. Punteggio assegnato (2)

Molto buona la capacità di taglio. Punteggio assegnato (7)

Buona l'ecogenicità (sembra non molto ecogeno o non ecogeno il campione presentato) Punteggio assegnato (3)

Buona l'efficienza dell'automatismo. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento primario:

Sufficiente l'indicazione di misure, lotto e scadenza, in quanto non ben visibili. Punteggio assegnato (1)

Sufficiente la facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (1)

Confezionamento secondario:

Buono il confezionamento secondario in quanto la confezione è ingombrante. Punteggio assegnato (1)

asignato (1)

Confezionamento secondario:

Buono il confezionamento secondario in quanto la confezione è ingombrante. Punteggio assegnato (1)

asignato (1)

BIOSYBELL S.R.L.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Presenza di 4 misure intermedie con riferimento ai gauge, e ampia gamma di lunghezze ago. Punteggio assegnato (4)

Molto buona la facilità di penetrazione. Punteggio assegnato (6)

Ottima l'ergonomia dell'impugnatura. Punteggio assegnato (3)

Molto buona la capacità di taglio. Punteggio assegnato (8)

Ottima l'ecogenicità (ecogeno con rinforzo ecogeno sulla punta) Punteggio assegnato (3)

Buona l'efficienza dell'automatismo. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento primario:

Ottima la visibilità di misure, lotto e scadenza. Punteggio assegnato (3)

Sufficiente la facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (1)

Confezionamento secondario:

Buona la facilità di stoccaggio in quanto l'involucro, pur essendo buone la dimensione dell'imballio, ha una modalità di apertura poco agevole. Punteggio assegnato (1)

asignato (1)

KERNATALLIA S.R.L.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Presenza di 2 misure intermedie con riferimento ai gauge, e completa gamma di lunghezze ago. Punteggio assegnato (3)

Molto buona la facilità di penetrazione. Punteggio assegnato (6)

Buona l'ergonomia dell'impugnatura. Punteggio assegnato (2)

Buona la capacità di taglio. Punteggio assegnato (7)

Ottima l'ecogenicità. Punteggio assegnato (3)

Molto buona l'efficienza dell'automatismo. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono ben visibili e inoltre è presente il colore identificativo della misura sull'involucro primario. Punteggio assegnato (3)

Buona la facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento secondario:

Ottima la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Punteggio assegnato (2)

asignato (2)

Confezionamento secondario:

Ottima la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Punteggio assegnato (2)

asignato (2)

VE.DI.SE. HOSPITAL S.p.A.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Presenza di 3 misure intermedie con riferimento ai gauge, e ampia gamma di lunghezze ago. Punteggio assegnato (3)

Buona la facilità di penetrazione. Punteggio assegnato (4)

Appena sufficiente l'ergonomia dell'impugnatura. Punteggio assegnato (1)

Sufficiente la capacità di taglio. Punteggio assegnato (4)

Ottima l'ecogenicità. Punteggio assegnato (3)

Molto buona l'efficienza dell'automatismo. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono ben visibili e inoltre è presente sull'involucro primario un'illustrazione del prodotto che rende immediata l'individuazione del suo contenuto. Punteggio assegnato (3)

Ottima la facilità di apertura del prodotto, in quanto l'involucro è in plastica sagomata simile a un vassoietto. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento secondario:

Ottima la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Punteggio assegnato (2)

asignato (2)

Confezionamento secondario:

Ottima la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Punteggio assegnato (2)

asignato (2)

Confezionamento secondario:

Ottima la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Punteggio assegnato (2)

asignato (2)

LOTTO 4 SUB B: AGO GUIDA PER AGO SEMI-AUTOMATICO PER BIOPSIA TRANCIANTE A GHIGLIOTTINA

H.S. HOSPITAL SERVICE S.p.A.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Ottima la facilità di penetrazione dell'ago. Punteggio assegnato (10)

Ottima la rigidità dell'ago. Punteggio assegnato (10)

Ottima l'ecogenicità. Punteggio assegnato (9)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono ben visibili. Punteggio assegnato (2)

Ottima la facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento secondario:

Ottima la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Punteggio assegnato (2)

VIGEO S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato

(2)

Sufficiente la facilità di penetrazione dell'ago. Punteggio assegnato (5)

Buona la rigidità dell'ago. Punteggio assegnato (6)

Ottima l'ecogenicità. Punteggio assegnato (9)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono ben visibili. Punteggio assegnato (2)

Buona la facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento secondario:

Insufficiente la facilità di stoccaggio in quanto l'involucro, oltre ad essere ingombrante, ha una modalità di apertura poco agevole, rendendo difficoltosa l'estrazione del suo contenuto. Punteggio assegnato (0)

STERYLAB S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato

(2)

Molto buona la facilità di penetrazione dell'ago. Punteggio assegnato (8)

Ottima la rigidità dell'ago. Punteggio assegnato (9)

Ottima l'ecogenicità. Punteggio assegnato (9)

Confezionamento primario:

Sufficiente l'indicazione di misure, lotto e scadenza, in quanto non ben visibili. Punteggio assegnato (1)

Buona la facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento secondario:

Buono il confezionamento secondario in quanto la confezione è ingombrante. Punteggio assegnato (1)

BIOSYBELL S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato

(2)

Ottima la facilità di penetrazione dell'ago. Punteggio assegnato (9)

Ottima la rigidità dell'ago. Punteggio assegnato (9)

Ottima l'ecogenicità. Punteggio assegnato (9)

Confezionamento primario:

Ottima la visibilità di misure, lotto e scadenza. Punteggio assegnato (3)

Sufficiente la facilità di apertura del prodotto, in quanto la carta si trappa nella fase di apertura. Punteggio assegnato (1)

Confezionamento secondario:

Buona la facilità di stoccaggio in quanto l'involucro, pur essendo buona la dimensione dell'imballo, ha una modalità di apertura poco agevole. Punteggio assegnato (1)

KERNA ITALIA S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato

(2)

Molto buona la facilità di penetrazione dell'ago. Punteggio assegnato (8)

Ottima la rigidità dell'ago. Punteggio assegnato (9)

Ottima l'ecogenicità. Punteggio assegnato (9)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono ben visibili e inoltre è presente il colore identificativo della misura sull'involucro primario. Punteggio assegnato (3)

Buona la facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento secondario:

Ottima la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Punteggio assegnato (2)

VE.DI.SE. HOSPITAL S.p.A.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato

(2)

Sufficiente la facilità di penetrazione dell'ago. Punteggio assegnato (5)

Buona la rigidità dell'ago. Punteggio assegnato (6)

Ottima l'ecogenicità. Punteggio assegnato (9)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono ben visibili e inoltre è presente sull'involucro primario un'illustrazione del prodotto che rende immediata l'individuazione del suo contenuto. Punteggio assegnato (3)

Buona la facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento secondario:

Ottima la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Punteggio assegnato (2)

LOTTO 5: AGO AUTOMATICO PER BIOPSIA TRANCIANTE A GHIGLIOTTINA DA USARE CON DISPOSITIVO AUTOMATICO RUTILIZZABILE

H.S. HOSPITAL SERVICE S.p.A.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato

(2)

Presenza di 2 misure intermedie con riferimento ai gauge, e ampia gamma di lunghezze ago. Punteggio assegnato (3)

Buona la facilità di penetrazione. Punteggio assegnato (3)

Scarsa ergonomicità dell'impugnatura. Punteggio assegnato (1)

Sufficiente capacità di taglio. Punteggio assegnato (6)

Buona ecogenicità. Punteggio assegnato (2)

Buona l'efficacia del dispositivo automatico multiuso (forza di taglio). Punteggio assegnato (6)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono ben visibili. Punteggio assegnato (2)

Buona la facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento secondario:

Ottima la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Punteggio assegnato (2)

MED-TALLIA BIOMEDICA S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato

- (2)
- Presenza di 2 misure intermedie con riferimento ai gauge, e ampia gamma di lunghezze ago. Punteggio assegnato (3)
- Buona la facilità di penetrazione. Punteggio assegnato (3)
- Scarsa ergonomia dell'impugnatura. Punteggio assegnato (1)
- Buona capacità di taglio. Punteggio assegnato (7)
- Buona ecogenicità. Punteggio assegnato (2)
- Molto buona l'efficienza del dispositivo automatico multiuso (forza di taglio). Punteggio assegnato (7)
- Configurazione primario:*
- Misure, lotto e scadenza sono ben visibili. Punteggio assegnato (2)
- Buona la facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (2)
- Configurazione secondario:*
- Ottima la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Punteggio assegnato (2)

BARO S.p.A.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato

- (2)
- Presenza di 2 misure intermedie con riferimento ai gauge, e ampia gamma di lunghezze ago. Punteggio assegnato (3)
- Ottima la facilità di penetrazione. Punteggio assegnato (4)
- Ottima l'ergonomia dell'impugnatura. Punteggio assegnato (3)
- Ottima la capacità di taglio. Punteggio assegnato (8)
- Ottima l'ecogenicità. Punteggio assegnato (3)
- Ottima l'efficienza del dispositivo automatico multiuso (forza di taglio). Punteggio assegnato (8)
- Configurazione primario:*
- Ottima la visibilità di misure, lotto e scadenza. Punteggio assegnato (3)
- Buona la facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (2)
- Configurazione secondario:*
- Ottima la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Punteggio assegnato (2)

HOSPITAL PROGRAMS S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato

- (2)
- Presenza di 4 misure intermedie con riferimento ai gauge, mentre con riferimento alla gamma di lunghezze dell'ago viene genericamente specificato il range 30-800. Punteggio assegnato (1)
- Buona la facilità di penetrazione. Punteggio assegnato (3)
- Buona l'ergonomia dell'impugnatura. Punteggio assegnato (2)
- Sufficiente la capacità di taglio. Punteggio assegnato (7)
- Buona l'ecogenicità. Punteggio assegnato (2)
- Buona l'efficienza del dispositivo automatico multiuso (forza di taglio). Punteggio assegnato (6)
- Configurazione primario:*
- Ottima la visibilità di misure, lotto e scadenza. Punteggio assegnato (3)
- Sufficiente la facilità di apertura del prodotto, in quanto presenta una certa resistenza. Punteggio assegnato (1)

Configurazione secondario:

Buona la facilità di stoccaggio in quanto, pur essendo buone la dimensione dell'imballo e la consistenza dell'involucro, le informazioni necessarie per il corretto utilizzo del prodotto sono poco leggibili. Punteggio assegnato (1)

VIGEO S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato

- (2)
- Presenza di 2 misure intermedie con riferimento ai gauge, e ampia gamma di lunghezze ago. Punteggio assegnato (3)
- Ottima la facilità di penetrazione. Punteggio assegnato (4)
- Ottima l'ergonomia dell'impugnatura. Punteggio assegnato (3)
- Ottima la capacità di taglio. Punteggio assegnato (8)
- Ottima l'ecogenicità. Punteggio assegnato (3)
- Ottima l'efficienza del dispositivo automatico multiuso (forza di taglio). Punteggio assegnato (8)
- Configurazione primario:*
- Sufficiente l'indicazione di misure, lotto e scadenza, in quanto non ben stampigliate. Punteggio assegnato (1)
- Ottima la facilità di apertura del prodotto, data anche la presenza del vassoietto. Punteggio assegnato (3)
- Configurazione secondario:*
- Insufficiente la facilità di stoccaggio in quanto l'involucro, oltre ad essere ingombrante, ha una modalità di apertura poco agevole, rendendo difficoltosa l'estrazione del suo contenuto. Punteggio assegnato (0)

STERYLAB S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato

- (2)
- Presenza di 2 misure intermedie con riferimento ai gauge, e limitata gamma di lunghezze ago. Punteggio assegnato (2)
- Buona la facilità di penetrazione. Punteggio assegnato (3)
- Sufficiente l'ergonomia dell'impugnatura. Punteggio assegnato (1)
- Sufficiente la capacità di taglio. Punteggio assegnato (6)
- Buona l'ecogenicità. Punteggio assegnato (2)
- Buona l'efficienza del dispositivo automatico multiuso (forza di taglio). Punteggio assegnato (6)
- Configurazione primario:*
- Sufficiente l'indicazione di misure, lotto e scadenza, in quanto non ben visibili. Punteggio assegnato (1)
- Sufficiente la facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (1)
- Configurazione secondario:*
- Buono il confezionamento secondario in quanto la confezione è ingombrante. Punteggio assegnato (1)

MOVI S.p.A.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato

- (2)
- Presenza di 3 misure intermedie con riferimento ai gauge, e molto limitata la gamma di lunghezze ago. Punteggio assegnato (2)
- Buona la facilità di penetrazione. Punteggio assegnato (3)
- Buona l'ergonomia dell'impugnatura. Punteggio assegnato (2)
- Appena sufficiente capacità di taglio. Punteggio assegnato (5)

Ottima l'ecogenicità. Punteggio assegnato (3)
Appena sufficiente l'efficienza del dispositivo automatico multiuso (forza di taglio). Punteggio assegnato (4)

Confezionamento primario:
Ottima la visibilità di misure, lotto e scadenza. Punteggio assegnato (3)

Ottima la facilità di apertura del prodotto, data anche la presenza del vassoiotto. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento secondario:

Buona la facilità di stoccaggio in quanto, pur essendo buone la dimensione dell'imballo e la consistenza dell'involucro, le informazioni necessarie per il corretto utilizzo del prodotto non sono posizionate adeguatamente rispetto all'apertura della scatola. Punteggio assegnato (1)

LOTTO 6: SISTEMA AUTOMATICO PER BIOPSIA TRANCIANTE A GHIGLIOTTINA MONOUSO

H.S. HOSPITAL SERVICE S.p.A.

Come dal verbale del 21/03/2012 la Ditta viene esclusa in quanto sul confezionamento primario non sono indicate le informazioni obbligatorie per legge quali il lotto, il nome del produttore, la data di produzione, la data di scadenza, ecc.

BARB S.p.A.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Presenza di 1 misura intermedia con riferimento ai gauge, e limitata gamma di lunghezze ago. Punteggio assegnato (1)

Ottima la facilità di penetrazione. Punteggio assegnato (6)

Buona l'ergonomia dell'impugnatura. Punteggio assegnato (2)

Molto buona la capacità di taglio. Punteggio assegnato (7)

Ottima l'ecogenicità. Punteggio assegnato (2)

Buona l'efficienza del dispositivo automatico multiuso (forza di taglio). Punteggio assegnato (6)

Confezionamento primario:

Ottima la visibilità di misure, lotto e scadenza. Punteggio assegnato (3)

Ottima la facilità di apertura del prodotto, data anche la presenza del vassoiotto e di invito agevole all'apertura. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento secondario:

Ottima la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Punteggio assegnato (2)

VIGEO S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Presenza di 1 misura intermedia con riferimento ai gauge, e ampia gamma di lunghezze ago. Punteggio assegnato (2)

Ottima la facilità di penetrazione. Punteggio assegnato (6)

Ottima l'ergonomia dell'impugnatura. Punteggio assegnato (3)

Appena sufficiente la capacità di taglio. Punteggio assegnato (5)

Ottima l'ecogenicità. Punteggio assegnato (2)

Buona l'efficienza del dispositivo automatico multiuso (forza di taglio). Punteggio assegnato (6)

Confezionamento primario:
Sufficiente l'indicazione di misure, lotto e scadenza, in quanto non ben stampigliate. Punteggio assegnato (1)
Buona la facilità di apertura del prodotto in quanto, pur essendo presente il vassoiotto, l'invito non agevola l'apertura. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento secondario:

Insufficiente la facilità di stoccaggio in quanto l'involucro, oltre ad essere ingombrante, ha una modalità di apertura poco agevole, rendendo difficoltosa l'estrazione del suo contenuto. Punteggio assegnato (0)

STERILAB S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Presenza di 1 misura intermedia con riferimento ai gauge, e limitata gamma di lunghezze ago. Punteggio assegnato (1)

Ottima la facilità di penetrazione. Punteggio assegnato (6)

Ottima l'ergonomia dell'impugnatura. Punteggio assegnato (3)

Molto buona la capacità di taglio. Punteggio assegnato (7)

Ottima l'ecogenicità. Punteggio assegnato (2)

Molto buona l'efficienza del dispositivo automatico multiuso (forza di taglio). Punteggio assegnato (7)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono ben visibili. Punteggio assegnato (2)

Sufficiente la facilità di apertura del prodotto, in quanto l'invito è di ridotte dimensioni e di difficile presa. Punteggio assegnato (1)

Confezionamento secondario:

Insufficiente la facilità di stoccaggio in quanto l'involucro è estremamente ingombrante. Punteggio assegnato (0)

BIOSYBELL S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Presenza di 3 misure intermedie con riferimento ai gauge, e ampia gamma di lunghezze ago. Punteggio assegnato (3)

Ottima la facilità di penetrazione. Punteggio assegnato (6)

Buona l'ergonomia dell'impugnatura. Punteggio assegnato (2)

Buona la capacità di taglio. Punteggio assegnato (6)

Ottima l'ecogenicità. Punteggio assegnato (2)

Buona l'efficienza del dispositivo automatico multiuso (forza di taglio). Punteggio assegnato (6)

Confezionamento primario:

Ottima la visibilità di misure, lotto e scadenza. Punteggio assegnato (3)

Sufficiente la facilità di apertura del prodotto, in quanto la carta si tappa nella fase di apertura. Punteggio assegnato (1)

Confezionamento secondario:

Ottima la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Punteggio assegnato (2)

KERNITALIA S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)
Presenza di 1 misura intermedia con riferimento ai gauge, e limitata gamma di lunghezze ago. Punteggio assegnato (1)

Ottima la facilità di penetrazione. Punteggio assegnato (6)
Ottima l'ergonomia dell'impugnatura. Punteggio assegnato (3)
Ottima la capacità di taglio. Punteggio assegnato (8)

Ottima l'ecogenicità. Punteggio assegnato (2)

Ottima l'efficienza del dispositivo automatico multiuso (forza di taglio). Punteggio assegnato (8)

Confezionamento primario:

Ottima la visibilità di misure, lotto e scadenza. Punteggio assegnato (3)

Buona la facilità di apertura del prodotto, in quanto a volte difficoltosa. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento secondario:

Ottima la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Punteggio assegnato (2)

VE.DI.SE. HOSITAL S.p.A.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Presenza di 1 misura intermedia con riferimento ai gauge, e limitata gamma di lunghezze ago. Punteggio assegnato (1)

Ottima la facilità di penetrazione. Punteggio assegnato (6)

Ottima l'ergonomia dell'impugnatura. Punteggio assegnato (3)

Appena sufficiente la capacità di taglio. Punteggio assegnato (5)

Ottima l'ecogenicità. Punteggio assegnato (2)

Buona l'efficienza del dispositivo automatico multiuso (forza di taglio). Punteggio assegnato (6)

Confezionamento primario:

Ottima la visibilità di misure, lotto e scadenza. Punteggio assegnato (3)

Buona la facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento secondario:

Ottima la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Punteggio assegnato (2)

LOTTO 7: AGO PER ASPIRAZIONE CITOLOGICA TIPO CHIBA

H.S. HOSITAL SERVICE S.p.A.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Presenza di 3 misure intermedie con riferimento ai gauge, e idonea gamma di lunghezze ago. Punteggio assegnato (3)

Ottima la facilità di penetrazione dell'ago. Punteggio assegnato (10)

Più che sufficiente il rapporto tra diametro interno e diametro esterno è pari a 0,693 (diametro interno 0,61 / diametro esterno 0,88 - Gauge 20). Punteggio assegnato (6)

Ottima la rigidità dell'ago. Punteggio assegnato (3)

Ottima l'ecogenicità. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono in caratteri ben visibili. Punteggio assegnato (2)

Ottima la facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento secondario:

Ottima la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Punteggio assegnato (2)

MEDTALLIA BIOMEDICA S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Presenza di 2 misure intermedie con riferimento ai gauge, e idonea gamma di lunghezze ago. Punteggio assegnato (2)

Sufficiente facilità di penetrazione dell'ago. Punteggio assegnato (5)

Buono il rapporto tra diametro interno e diametro esterno è pari a 0,778 (diametro interno 0,70 / diametro esterno 0,90 - Gauge 20). Punteggio assegnato (8)

Sufficiente la rigidità dell'ago. Punteggio assegnato (1)

Buona l'ecogenicità. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono ben visibili e inoltre è presente una doppia etichetta autoradesiva, con bar code, da inserire in cartella clinica per la tracciabilità. Punteggio assegnato (3)

Buona la facilità di apertura del prodotto in quanto la confezione è ingombrante. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento secondario:

Insufficiente la facilità di stoccaggio in quanto il campione non è stato presentato nella sua confezione secondaria. Punteggio assegnato (0)

VIGEO S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Presenza di 2 misure intermedie con riferimento ai gauge, ma ampia gamma di lunghezze ago. Punteggio assegnato (3)

Sufficiente facilità di penetrazione dell'ago. Punteggio assegnato (5)

Buono il rapporto tra diametro interno e diametro esterno è pari a 0,778 (diametro interno 0,70 / diametro esterno 0,90 - Gauge 20). Punteggio assegnato (8)

Sufficiente la rigidità dell'ago. Punteggio assegnato (1)

Buona l'ecogenicità. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono in caratteri ben visibili. Punteggio assegnato (2)

Sufficiente la facilità di apertura del prodotto in quanto la cartta si trappa nella fase di apertura. Punteggio assegnato (1)

Confezionamento secondario:

Insufficiente la facilità di stoccaggio in quanto l'involucro, oltre ad essere ingombrante, ha una modalità di apertura poco agevole, rendendo difficoltosa l'estrazione del suo contenuto. Punteggio assegnato (0)

STERILAB S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Presenza di 2 misure intermedie con riferimento ai gauge, e idonea gamma di lunghezze ago. Punteggio assegnato (2)

Molto buona la facilità di penetrazione dell'ago. Punteggio assegnato (8)

Ottimo il rapporto tra diametro interno e diametro esterno è pari a 0,889 (diametro interno 0,80 / diametro esterno 0,90 - Gauge 20). Punteggio assegnato (10)

Buona la rigidità dell'ago. Punteggio assegnato (2)

Buona l'ecogenicità. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento primario:

Sufficiente l'indicazione di misure, lotto e scadenza, in quanto non ben visibili. Punteggio assegnato (1)

Sufficiente la facilità di apertura del prodotto in quanto la cartta si tappa nella fase di apertura. Punteggio assegnato (1)

Confezionamento secondario:

Buono il confezionamento secondario in quanto la confezione è ingombrante. Punteggio assegnato (1)

MOVI SPA

Come dal verbale del 4/4/2012 la Ditta viene esclusa in quanto non presenti GAUGE 18-19.

BIOSYBELL S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Presenza di 3 misure intermedie con riferimento ai gauge, e completa gamma di lunghezze ago. Punteggio assegnato (4)

Ottima la facilità di penetrazione dell'ago. Punteggio assegnato (10)

Molto buono il rapporto tra diametro interno e diametro esterno e pari a 0,778 (diametro interno 0,70 / diametro esterno 0,90 – Gauge 20). Punteggio assegnato (8)

Ottima la rigidità dell'ago. Punteggio assegnato (3)

Ottima l'ecogenicità. Punteggio assegnato (3)

Misure, lotto e scadenza sono in caratteri ben visibili. Punteggio assegnato (2)

Sufficiente la facilità di apertura del prodotto in quanto l'apertura offre resistenza con rischio di rottura della cartta. Punteggio assegnato (1)

Confezionamento secondario:

Buono il confezionamento secondario in quanto la confezione è ingombrante in relazione al suo contenuto. Punteggio assegnato (1)

KERNA ITALIA S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Presenza di 3 misure intermedie con riferimento ai gauge, e idonea gamma di lunghezze ago. Punteggio assegnato (4)

Molto buona la facilità di penetrazione dell'ago. Punteggio assegnato (8)

Più che sufficiente il rapporto tra diametro interno e diametro esterno e pari a 0,722 (diametro interno 0,65 / diametro esterno 0,90 – Gauge 20). Punteggio assegnato (6)

Ottima la rigidità dell'ago. Punteggio assegnato (3)

Ottima l'ecogenicità. Punteggio assegnato (3)

Misure, lotto e scadenza sono in caratteri ben visibili e inoltre è presente il colore identificativo della misura sull'involucro primario. Punteggio assegnato (3)

Ottima la facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento secondario:

Ottima la facilità di stoccaggio, per le dimensioni ridotte della confezione, per la consistenza dell'imballaggio e per l'apertura laterale. Punteggio assegnato (2)

VE.DI.SE. HOSPITAL S.p.A.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Presenza di 3 misure intermedie con riferimento ai gauge, ma ristretta gamma di lunghezze ago. Punteggio assegnato (1)

Più che sufficiente la facilità di penetrazione dell'ago. Punteggio assegnato (6)

Più che sufficiente il rapporto tra diametro interno e diametro esterno e pari a 0,722 (diametro interno 0,65 / diametro esterno 0,90 – Gauge 20). Punteggio assegnato (6)

Ottima la rigidità dell'ago. Punteggio assegnato (3)

Buona l'ecogenicità. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono ben visibili e inoltre è presente sull'involucro primario un'illustrazione del prodotto che rende immediata l'individuazione del suo contenuto. Punteggio assegnato (3)

Ottima la facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento secondario:

Ottima la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Punteggio assegnato (2)

LOTTO 8: AGO PER ASIRAZIONE CITOL OGICA TIPO CHIBA AMNICENTESI E VILLOCENTESI

H.S. HOSPITAL SERVICE S.p.A.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Presenza di 3 misure intermedie con riferimento ai gauge, e idonea gamma di lunghezze ago. Punteggio assegnato (2)

Ottima la penetrazione dell'ago. Punteggio assegnato (10)

Il rapporto tra diametro interno e diametro esterno e pari a 0,693 (diametro interno 0,61 / diametro esterno 0,88 – Gauge 20). Punteggio assegnato (7)

Ottima rigidità dell'ago. Punteggio assegnato (3)

Ottima l'ecogenicità. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono in caratteri ben visibili. Punteggio assegnato (2)

Ottima la facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento secondario:

Buono il confezionamento secondario in quanto la confezione è ingombrante in relazione al suo contenuto. Punteggio assegnato (1)

HOSPITAL PROGRAMS S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Presenza di 3 misure intermedie con riferimento ai gauge, e completa gamma di lunghezze ago. Punteggio assegnato (4)

Appena sufficiente la penetrazione ago. Punteggio assegnato (6)

Il rapporto tra diametro interno e diametro esterno è pari a 0,778 (diametro interno 0,70 / diametro esterno 0,90 – Gauge 20). Punteggio assegnato (10)

Appena sufficiente la rigidità dell'ago. Punteggio assegnato (1)

Buona l'ecogenicità. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento primario:



Misure, lotto e scadenza sono in caratteri ben visibili. Punteggio assegnato (2)

Ultima la facilità di apertura del prodotto, inoltre è presente il vassoiotto. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento secondario:

Ottima la facilità di stoccaggio sia per le dimensioni ridotte della confezione che per la consistenza dell'imballaggio. Punteggio assegnato (2)

VIGEO S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato

(2)

Presenza di 2 misure intermedie con riferimento ai gauge, e completa gamma di lunghezze ago Punteggio assegnato (3)

Buona la penetrazione ago. Punteggio assegnato (8)

Il rapporto tra diametro interno e diametro esterno è pari a 0,778 (diametro interno 0,70 / diametro esterno 0,90 – Gauge 20). Punteggio assegnato (10)

Appena sufficiente rigidità dell'ago. Punteggio assegnato (1)

Buona l'ecogenicità. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono in caratteri ben visibili. Punteggio assegnato (2)

Sufficiente la facilità di apertura del prodotto in quanto la carta si rappa nella fase di apertura.

Punteggio assegnato (1)

Confezionamento secondario:

Insufficiente la facilità di stoccaggio in quanto l'involucro, oltre ad essere ingombrante, ha una modalità di apertura poco agevole, rendendo difficoltosa l'estrazione del suo contenuto. Punteggio assegnato (0)

STERYLAB SRL

Come dal verbale del 4/4/2012 la Ditta viene esclusa in quanto non presenta l'indicazione d'uso per villocentesi.

BIOPSYBELL S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato

(2)

Presenza di 3 misure intermedie con riferimento ai gauge, e completa gamma di lunghezze ago. Punteggio assegnato (4)

Buona la penetrazione ago. Punteggio assegnato (8)

Il rapporto tra diametro interno e diametro esterno è pari a 0,778 (diametro interno 0,70 / diametro esterno 0,90 – Gauge 20). Punteggio assegnato (10)

Sufficiente la rigidità dell'ago. Punteggio assegnato (1)

Buona l'ecogenicità. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono in caratteri ben visibili. Punteggio assegnato (2)

Sufficiente la facilità di apertura del prodotto in quanto l'apertura offre resistenza con rischio di rottura della carta. Punteggio assegnato (1)

Confezionamento secondario:

Buono il confezionamento secondario in quanto la confezione è ingombrante in relazione al suo contenuto. Punteggio assegnato (1)

KERNATALLA S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato

(2)

Presenza di 3 misure intermedie con riferimento ai gauge, e ampia gamma di lunghezze ago Punteggio assegnato (3)

Buona la penetrazione ago. Punteggio assegnato (8)

Il rapporto tra diametro interno e diametro esterno è pari a 0,722 (diametro interno 0,65 / diametro esterno 0,90 – Gauge 20). Punteggio assegnato (8)

Sufficiente la rigidità dell'ago. Punteggio assegnato (1)

Buona l'ecogenicità. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono in caratteri ben visibili e inoltre è presente il colore identificativo della misura sull'involucro primario. Punteggio assegnato (3)

Ottima la facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento secondario:

Ottima la facilità di stoccaggio, per le dimensioni ridotte della confezione, per la consistenza dell'imballaggio e per l'apertura laterale. Punteggio assegnato (2)

LOTTO 9: AGO MANUALE PER BIOPSIA PER ASPRAZIONE IN TESSUTI MOLLI SECONDO LA METODICA MENGHINI

H.S. HOSPITAL SERVICE S.p.A.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato

(2)

Presenza di 4 misure intermedie con riferimento ai gauge, e idonea gamma di lunghezze ago. Punteggio assegnato (3)

Molto buona la penetrazione dell'ago. Punteggio assegnato (6)

Ottima l'ergonomia dell'impugnatura. Punteggio assegnato (3)

Buona la capacità di taglio. Punteggio assegnato (7)

Ottima l'ecogenicità. Punteggio assegnato (3)

Ottima la tenuta dell'aspirazione della siringa. Punteggio assegnato (4)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono in caratteri ben visibili. Punteggio assegnato (2)

Ottima la facilità di apertura del prodotto, inoltre è presente un vassoio cfto. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento secondario:

Buono il confezionamento secondario in quanto la confezione è ingombrante in relazione al suo contenuto. Punteggio assegnato (1)

VIGEO S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato

(2)

Presenza di 2 misure intermedie con riferimento ai gauge, e idonea gamma di lunghezze ago. Punteggio assegnato (1)

Discreta la penetrazione dell'ago. Punteggio assegnato (4)

Buona l'ergonomia dell'impugnatura. Punteggio assegnato (2)

Buona la capacità di taglio. Punteggio assegnato (7)

Ottima l'ecogenicità. Punteggio assegnato (3)

Sufficiente la tenuta dell'aspirazione della siringa. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono in caratteri ben visibili. Punteggio assegnato (2)
Sufficiente la facilità di apertura del prodotto in quanto la carta si tappa nella fase di apertura. Punteggio assegnato (1)

Confezionamento secondario:

Insufficiente la facilità di stoccaggio in quanto l'involucro, oltre ad essere ingombrante, ha una modalità di apertura poco agevole, rendendo difficoltosa l'estrazione del suo contenuto. Punteggio assegnato (0)

STERYLAB S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Presenza di 4 misure intermedie con riferimento ai gauge, ma ristretta gamma di lunghezze ago. Punteggio assegnato (2)

Molto buona la penetrazione dell'ago. Punteggio assegnato (6)

Ottima l'ergonomia dell'impugnatura. Punteggio assegnato (3)

Molto buona la capacità di taglio. Punteggio assegnato (8)

Ottima l'ecogenicità. Punteggio assegnato (3)

Molto buona la tenuta dell'aspirazione della siringa. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento primario:

Sufficiente l'indicazione di misure, lotto e scadenza, in quanto non ben visibili. Punteggio assegnato (1)

Buona la facilità di apertura del prodotto in quanto l'involucro è ingombrante e la carta offre resistenza all'apertura. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento secondario:

Buono il confezionamento secondario in quanto la confezione è ingombrante. Punteggio assegnato (1)

BIOSYBELL S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Presenza di 4 misure intermedie con riferimento ai gauge, e completa gamma di lunghezze ago. Punteggio assegnato (4)

Molto buona la penetrazione dell'ago. Punteggio assegnato (6)

Ottima l'ergonomia dell'impugnatura. Punteggio assegnato (3)

Molto buona la capacità di taglio. Punteggio assegnato (8)

Ottima l'ecogenicità. Punteggio assegnato (3)

Ottima la tenuta dell'aspirazione della siringa. Punteggio assegnato (4)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono in caratteri ben visibili e inoltre è presente il colore identificativo della misura sull'involucro primario. Punteggio assegnato (3)

Ottima la facilità di apertura del prodotto; inoltre è presente un vassoietto. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento secondario:

Buono il confezionamento secondario in quanto la confezione è ingombrante in relazione al suo contenuto. Punteggio assegnato (1)

KERNA ITALIA S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Presenza di 3 misure intermedie con riferimento ai gauge, e completa gamma di lunghezze ago. Punteggio assegnato (3)

Molto buona la penetrazione dell'ago. Punteggio assegnato (6)

Sufficiente l'ergonomia dell'impugnatura. Punteggio assegnato (2)

Buona la capacità di taglio. Punteggio assegnato (7)

Ottima l'ecogenicità. Punteggio assegnato (3)

Ottima la tenuta dell'aspirazione della siringa. Punteggio assegnato (4)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono in caratteri ben visibili e inoltre è presente il colore identificativo della misura sull'involucro primario. Punteggio assegnato (3)

Buona la facilità di apertura del prodotto in quanto offre una certa resistenza. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento secondario:

Ottima la facilità di stoccaggio, per le dimensioni ridotte della confezione, per la consistenza dell'imballaggio e per l'apertura laterale. Punteggio assegnato (2)

LOTTO 10: AGO SEMI-AUTOMATICO PER BIOPSIA PER ASPRAZIONE IN TESSUTI MOLLI SECONDO LA METODICA MENGHINI

H.S. HOSPITAL SERVICE S.p.A.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Presenza di 4 misure intermedie con riferimento ai gauge, ma ristretta gamma di lunghezze ago. Punteggio assegnato (2)

Ottima la penetrazione dell'ago. Punteggio assegnato (7)

Ottima l'ergonomia dell'impugnatura. Punteggio assegnato (3)

Ottima la capacità di taglio. Punteggio assegnato (9)

Ottima l'ecogenicità. Punteggio assegnato (3)

Ottima l'efficienza del meccanismo di aspirazione automatica. Punteggio assegnato (4)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono in caratteri ben visibili. Punteggio assegnato (2)

Ottima la facilità di apertura del prodotto; inoltre è presente un vassoietto. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento secondario:

Buono il confezionamento secondario in quanto l'apertura è poco agevole. Punteggio assegnato (1)

HOSPITAL PROGRAMS S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Presenza di 4 misure intermedie con riferimento ai gauge, e completa gamma di lunghezze ago. Punteggio assegnato (4)

Molto buona la penetrazione dell'ago. Punteggio assegnato (6)

Ottima l'ergonomia dell'impugnatura. Punteggio assegnato (3)

Buona la capacità di taglio. Punteggio assegnato (7)

Ottima l'ecogenicità. Punteggio assegnato (3)

Molto buona l'efficienza del meccanismo di aspirazione automatica. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono in caratteri ben visibili e inoltre è presente il colore identificativo della misura sull'involucro primario. Punteggio assegnato (2)

Buona la facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento secondario:

Buono il confezionamento secondario in quanto la confezione è ingombrante in relazione al suo contenuto. Punteggio assegnato (1)

STERYLAB S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato

(2)
Presenza di 4 misure intermedie con riferimento ai gauge, e ampia gamma di lunghezze ago. Punteggio assegnato (3)

Ottima la penetrazione dell'ago. Punteggio assegnato (7)

Ottima l'ergonomia dell'impugnatura. Punteggio assegnato (3)

Molto buona la capacità di taglio. Punteggio assegnato (8)

Ottima l'ecogenicità. Punteggio assegnato (3)

Ottima l'efficienza del meccanismo di aspirazione automatica. Punteggio assegnato (4)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono in caratteri ben visibili. Punteggio assegnato (2)

Ottima la facilità di apertura del prodotto; inoltre è presente un vassoio cto. Punteggio assegnato

(3)

Confezionamento secondario:

Buono il confezionamento secondario in quanto la confezione è ingombrante. Punteggio assegnato

(1)

BIOSYBELL S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato

(2)

Presenza di 4 misure intermedie con riferimento ai gauge, e completa gamma di lunghezze ago. Punteggio assegnato (4)

Ottima la penetrazione ago. Punteggio assegnato (7)

Ottima l'ergonomia dell'impugnatura. Punteggio assegnato (3)

Ottima la capacità di taglio. Punteggio assegnato (9)

Ottima l'ecogenicità. Punteggio assegnato (3)

Molto buona l'efficienza del meccanismo di aspirazione automatica. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono in caratteri molto ben visibili. Punteggio assegnato (3)

Ottima la facilità di apertura del prodotto; inoltre è presente un vassoio cto. Punteggio assegnato

(3)

Confezionamento secondario:

Buono il confezionamento secondario in quanto la confezione è ingombrante in relazione al suo

contenuto. Punteggio assegnato (1)

KERNATALLIA S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato

(2)

Presenza di 4 misure intermedie con riferimento ai gauge, e completa gamma di lunghezze ago. Punteggio assegnato (4)

Ottima la penetrazione ago. Punteggio assegnato (7)

Molto buona l'ergonomia dell'impugnatura. Punteggio assegnato (2)

Ottima la capacità di taglio. Punteggio assegnato (9)

Ottima l'ecogenicità. Punteggio assegnato (3)

Ottima l'efficienza del meccanismo di aspirazione automatica. Punteggio assegnato (4)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono in caratteri ben visibili e inoltre è presente il colore identificativo della misura sull'involucro primario. Punteggio assegnato (3)

Buona la facilità di apertura del prodotto in quanto offre una certa resistenza. Punteggio assegnato

(2)

Confezionamento secondario:

Ottima la facilità di stoccaggio, per le dimensioni ridotte della confezione, per la consistenza dell'imballaggio e per l'apertura laterale. Punteggio assegnato (2)

LOTTO 11: AGO PER BIOSPIA OSTEOMIDOLLARE

H.S. HOSPITAL SERVICE S.p.A.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato

(2)

Presenza di 1 misura intermedia con riferimento ai gauge, e idonea gamma di lunghezze ago. Punteggio assegnato (1)

Buona la penetrazione ago (tipologia della punta). Punteggio assegnato (8)

Buona la funzionalità del meccanismo di taglio del fusolo. Punteggio assegnato (8)

Molto buona l'ergonomia dell'impugnatura. Punteggio assegnato (7)

Confezionamento primario:

Sufficiente l'indicazione di misure, lotto e scadenza, in quanto non ben visibili. Punteggio

assegnato (1)

Sufficiente la facilità di apertura del prodotto, in quanto la confezione ingombrante espone al

rischio di caduta accidentale del dispositivo all'apertura. Punteggio assegnato (1)

Confezionamento secondario:

Buono il confezionamento secondario in quanto la confezione è ingombrante in relazione al suo

contenuto. Punteggio assegnato (1)

MEDTALLIA BIOMEDICA S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato

(2)

Presenza di 1 misura intermedia con riferimento ai gauge, e idonea gamma di lunghezze ago. Punteggio assegnato (1)

Buona la penetrazione ago (tipologia della punta). Punteggio assegnato (8)

Molto buona la funzionalità del meccanismo di taglio del fusolo. Punteggio assegnato (9)

Molto buona l'ergonomia dell'impugnatura. Punteggio assegnato (7)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono in caratteri ben visibili. Punteggio assegnato (2)

Ottima la facilità di apertura del prodotto; inoltre è presente un vassoio cto. Punteggio assegnato

(3)

Confezionamento secondario:

Buona la facilità di stoccaggio in quanto, pur essendo ottimali le dimensioni e la consistenza

dell'imballaggio, la confezione non è richiudibile. Punteggio assegnato (1)

VIGEO SRL

Come da verbale del 4/4/2012 la Ditta viene esclusa in quanto presenta gamma di misure insufficienti (ha solo 8, 9 e 11 lunghi 10 e 15)

STERYLAB SRL

Come da verbale del 4/4/2012 la Ditta viene esclusa in quanto assenza del GAUGE 13 e nessuna misura intermedia.

MOVI S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Presenza di 1 misura intermedia con riferimento ai gauge, e idonea gamma di lunghezze ago. Punteggio assegnato (1)

Appena sufficiente la penetrazione ago (tipologia della punta). Punteggio assegnato (6)
Insufficiente la funzionalità del meccanismo di taglio del fusolo. Punteggio assegnato (5)
Insufficiente l'ergonomia dell'impugnatura. Punteggio assegnato (5)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono in caratteri ben visibili e inoltre è presente il colore identificativo della misura sull'involucro primario. Punteggio assegnato (3)
Ottima la facilità di apertura del prodotto; inoltre è presente un vassoio etto. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento secondario:

Buona la facilità di stoccaggio in quanto, pur essendo adeguate la dimensione dell'imballo e la consistenza dell'involucro, le informazioni necessarie per il corretto utilizzo del prodotto non sono posizionare adeguatamente rispetto all'apertura della scatola. Punteggio assegnato (1)

BIOPSYBELL S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Presenza di 2 misure intermedie con riferimento ai gauge, e idonea gamma di lunghezze ago. Punteggio assegnato (2)

Buona la penetrazione ago (tipologia della punta). Punteggio assegnato (8)
Appena sufficiente la funzionalità del meccanismo di taglio del fusolo. Punteggio assegnato (5)
Appena sufficiente l'ergonomia dell'impugnatura. Punteggio assegnato (5)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono in caratteri ben visibili. Punteggio assegnato (2)
Buona la facilità di apertura del prodotto in quanto, pur essendo presente il vassoietto, la carta offre resistenza all'apertura. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento secondario:

Buono il confezionamento secondario in quanto la confezione è ingombrante in relazione al suo contenuto. Punteggio assegnato (1)

KERNATALLIA S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Presenza di 2 misure intermedie con riferimento ai gauge, e idonea gamma di lunghezze ago. Punteggio assegnato (2)

Molto buona la penetrazione ago (tipologia della punta). Punteggio assegnato (9)

Molto buona la funzionalità del meccanismo di taglio del fusolo. Punteggio assegnato (9)
Molto buona l'ergonomia dell'impugnatura. Punteggio assegnato (7)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono in caratteri ben visibili e inoltre è presente il colore identificativo della misura sull'involucro primario. Punteggio assegnato (3)
Ottima la facilità di apertura del prodotto; inoltre è presente un vassoietto. Punteggio assegnato (3)
Confezionamento secondario:
Ottima la facilità di stoccaggio, per le dimensioni ridotte della confezione, per la consistenza dell'imballaggio e per l'apertura laterale. Punteggio assegnato (2)

LOTTO 12: AGO PER BIOPSA PER ASPIRATO MIDDLARE**H.S. HOSPITAL SERVICE S.p.A.**

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Presenza di 1 misura intermedia con riferimento ai gauge, e ristretta gamma di lunghezze ago. Punteggio assegnato (1)

Molto buona la penetrazione ago (tipologia della punta). Punteggio assegnato (7)
Buona la funzionalità del blocco di profondità. Punteggio assegnato (8)
Ottima l'ergonomia dell'impugnatura. Punteggio assegnato (8)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono in caratteri ben visibili. Punteggio assegnato (2)
Buona la facilità di apertura del prodotto in quanto l'apertura offre una certa resistenza. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento secondario:

Buono il confezionamento secondario in quanto la confezione è ingombrante in relazione al suo contenuto. Punteggio assegnato (1)

VIGEO S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Presenza di 1 misura intermedia con riferimento ai gauge, e completa gamma di lunghezze ago. Punteggio assegnato (4)

Sufficiente la penetrazione ago (tipologia della punta). Punteggio assegnato (5)
Sufficiente la funzionalità del blocco di profondità. Punteggio assegnato (5)
Buona l'ergonomia dell'impugnatura. Punteggio assegnato (6)

Confezionamento primario:

Sufficiente l'indicazione di misure, lotto e scadenza, in quanto non ben stampigliate. Punteggio assegnato (1)
Ottima la facilità di apertura del prodotto; inoltre è presente un vassoio etto. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento secondario:

Ottima la facilità di stoccaggio, per le dimensioni ridotte della confezione, per la consistenza dell'imballaggio e in relazione alla capienza. Punteggio assegnato (2)

STERYLAB S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Assenza di misure intermedie con riferimento ai gauge, e ristretta gamma di lunghezze ago. Punteggio assegnato (0)

Buona la penetrazione ago (tipologia della punta). Punteggio assegnato (6)
Più che sufficiente la funzionalità del blocco di profondità. Punteggio assegnato (7)
Molto buona l'ergonomia dell'impugnatura. Punteggio assegnato (7)

Confezionamento primario:
Sufficiente l'indicazione di misure, lotto e scadenza, in quanto non ben visibili. Punteggio assegnato (1)

Sufficiente la facilità di apertura del prodotto, in quanto la confezione è ingombrante e offre resistenza all'apertura. Punteggio assegnato (1)

Confezionamento secondario:
Buono il confezionamento secondario in quanto la confezione è ingombrante in relazione al suo contenuto. Punteggio assegnato (1)

BIOPSYBELL S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Presenza di 1 misura intermedia con riferimento ai gauge, e ampia gamma di lunghezze ago. Punteggio assegnato (3)

Ottima la penetrazione ago (tipologia della punta). Punteggio assegnato (8)

Molto buona la funzionalità del blocco di profondità. Punteggio assegnato (9)

Ottima l'ergonomia dell'impugnatura. Punteggio assegnato (8)

Confezionamento primario:
Ottima la visibilità di misure, lotto e scadenza. Punteggio assegnato (3)

Ottima la facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento secondario:
Buono il confezionamento secondario in quanto la confezione è ingombrante in relazione al suo contenuto. Punteggio assegnato (1)

KERNAITALLIA S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Presenza di 1 misura intermedia con riferimento ai gauge, e idonea gamma di lunghezze ago. Punteggio assegnato (2)

Buona la penetrazione ago (tipologia della punta). Punteggio assegnato (6)

Più che buona la funzionalità del blocco di profondità. Punteggio assegnato (7)

Buona l'ergonomia dell'impugnatura. Punteggio assegnato (6)

Confezionamento primario:
Misure, lotto e scadenza sono in caratteri ben visibili e inoltre è presente il colore identificativo della misura sull'involucro primario. Punteggio assegnato (3)

Ottima la facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento secondario:
Ottima la facilità di stoccaggio in quanto la confezione, anche se ingombrante, presenta un'agevole modalità di apertura laterale. Punteggio assegnato (2)

H.S. HOSPITAL SERVICE S.p.A.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Molto buona capacità di penetrazione e taglio. Punteggio assegnato (13)

Molto buona agevole e facilitata rimozione della protezione della parte tagliente. Punteggio assegnato (6)

Ottima l'ergonomia dell'impugnatura. Punteggio assegnato (8)

Confezionamento primario:

Misure, lotto e scadenza sono in caratteri ben visibili. Punteggio assegnato (2)

Ottima la facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (3)

Confezionamento secondario:
Buona la facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto. Punteggio assegnato (1)

VIGEO S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Sufficiente capacità di penetrazione e taglio. Punteggio assegnato (8)

Molto buona agevole e facilitata rimozione della protezione della parte tagliente. Punteggio assegnato (6)

Buona l'ergonomia dell'impugnatura. Punteggio assegnato (6)

Confezionamento primario:
Misure, lotto e scadenza sono in caratteri ben visibili. Punteggio assegnato (2)

Buona facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (2)

Confezionamento secondario:
Insufficiente facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto. Pur essendo di piccole dimensioni, è difficoltosa l'estrazione del confezionamento primario. Punteggio assegnato (0)

STERYLAB S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Sufficiente capacità di penetrazione e taglio. Punteggio assegnato (8)

Molto buona agevole e facilitata rimozione della protezione della parte tagliente. Punteggio assegnato (6)

Buona l'ergonomia dell'impugnatura. Punteggio assegnato (6)

Confezionamento primario:
Misure, lotto e scadenza sono in caratteri ben visibili. Punteggio assegnato (0)

Sufficiente facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (1)

Confezionamento secondario:
Buona facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto. Punteggio assegnato (1)

KERNAITALLIA S.r.l.

La ditta presenta copia conforme all'originale del certificato UNI EN 13485. Punteggio assegnato (2)

Buona capacità di penetrazione e taglio. Punteggio assegnato (10)

Molto buona agevole e facilitata rimozione della protezione della parte tagliente. Punteggio assegnato (6)

Buona l'ergonomia dell'impugnatura. Punteggio assegnato (6)

Confezionamento primario:
Misure, lotto e scadenza sono in caratteri ben visibili. Punteggio assegnato (3)

Buona facilità di apertura del prodotto. Punteggio assegnato (2)


Confezionamento secondario:
Ottima facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto. Punteggio assegnato (2)

Alle ore 15:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente, quindi, trattiene presso di sé la documentazione contenuta nelle Buste "Documentazione Tecnica" delle Dite concorrenti, per custodirla in luogo sicuro e protetto presso il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, Passaggio Gaudentio 1, 35131 Padova.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE: Dott.ssa Daniela Barzan




I COMPONENTI: Sig.ra Nazarena Meho



Dot. Vincio Danzi



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE



LOTTO I: AGO DI HUBER

Fabbisogni biennali LOTTO I: 4.344

Importo base d'asta complessivo biennale LOTTO I: € 17.376.0000

CIG: 2929960779

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	Punteggio Max attribuibile	AXEL srl	SMITHS MEDICAL ITALIA Srl	BARD Spa	VIGEO Srl	STERYLAB Srl	B. BRAUN MILANO Spa
Certificazioni per aghi							
Presentazione di Certificazione di conformità del prodotto alla norma UNI EN 13485 rilasciata da ente terzo	2,00	2	2	2	2	2	2
Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 18/30 per l'ammissione al prosieguo della gara)							
<i>Prove in uso per:</i>							
Gamma delle misure (lunghezza)	5,00	3	3	3	4	5	1
Ergonomia dell'impugnatura	15,00	12	9	13	13	12	15
Facilità di penetrazione	10,00	8	7	8	8	8	9
Confezionamento							
<i>Primario:</i>							
Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	3,00	0	3	3	0	0	3
Facilità di apertura del prodotto	3,00	0	3	3	2	2	3
<i>Secondario:</i>							
facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00	0	2	2	1	1	2
TOT.	40,00	25	29	34	30	30	35
	<i>partiale (18/30)</i>	23	19	24	25	25	25

LOTTO 2 SUB B: AGO DI HEBER A DOPPIA VIA DI INFUSIONE CON PROLUNGA

CIG: 294275456B

Fabbisogni biennali LOTTO 2 SUB b: 35.994
 Importo base d'asta complessivo biennale LOTTO 2 SUB B: € 165.572.4000

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	Punteggio Max attribuibile	AXEL srl	MULTIM EDICAL Srl	DKS LOVERSAN Spa	SMITHS MEDICAL ITALIA Srl	BARD Spa	VIGEO Srl	STERYLAB Srl	B. BRAUN MILANO Spa
Certificazioni per aghi									
Presentazione di Certificazione di conformità del prodotto alla norma UNI EN 13485 rilasciata da ente terzo	2,00	2		2	2	2		2	2
Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 18/30 per l'ammissione al proseguo della gara)									
<i>Prove in uso per:</i>									
Gamma delle misure (lunghezza)	5,00	3		2	4	5		3	3
Ergonomia dell'impugnatura	15,00								
Facilità di penetrazione	10,00	7		10	13	15		7	7
Confezionamento		10		10	10	10		8	10
<i>Primario:</i>									
Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	3,00	0		1	3	3		1	3
Facilità di apertura del prodotto	3,00								
<i>Secondario:</i>		0		3	3	3		0	2
Facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00	0		1	2	1		1	1
TOT.	40,00	22	0	22	27	30	0	18	20

parziale (18/30)

LOTTO 3 SUB A: AGO DI HUBER CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA A SINGOLA VIA DI INFUSIONE CON PROLUNGA

Fabbisogni biennali LOTTO 3 SUB A: 21.820

CIG: 2942801C32

Importo base d'asta complessivo biennale LOTTO 3 SUB A: € 126.556,0000

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	Punteggio Max attribuibile	DKS LOVERSAN Spa	SMITHS MEDICAL ITALIA Srl	BARD Spa	B. BRAUN MILANO Spa
Certificazioni per aghi					
Presentazione di Certificazione di conformità del prodotto alla	2,00	2	2	2	2
Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 18/30 per l'ammissione al prosieguo della gara)					
<i>Prove in uso per:</i>					
Gamma delle misure (lunghezza)	5,00	2	4	5	3
Ergonomia dell'impugnatura	15,00	8	15	15	10
Facilità di penetrazione	10,00	10	8	10	10
Confezionamento					
<i>Primario:</i>					
Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	3,00	1	3	3	2
Facilità di apertura del prodotto	3,00	3	3	3	3
<i>Secondario:</i>					
Facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00	1	2	2	1
TOT.	40,00	27	37	40	31
		<i>parziale (18/30)</i>			
		20	27	30	23

LOTTO 3 SUB B: AGO DI HUBER CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA A DOPPIA VIA DI INFUSIONE CON PROLUNGA

CIG: 2942801C32

Fabbisogni biennali LOTTO 3 SUB B: 106.744

Importo base d'asta complessivo biennale LOTTO 3 SUB B: € 640.464,0000

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	Punteggio Max attribuibile	DKS LOVERSAN Spa	SMITHS MEDICAL ITALIA Srl	BARDE SPA	B. BRAUN MILANO Spa
Certificazioni per aghi					
Presentazione di Certificazione di conformità del prodotto alla norma UNI EN 13485 rilasciata da ente terzo	2,00		2	2	2
Funzionalità e maneggevolezza					
<i>Prove in uso per:</i>					
Gamma delle misure (lunghezza)	5,00		2	4	4
Ergonomia dell'impugnatura	15,00				
			6	13	15
Facilità di penetrazione	10,00		10	10	10
Confezionamento					
<i>Primario:</i>					
Misure: lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	3,00		1	3	3
Facilità di apertura del prodotto	3,00		3	3	3
<i>Secondario:</i>					
Facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00		0	2	2
TOT.	40,00	24	37	39	32
	<i>parziale (18/30)</i>	18	27	29	24

LOTTO 4 SUB A: AGO SEMI-AUTOMATICO PER BIOPSIA TRACCIANTE A CHIGLIOTTINA

CIG: 2942851577

Fabbisogni biennali LOTTO 4 SUB A: 13.480

Importo base d'asta complessivo biennale LOTTO 4 SUB A: € 229.160.0000

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	Punteggio Max attribuibile	H.S. HOSPITAL SERVICE	VIGEO Srl	STERYLAB Srl	BIOPSYBELL	KERNA ITALIA Srl	VE.DI.SE. HOSPITAL Spa
Certificazioni per aghi							
Presentazione di Certificazione di conformità del prodotto alla norma UNI EN 13485 rilasciata da ente terzo	2,00	2	2	2	2	2	2
Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 18/30 per l'ammissione al proseguo della gara)							
<i>Prove in uso per:</i>							
Gamma delle misure (gauge e lunghezza)	4,00	3	2	1	4	3	3
Facilità di penetrazione	7,00	7	3	6	6	6	4
Ergonomia dell'impugnatura	3,00	3	1	2	3	2	1
Capacità di taglio	9,00	9	6	7	8	7	4
Ecogenicità	3,00	3	3	3	3	3	3
Eficienza dell'autonomia	4,00	4	3	3	3	3	3
Confezionamento							
<i>Primario:</i>							
Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	3,00	2	1	1	3	3	3
Facilità di apertura del prodotto	3,00	3	3	1	1	2	3
<i>Secondario:</i>							
Facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00	2	0	1	1	2	2
TOT	40,00	38	24	27	34	33	28
		29	18	22	27	24	18
		<i>parziale (18/30)</i>					

LOTTO 4 SUB B: AGO GUIDA PER AGO SEMI-AUTOMATICO PER BIOPSIA TRANCIANTE A GHIGLIOTTINA

CIG: 2942851577

Fabbisogni biennali LOTTO 4 SUB B: 1.840

Importo base d'asta complessivo biennale LOTTO 4 SUB B: € 6.808,0000

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	Punteggio Max attribuibile	H.S. HOSPITAL SERVICE Spa	VIGEO Srl	STERYLAB Srl	BIOPSYBELL	KERNA ITALIA Srl	VE.DI.SE. HOSPITAL Spa
Certificazioni per aghi							
Presentazione di Certificazione di conformità del prodotto alla norma UNI EN 13485 rilasciata da ente terzo	2,00	2	2	2	2	2	2
Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 18/30 per l'ammissione al prosieguo della gara)							
<i>Prove in uso per:</i>							
Facilità di penetrazione dell'ago	10,00	10	5	8	9	8	5
Rigidità dell'ago	10,00	10	6	9	9	9	6
Ecogenicità	10,00	9	9	9	9	9	9
Confezionamento							
<i>Primario:</i>							
Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	3,00	2	2	1	3	3	3
Facilità di apertura del prodotto	3,00	3	2	2	1	2	2
<i>Secondario:</i>							
Facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00	2	0	1	1	1	2
TOT.	40,00	38	26	32	34	35	29
		<i>parziale (18/30)</i>					

**LOTTO 5: AGO AUTOMATICO PER BIOPSIA TRANCIANTE A GHIGLIOTTINA DA USARE
CON DISPOSITIVO AUTOMATICO RIUTILIZZABILE**

Fabbisogni biennali LOTTO 5: 10.870

Importo base d'asta complessivo biennale LOTTO 5: € 206.530.0000

CIG: 29428905A6

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	Punteggio Max attribuibile	H.S. HOSPITAL SERVICE Spa	MED-ITALIA BIOMEDICA SRI	BARD Spa	HOSPITAL PROGRAMS SRI	VIGEO SRI	STERYLAB SRI	MOVI Spa
Certificazioni per aghi								
Presentazione di Conformità del prodotto alla norma UNI EN 13485 rilasciata da ente terzo	2,00	2	2	2	2	2	2	2
Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 18/30 per l'ammissione al prosieguo della gara)								
<i>Prove in uso per:</i>								
Gamma delle misure (gauge e lunghezza)	4,00	3	3	3	1	3	2	2
Facilità di penetrazione dell'ago	4,00	3	3	4	3	4	3	3
Ergonomia dell'impugnatura	3,00	1	1	3	2	3	1	2
Capacità di taglio	8,00	6	7	8	7	8	6	5
Icogenericità	3,00	2	2	3	2	3	2	3
Efficienza del dispositivo automatico multiuso (forza di taglio)	8,00	6	7	8	6	8	6	4
Confezionamento								
<i>Primario:</i>								
Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	3,00	2	2	3	3	1	1	3
Facilità di apertura del prodotto	3,00	2	2	2	1	3	1	3
<i>Secondario:</i>								
Facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00	2	2	2	1	0	1	1
TOT.	40,00	29	31	38	28	35	25	28
		<i>parziale (18/30)</i>						

LOTTO 6: SISTEMA AUTOMATICO PER BIOPSIA TRACIANTE A GHIGLIOTTINA MONOUSO

Fabbisogni biennali LOTTO 6: 3.054

Importo base d'asta complessivo biennale LOTTO 6: € 54.972.0000

CIG: 294296645E

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	Punteggio Max attribuibile	H.S. HOSPITAL SERVICE Spa	BARD Spa	VIGEO SRI	STERILAB SRI	BIOPSYBELL	KERNA ITALIA SRI	VE.DI.SE. HOSPITAL Spa
Certificazioni per aghi								
Presentazione di Certificazione di conformità del prodotto alla norma UNI EN 13485 rilasciata da ente terzo	2,00		2	2	2	2	2	2
Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 18/30 per l'ammissione al proseguo della gara)								
<i>Prove in uso per:</i>								
Gamma delle misure (gauge e lunghezza)	3,00		1	2	1	3	1	1
Facilità di penetrazione dell'ago	6,00		6	6	6	6	6	6
Ergonomia dell'impugnatura	3,00		2	3	3	2	3	3
Capacità di taglio	8,00		7	5	7	6	8	5
Ecogenicità	2,00		2	2	2	2	2	2
Efficienza del dispositivo automatico monouso (forza di taglio)	8,00		6	6	7	6	8	6
Conferimento								
<i>Primario:</i>								
Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	3,00		3	1	2	3	3	3
Facilità di apertura del prodotto	3,00		3	2	1	1	2	2
<i>Secondario:</i>								
Facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00		2	0	0	2	2	2
TOT	40,00	0	34	29	31	33	37	32
	<i>parziale (18/30)</i>	0	24	24	26	25	28	23

LOTTO 7: ACO PER ASPIRAZIONE CITOLOGICA TIPO CHIBA

Fabbisogni biennali LOTTO 7: 17.830

CIG: 29429864DF

Importo base d'asta complessivo biennale LOTTO 7: € 106.980,0000

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	Punteggio Max attribuibile	H.S. HOSPITAL SERVICE Spa	MED-ITALIA BIOMEDICA Srl	VIGEO Srl	STERILAB Srl	MOVI Spa no gauge 18 e 19	BIOSYBELL	KERMA ITALIA Srl	VE.DI.SE. HOSPITAL Spa	
Certificazioni per aghi										
Presentazione di Certificazione di conformità del prodotto alla norma UNI EN 13485 rilasciata da ente terzo	2,00	2	2	2	2	2	2	2	2	
Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 18/30 per l'ammissione al proseguo della gara)										
<i>Prove in vivo per</i>										
Gamma delle misure (gauge e lunghezze)	4,00	3	2	3	2		4	3	1	
Facilità di penetrazione dell'ago	10,00	10	5	5	8		10	8	6	
Miglior rapporto tra diametro interno e diametro esterno (minor spessore parete cannula)	10,00	6	8	8	10		9	6	6	
Rigidità dell'ago	3,00	3	1	1	2		3	3	3	
Eco-genicità	3,00	3	2	2	2		3	3	2	
Confezionamento										
<i>Primario:</i>										
Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	3,00	2	3	2	1		2	3	3	
Facilità di apertura del prodotto	3,00	3	2	1	1		1	3	3	
<i>Secondario:</i>										
Facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00	2	0	0	1		1	2	2	
TOT.	40,00	34	25	24	29	2	35	33	28	
		25	18	19	24	0	29	23	18	
		parziale (18-30)								

LOTTO 8: AGO PER ASPIRAZIONE CITOLOGICA TIPO CHIBA AMNIOCENTESI E VILLOCENTESI

CIG: 2943006560

Fabbisogni biennali LOTTO 8: 20.580

Importo base d'asta complessivo biennale LOTTO 8: € 123.480.0000

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	Punteggio Max attribuibile	H.S. HOSPITAL SERVICE Spa	HOSPITAL PROGRAMS Srl	VIGEO Srl	STERYLAB Srl non ha villocentesi	BIOPSYBELL	KERNA ITALIA Srl
Certificazioni per aghi							
Presentazione di Certificazione di conformità del prodotto alla norma UNI EN 13485 rilasciata da ente terzo	2,00	2	2	2	2	2	2
Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 18/30 per l'ammissione al proseguo della gara)							
<i>Prove in uso per:</i>							
Gamma delle misure (gauge e lunghezza)	4,00	2	4	3		4	3
Facilità di penetrazione dell'ago	10,00	10	6	8		8	8
Miglior rapporto tra diametro interno e diametro esterno (minor spessore parete cannula)	10,00	7	10	10		10	8
Rigidità dell'ago	3,00	3	1	1		1	1
Ecoelasticità	3,00	3	2	2		2	2
Confezionamento							
<i>Primario:</i>							
Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	3,00	2	2	2		2	3
Facilità di apertura del prodotto	3,00	3	3	1		1	3
<i>Secondario:</i>							
Facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00	1	2	0	2	1	2
TOT.	40,00	33	32	29	2	31	32
	<i>parziale (18/30)</i>	25	23	24	0	25	22

LOTTO 9: AGO MANUALE PER BIOPSIA PER ASPIRAZIONE IN TESSUTI MOLLI SECONDO LA METODICA

CIG: 2943033BA6

Fabbisogni biennali LOTTO 9: 2.480

Importo base d'asta complessivo biennale LOTTO 9: € 33.480.0000

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	Punteggio Max attribuibile	H.S. HOSPITAL SERVICE Spa	VIGEO Srl	STERYLAB Srl	BIOPSYBELL	KERNA ITALIA Srl
Certificazioni per aghi						
Presentazione di Certificazione di conformità del	2,00	2	2	2	2	2
Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 18/30 per l'ammissione al prosieguo della gara)						
<i>Prove in uso per:</i>						
Gamma delle misure (gauge e lunghezza)	4,00	3	1	2	4	3
Facilità di penetrazione	7,00	6	4	6	6	6
Ergonomia dell'impugnatura	3,00	3	2	3	3	2
Capacità di taglio	9,00	7	7	8	8	7
Ecogenicità	3,00	3	3	3	3	3
Alta tenuta in aspirazione della siringa	4,00	4	2	3	4	4
Confezionamento						
<i>Primario:</i>						
Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	3,00	2	2	1	3	3
Facilità di apertura del prodotto	3,00	3	1	2	3	2
<i>Secondario:</i>						
Facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00	1	0	1	1	2
TOT.	40,00	34	24	31	37	34

parziale (18/30)

26

19

25

28

25

**LOTTO 10: AGO SEMIAUTOMATICO PER BIOPSIA PER ASPIRAZIONE IN TESSUTI MOLLI
SECONDO LA METODICA MENGHINI**

CIG: 2943074D7B

Fabbisogni biennali LOTTO 10: 6.030

Importo base d'asta complessivo biennale LOTTO 10: € 126.630,0000

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	Punteggio Max attribuibile	H.S. HOSPITAL SERVICE Spa	HOSPITAL PROGRAMS Srl	STERYLAB Srl	BIOPSYBELL	KERNA ITALIA Srl
Certificazioni per aghi						
Presentazione di Certificazione di conformità del prodotto alla norma UNI EN 13485 rilasciata da ente terzo	2,00	2	2	2	2	2
Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 18/30 per l'ammissione al prosieguo della gara)						
<i>Prove in uso per:</i>						
Gamma delle misure (gauge e lunghezze)	4,00	2	4	3	4	4
Facilità di penetrazione	7,00	7	6	7	7	7
Ergonomia dell'impugnatura	3,00	3	3	3	3	2
Capacità di taglio	9,00	9	7	8	9	9
Ecogenicità	3,00	3	3	3	3	3
Efficienza del meccanismo di aspirazione automatica	4,00	4	3	4	3	4
Confezionamento						
<i>Primario:</i>						
Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	3,00	2	2	2	3	3
Facilità di apertura del prodotto	3,00	3	2	3	3	2
<i>Secondario:</i>						
Facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00	1	1	1	1	2
TOT.	40,00	36	33	36	38	38

parziale (18/30)

28

26

28

29

29

LOTTO 11: AGO PER BIOPSIA OSTEMIDOLLARE

CIG: 2942721A2E

Fabbisogni biennali LOTTO 11: 10.750

Importo base d'asta complessivo biennale LOTTO 11: € 204.250.0000

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	Punteggio Max attribuibile	H.S. HOSPITAL SERVICE Spa	MED-ITALIA BIOMEDICA Srl	VIGEO Srl	STERYLAB Srl	MOVI Spa	BIOSYBELL	KERNA ITALIA Srl
Certificazioni per aghi:								
Presentazione di Certificazione di conformità del prodotto alla norma UNI EN 13485 rilasciata da ente terzo	2,00	2	2			2	2	2
Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 18/30 per l'ammissione al prosieguo della gara)								
<i>Prove in uso per:</i>								
Gamma delle misure (gauge e lunghezza)	2,00	1	1			1	2	2
Capacità di penetrazione (tipologia della punta)	10,00	8	8			6	8	9
Funzionalità del meccanismo di taglio del frustolo	10,00	8	9			5	5	9
Ergonomia dell'impugnatura	8,00	7	7			5	5	7
Confezionamento								
<i>Primario:</i>								
Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	3,00	1	2			3	2	3
Facilità di apertura del prodotto	3,00	1	3			3	2	3
<i>Secondario:</i>								
Facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00	1	1			1	1	2
TOT	40,00	29	25	0	0	26	27	37
<i>parziale (18 30)</i>		24	25	0	0	17	20	27

LOTTO 12: AGO PER BIOPSIA PER ASPIRATO MIDOLLARE

CIG: 2942737763

Fabbisogni biennali LOTTO 12: 22.216

Importo base d'asta complessivo biennale LOTTO 12: €133.296.0000

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	Punteggio Max attribuibile	H.S. HOSPITAL SERVICE Spa	VIGEO Srl	STERILAB Srl	BIOPSYBELL	KERNA ITALIA Srl	
Certificazioni per aghi							
Presentazione di Certificazione di conformità del prodotto alla norma UNI EN 13485 rilasciata da ente terzo	2,00	2	2	2	2	2	
Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 18/30 per l'ammissione al prosieguo della gara)							
<i>Prove in uso per:</i>							
Gamma delle misure (gauche e lunghezza)	4,00	1	4	0	3	2	
Capacità di penetrazione (tipologia della punta)	8,00	7	5	6	8	6	
Funzionalità del blocco di profondità	10,00	8	5	7	9	7	
Ergonomia dell'impugnatura	8,00	8	6	7	8	6	
Confezionamento							
<i>Primario:</i>							
Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	3,00	2	1	1	3	3	
Facilità di apertura del prodotto	3,00	2	3	1	3	3	
<i>Secondario:</i>							
Facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00	1	2	1	1	2	
TOT.	40,00	31	28	25	37	31	
		<i>partiale (18/30)</i>	24	20	20	28	21

LOTTO 13: DISPOSITIVO PER BIOPSIA CUTANEA

CIG: 2942776792

Fabbisogni biennali LOTTO 13: 16.230

Importo base d'asta complessivo biennale LOTTO 13: € 48.690,0000

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:

Certificazioni per aghi	Punteggio Max attribuibile	H.S. HOSPITAL SERVICE Spa	VIGEO Srl	STERYLAB Srl	KERNA ITALIA Srl
Presentazione di Certificazione di conformità del prodotto alla norma UNI EN 13485 rilasciata da ente terzo	2,00	2	2	2	2
Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 18/30 per l'ammissione al proseguo della gara)					
<i>Prove in uso per:</i>					
Capacità di penetrazione e taglio	15,00	13	8	8	10
Agevole e facilitata rimozione della parte tagliente	7,00	6	6	6	6
Ergonomia dell'impugnatura	8,00	8	6	6	6
Confezionamento					
<i>Primario:</i>					
Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	3,00	2	2	0	3
Facilità di apertura del prodotto	3,00	3	2	1	2
<i>Secondario:</i>					
Facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00	1	0	1	2
TOT.	40,00	35	26	24	31
	<i>parziale (18/30)</i>	27	20	20	22

LOTTO 14: AGO SPINALE CON PUNTA TIPO "QUINCKE" MONOUSO STERILE

CIG: 29428103A2

Fabbisogni biennali LOTTO 14: 113.050

Importo base d'asta complessivo biennale LOTTO 14: € 62.177,5000

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	Punteggio Max attribuibile	AXEL srl	PROMED srl	ARTSANA Spa	B. BRAUN MILANO Spa
Certificazioni per aghi					
Presentazione di Certificazione di conformità del prodotto alla norma UNI EN 13485 rilasciata da ente terzo	2,00	2	2	2	2
Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 18/30 per l'ammissione al prosieguo della gara)					
<i>Prove in uso per:</i>					
Ergonomia dell'impugnatura	6,00	2	6	5	4
Atraumaticità della punta	6,00	3	6	5	5
Tenuta della connessione	4,00	1	4	4	4
Rigidità dell'ago	10,00	3	10	7	7
Miglior rapporto tra diametro interno e diametro esterno (minor spessore della parete)	4,00	2	2	4	2
Confezionamento					
<i>Primario:</i>					
Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	3,00	1	3	2	2
Facilità di apertura del prodotto	3,00	0	3	2	3
<i>Secondario:</i>					
Facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00	0	2	2	2
TOT.	40,00	14	38	33	31

parziale (18/30)

11 28 25 22

LOTTO 15: AGO SPINALE CON PUNTA TIPO "QUINCKE" MONOUSO STERILE

CIG: 2942840C61

Fabbisogni biennali LOTTO 15: 18.540

Importo base d'asta complessivo biennale LOTTO 15: € 10.197.0000

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	Punteggio Max attribuibile	AXEL srl	PROMED srl	B. BRAUN MILANO Spa
Certificazioni per aghi				
Presentazione di Certificazione di conformità del prodotto alla norma UNI EN 13485 rilasciata da ente terzo	2,00	2		2
Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 18/30 per l'ammissione al prosieguo della gara)				
<i>Prove in uso per:</i>				
Ergonomia dell'impugnatura	6,00	2		4
Atraumaticità della punta	6,00	3		6
Tenuta della connessione	4,00	1		4
Rigidità dell'ago	10,00	3		10
Miglior rapporto tra diametro interno e diametro esterno (minor spessore della parete)	4,00	3		2
Confezionamento				
<i>Primario:</i>				
Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	3,00	1		3
Facilità di apertura del prodotto	3,00	0		3
<i>Secondario:</i>				
Facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00	0		2
TOT.	40,00	15	12	38
		<i>parziale (18/30)</i>		22

LOTTO 17: AGO SPINALE CON PUNTA TIPO "WHITACRE" MONOUSO STERILE

CIG: 2942876A17

Fabbisogni biennali LOTTO 17: 16.380

Importo base d'asta complessivo biennale LOTTO 17: € 106.470.0000

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	Punteggio Max attribuibile	AEL srl	H.S. HOSPITAL SERVICE Spa	SMITHS MEDICAL ITALIA Srl	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS Spa	PROMED srl	STERYLAB Srl	B. BRAUN MILANO Spa
Certificazioni per aghi								
Presentazione di Certificazione di conformità del prodotto alla norma UNI EN 13485 rilasciata da ente terzo	2,00	2	2	2	2	2	2	2
Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 18/30 per l'ammissione al proseguo della gara)								
<i>Prove in uso per:</i>								
Ergonomia dell'impugnatura	7,00	3	3	5	3	7	3	4
Atramentosità della punta	4,00	1	2	4	2	4	2	3
Tenuta della connessione	4,00	1	1	4	3	4	2	4
Rigidità dell'ago	11,00	5	5	10	5	11	6	7
Miglior rapporto tra diametro interno e diametro esterno (minor spessore della parete)	4,00	3	1	4	2	2	3	2
Confezionamento								
<i>Primario:</i>								
Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	3,00	1	1	3	3	3	0	2
Facilità di apertura del prodotto	3,00	0	2	1	3	1	0	0
<i>Secondario:</i>								
Facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00	0	1	1	0	1	1	0
TOT	40,00	16	18	34	23	35	19	24
	<i>partide (18 30)</i>	13	12	27	15	28	16	20

LOTTO 18: AGO PER ANESTESIA PERIDURALE TIPO "TUOHY" CON ALETTE MONOUSO STERILE

CIG: 2942908481

Fabbisogni biennali LOTTO 18: 14.730

Importo base d'asta complessivo biennale LOTTO 18: € 51.555,0000

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	Punteggio Max attribuibile	AXEL srl	H.S. HOSPITAL SERVICE Spa	MOVI Spa	BECTON DICKINSON ITALIA Spa	B. BRAUN MILANO Spa	BIOPSYBELL
Certificazioni per aghi							
Presentazione di Certificazione di conformità del prodotto alla norma UNI EN 13485 rilasciata da ente terzo	2,00	2	2	2	2	2	2
Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 18/30 per l'ammissione al prosieguo della gara)							
<i>Prove in uso per:</i>							
Ergonomia dell'impugnatura	9,00	7	4	9	8	5	3
Atraumaticità della punta	4,00	2	2	4	4	3	2
Tenuta della connessione	4,00	3	2	4	4	3	2
Rigidità dell'ago	9,00	6	3	9	8	7	4
Miglior rapporto tra diametro interno e diametro esterno (minor spessore della parete)	4,00	0	1	0	0	0	0
Confezionamento							
<i>Primario:</i>							
Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	3,00	1	2	2	3	2	2
Facilità di apertura del prodotto	3,00	0	3	3	3	3	0
<i>Secondario:</i>							
Facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00	0	1	1	2	1	1
TOT.	40,00	21	20	34	34	26	16
		<i>parziale (18/30)</i>					
		18	12	26	24	18	11

LOTTO 19: SUB A - AGO PER ANESTESIA PERIDURALE TIPO "TUOHY" CON ALETTE MONOUSO STERILE, SUB B - CATETERE PER ANESTESIA PERIDURALE PUNTA CHIUSA, SUB C - CATETERE PER ANESTESIA PERIDURALE PUNTA CHIUSA E MANDRINO, SUB D - FILTRO PER INFUSIONE PERIDURALE

CIG: 2942977D6F

Fabbisogni biennali LOTTO 19 SUB A: 9.924
 Importo base d'asta complessivo biennale LOTTO 19 SUB A: € 34.734,0000
 Fabbisogni biennali LOTTO 19 SUB B: 4.000
 Importo base d'asta complessivo biennale LOTTO 19 SUB B: € 20.000,0000
 Fabbisogni biennali LOTTO 19 SUB C: 6.000
 Importo base d'asta complessivo biennale LOTTO 19 SUB C: € 45.000,0000
 Fabbisogni biennali LOTTO 19 SUB D: 9.376
 Importo base d'asta complessivo biennale LOTTO 19 SUB D: € 18.752,0000

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	Punteggio Max attribuibile	MOVI Spa
Certificazioni per aghi		
Presentazione di Certificazione di conformità del prodotto alla norma UNI EN 13485 rilasciata da ente terzo	2,00	2
Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 18/30 per l'ammissione al prosieguo della gara)		
<i>Prove in uso per:</i>		
Ergonomia dell'impugnatura dell'ago	5,00	5
Atraumaticità della punta dell'ago	2,00	2
Rigidità dell'ago	5,00	5
Scorrevolezza del catetere nell'ago	5,00	4
Atraumaticità della punta del catetere	5,00	4
Rigidità del catetere (del caso con e senza mandrino)	5,00	4
Conformazione del filtro (volume, ingombro...)	3,00	2
Confezionamento		
<i>Primario:</i>		
Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	3,00	2
Facilità di apertura del prodotto	3,00	3
<i>Secondario:</i>		
Facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00	1
TOT.	40,00	34

parziale (18/30)

LOTTO 20: SET PER ANESTESIA PERIDURALE CONTINUA COMPOSTO DA AGO TIPO "TUOHY", CATETERE CON PUNTA APERTA CON MANDRINO, CON FILTRO E SIRINGA

CIG: 2942996D1D

Fabbisogni biennali LOTTO 20: 4.880

Importo base d'asta complessivo biennale LOTTO 20: € 82.960

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	Punteggio Max attribuibile	H.S. HOSPITAL SERVICE Spa	VYGON ITALIA Srl	MOVI Spa
Certificazioni per aghi				
Presentazione di Certificazione di conformità del prodotto alla norma UNI EN 13485 rilasciata da ente terzo	2,00		2	
Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 18/30 per l'ammissione al prosieguo della gara)				
<i>Prove in uso per:</i>				
Ergonomia dell'impugnatura dell'ago	5,00		2	
Atraumaticità della punta dell'ago	2,00		2	
Rigidità dell'ago	5,00		4	
Scorrevolezza del catetere nell'ago	5,00		4	
Atraumaticità della punta del catetere	5,00		4	
Rigidità del catetere (del caso con e senza mandrino)	5,00		4	
Conformazione del filtro (volume, ingombro...)	3,00		3	
Confezionamento				
<i>Primario:</i>				
Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	3,00		2	
Facilità di apertura del prodotto	3,00		3	
<i>Secondario:</i>				
Facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00		1	
TOT.	40,00	0	31	0
		0	23	0

parziale (18/30)

LOTTO 21: SET PER ANESTESIA PERIDURALE CONTINUA COMPOSTO DA AGO TIPO "TUOHY", CATETERE CON PUNTA APERTA SENZA MANDRINO, CON FILTRO E SIRINGA

Fabbisogni biennali LOTTO 21: 3.750

Importo base d'asta complessivo biennale LOTTO 21: € 60.000,00000

CIG: 294051910B

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	Punteggio Max attribuibile	H.S. HOSPITAL SERVICE Spa	SMITHS MEDICAL ITALIA Srl	VYGON ITALIA Srl	MOVI Spa	BECTON DICKINSON ITALIA Spa
Certificazioni per aghi						
Presentazione di Certificazione di conformità del prodotto alla norma UNI EN 13485 rilasciata da ente terzo	2,00		2	2	2	2
Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 18/30 per l'ammissione al proseguo della gara)						
<i>Prove in uso per:</i>						
Ergonomia dell'impugnatura dell'ago	5,00		5	4	5	2
Atraumaticità della punta dell'ago	2,00		2	2	2	2
Rigidità dell'ago	5,00		5	5	5	5
Scorrevolezza del catetere nell'ago	5,00		5	5	5	5
Atraumaticità della punta del catetere	5,00		5	2	5	4
Rigidità del catetere (del caso con e senza mandrino)	5,00		4	3	4	3
Conformazione del filtro (volume, ingombro...)	3,00		3	3	3	3
Confezionamento						
<i>Primario:</i>						
Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	3,00		3	3	3	2
Facilità di apertura del prodotto	3,00		1	1	3	3
<i>Secondario:</i>						
Facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00		2	1	1	2
TOT.	40,00	0	37	31	38	33
		0	29	24	29	24

parziale (18/30)

**LOTTO 22: SET PER ANESTESIA PERIDURALE CONTINUA COMPOSTO DA AGO TIPO "TUOHY", CATETERE
CON PUNTA CHIUSA CON MANDRINO, CON FILTRO E SIRINGA**

CIG: 2940552C43

Fabbisogni biennali LOTTO 22: 5.308

Importo base d'asta complessivo biennale LOTTO 22: € 90.236,0000

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	Punteggio Max attribuibile	AXEL srl	MOVI Spa
Certificazioni per aghi			
Presentazione di Certificazione di conformità del prodotto alla norma UNI EN 13485 rilasciata da ente terzo	2,00	2	2
Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 18/30 per l'ammissione al prosieguo della gara)			
<i>Prove in uso per:</i>			
Ergonomia dell'impugnatura dell'ago	5,00	1	5
Atraumaticità della punta dell'ago	2,00	1	2
Rigidità dell'ago	5,00	2	5
Scorrevolezza del catetere nell'ago	5,00	3	5
Atraumaticità della punta del catetere	5,00	3	5
Rigidità del catetere (del caso con e senza mandrino)	5,00	3	5
Conformazione del filtro (volume, ingombro...)	3,00	3	3
Confezionamento			
<i>Primario:</i>			
Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	3,00	2	3
Facilità di apertura del prodotto	3,00	3	3
<i>Secondario:</i>			
Facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00	0	1
TOT.	40,00	23	39

parziale (18/30)

16

30

LOTTO 23: SET PER ANESTESIA PERIDURALE CONTINUA COMPOSTO DA AGO TIPO "TUOHY", CATETERE CON PUNTA CHIUSA SENZA MANDRINO, CON FILTRO E SIRINGA

CIG: 29405667D2

Fabbisogni biennali LOTTO 23: 2.320

Importo base d'asta complessivo biennale LOTTO 23: € 37.120,0000

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	Punteggio Max attribuibile	AXEL srl	SMITHS MEDICAL ITALIA Srl	VYGON ITALIA Srl	MOVI Spa	BECTON DICKINSON ITALIA Spa	B. BRAUN MILANO Spa
Certificazioni per aghi							
Presentazione di Certificazione di conformità del prodotto alla norma UNI EN 13485 rilasciata da ente terzo	2,00	2	2	2	2	2	2
Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 18/30 per l'ammissione al prosieguo della gara)							
<i>Prove in uso per:</i>							
Ergonomia dell'impugnatura dell'ago	5,00	2	4	3	5	2	3
Atraumaticità della punta dell'ago	2,00	1	2	2	2	2	2
Rigidità dell'ago	5,00	3	5	4	5	5	4
Scorrevolezza del catetere nell'ago	5,00	2	5	4	5	5	3
Atraumaticità della punta del catetere	5,00	2	5	3	3	3	4
Rigidità del catetere (del caso con e senza mandrino)	5,00	3	5	3	5	3	3
Conformazione del filtro (volume, ingombro...)	3,00	2	2	2	3	2	3
Confezionamento							
<i>Primario:</i>							
Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	3,00	1	3	3	3	3	3
Facilità di apertura del prodotto	3,00	3	3	1	3	3	2
<i>Secondario:</i>							
Facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00	0	1	1	2	2	1
TOT.	40,00	21	37	28	38	32	30
	<i>parziale (18/30)</i>	15	28	21	28	22	22

LOTTO 24: AGO PER BLOCCO DI PLESSO

CIG: 294057928E

Fabbisogni biennali LOTTO 24: 31.040

Importo base d'asta complessivo biennale LOTTO 24: € 310.400,0000

due misure	Punteggio Max attribuibile	SMITHS MEDICAL ITALIA Srl	MOVI Spa	B. BRAUN MILANO Spa
Certificazioni per aghi				
Presentazione di Certificazione di conformità del prodotto alla norma UNI EN 13485 rilasciata da ente terzo	2,00	2	2	2
Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 18/30 per l'ammissione al prostequo della gara)				
Gamma delle misure (gauge e lunghezza)	3,00	1	3	1
Ergonomia dell'impugnatura	6,00	4	4	6
Atraumaticità della punta	3,00	1	2	2
Rigidità dell'ago	5,00	3	5	4
Tenuta della connessione con siringa	3,00	2	3	3
Miglior rapporto tra diametro interno e diametro esterno (minor spessore della parete)	3,00	2	2	2
Facilità di connessione con lo stimolatore	4,00	3	4	4
Praticità dello stimolatore	3,00	2	3	3
Confezionamento				
<i>Primario:</i>				
Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	3,00	3	2	2
Facilità di apertura del prodotto	3,00	2	3	2
<i>Secondario:</i>				
Facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00	1	2	1
TOT.	40,00	26	35	32

parziale (18/30)

18

26

25

LOTTO 25: AGO PER LOCALIZZAZIONE MAMMARIA AD UNCINO SEMPLICE

Fabbisogni biennali LOTTO 25: 3.930

Importo base d'asta complessivo biennale LOTTO 25: € 35.370,0000

CIG: 294059930F

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	Punteggio Max attribuibile	H.S. HOSPITAL SERVICE Spa	VIGEO Srl	STERYLAB Srl	MOVI Spa	BIOPSYBELL
Certificazioni per aghi						
Presentazione di Certificazione di conformità del prodotto alla norma UNI EN 13485 rilasciata da ente terzo	2,00	2	2	2	2	2
Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 18/30 per l'ammissione al prosieguo della gara)						
Gamma delle misure (lunghezza)	2,00	2	1	1	1	2
Facilità di penetrazione	5,00	5	4	5	4	5
Facilità di rilascio del repere	10,00	9	8	9	8	9
Stabilità del repere	10,00	9	8	9	6	7
Facilità di rimozione della cannula	3,00	3	3	3	3	3
Confezionamento						
<i>Primario:</i>						
Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	3,00	2	2	1	3	2
Facilità di apertura del prodotto	3,00	2	0	2	3	2
<i>Secondario:</i>						
Facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00	2	0	1	1	1
TOT.	40,00	36	28	33	31	33

parziale (18/30)

28

24

27

22

26

LOTTO 26: AGO PER LOCALIZZAZIONE MAMMARIA AD UNCINO DOPPIO

CIG: 2940620463

Fabbisogni biennali LOTTO 26: 520

Importo base d'asta complessivo biennale LOTTO 26: € 5.200,0000

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	Punteggio Max attribuibile	H.S. HOSPITAL SERVICE Spa	HOSPITAL PROGRAMS Srl	VIGEO Srl	STERYLAB Srl	BIOPSYBELL
Certificazioni per aghi						
Presentazione di Certificazione di conformità del prodotto alla norma UNI EN 13485 rilasciata da ente terzo	2,00	2	2	2	2	2
Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 18/30 per l'ammissione al prosieguo della gara)						
Gamma delle misure (lunghezza)	2,00	2	0	1	1	2
Facilità di penetrazione	5,00	5	5	4	5	5
Facilità di rilascio del repere	10,00	9	9	8	10	9
Stabilità del repere	10,00	9	7	8	8	7
Facilità di rimozione della cannula	3,00	3	3	3	3	3
Confezionamento						
<i>Primario:</i>						
Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	3,00	2	3	2	1	2
Facilità di apertura del prodotto	3,00	2	3	0	2	2
<i>Secondario:</i>						
Facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00	2	1	0	1	1
TOT.	40,00	36	33	28	33	33

parziale (18/30)

28

24

24

27

26

LOTTO 28: AGO CANNULA VENOSO PERIFERICO A UNA VIA DI INFUSIONE SENZA ALLETTE

Fabbisogni biennali LOTTO 28: 342.500

Importo base d'asta complessivo biennale LOTTO 28: € 85.625,0000

CIG: 2940651DF5

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	Punteggio Max attribuibile	SMITHS MEDICAL ITALIA Srl	DISTRIBUTORI ARTICOLI SANITARI srl	PROMED srl	DELTA MED srl
Certificazioni per aghi					
Presentazione di Certificazione di conformità del prodotto alla norma UNI EN 13485 rilasciata da ente terzo	2,00	2	2	2	2
Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 18/30 per l'ammissione al proseguito della gara)					
Gamma delle misure (gauge)	2,00	1	2	1	2
Tenuta della connessione con linea di infusione	2,00	2	2	2	2
Rastrenatura del catetere sull'ago	11,00	9	6	8	9
Scorrevolezza del catetere sull'ago	2,00	2	1	2	2
Morbidezza del catetere	10,00	9	6	9	9
Miglior rapporto tra diametro interno e diametro esterno (minor spessore della parete della cannula)	3,00	3	1	3	2
Confezionamento					
<i>Primario:</i>					
Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	3,00	3	2	3	2
Facilità di apertura del prodotto	3,00	1	3	2	2
<i>Secondario:</i>					
Facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00	2	1	2	2
TOT.	40,00	34	26	34	34

parziale (18/30)

26

18

25

26

LOTTO 29: AGO CANNULA VENOSO PERIFERICO A UNA VIA DI INFUSIONE CON ALETTE

CIG: **2940665984**

Fabbisogni biennali LOTTO 29: 478.448

Importo base d'asta complessivo biennale LOTTO 29: € 191.379,2000

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	Punteggio Max attribuibile	SMITHS MEDICAL ITALIA srl	DISTRIBUTORI ARTICOLI SANITARI srl	PROMED srl	ARTSANA Spa	DELTA MED srl
Certificazioni per aghi						
Presentazione di Certificazione di conformità del prodotto alla norma UNI EN 13485 rilasciata da ente terzo	2,00	2	2		2	2
Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 18/30 per l'ammissione al prosieguo della gara)						
Gamma delle misure (gauge)	2,00	1	2		1	2
Tenuta della connessione con linea di infusione	2,00	2	2		2	2
Rastrenatura del catetere sull'ago	11,00	10	6		10	9
Scorrevolezza del catetere sull'ago	2,00	2	1		2	2
Morbidezza del catetere	10,00	10	5		10	10
Miglior rapporto tra diametro interno e diametro esterno (minor spessore della parete della cannula)	3,00	2	1		3	2
Confezionamento						
<i>Primario:</i>						
Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	3,00	3	2		2	2
Facilità di apertura del prodotto	3,00	2	3		3	2
<i>Secondario:</i>						
Facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00	2	1		1	2
TOT.	40,00	36	25	0	36	35
	<i>parziale (18/30)</i>	27	17	0	28	27

LOTTO 30: AGO CANNULA VENOSO PERIFERICO A UNA VIA DI INFUSIONE CON ALETTE

CIG: 2940688C7E

Fabbisogni biennali LOTTO 30: 125,040

Importo base d'asta complessivo biennale LOTTO 30: € 75,024,0000

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	Punteggio Max attribuibile	DELTA MED srl
Certificazioni per aghi		
Presentazione di Certificazione di conformità del prodotto alla norma UNI EN 13485 rilasciata da ente terzo	2,00	2
Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 18/30 per l'ammissione al prosieguo della gara)		
Tenuta della connessione con linea di infusione	2,00	2
Rastrematura del catetere sull'ago	12,00	10
Scorrevolezza del catetere sull'ago	2,00	2
Morbidezza del catetere	11,00	10
Miglior rapporto tra diametro interno e diametro esterno (minor spessore della parete della cannula)	3,00	2
Confezionamento		
<i>Primario:</i>		
Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	3,00	2
Facilità di apertura del prodotto	3,00	2
<i>Secondario:</i>		
Facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00	2
TOT.	40,00	34

parziale (18/30)

LOTTO 31: AGO CANNULA VENOSO PERIFERICO A UNA VIA DI INFUSIONE SENZA ALETTE

Fabbisogni biennali LOTTO 31: 136.400

CIG: 2940748E01

Importo base d'asta complessivo biennale LOTTO 31: € 36.828,0000

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	Punteggio Max attribuibile	SMITHS MEDICAL ITALIA Srl	DISTRIBUTORI ARTICOLI SANITARI Srl	PROMED Srl	DELTA MED Srl
Certificazioni per aghi					
Presentazione di Certificazione di conformità del prodotto alla norma UNI EN 13485 rilasciata da ente terzo	2,00	2	2	2	2
Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 18/30 per l'ammissione al proseguo della gara)					
Tenuta della connessione con linea di infusione	2,00	2	2	2	2
Rastrenatura del catetere sull'ago	12,00	11	6	11	11
Scorevolezza del catetere sull'ago	2,00	2	2	2	2
Morbidezza del catetere	11,00	11	7	11	11
Miglior rapporto tra diametro interno e diametro esterno (minor spessore della parete della cannula)	3,00	2	1	2	3
Confezionamento					
<i>Primario:</i>					
Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	3,00	3	2	3	2
Facilità di apertura del prodotto	3,00	2	3	2	3
<i>Secondario:</i>					
Facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00	2	1	2	2
TOT.	40,00	37	26	37	38

parziale (18/30)

28

18

28

29

LOTTO 32: AGO CANNELLA VENOSO PERIFERICO A DUE VIE DI INFUSIONE CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA

CIG: 2940771100

Fabbisogni biennali LOTTO 32: 342.900

Importo base d'asta complessivo biennale LOTTO 32: € 411.480,00000

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	Punteggio Max attribuibile	MEDICA VALEGIA Spa	DISTRIBUTORI ARTICOLI SANITARI srl	PROMED srl	ARTSANA Spa	B. BRAUN MILANO Spa	DELTA MED srl	
Certificazioni per aghi								
Presentazione di Certificazione di conformità del prodotto alla norma UNI EN 13485 rilasciata da ente terzo	2,00	2	2	2	2	2	2	
Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 18/30 per l'ammissione al prosieguo della gara)								
Gamma delle misure (gauge)	2,00	1	2	2	1	2	2	
Tenuta della connessione con linea di infusione	2,00	2	2	2	2	2	2	
Rasatura del catetere sull'ago	5,00	3	3	5	4	4	4	
Scorrevolezza del catetere sull'ago	2,00	2	2	2	2	2	2	
Morbidezza del catetere	5,00	3	3	5	5	5	5	
Miglior rapporto tra diametro interno e diametro esterno (minor spessore della parete)	3,00	2	1	3	3	2	2	
Idoneo dispositivo di sicurezza (passivo > attivo)	11,00	5	5	11	9	9	9	
Confezionamento								
<i>Primario:</i>								
Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	3,00	3	3	2	2	3	2	
Facilità di apertura del prodotto	3,00	0	1	3	3	3	3	
<i>Secondario:</i>								
Facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00	1	1	2	1	2	2	
TOT	40,00	24	25	39	34	36	35	
		18	18	30	26	26	26	
		<i>parziale (18/30)</i>						

LOTTO 33: AGO CANNULA VENOSO PERIFERICO A UNA VIA DI INFUSIONE CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA CON ALETTE

Fabbisogni biennali LOTTO 33: 109,200

Importo base d'asta complessivo biennale LOTTO 33: € 87.360,0000

CIG: 294081554E

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	Punteggio Max attribuibile	SMITHS MEDICAL ITALIA Srl	DISTRIBUTORI ARTICOLI SANITARI Srl	PROMED Srl	ARTSANA Spa	B. BRAUN MILANO Spa	DELTA MED Srl
Certificazioni per aghi							
Presentazione di Certificazione di conformità del prodotto alla norma UNI EN 13485 rilasciata da ente terzo	2,00	2	2		2	2	2
Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 18/30 per l'ammissione al prosieguo della gara)							
Gamma delle misure (gauge)	2,00	1	2		1	1	2
Tenuta della connessione con linea di infusione	2,00	2	2		2	2	2
Rastrematura del catetere sull'ago	5,00	5	3		4	4	4
Scorrevolezza del catetere sull'ago	2,00	2	2		2	2	2
Morbidezza del catetere	5,00	2	2		4	5	4
Miglior rapporto tra diametro interno e diametro esterno (minor spessore della parete)	3,00	3	1		3	3	2
Idoneo dispositivo di sicurezza (passivo > attivo)	11,00	6	6		11	11	11
Confezionamento							
<i>Primario:</i>							
Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	3,00	3	3		2	3	2
Facilità di apertura del prodotto	3,00	2	1		3	2	3
<i>Secondario:</i>							
Facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00	2	1		1	2	2
TOT.	40,00	30	25	0	35	37	36
	<i>parziale (18/30)</i>	21	18	0	27	28	27

LOTTO 34 SUB A: SIRINGA STERILE MONOUSO CON AGO PER PRELIEVO ARTERIOSO PER EMOGASANALISI ED ELETTROLITI

Fabbisogni biennali LOTTO 34 SUB A: 453.000

Importo base d'asta complessivo biennale LOTTO 34 SUB A: € 203.850,0000

CIG: 2940856723

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	Punteggio Max attribuibile	SMITHS MEDICAL ITALIA Srl	GEPA srl	CLINI-LAB Srl	PROMED srl
Certificazioni per siringhe					
Presentazione di Certificazione di conformità del prodotto alla norma UNI EN 13485 rilasciata da ente terzo	2,00	2	2	2	2
Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 18/30 per l'ammissione al prosieguo della gara)					
Tenuta del gommino	6,00	6	3	5	5
Scorrevolezza del pistone	6,00	6	3	5	6
Visibilità della scala graduata	6,00	6	5	5	5
Tenuta della connessione con sistemi di infusione o irrigazione	6,00	5	3	5	6
CAPPUCIO/sistema di CHIUSURA CONO inteso come facilità di chiusura	6,00	6	5	5	5
Confezionamento					
<i>Primario:</i>					
Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	2,00	1	2	2	2
Facilità di apertura del prodotto	2,00	2	2	2	1
Contentore a vassoio	2,00	1	1	2	0
NOTA: 0 punti se non presente il vassoio					
<i>Secondario:</i>					
Facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00	0	2	2	2
TOT.	40,00	35	28	35	34

parziale (18/30)

29 19 25 27

LOTTO 34 SUB B: SIRINGA STERILE MONOUSO CON AGO PER PRELIEVO ARTERIOSO PER EMOGASANALISI ED ELETTROLITI

CIG: 2940856723

Fabbisogni biennali LOTTO 34 SUB B: 1.544,858

Importo base d'asta complessivo biennale LOTTO 34 SUB B: € 695.186,1000

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI:	Punteggio Max attribuibile	SMITHS MEDICAL ITALIA Srl	GEPa srl	CLINI-LAB Srl	PROMED srl
Certificazioni per siringhe					
Presentazione di Certificazione di conformità del prodotto alla norma UNI EN 13485 rilasciata da ente terzo	2,00	2	2	2	2
Funzionalità e maneggevolezza (la ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore a 18/30 per l'ammissione al proseguo della gara)					
Tenuta del gommino	6,00	6	3	5	5
Scorrevolezza del pistone	6,00	6	3	5	6
Visibilità della scala graduata	6,00	6	5	5	5
Tenuta della connessione con sistemi di infusione o irrigazione	6,00	5	5	5	6
CAPPUCIO/sistema di CHIUSURA CONO inteso come facilità di chiusura	6,00	6	5	5	5
Confezionamento					
<i>Primario:</i>					
Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	2,00	1	2	2	2
Facilità di apertura del prodotto	2,00	2	2	2	1
Contentitore a vassoio	2,00	1	1	2	0
NOTA: 0 punti se non presente il vassoio					
<i>Secondario:</i>					
Facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo per favorire un idoneo stoccaggio all'interno degli armadi di reparto)	2,00	0	2	2	2
TOT.	40,00	35	30	35	34

parziale (18/30)

29

21

25

27