

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SUTURATRICI MECCANICHE,  
CLIPS E SISTEMI DI FISSAGGIO PER CHIRURGIA APERTA E LAPAROSCOPICA  
PER I FABBISOGNI DELLE AZIENDE SANITARIE E ALL'IRCCS IOV DELLA  
REGIONE VENETO**

**VERBALE DEL 19 MARZO 2015  
2^ SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Il giorno 19 del mese di marzo dell'anno 2015, alle ore 14.00 presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, Passaggio Gaudenzio, 1 Padova, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata di valutare le offerte presentate dai concorrenti ammessi alla gara, mediante procedura aperta, per la fornitura di suture meccaniche, clips e sistemi di fissaggio per chirurgia aperta e laparoscopica per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie e all'IRCCS IOV della Regione Veneto approvata con Decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 70 del 31.10.2014, modificata con successivo decreto n. 83 del 17.12.2014 e rettificata con decreto n.7 del 20.01.2015.

La Commissione, nominata con decreto del Dirigente Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 20 del 11.02.2015, risulta così composta:

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| - Presidente: Prof. Romeo Bardini     | Direttore dell'U.O. di Chirurgia Generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova;                             |
| - Componente: Dott. Pierluigi Pilati  | Direttore dell'U.O. di Chirurgia Generale dell'Ulss n. 16;  |
| - Componente: Dott.ssa Chiara Filippi | Dirigente Farmacista del Servizio di Farmacia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. |

Il Presidente, verificata la regolare costituzione della Commissione, dichiara aperta la seduta riprendendo i lavori della precedente seduta riservata del 17.02.2015, come da relativo verbale che qui deve intendersi integralmente richiamato.

Come stabilito nella precedente riunione, in riferimento alla documentazione tecnica presentata dalla **ditta Euroclone spa**, con nota del Responsabile unico del procedimento prot. 72920 del 20/02/2015 è stato richiesto alla stessa ditta per i lotti n. 2, n. 4 e n. 10 di indicare in quale parte della documentazione tecnica è specificata la richiesta compatibilità del prodotto offerto con RNM fino a 3 tesla ed in particolare per il prodotto offerto al lotto n. 10 la presenza di feed-back uditivo e tattile di azionamento.

Con nota, pervenuta al P.G. del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità in data 23.02.2015, al n. 76373, la ditta Euroclone ha dato riscontro alla richiesta.

La Commissione, valutato che i prodotti presentati dalla ditta Euroclone per il lotto n. 2, n. 4 e n. 10 sono conformi alle caratteristiche tecniche minime richieste dal capitolato di gara, ammette alla valutazione qualitativa i prodotti presentati.

Come stabilito nella precedente riunione, in riferimento alla documentazione tecnica presentata dalla **ditta Innovamedica spa**, con nota del Responsabile unico del Procedimento prot. 72927 del 20/02/2015 è stato richiesto alla stessa ditta per i lotti n. 4, n. 8, n. 10, n. 12 e n. 13 di indicare in quale parte della documentazione tecnica è specificata la richiesta compatibilità del prodotto offerto con RNM fino a 3 tesla ed in particolare per i prodotti offerti per il lotto n. 8, dove sia indicata la lunghezza degli steli.

Con nota, pervenuta al P.G. del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità in data 2.03.2015, al n. 90120, la ditta Innovamedica spa ha dato riscontro alla richiesta.

La Commissione, valutato che i prodotti presentati dalla ditta Innovamedica spa per i lotti n. 4, n. 8, n. 10, n. 12 e n. 13 sono conformi alle caratteristiche tecniche minime richieste dal capitolato di gara, ammette alla valutazione qualitativa i prodotti presentati.

Come stabilito nella precedente riunione, in riferimento alla documentazione tecnica presentata dalla ditta **Seda spa**, con nota del responsabile unico del procedimento prot. 72912 del 20/02/2015 è stato richiesto alla stessa ditta per i lotti n. 2, n. 2 bis, n. 4, n. 8, n. 10, n. 11, n. 12 e n. 14 di indicare in quale parte della documentazione tecnica è specificata la richiesta compatibilità del prodotto offerto con RNM fino a 3 tesla, nonché, per i prodotti offerti per il lotto n. 8, dove sia indicata la lunghezza degli steli e per il lotto n. 11, dove sia indicato che la testina è staccabile.

Con nota, pervenuta al P.G. del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità in data 27.02.2015, al n. 86129, la ditta Seda spa ha dato riscontro alla richiesta.

La Commissione, valutato che i prodotti presentati dalla ditta Seda spa per il lotto lotti n. 2, n. 2 bis, n. 4, n. 8, n. 10, n. 11, n. 12 e n. 14 sono conformi alle caratteristiche tecniche minime richieste dal capitolato di gara, ammette alla valutazione qualitativa i prodotti presentati.

La Commissione prosegue, nella seduta odierna, con la disamina della documentazione tecnica contenuta nelle buste 2 delle ditte ammesse, LOTTO per LOTTO, nonché della relativa campionatura, al fine di valutare i prodotti ammessi sotto il profilo della conformità dei medesimi ai requisiti prescritti dal Capitolato di gara.

**Lotto 15 - Suturatrici lineari taglia e cucì, monopaziente, ricaricabili, costituite da stelo integrato di varia lunghezza rotante 360° ed articolato, relativi caricatori, per anastomosi e transezione. Caricatori con punti in tripla fila sfalsata per ogni linea di sutura, per tessuti di vario spessore, compatibili con RNM fino a 3 tesla. Confezione singola sterile.**

- a) Suturatrici con lunghezza linea di sutura da 45 mm
- b) Caricatori per suturatrici di cui alla lettera a) per tessuti di vario spessore
- c) Suturatrici con lunghezza linea di sutura da 60 mm
- d) Caricatori per suturatrici di cui alla lettera c) per tessuti di vario spessore

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalla Ditta ammessa, al fine di valutare la conformità dei prodotti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

**DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA:**

- sub a) prodotto ECHELON FLEX 45 ENDOPATH STAPLER;
- sub b) prodotto ECHELON FLEX 45 ENDOPATH STAPLER (ricariche);
- sub c) prodotto ECHELON FLEX 60 ENDOPATH STAPLER;
- sub d) prodotto ECHELON FLEX 60 ENDOPATH STAPLER (ricariche);

I prodotti offerti sono conformi alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico

**LOTTO 16 - Suturatrici lineari taglia e cucì, monopaziente, ricaricabili, costituite da manipolo indipendente con stelo di varia lunghezza rotante 360°; relativi caricatori articolabili su stelo monouso intercambiabili, con punti in tripla fila sfalsata per ogni linea di sutura per tessuti di vario spessore, lama integrata nella ricarica, compatibili con RNM fino a 3 tesla. Confezione singola sterile.**

- a) **Manipolo per caricatori con stelo di varie misure**
- b) **Caricatori articolabili per manipoli di cui alla lettera a) per tessuti di vario spessore, linea di sutura 30 mm**
- c) **Caricatori articolabili per manipoli di cui alla lettera a) per tessuti di vario spessore, linea di sutura 45 mm**
- d) **Caricatori articolabili per manipoli di cui alla lettera a) per tessuti di vario spessore, linea di sutura 60 mm**

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalla Ditta ammessa, al fine di valutare la conformità dei prodotti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

**DITTA COVIDIEN ITALIA SPA:**

- sub a) prodotto ENDO GIA UNIVERSAL;
- sub b) prodotto GIA UNIVERSAL (ricariche);
- sub c) prodotto GIA UNIVERSAL (ricariche);
- sub d) prodotto GIA UNIVERSAL (ricariche).

I prodotti offerti sono conformi alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico

**LOTTO 17 - Manipolo motorizzato riutilizzabile per azionare automaticamente con rotazione, articolazione e chiusura delle ganasce le relative ricariche lineari taglia e cucì con lama incorporata. Manipolo ricaricabile con caricatori articolati per anastomosi e transezione con punti in tripla fila sfalsata per ogni linea di sutura per tessuti di vario spessore, lama incorporata, compatibili con RNM fino a 3 tesla.**

- a) **Manipolo motorizzato riutilizzabile per suturatrice lineare taglia e cucì rotante e articolata**
- b) **Caricatori monouso articolati per manipolo di cui alla lettera a) con lunghezza linea di sutura 30 mm per tessuti di vario spessore. Confezione singola sterile**
- c) **Caricatori monouso articolati per manipolo di cui alla lettera a) con lunghezza linea di sutura 45 mm per tessuti di vario spessore. Confezione singola sterile**
- d) **Caricatori monouso articolati per manipolo di cui alla lettera a) con lunghezza linea di sutura 60 mm per tessuti di vario spessore. Confezione singola sterile**

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalla Ditta ammessa, al fine di valutare la conformità dei prodotti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

**DITTA COVIDIEN ITALIA SPA:**

- sub a) prodotto I DRIVE ULTRA;
- sub b) prodotto ENDO GIA ULTRA SHORT (ricariche);
- sub c) prodotto ENDO GIA ULTRA STANDARD (ricariche);
- sub d) prodotto ENDO GIA ULTRA XL (ricariche).

I prodotti offerti sono conformi alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico

**LOTTO 18 - Suturatrici lineari taglia e cucì, munite di manipolo monouso con batteria per azionamento automatico della lama, monopaziente, ricaricabile, con stelo di varia lunghezza,**



**rotante 360° e con articolazione e chiusura delle ganasce manuali, con relativi caricatori, per anastomosi e transezione.**

**Caricatori articolati con punti in tripla fila sfalsata per ogni linea di sutura per tessuti di vario spessore, compatibili con RNM. Confezione singola sterile.**

- a) Suturatrici con lunghezza linea di sutura da 45 mm**
- b) Caricatori per suturatrici di cui alla lettera a) per tessuti di vario spessore**
- c) Suturatrici con lunghezza linea di sutura da 60 mm**
- d) Caricatori per suturatrici di cui alla lettera c) per tessuti di vario spessore**

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalla Ditta ammessa, al fine di valutare la conformità dei prodotti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

**DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA:**

- sub a) prodotto POWERER ECHELON FLEX 45 ENDOPATH STAPLER;
- sub b) prodotto ECHELON 45 ENDOPATH STAPLER (ricariche);
- sub c) prodotto POWERER ECHELON FLEX 60 ENDOPATH STAPLER;
- sub d) prodotto ECHELON 60 ENDOPATH STAPLER (ricariche);

I prodotti offerti sono conformi alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico

**LOTTO 19 - Applicatori automatici monouso di sistemi assorbibili per fissaggio reti in chirurgia laparoscopica, diametro stelo 5 mm, contenenti almeno 12 elementi. Confezione singola sterile.**

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentate dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

**DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA: prodotto SECURESTRAP.**

I prodotti offerti sono conformi alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico.

**DITTA COVIDIEN ITALIA SPA: prodotto ABSORBATAACK.**

I prodotti offerti sono conformi alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico.

**DITTA BARD SPA: prodotto SORBAFIX ENHANCED..**

I prodotti offerti sono conformi alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico

**LOTTO 20 - Applicatori automatici monouso di sistemi non riassorbibili per fissaggio reti in chirurgia laparoscopica, diametro stelo 5 mm, contenenti almeno 15 elementi. Confezione singola sterile.**

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentate dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

**DITTA COVIDIEN ITALIA SPA: prodotto PROTACK.**

I prodotti offerti sono conformi alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico.

**DITTA BARD SPA: prodotto PERMAFIX ENHANCED..**

I prodotti offerti sono conformi alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico

**LOTTO 21 - Applicatori automatici monouso di clips emostatiche per chirurgia open, sterili con almeno 15 clips in titanio, clips di almeno 3 misure (piccola, media e grande); morse angolate; riposizionamento automatico della clip nella morsa; sistema di segnalazione delle ultime clips e sistema di bloccaggio automatico ad esaurimento della clip; impugnatura ergonomica; codice colore. Meccanismo anticaduta della clip. Compatibile con RMN fino a 3 tesla. Confezione singola sterile.**

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentate dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

**DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA: prodotto LIGACLIP MCA.**

La Commissione ritiene necessario richiedere alla ditta concorrente di voler indicare, in quale parte della documentazione tecnica prodotta, è specificato che il prodotto offerto ha il meccanismo anticaduta della clip.

**DITTA COVIDIEN ITALIA SPA: prodotto PREMIUN SURGICLIP II.**

La Commissione ritiene necessario richiedere alla ditta concorrente di voler indicare, in quale parte della documentazione tecnica prodotta, sono specificate le seguenti caratteristiche: morse angolate, sistema di segnalazione delle ultime clips, sistema di bloccaggio automatico ad esaurimento della clip ed il codice colore.

**Lotto 22 - Applicatori automatici monouso di clips emostatiche per chirurgia laparoscopica, sterili, clips in titanio, morse angolate; riposizionamento della clip nella morsa; sistema di segnalazione delle ultime clips e sistema di bloccaggio automatico ad esaurimento della clip; impugnatura ergonomica. Meccanismo anticaduta della clip. Compatibile con RMN fino a 3 tesla. Confezione singola sterile.**

- a) con stelo rotante diametro 5 mm +/- 1 mm
- b) con stelo rotante diametro 10 mm +/- 2 mm (con clips di almeno 2 misure)

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentate dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

**DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA:**

- sub a) prodotto LIGAMAX 5;
- sub b) prodotto LIGACLIP ERCA.

I prodotti offerti sono conformi alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico.



**DITTA COVIDIEN ITALIA SPA:**

- sub a) prodotto ENDO CLIP III;
- sub b) prodotto ENDO CLIP.

La Commissione ritiene necessario richiedere alla ditta concorrente di voler indicare, in quale parte della documentazione tecnica prodotta, sono specificate le seguenti caratteristiche: sistema di segnalazione delle ultime clips, sistema di bloccaggio automatico ad esaurimento della clip ed il meccanismo anticaduta della clip.

**DITTA APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE BV:**

- sub a) prodotto EPIX UNIVERSAL CLIP APPLIER;
- sub b) prodotto DIRECT DRIVE.

La Commissione ritiene necessario richiedere alla ditta concorrente di voler indicare, in quale parte della documentazione tecnica prodotta, sono specificate le seguenti caratteristiche: sistema di bloccaggio automatico ad esaurimento della clip e il meccanismo anticaduta della clip stessa.

**Lotto 23 - Clip singole in titanio per emostasi, monouso, sterili, su supporto contenenti 6 o più clips; preformate con zigrinatura; codice colore. Compatibile con RMN fino a 3 tesla. Confezione singola sterile.**

- a) misura piccola
- b) misura media
- c) misura medio/grande
- d) misura grande

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentate dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

**DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA:**

- sub a) prodotto LIGACLIP EXTRA;
- sub b) prodotto LIGACLIP EXTRA;
- sub c) prodotto LIGACLIP EXTRA;
- sub d) prodotto LIGACLIP EXTRA.

I prodotti offerti sono conformi alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato

**DITTA MEDICAL INSTRUMENTS SPA:**

- sub a) prodotto SLS CLIP;
- sub b) prodotto SLS CLIP;
- sub c) prodotto SLS CLIP;
- sub d) prodotto SLS CLIP.

La Commissione ritiene necessario richiedere alla ditta concorrente di voler indicare, in quale parte della documentazione tecnica prodotta, è specificato che i prodotti offerti possiedono la richiesta caratteristica della zigrinatura.

**DITTA SURGILINE SRL:**

- sub a) prodotto V CLIP;
- sub b) prodotto V CLIP;
- sub c) prodotto V CLIP;
- sub d) prodotto V CLIP.

La Commissione ritiene necessario richiedere alla ditta concorrente di voler indicare, in quale parte della documentazione tecnica prodotta, è specificato che i prodotti offerti possiedono la richiesta caratteristica della zigrinatura e la compatibilità con la RMN fino a 3 tesla.

**DITTA TELEFLEX MEDICAL SRL:**

- sub a) prodotto HEMOCLIP PLUS;
- sub b) prodotto HEMOCLIP PLUS;
- sub c) prodotto HEMOCLIP PLUS;
- sub d) prodotto HEMOCLIP PLUS.

La Commissione ritiene necessario richiedere alla ditta concorrente di voler indicare, in quale parte della documentazione tecnica prodotta, è specificato che i prodotti offerti possiedono la richiesta caratteristica della zigrinatura.

**Lotto 24 - Clip singole in materiale riassorbibile per emostasi, monouso, sterili, su supporto contenenti 6 o più clips; preformate con zigrinatura; codice colore. Confezione singola sterile.**

- a) misura piccola**
- b) misura media**
- c) misura medio/grande**
- d) misura grande**

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentate dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

**DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA:**

- sub a) prodotto ABSOLOK EXTRA;
- sub b) prodotto ABSOLOK EXTRA;
- sub c) prodotto ABSOLOK EXTRA;
- sub d) prodotto ABSOLOK EXTRA;

La Commissione ritiene necessario richiedere alla ditta concorrente di voler indicare, in quale parte della documentazione tecnica prodotta, è specificato che i prodotti offerti sono preformati e con zigrinatura.

**LOTTO 25 - Clip singole in polimero non riassorbibile con sistema di chiusura per legatura vascolare, monouso, su supporto contenenti 6 o più clips; preformate con zigrinatura; codice colore. Confezione singola sterile.**

- a) misura media**
- b) misura medio/grande**
- c) misura grande**
- d) misura molto grande**

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentate dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

**DITTA B.BRAUN MILANO SPA:**

- sub a) prodotto AESCULAP CLIP DS;
- sub b) prodotto AESCULAP CLIP DS;
- sub c) prodotto AESCULAP CLIP DS;
- sub d) prodotto AESCULAP CLIP DS.



La Commissione ritiene necessario richiedere alla ditta concorrente di voler indicare, in quale parte della documentazione tecnica prodotta, viene specificato che i prodotti offerti possiedono la richiesta caratteristica della zigrinatura e che la loro composizione è in polimero non riassorbibile.

**DITTA SURGILINE SRL:**

- sub a) prodotto CLICK'A V;
- sub b) prodotto CLICK'A V;
- sub c) prodotto CLICK'A V;
- sub d) prodotto CLICK'A V.

I prodotti offerti sono conformi alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico

**DITTA TELEFLEX MEDICAL SRL:**

- sub a) prodotto HEM-O-LOK;
- sub b) prodotto HEM-O-LOK;
- sub c) prodotto HEM-O-LOK;
- sub d) prodotto HEM-O-LOK.

I prodotti offerti sono conformi alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico

**LOTTO 26 - Clip singole in titanio permanenti per esclusione aneurismi, monouso, tipo mini, standard, fenestrate, misure varie; codice colore, con possibilità di tracciabilità del lotto. Compatibile con RMN fino a 3 tesla. Confezione singola sterile.**

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentate dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

**DITTA SIAD HEALTHCARE SPA:** prodotto Clip per Aneurisma 'L'.

I prodotti offerti sono conformi alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico.

**DITTA B.BRAUN MILANO SPA:** prodotto Clip YASARGIL.

I prodotti offerti sono conformi alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico.

**LOTTO 27 - Clip singole in titanio permanenti e temporanee risterilizzabili per esclusione aneurismi, tipo mini, standard, fenestrate, misure varie; codice colore, con possibilità di tracciabilità del lotto. Compatibile con RMN fino a 3 tesla. Confezione singola.**

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentate dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

**DITTA B.BRAUN MILANO SPA:** prodotto Clip YASARGIL.

I prodotti offerti sono conformi alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico.

**DITTA SIAD HEALTHCARE SPA:** prodotto Clip per Aneurisma 'L'.

I prodotti offerti sono conformi alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico.

**DITTA CARLO BIANCHI SRL:** prodotto Clip YASARGIL.





I prodotti offerti sono conformi alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico.

Nell'impossibilità di concludere i lavori di valutazione qualitativa degli stessi, alle ore 17.30, il Presidente dichiara chiusa la seduta e, sentiti i presenti, aggiorna i lavori alle ore 14.00 del 6 giugno 2015 presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, per proseguire l'attività di valutazione qualitativa dei prodotti ammessi, Lotto per Lotto, desumibile dalla documentazione tecnica e dai campioni presentati, secondo i parametri di valutazione previsti nell'Allegato 6 al Disciplinare di gara e che qui devono intendersi integralmente richiamati.


Il Presidente della Commissione conserva le Buste 2 "Documentazione Tecnica" in idoneo locale, chiuso a chiave e protetto, presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità mentre i campioni presentati dalle Ditte sono custoditi presso la sede del Magazzino Economico della AO di Padova, situato in V.le Navigazione Interna n. 38 – Padova.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE: Dott. Romeo Bardini

I COMPONENTI: Dott. Pierluigi Pilati

Dott.ssa Chiara Filippi



The image shows three handwritten signatures, each written on a horizontal line. The top signature is the most complex and stylized. The middle signature is more legible and appears to be 'Pierluigi Pilati'. The bottom signature is also legible and appears to be 'Chiara Filippi'.