

Lotto 1: Garza non aderente con paraffina o sostanze simili (confezione singola)

PARAMETRIE SOTTOPARAMETRI: (Soglia minima per l'ammissione 2,4/40 punti)	Punteggio Max attribuibile	BSN Medical S.r.l.	Systagenix S.r.l.	Farmac-Zabban S.p.A.	Lohmann & Rauscher S.r.l.	Promed S.r.l.	Paul Hartmann S.p.A.
Schede tecniche							
Permanenza massima in situ (giorni)	8	5	8	5	8	8	8
Prove pratiche							
Facilità di applicazione (morbidezza, adattabilità), rimozione e riposizionamento	10	10	7	10	10	7	10
Capacità di drenaggio essudati e traspirazione fluidi (tramatura)	5	5	3	4	4	3	4
Misura reale della medicazione	2	2	1	2	2	1	2
Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale	10	10	10	9	9	10	9
Confezionamento							
Facilità di manipolazione/mantenimento asetticità	5	5	4	5	5	4	5
TOT.	40	37	33	35	38	33	38





Lotto 2: Garza non aderente con paraffina o sostanze simili (confezione

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI: (Soglia minima per l'ammissione 24/40 punti)	Punteggio Max attribuibile	Eurospital S.p.A.	Farmac-Zabban S.p.A.
Schede tecniche			
Quantità di paraffina in gr/m ² (non meno di 175 gr/m ²)	15	5	15
Prove pratiche			
Facilità di applicazione (morbidezza, adattabilità)	5	5	5
Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale	10	9	9
Confezionamento			
Facilità di manipolazione/mantenimento asetticità	5	3	3
Numero di pezzi per confezione (verranno privilegiate le confezioni multiple con il numero minore di pezzi)	5	4	5
TOT.	40	26	37

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and several initials on the right.

•Lotto 3: Medicazione non aderente

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI: (Soglia minima per l'ammissione 24/40 punti) Schede tecniche	Punteggio Max attribuibile	BSN Medical S.r.l.	Fidia Farmaceutici S.p.A.	Systagenix S.r.l.	Coloplast S.p.A.	Smith&Nephew S.r.l.	Promed S.r.l.	Paul Hartmann S.p.A.
Permanenza massima in situ (giorni)	8	3	8	8	8	3		8
Prove pratiche								
Conformabilità (adattabilità alla zona di applicazione)	5	3	5	3	5	2		4
Facilità di applicazione, rimozione e riposizionamento	5	3	5	3	5	2		5
Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale	10	4	10	3	8	4		8
Capacità di drenaggio essudati e traspirazione fluidi (tiratura)	5	2	4	2	4	2		5
Misura reale della medicazione	2	1	2	1	2	1		2
Confezionamento								
Facilità di manipolazione/mantenimento asetticità	5	3	5	3	5	3		5
TOT.	40	19	39	23	37	17		37

Lotto 4: Medicazione preparata post-operatoria adesiva con tampono

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI: (Soglia minima per l'ammissione 24/40 punti)	Punteggio Max attribuibile	Luigi Salvadori S.p.A.	Dealifa S.r.l.	Rays S.r.l.	Farmac-Zabban S.p.A.	Lohmann & Rauscher S.r.l.	Paul Hartmann S.p.A.	Artsana S.p.A.
Prove pratiche								
Morbidezza e capacità di assorbimento del tampono	9	7	6	6	6	6	6	9
Facilità di applicazione (presenza di invito su entrambi i lati della carta di protezione)	9	8	8	8	8	8	8	8
Conformabilità (adattabilità alla zona di applicazione)	6	5	4	3	4	5	4	6
Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale	10	6	6	5	8	8	5	10
Misura reale della medicazione	3	1	1	1	1	3	2	3
Confezionamento								
Apertura peel open o altra idonea apertura per garantire la sterilità del singolo prodotto	3	2	1	2	2	2	2	3
TOT.	40	29	26	25	29	32	27	39

Luigi Salvadori
Dealifa
Rays
Farmac-Zabban
Lohmann & Rauscher
Paul Hartmann
Artsana

Lotto 5: Medicazione trasparente per fissaggio cateteri

PARAMETRIE SOTTOPARAMETRI: (Soglia minima per l'ammissione 24/40 punti)	Punteggio Max attribuibile	BSN Medical S.r.l.	Eurofarm S.p.A.	Smith&Nephew S.r.l.	3M Italia S.p.A.
Schede tecniche		ESCLUSA: non conformità al capitolato tecnico (vedi verbale 08.05.2013)	ESCLUSA: non conformità al capitolato tecnico (vedi verbale 08.05.2013)		
Grado di traspirabilità espresso in MVTR (Moisture Vapore Transmission Rate) non inferiore a 3000 g/m ² in 24 ore	9			9	4
Prove pratiche					
Facilità di applicazione (adattabilità)	3			3	2
Facilità di applicazione (presenza di invito su entrambi i lati della carta di protezione)	5			5	4
Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale	4			4	4
Presenza di sistema di trascrizione della data di medicazione, strisce adesive di fissaggio linea deflusso	3			3	3
Presenza di tamponcino antidecubito	1			0	0
Non artecibiabilità intesa come rinforzo in TNT sulla medicazione, finalizzata ad una permanenza in situ fino a 7 gg	6			6	6
Uniformità dell'adesività	4			4	4
Misura reale della medicazione	2			2	2
Confezionamento					
Apertura peel open o altra idonea apertura per garantire la sterilità del singolo prodotto	3			3	3
TOT.	40			39	32

Lotto 6: Medicazione assorbente tracheostomica in alluminio o altra sostanza antisettica

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI: (Soglia minima per l'ammissione 24/40 punti)	Punteggio Max attribuibile	Eurofarm S.p.A.	Promed S.r.l.
Schede tecniche			
Capacità di assorbimento/gestione dei fluidi espressa in gr/mq 24 ore	8	8	5
Prove pratiche			
Facilità di applicazione (morbidezza, adattabilità)	5	5	4
Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale	5	5	4
Capacità di non deformarsi dopo assorbimento	5	5	4
Adattabilità/conformabilità della medicazione alla cannula tracheostomica e alla superficie di contatto	12	11	10
Misura reale della medicazione	2	2	2
Confezionamento			
Apertura peel open o altra idonea apertura per garantire la sterilità del singolo prodotto	3	3	3
TOT.	40	39	32

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and several initials on the right.

Lotto 7: Medicazione assorbente tracheostomica in TNT

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI: (Soglia minima per l'ammissione 24/40 punti)	Punteggio Max attribuibile	Mölnlycke Health Care S.r.l.	Promed S.r.l.	Paul Hartmann S.p.A.
Schede tecniche				
Capacità di assorbimento/gestione dei fluidi espressa in gr/mq 24 ore	8	8	8	7
Prove pratiche				
Facilità di applicazione (morbidezza, adattabilità)	5	4	5	4
Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale	7	7	7	7
Capacità di non deformarsi dopo assorbimento	5	4	5	5
Adattabilità/conformabilità della medicazione alla cannula tracheostomica e alla superficie di contatto	10	9	10	9
Misura reale della medicazione	2	2	2	2
Confezionamento				
Apertura peel open o altra idonea apertura per garantire la sterilità del singolo prodotto	3	3	3	3
TOT.	40	37	40	37

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'G. R. B.' and other smaller initials.

Lotto 8: Medicazione in alginate

PARAMETRIE SOTTOPARAMETRI: (Soglia minima per l'ammissione 24/40 punti)	Punteggio Max attribuibile	Eurofarm S.p.A.	Surgical Hospital Service S.r.l.	Coloplast S.p.A.	Farmac-Zabban S.p.A.	ConvaTec Italia S.r.l.	3M Italia S.p.A.	Promed S.r.l.	Paul Hartmann S.p.A.
Schede tecniche									
Capacità di gestione/assorbimento dei fluidi (gr/mq 24 ore - gr/mq 72 ore)	3	1	1	1	1	1	3	3	1
Permanenza massima in situ (giorni)	2	2	2	2	2	2	2	1	2
Prove pratiche									
Conformabilità (adattabilità alla zona di applicazione)	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Capacità di assorbimento (prova n. 1)	5	4	5	4	1	3	1	5	1
Capacità di ritenzione dei liquidi (prova n. 2)	5	4	5	4	4	4	4	4	4
Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale (detto parametro verrà valutato attraverso la Prova n. 3)	12	6	11	9	6	8	5	10	5
Capacità di assorbimento verticale del presidio (prova 4)	7	5	5	5	5	4	5	5	5
Confezionamento									
Apertura peel open o altra idonea apertura per garantire la sterilità del singolo prodotto	3	3	3	3	2	3	2	3	3
TOT.	40	28	35	31	24	28	25	34	24

Handwritten signatures and initials in the right margin of the table, including a large signature at the top right and several other initials below it.

Lotto 8 bis: Medicazione in fibre di cellulosa gelificanti o carbossimetilcellulosa

PARAMETRIE SOTTOPARAMETRI: (Soglia minima per l'ammissione 24/40 punti)	Punteggio Max attribuibile	B. Braun Milano S.p.A. <i>ESCLUSA: non conformità al capitolato tecnico (vedi verbale 08.05.2013)</i>	Coloplast S.p.A. <i>ESCLUSA: non conformità al capitolato tecnico (vedi verbale 08.05.2013)</i>	Smith&Nephew S.r.l.	ConvaTec Italia S.r.l.
Schede tecniche					
Capacità di gestione/assorbimento dei fluidi (gr/mq 24 ore – gr/mq 72 ore)	3			3	3
Permanenza massima in situ (giorni)	2			2	2
Prove pratiche					
Conformabilità (adattabilità alla zona di applicazione)	3			3	3
Capacità di assorbimento (prova n. 1)	5			5	5
Capacità di ritenzione dei liquidi (prova n. 2)	5			4	5
Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale (detto parametro verrà valutato attraverso la Prova n. 3)	12			7	12
Capacità di assorbimento verticale del	7			7	7
Confezionamento					
Apertura peel open o altra idonea apertura per garantire la sterilità del singolo prodotto	3			3	3
TOT.	40			34	40

Lotto 9: Medicazione in alginato con argento per ferite infette ed essudanti

PARAMETRIE SOTTOPARAMETRI: (Soglia minima per l'ammissione 24/40 punti) Schede tecniche	Punteggio Max attribuibile	Fidia Farmaceutici S.p.A.	Systagenix S.r.l.	Coloplast S.p.A.	Smith&Nephew S.r.l.	Mölnlycke Health Care S.r.l.	Lohmann & Rauscher S.r.l.	3M Italia S.p.A.
Capacità di gestione/assorbimento dei fluidi (gr/mq 24 ore – gr/mq 72 ore)	3	2	2	3	1	1	1	3
Permanenza massima in situ (giorni)	2	2	2	2	2	2	2	2
Prove pratiche								
Conformabilità (adattabilità alla zona di applicazione)	2	2	2	2	2	2	2	2
Capacità di assorbimento (prova n. 1)	6	5	6	5	4	5	2	3
Capacità di ritenzione dei liquidi (prova n. 2)	6	5	6	4	3	4	3	4
Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale (detto parametro verrà valutato attraverso la Prova n. 3)	11	8	11	6	6	7	6	4
Capacità di assorbimento verticale del presidio (prova 4)	7	6	5	6	5	4	5	4
Confezionamento								
Apertura peel open o altra idonea apertura per garantire la sterilità del singolo prodotto	3	3	3	3	3	3	3	3
TOT.	40	33	37	31	26	28	24	25

Lotto 9 bis: Medicazione non aderente in fibre di cellulosa gelificanti o carbosimefilecellulosa, pure o in associazione con alginati, con argento, per ferite infette ed altamente essudanti

PARAMETRIE SOTTOPARAMETRI: (Soglia minima per l'ammissione 24/40 punti)	Punteggio Max attribuibile	Systagenix S.r.l.	Coloplast S.p.A.	Smith&Nephew S.r.l.	Mölnlycke Health Care S.r.l.	ConvaTec Italia S.r.l.	3M Italia S.p.A.
Schede tecniche		ESCLUSA: non raggiunge la soglia minima per l'ammissione di 24/40 (vedi verbale 08.07.2013)	ESCLUSA: non raggiunge la soglia minima per l'ammissione di 24/40 (vedi verbale 08.07.2013)	ESCLUSA: non conformità al capitolato tecnico della campionatura (vedi verbale 11.06.2013)	ESCLUSA: non raggiunge la soglia minima per l'ammissione di 24/40 (vedi verbale 08.07.2013)		ESCLUSA: non raggiunge la soglia minima per l'ammissione di 24/40 (vedi verbale 08.07.2013)
Capacità di gestione/assorbimento dei fluidi (gr/mq 24 ore - gr/mq 72 ore)	2	2	2		1	2	2
Percentuale di fibre in cellulosa o carbosimefilecellulosa	5	0	1		1	5	1
Permanenza massima in situ (giorni)	1	1	1		1	1	1
Prove pratiche							
Conformabilità (adattabilità alla zona di applicazione)	1	1	1		1	1	1
Capacità di assorbimento (prova n. 1)	5	2	1		1	5	1
Capacità di ritenzione dei liquidi (prova n. 2)	5	1	1		1	5	1
Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale (detto parametro verrà valutato attraverso la Prova n. 3)	11	8	6		6	11	6
Capacità di assorbimento verticale (prova 4)	7	4	4		4	7	4
Confezionamento							
Apertura peel open o altra idonea apertura per garantire la sterilità del singolo prodotto	3	3	3		3	3	3
TOT.	40	22	20		19	40	20

Lotto 10: Medicazione in idrocolloidi "senza bordo"

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI: (Soglia minima per l'ammissione 24/40 punti)	Punteggio Max attribuibile	Systagenix S.r.l.	Coloplast S.p.A.	ConvaTec Italia S.r.l.	Lohmann & Rauscher S.r.l.	Paul Hartmann S.p.A.
Schede tecniche						
Permanenza massima in situ (giorni)	5	5	5	5	5	5
Prove pratiche						
Facilità di applicazione (conformabilità), intesa come capacità di posizionamento su lesioni difficili	10	10	10	8	7	6
Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale	9	9	9	7	7	7
Stabilità della medicazione in situ (capacità della medicazione di mantenere la posizione di applicazione senza distacchi accidentali/arricciamenti per attrito o sfregamento)	10	10	10	7	8	9
Presenza di bordi smussati	1	1	1	0	0	1
Presenza di indicatori di viraggio/cambio	1	0	1	0	1	1
Presenza di sostanze in associazione atte ad aumentare la capacità di assorbimento	1	0	1	0	0	0
Confezionamento						
Apertura peel open o altra idonea apertura per garantire la sterilità del singolo prodotto	3	3	3	3	3	3
TOT.	40	38	40	30	31	32

Handwritten signatures and initials:
 - A large signature at the top right.
 - The initials "B" and "E" below it.
 - The initials "A" and "M" to the right of "E".

Lotto 11: Medicazione in idrocolloidi extrasottile






PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI: (Soglia minima per l'ammissione 24/40 punti)	Punteggio Max attribuibile	Systagenix S.r.l.	Coloplast S.p.A.	Farmac-Zabban S.p.A.	ConvaTec Italia S.r.l.	Lohmann & Rauscher S.r.l.	3M Italia S.p.A.	Paul Hartmann S.p.A.
Schede tecniche				<i>ESCLUSA: non conformità al capitolato tecnico (vedi verbale 08.05.2013)</i>			<i>ESCLUSA: non conformità al capitolato tecnico (vedi verbale 08.05.2013)</i>	
Permanenza massima in situ (giorni)	5	5	5		5	5		5
Prove pratiche								
Facilità di applicazione (conformabilità), intesa come capacità di posizionamento su lesioni difficili	10	9	10		9	8		8
Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale	9	8	9		8	8		8
Stabilità della medicazione in situ (capacità della medicazione di mantenere la posizione di applicazione senza distacchi accidentali/arricciamenti per attrito o sfregamento)	10	9	10		9	9		8
Presenza di bordi smussati	1	1	1		1	1		1
Presenza di indicatori di viraggio/cambio	1	0	1		0	1		1
Presenza di sostanze in associazione atte ad aumentare la capacità di assorbimento	1	0	1		0	0		0
Confezionamento								
Apertura peel open o altra idonea apertura per garantire la sterilità del singolo prodotto	3	3	3		3	3		3
TOT.	40	35	40		35	35		34

Handwritten signatures and initials:








Lotto 12: Medicazione in idrocolloidi "sacro"

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI: (Soglia minima per l'ammissione 24/40 punti)	Systagenix S.r.l.	Farmac-Zabban S.p.A.	ConvaTec Italia S.r.l.	Lohmann & Rauscher S.r.l.	3M Italia S.p.A.	Paul Hartmann S.p.A.
Punteggio Max attribuibile						
Schede tecniche						
Permanenza massima in situ (giorni)	5	4	5	5	5	5
Prove pratiche						
Facilità di applicazione (conformabilità), intesa come capacità di posizionamento su lesioni difficili	8	7	8	8	8	8
Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale	8	7	6	8	8	8
Stabilità della medicazione in situ (capacità della medicazione di mantenere la posizione di applicazione senza distacchi accidentali/arricciamenti per attrito o sfregamento)						
Presenza di bordi smussati	1	0	0	1	1	1
Presenza di indicatori di	0	1	0	0	0	0
Presenza di sostanze in associazione atte ad aumentare la capacità di assorbimento	1	1	1	1	1	1
Misura reale della medicazione	2	1	2	2	1	2
Confezionamento						
Apertura peel open o altra idonea	3	3	3	3	3	3
TOT.	40	31	33	36	35	36


Lotto 13: Medicazione in gel idrofilo

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI: (Soglia minima per l'ammissione 24/40 punti)	Punteggio Max attribuibile	B. Braun Milano S.p.A.	Eurofarm S.p.A.	Systagenix S.r.l.	Coloplast S.p.A.	Smith&Nephew S.r.l.	ConvaTec Italia S.r.l.	Sofar S.p.A.	3M Italia S.p.A.	Promed S.r.l.	Paul Hartmann S.p.A.
Schede tecniche											
Percentuale di acqua	5	4	4	3	5	3	4		4		4
Prove pratiche											
Viscosità (prova n. 5)	10	7	5	8	10	9	8		7		7
Capacità di idratazione (prova n. 6)	10	7	9	7	6	5	5		9		9
Facilità di applicazione anche con riferimento al completo utilizzo del prodotto	5	3	3	4	4	5	3		2		5
Facilità di applicazione messa come presenza di applicatore o altro dispositivo che ne favorisca l'applicazione	5	1	3	3	3	5	3		2		5
Confezionamento											
Apertura peel open o altra idonea apertura per garantire la sterilità del singolo prodotto	5	5	3	4	4	4	3		3		5
TOT.	40	27	27	29	32	31	26		27		35

Lotto 14: Medicazione in poliuretano trasparente

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI: (Soglia minima per l'ammissione 24/40 punti)	Punteggio Max attribuibile	3M Italia S.p.A.	Paul Hartmann S.p.A.
Grado di traspirabilità espresso in MVTR (Moisture Vapour Transmission Rate)	9	9	7
Prove pratiche			
Conformabilità (adattabilità alla zona di applicazione)	7	7	7
Stabilità della medicazione in situ (capacità della medicazione di mantenere la posizione di applicazione senza distacchi accidentali/arriccamenti per attrito o sfregamento)	9	9	9
Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale	7	7	7
Assenza di collanti sulla cute dopo rimozione	3	3	3
Misura reale della medicazione	2	2	2
Confezionamento			
Apertura peel open o altra idonea apertura per garantire la sterilità del singolo prodotto	3	3	3
TOT.	40	40	38




 Multiple handwritten signatures and initials in black ink, including what appears to be 'MMA', 'SE', and other illegible marks.

Lotto 15: Medicazione in poliuretano non trasparente non adesiva

PARAMETRI SOTTOPARAMETRI: (Soglia minima per l'ammissione 24/40 punti) Schede tecniche	Punteggio Max attribuibile	BSN Medical S.r.l.	Fidia Farmaceutici S.p.A.	Systagenix S.r.l.	Coloplast S.p.A.	Smith&Neph ew S.r.l.	Farmac- Zabban S.p.A.	Mölnlycke Health Care S.r.l.	ConvaTec Italia S.r.l.	Sofar S.p.A.	Lohmann & Rauscher S.r.l.	Promed S.r.l.	Paul Hartmann S.p.A.
Permanenza massima in situ (giorni)	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Capacità di gestione/assorbimento dei fluidi (gr/mq 24 ore - gr/mq 72 ore)	2	2	1	2	1	1	2	1	1	0	0	1	2
Capacità di gestione/assorbimento dei fluidi sotto compressione 40mm Hg (gr/mq 24ore - gr/mq 72 ore)	2	1	2	2	2	2	2	2	2	0	0	2	2
Prove pratiche													
Facilità di applicazione (morbidezza, adattabilità) e consistenza della schiuma (intesa come capacità di scarico pressorio/ spessore della schiuma)	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale	3	2	2	2	1	3	2	2	3	3	2	1	1
Presenza di superficie di contatto non aderente alla lesione	3	3	3	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2
Capacità di mantenere la struttura della medicazione in seguito a versamenti ripetuti di liquidi (prova n. 7)	7	5	7	3	3	5	3	4	3	5	7	3	4
Modalità di assorbimento di liquidi (prova n. 8)	6	4	4	3	6	4	5	5	4	4	4	2	5
Capacità di assorbimento (prova n. 9)	6	5	6	2	4	4	3	5	5	3	4	2	3
Misura reale della medicazione	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Confezionamento													
Apertura peel open o altra idonea apertura per garantire la sterilità del singolo prodotto	3	2	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3
TOT.	40	32	35	26	30	32	28	32	30	28	30	24	30

Lotto 16: Medicazione in poliuretano non trasparente non adesiva con argento o PHMB

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI: (Soglia minima per l'ammissione 24/40 punti)	Punteggio Max attribuibile	B.Braun Milano S.p.A.	Fidia Farmaceutici S.p.A.	Coloplast S.p.A.	Smith&Nephew S.r.l.	Mölnlycke Health Care S.r.l.	Sofar S.p.A.	Promed S.r.l.
Schede tecniche								
Permanenza massima in situ (giorni)	2	2	2	2	2	2	1	2
Capacità di gestione/assorbimento dei fluidi (gr/mq 24 ore -gr/mq 72 ore)	2	2	2	2	2	2	0	2
Capacità di gestione/assorbimento dei fluidi sotto compressione 40mm Hg (gr/mq 24ore - gr/mq 72 ore)	2	1	2	2	2	1	0	1
Prove pratiche								
Facilità di applicazione (morbidezza, adattabilità) e consistenza della schiuma (intesa come capacità di scarico pressorio/ spessore della schiuma)	4	2	2	2	3	4	2	2
Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale (prova n.10)	3	2	3	1	3	3	1	2
Presenza di superficie di contatto non aderente alla lesione	4	1	4	1	1	4	1	1
Capacità di mantenere la struttura della medicazione in seguito a versamenti ripetuti di liquidi (prova n. 7)	7	3	6	3	6	7	4	3
Modalità di assorbimento di liquidi (prova n. 8)	6	3	6	6	6	6	5	3
Capacità di assorbimento (prova n. 9)	5	3	4	5	4	5	2	3
Misura reale della medicazione	2	2	2	2	2	2	2	2
Confezionamento								
Apertura peel open o altra idonea apertura per garantire la sterilità del singolo prodotto	3	3	3	3	3	3	2	3
TOT.	40	24	36	29	34	39	20	24



 Multiple handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

Lotto 17: Medicazione in poliuretano non trasparente adesiva

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI: (Soglia minima per l'ammissione 24/40 punti)	Punteggio Max attribuibile	Systagenix S.r.l.	Coloplast S.p.A.	Smith&Nephew S.r.l.	Farmac-Zabban S.p.A.	Mölnlycke Health Care S.r.l.	ConvaTec Italia S.r.l.	Sofar S.p.A.	Lohmann & Rauscher S.r.l.	3M Italia S.p.A.	Paul Hartmann S.p.A.
Schede tecniche		ESCLUSA: non raggiunge la soglia minima per l'ammissione di 24/40 (vedi verbale 08.07.2013)						ESCLUSA: non raggiunge la soglia minima per l'ammissione di 24/40 (vedi verbale 08.07.2013)			
Tipologia dell'adesivo (acrilico su base acquosa/idrocolloidale/silicone/ecc) e relativa qualità dell'adesione in situ e della rimozione.	2	1	1	2	0	2	2	0	0	0	1
Permanenza massima in situ (giorni)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Capacità di gestione/assorbimento dei fluidi (gr/mq 24 ore - gr/mq 72 ore)	2	2	2	1	1	2	1	0	1	2	2
Capacità di gestione/assorbimento dei fluidi sotto compressione 40mm Hg (gr/mq 24ore - gr/mq 72 ore)	2	2	2	2	1	2	1	0	1	1	2
Prove pratiche											
Facilità di applicazione (morbidezza, adattabilità) e consistenza della schiuma (misura come capacità di scarico pressorio/ spessore della schiuma)	4	3	3	4	3	4	3	1	3	1	3
Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale (Prova n. 10)	3	2	1	3	1	2	2	1	2	1	1
Presenza di superficie di contatto non aderente alla lesione	4	1	1	4	1	4	1	1	1	1	1
Capacità di mantenere la struttura della medicazione in seguito a versamenti ripetuti di liquidi (prova n. 7)	6	3	3	6	6	5	5	3	6	5	4
Modalità di assorbimento di liquidi (prova n. 8)	5	1	3	3	3	5	5	3	5	5	3
Capacità di assorbimento (prova n. 9)	5	1	5	3	3	5	3	1	1	4	3
Misura reale della medicazione	2	2	2	2	2	2	2	0	2	0	2
Confezionamento											
Apertura peel open o altra idonea apertura per garantire la sterilità del singolo prodotto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
TOT.	40	23	28	35	26	38	30	15	27	25	27


Handwritten signature and initials in the top right corner.

Lotto 18: Medicazione in poliuretano non trasparente speciale

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI: (Soglia minima per l'ammissione 24/40 punti)	Systagenix S.r.l.	Coloplast S.p.A.	Smith&Nephew S.r.l.	Farmac-Zabban S.p.A.	Mölnlycke Health Care S.r.l.	ConvaTec Italia S.r.l.	Sofar S.p.A.	Paul Hartmann S.p.A.
Schede tecniche	ESCLUSA: non raggiunge la soglia minima per l'ammissione di 24/40 (vedi verbale 08.07.2013)						ESCLUSA: non raggiunge la soglia minima per l'ammissione di 24/40 (vedi verbale 08.07.2013)	
Tipologia dell'adesivo (acrilico su base acquosa/idrocolloidale/silicone/ecc) e relativa qualità dell'adesione in situ e della rimozione.	1	1	0	0	2	2	0	0
Permanenza massima in situ (giorni)	2	2	2	2	2	2	2	2
Capacità di gestione/assorbimento dei fluidi (gr/mq 24 ore - gr/mq 72 ore)	2	2	2	1	2	1	0	2
Capacità di gestione/assorbimento dei fluidi sotto compressione 40mm Hg (gr/mq 24ore - gr/mq 72 ore)	2	2	2	1	2	1	0	2
Prove pratiche								
Facilità di applicazione (morbidezza, adattabilità) e consistenza della schiuma (intesa come capacità di scarico pressorio/ spessore della schiuma)	1	2	4	2	4	3	1	3
Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale (Prova n. 10)	2	1	3	1	2	2	1	1
Presenza di superficie di contatto non aderente alla lesione	1	1	1	1	4	1	1	1
Capacità di mantenere la struttura della medicazione in seguito a versamenti ripetuti di liquidi (prova n. 7)	3	6	6	6	5	5	3	4
Modalità di assorbimento di liquidi (prova n. 8)	1	3	3	3	5	5	3	3
Capacità di assorbimento (prova n. 9)	1	3	3	3	5	3	1	3
Misura reale della medicazione	1	1	2	2	2	2	2	2
Confezionamento								
Apertura peel open o altra idonea apertura per garantire la sterilità del singolo prodotto	3	3	3	3	3	3	3	3
TOT.	20	27	31	25	38	30	17	26

Lotto 19: Medicazione in poliuretano non trasparente speciale

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI: (Soglia minima per l'ammissione 24/40 punti)	Punteggio Max attribuibile	BSN Medical S.r.l.	Eurofarm S.p.A.	Systagenix S.r.l.	Sofar S.p.A.	Paul Hartmann S.p.A.
Schede tecniche			ESCLUSA: non conformità al capitolato tecnico (vedi verbale 08.05.2013)	ESCLUSA: non raggiunge la soglia minima per l'ammissione di 24/40 (vedi verbale 08.07.2013)		
Permanenza massima in situ (giorni)	3	3		3	2	3
Capacità di gestione/assorbimento dei fluidi (gr/mq 24 ore - gr/mq 72 ore)	2	0		2	0	2
Capacità di gestione/assorbimento dei fluidi sotto compressione 40mm Hg (gr/mq 24ore - gr/mq 72 ore)	2	0		2	0	0
Prove pratiche						
Facilità di applicazione (morbidezza, adattabilità) e consistenza della schiuma (intesa come capacità di scarico pressorio/ spessore della schiuma)	5	3		2	3	5
Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale (Prova n. 10)	3	3		2	2	2
Presenza di superficie di contatto non aderente alla lesione	4	4		4	4	4
Capacità di mantenere la struttura della medicazione in seguito a versamenti ripetuti di liquidi (prova n. 7)	6	5		1	3	5
Modalità di assorbimento di liquidi (prova n. 8)	5	5		2	4	5
Capacità di assorbimento (prova n. 9)	5	5		2	4	5
Misura reale della medicazione	2	1		0	1	2
Confezionamento						
Apertura peel open o altra idonea apertura per garantire la sterilità del singolo prodotto	3	3		3	3	3
TOT.	40	32		23	26	36



 Three handwritten signatures and initials are present in the top right corner of the page.

Lotto 20: Benda elastica di fissaggio non adesiva monoestensibile longitudinalmente

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI: (Soglia minima per l'ammissione 24/40 punti)	Punteggio Max attribuibile	Paul Hartmann S.p.A.
Schede tecniche		
Composizione (percentuale di fibre naturali: viscosa/cotone)	10	10
Prove pratiche		
Facilità di applicazione (morbidezza, adattabilità)	10	10
Estensibilità	10	10
Misura reale della medicazione	5	5
Confezionamento		
Indicatore di rotolamento (facilità di trovare il punto di srotolamento)	5	5
TOT.	40	40

Lotto 21: Benda elastica di fissaggio autoadesiva monoestensibile longitudinale

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI: (Soglia minima per l'ammissione 24/40 punti)	Punteggio Max attribuibile	Rays S.r.l.	P.M.A. S.r.l.	Farmac-Zabban S.p.A.	Paul Hartmann S.p.A.	Artsana S.p.A.
Schede tecniche		ESCLUSA: non raggiunge la soglia minima per l'ammissione di 24/40 (vedi verbale 08.07.2013)				
Composizione (percentuale di fibre naturali: viscosa/cotone)	5	0	3	4	4	5
Prove pratiche						
Facilità di applicazione (morbidezza, adattabilità)	10	3	6	9	6	10
Estensibilità	10	4	5	8	8	9
Capacità di coesione/Autoaderenza (spalmatura del lattice o di altro idoneo materiale, omogenea)	8	2	5	6	8	8
Attestazione di assenza di lattice	2	0	0	0	0	0
Confezionamento						
Indicatore di rotolamento (facilità di trovare il punto di srotolamento)	5	2	5	5	5	5
TOT.	40	11	24	32	31	37








Lotto 22: Benda elastica compressiva autoadesiva a debole elasticità (inferiore)

PARAMETRIE SOTTOPARAMETRI: (Soglia minima per l'ammissione 24/40 punti)	Punteggio Max attribuibile	B.S.N Medical S.r.l.	P.M.A. S.r.l.
Schede tecniche		ESCLUSA: <i>non conformità al capitolato tecnico (vedi verbale 08.05.2013)</i>	
Composizione (percentuale di fibre naturali: viscosa/cotone)	5		5
Prove pratiche			
Facilità di applicazione (morbidezza, adattabilità)	6		6
Estensibilità	6		6
Capacità di coesione/Autoaderenza (spalmatura del lattice o di altro idoneo materiale, omogenea)	6		6
Attestazione di assenza di lattice	2		0
Capacità di compressione	8		8
Misura reale della medicazione	2		2
Confezionamento			
Indicatore di rotolamento (facilità di trovare il punto di srotolamento)	5		5
TOT.	40		38






Lotto 23: Benda elastica di sostegno non adesiva ad alta estensibilità monoestensibile

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI: (Soglia minima per l'ammissione 24/40 punti)	Punteggio Max attribuibile	P.M.A. S.r.l.	Farmac-Zabban S.p.A.	Lohmann & Rauscher S.r.l.	Paul Hartmann S.p.A.
Schede tecniche				<i>ESCLUSA: non conformità al capitolato tecnico, confermato da campionatura (vedi verbale 20.05.2013)</i>	
Composizione (percentuale di fibre naturali: viscosa/cotone)	5	5	5		5
Prove pratiche					
Facilità di applicazione (morbidezza, adattabilità)	10	10	7		10
Estensibilità	10	10	6		10
Capacità di sostegno	10	8	8		8
Confezionamento					
Indicatore di rotolamento (facilità di trovare il punto di srotolamento)	5	5	5		5
TOT.	40	38	31		38

Handwritten signatures and initials of the participants: P.M.A. S.r.l., Farmac-Zabban S.p.A., Lohmann & Rauscher S.r.l., and Paul Hartmann S.p.A.





Lotto 24: Benda elastica di sostegno non adesiva ad alta estensibilità biestensibile

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI: (Soglia minima per l'ammissione 24/40 punti)	Punteggio Max attribuibile	P.M.A. S.r.l.	Farmac-Zabban S.p.A.
Schede tecniche			
Composizione (percentuale di fibre naturali: viscosa/cotone)	5	5	5
Prove pratiche			
Facilità di applicazione (morbidezza, adattabilità)	10	10	7
Estensibilità longitudinale e trasversale	10	10	6
Capacità di sostegno	10	8	8
Confezionamento			
Indicatore di rotolamento (facilità di trovare il punto di srotolamento)	5	5	5
TOT.	40	38	31

Lotto 25: Calza compressiva antirombo

PARAMETRIE SOTTOPARAMETRI: (Soglia minima per l'ammissione 24/40 punti) Schede tecniche	Punteggio Max attribuibile	BSN Medical S.r.l.	Donjoy Italia S.r.l.	MEDI Italia S.r.l.	P.M.A. S.r.l.	Promed S.r.l.	Paul Hartmann S.p.A.
Composizione (percentuale di fibre naturali: viscosa/cotone)	5	4	4	4	4	4	4
Prove pratiche							
Facilità di applicazione (morbidezza, adattabilità)	10	7	7	8	8	10	7
Permanenza in situ (capacità di adattarsi all'arto nella sua interezza)	10	8	8	8	8	10	8
Capacità di sostegno/Compressione adeguata sull'arto	10	10	5	10	10	10	5
Confazionamento							
Presenza di idoneo sistema per favorire l'applicazione	5	0	0	0	0	3	0
TOT.	40	29	24	30	30	37	24

Lotto 26: Calza compressiva terapeutica


PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI: (Soglia minima per l'ammissione 24/40 punti)	Punteggio Max attribuibile	MEDI Italia S.r.l.
Schede tecniche		
Composizione (percentuale di fibre naturali: viscosa/cotone)	5	1
Prove pratiche		
Facilità di applicazione (morbidezza, adattabilità)	10	10
Permanenza in situ (capacità di adattarsi all'arto nella sua interezza)	10	10
Capacità di sostegno/Compressione adeguata sull'arto	10	10
Confezionamento		
Presenza di idoneo sistema per favorire l'applicazione	5	0
TOT.	40	31

Lotto 27: Cerotto a nastro in materiale plastico

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI: (Soglia minima per l'ammissione 24/40 punti)	Punteggio Max attribuibile	3M Italia S.p.A.	Paul Hartmann S.p.A.	Artsana S.p.A.
Schede tecniche				
Composizione della massa adesiva e idonea dichiarazione di ipoallergenicità	5	5	5	5
Prove pratiche				
Facilità di strappo (sia in senso longitudinale che in senso verticale)	10	10	10	10
Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale	10	10	10	10
Facilità di applicazione (morbidezza, adattabilità)	10	10	9	8
Confezionamento				
Indicatore di rotolamento (facilità di trovare il punto di srotolamento)	5	3	5	3
TOT.	40	38	39	36

Lotto 28: Cerotto a nastro in seta

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI: (Soglia minima per l'ammissione 24/40 punti)	Punteggio Max attribuibile	3M Italia S.p.A.	Paul Hartmann S.p.A.
Schede tecniche			
Composizione della massa adesiva e idonea dichiarazione di ipoallergenicità	5	5	5
Prove pratiche			
Facilità di strappo (sia in senso longitudinale che in senso verticale)	10	10	10
Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale	10	10	10
Facilità di applicazione (morbidezza, adattabilità)	10	10	10
Confezionamento			
Indicatore di rotolamento (facilità di trovare il punto di srotolamento)	5	3	5
TOT.	40	38	40










Lotto 29: Cerotto a nastro in tela

PARAMETRIE SOTTOPARAMETRI: (Soglia minima per l'ammissione 24/40 punti)	Punteggio Max attribuibile	Paul Hartmann S.p.A.
Schede tecniche		
Composizione della massa adesiva e idonea dichiarazione di ipoallergenicità	5	5
Prove pratiche		
Facilità di strappo	10	6
Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale	10	6
Facilità di applicazione (morbidezza, adattabilità)	10	6
Confezionamento		
Indicatore di rotolamento (facilità di trovare il punto di srotolamento)	5	5
TOT.	40	28

Lotto 30: Cerotto a nastro in TNT

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI: (Soglia minima per l'ammissione 24/40 punti)	Punteggio Max attribuibile	Rays S.r.l.	3M Italia S.p.A.	Paul Hartmann S.p.A.	Artsana S.p.A.
Schede tecniche					
Composizione della massa adesiva e idonea dichiarazione di ipoallergenicità	5	4	5	5	5
Prove pratiche					
Facilità di strappo (sia in senso longitudinale che in senso verticale)	10	7	8	10	10
Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale	10	6	8	8	8
Facilità di applicazione (morbidezza, adattabilità)	10	6	7	10	9
Confezionamento					
Indicatore di rotolamento (facilità di trovare il punto di srotolamento)	5	1	3	5	3
TOT.	40	24	31	38	35


Lotto 31: Cerottino medicato sterile

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI: (Soglia minima per l'ammissione 24/40 punti)	Punteggio Max attribuibile	Farmac-Zabban S.p.A.
Schede tecniche		
Composizione della massa adesiva e idonea dichiarazione di ipoallergenicità	5	5
Prove pratiche		
Morbidezza e capacità di assorbimento del tampone	6	3
Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale	6	3
Facilità di applicazione (presenza di invito su entrambi i lati della carta di protezione)	6	3
Conformabilità (adattabilità alla zona di applicazione)	6	3
Adeguatezza del tampone (misure, non aderenza)	6	3
Confezionamento		
Apertura peel open o altra idonea apertura per garantire la sterilità del singolo prodotto	5	5
TOT.	40	25

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'S. Andru' and other initials like 'A', 'M', and 'N'.

Lotto 32: Cerotto per sutura

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI: (Soglia minima per l'ammissione 24/40 punti)	Punteggio Max attribuibile	Eurofarm S.p.A.	Farmac-Zabban S.p.A.	3M Italia S.p.A.	Paul Hartmann S.p.A.
Schede tecniche		ESCLUSA: non raggiunge la soglia minima per l'ammissione di 24/40 (vedi verbale 08.07.2013)	ESCLUSA: non raggiunge la soglia minima per l'ammissione di 24/40 (vedi verbale 08.07.2013)		
Composizione della massa adesiva e idonea dichiarazione di ipoallergenicità	5	5	5	5	5
Prove pratiche					
Non estensibilità finalizzata al perfetto allineamento dei lembi cutanei	10	4	4	10	8
Facilità di applicazione (morbidezza, adattabilità)	5	5	5	5	5
Adesività (permanenza in situ/stabilità)	5	2	2	5	4
Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale	10	5	5	5	5
Confezionamento					
Apertura peel open o altra idonea apertura per garantire la sterilità del singolo prodotto	5	2	2	5	5
TOT.	40	23	23	35	32



 A collection of handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature that appears to be 'A. M.' and several other initials and marks.

Letto 33% Cerotto per fissaggio area estesa estensibile non trasparente

PARAMETRI E SOTTOPARAMETRI: (Soglia minima per l'ammissione 24/40 punti)	Punteggio Max attribuibile	Paul Hartmann S.p.A.	Artsana S.p.A.
Schede tecniche			
Composizione della massa adesiva e idonea dichiarazione di ipoallergenicità	5	5	5
Prove pratiche			
Facilità di applicazione (morbidezza, adattabilità)	6	6	3
Adesività (permanenza in situ/stabilità)	6	6	3
Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale	6	6	3
Non arricciabilità	6	6	2
Adesività uniforme	6	6	3
Confezionamento			
Apertura peel open o altra idonea apertura per garantire la sterilità del singolo prodotto	5	5	5
TOT.	40	40	24

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE:

Dott.ssa Daniela Barzan

I COMPONENTI:

Dott. Bruno Azzena

Dott. Alberto Cester

Dott.ssa Deborah Tormena

Sig. Dalmazio Vedelago

Dott.ssa Lisa Brazzorotto

IL SEGRETARIO
VERBALIZZANTE