

PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, PER LA FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE PER ORTOPEDIA IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE E ALL'IRCCS IOV DELLA REGIONE VENETO.

**VERBALE DEL 23.09.2013
SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Il giorno 23 del mese di settembre dell'anno 2013, alle ore 9.30 presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, Passaggio Gaudenzio, 1 Padova, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata di valutare le offerte presentate dai concorrenti ammessi alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, per la fornitura triennale di materiale per ortopedia in fabbisogno alle Aziende Sanitarie e all'IRCCS IOV della Regione Veneto.

La Commissione, nominata con decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 24 del 15.07.2013 risulta così composta:

- Presidente: Dott.ssa Emanuela Salvatico Direttore U.O.C. Farmacia Ospedaliera dell'Azienda Ulss 10 di San Donà di Piave,
- Componente: Dott. Corrado D'Antimo Dirigente Medico Responsabile U.O.S. di Ortopedia e Traumatologia Day Surgery dell'Azienda Ulss 1 di Belluno,
- Componente: Dott. Pietro Olivi Dirigente Medico Chirurgo dell'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona - sede ospedaliera Borgo Trento.

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dalla Dott.ssa Lisa Brazzorotto, Assistente Amministrativo del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

La Commissione prende atto che, in esito alla seduta pubblica di gara in data 02.07.2013 i seguenti candidati sono stati ammessi al prosieguo della gara, a seguito del riscontro positivo della documentazione amministrativa presentata dai medesimi a corredo dell'offerta, come risulta dai verbali dell'Ufficiale Rogante dei quali viene data lettura:

- 1) Visiocare S.r.l. con sede in Vimercate (MB)
- 2) Luigi Salvadori S.p.A. con sede in Scandicci (FI)
- 3) Lohmann & Rauscher S.r.l. con sede in Sarmeola di Rubano (PD)
- 4) Artsanity S.r.l. con sede in Castelfranco Veneto (TV)
- 5) Santex S.p.A. con sede in Milano
- 6) Farmac-Zabban S.p.A. con sede in Calderara di Reno (BO)

Il Presidente, quindi, consegna alla Commissione le Buste 2 "Documentazione Tecnica" dei quindici concorrenti ammessi, custodite - unitamente ai plichi riportanti all'esterno la dicitura "CAMPIONATURA GARA REGIONALE PER LA FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE PER ORTOPEDIA IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE E

ALL'IRCCS IOV DELLA REGIONE VENETO – LOTTO/I _____ - NON APRIRE” - in luogo sicuro e protetto, presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità.

La Commissione, preliminarmente alla disamina della documentazione contenuta nelle buste 2, procede con una approfondita lettura del “Disciplinare di Gara” e dei relativi “ALLEGATO 4 al disciplinare - Capitolato Tecnico” e “ALLEGATO 5 – Elementi per la valutazione dell’offerta”, al fine di valutare i prodotti ammessi sotto il profilo della conformità dei medesimi ai requisiti ivi prescritti.

La Commissione procede, quindi, con la disamina della documentazione tecnica contenuta nelle buste B delle ditte ammesse, LOTTO per LOTTO, e con la valutazione di conformità dei prodotti offerti alle prescrizioni del Capitolato Tecnico di gara.

LOTTO 9 - MAGLIE TUBOLARI SINTETICHE

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all’attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalla Ditta ammessa, al fine di valutare la conformità del prodotto offerto alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- Lohmann & Rauscher S.r.l. conforme in quanto presenta le misure di 8,5 cm, 16 cm e 21 cm e dichiara una estensibilità, per tutte le misure, non inferiore al 260 %, coprendo tutte le esigenze terapeutiche.

LOTTO 10 - BENDE IN GESSO NATURALE A PRESA NORMALE (5-10 minuti)

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all’attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalla Ditta ammessa, al fine di valutare la conformità del prodotto offerto alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- Santex S.p.A. conforme. La Commissione prende atto del chiarimento fornito dalla Ditta in merito al codice RDM, in particolare che il codice RDM corretto è quello riportato sulla scheda tecnica del lotto n. 10, mentre sulla documentazione tecnica è stato riportato “*per errore di copia-incolla*” un RDM sbagliato.

LOTTO 11 - BENDE IN GESSO NATURALE A PRESA RAPIDA (3-4 minuti)

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all’attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- Lohmann & Rauscher S.r.l. conforme.
- Santex S.p.A. conforme. La Commissione prende atto del chiarimento

fornito dalla Ditta in merito al codice RDM, in particolare che il codice RDM corretto è quello riportato sulla scheda tecnica del lotto n. 11, mentre sulla documentazione tecnica è stato riportato "per errore di copia-incolla" un RDM sbagliato.

- Farmac-Zabban S.p.A. conforme.

LOTTO 12 - STECCHE IN GESSO NATURALE A PRESA RAPIDA (3-4 minuti)

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- Luigi Salvadori S.p.A. conforme.
- Lohmann & Rauscher S.r.l. conforme.
- Santex S.p.A. conforme. La Commissione prende atto del chiarimento fornito dalla Ditta in merito al codice RDM, in particolare che il codice RDM corretto è quello riportato sulla scheda tecnica del lotto n. 12, mentre sulla documentazione tecnica è stato riportato "per errore di copia-incolla" un RDM sbagliato.

LOTTO 14 - STECCHE IN GESSO SINTETICO IN PEZZI A PRESA RAPIDA (3-4 minuti)

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- Visiocare S.r.l. conforme.
- Lohmann & Rauscher S.r.l. conforme.
- Artsanity S.r.l. conforme.

LOTTO 18 - TUTORI IN ABDUZIONE PER SPALLA

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalla Ditta ammessa, al fine di valutare la conformità del prodotto offerto alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- Artsanity S.r.l. conforme. La Ditta dichiara solo 45° ma la Commissione decide di ammettere, comunque, il prodotto alle successive valutazioni in quanto il dispositivo risponde alla maggior parte delle casistiche rilevabili nella comune pratica clinica.

La Commissione procede, quindi, all'apertura e disamina dei campioni presentati dalle Ditte ammesse, al fine di valutare l'effettiva conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Tecnico, alla valutazione qualitativa secondo i parametri dettagliati nell'ALLEGATO 5 al disciplinare – Elementi per la valutazione dell'offerta e, infine, all'attribuzione dei relativi punteggi.

LOTTO 9 - MAGLIE TUBOLARI SINTETICHE

In relazione al prodotto presentato dalla Ditta ammessa per il LOTTO in esame, la Commissione rileva quanto segue:

Lohmann & Rauscher S.r.l.

Presenta la campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Composizione dei materiali in % (SINTETICO>COTONE) con preferenza della presenza di materiale sintetico: 67% cotone 33% viscosa.

Misura della maglia in lunghezza cm (riposo): sufficiente.

Facilità di applicazione (morbidezza e adattabilità): ottima.

Caratteristiche del confezionamento primario (ingombro, resistenza, facilità di apertura buste, completezza e facilità di lettura delle informazioni in etichetta) e secondario (robustezza, maneggevolezza, numero pezzi per confezione, box dispenser): ottimo con esaustive indicazioni delle misure, visibilità e completezza delle informazioni e delle destinazioni d'uso.

LOTTO 10 - BENDE IN GESSO NATURALE A PRESA NORMALE (5-10 minuti)

In relazione al prodotto presentato dalla Ditta ammessa per il LOTTO in esame, la Commissione rileva quanto segue:

Santex S.p.A.

Presenta la campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Riduzione del filato per cmq: ottimo.

Radiotrasparenza in %: ottima.

Peso in gr/mq: ottimo.

Capacità di assorbimento dopo imbibizione a 20°C: non ottimale.

Tempo di presa iniziale in minuti: non ottimale.

Facilità di strappo: non ottimale.

Conformabilità: ottima.

Plasmabilità: ottima.

Resistenza alla compressione a 30/60 minuti e a 72 ore: ottima.

Caratteristiche del confezionamento primario (ingombro, resistenza, facilità di apertura buste, completezza e facilità di lettura delle informazioni in etichetta) e secondario (robustezza,

maneggevolezza, numero pezzi per confezione, box dispenser): ottimo.

LOTTO 11 - BENDE IN GESSO NATURALE A PRESA RAPIDA (3-4 minuti)

In relazione ai prodotti presentati dalle Ditte ammesse per il LOTTO in esame, la Commissione rileva quanto segue:

Lohmann & Rauscher S.r.l.

Presenta la campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Riduzione del filato per cmq: ottima.

Radiotrasparenza in %: ottima.

Peso in gr/mq: ottimo.

Capacità di assorbimento dopo imbibizione a 20°C: ottima.

Tempo di presa iniziale in minuti: ottima.

Facilità di strappo: ottima.

Conformabilità: ottima.

Plasmabilità: ottima.

Resistenza alla compressione a 30/60 minuti e a 72 ore: ottima.

Caratteristiche del confezionamento primario (ingombro, resistenza, facilità di apertura buste, completezza e facilità di lettura delle informazioni in etichetta) e secondario (robustezza, maneggevolezza, numero pezzi per confezione, box dispenser): non ottimale in quanto il confezionamento è da 5 pezzi e non confezionato singolarmente.

Santex S.p.A.

Presenta la campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Riduzione del filato per cmq: ottima.

Radiotrasparenza in %: ottima

Peso in gr/mq: ottimo.

Capacità di assorbimento dopo imbibizione a 20°C: ottima.

Tempo di presa iniziale in minuti: ottima.

Facilità di strappo: ottima.

Conformabilità: ottima.

Plasmabilità: ottima.

Resistenza alla compressione a 30/60 minuti e a 72 ore: ottima.

Caratteristiche del confezionamento primario (ingombro, resistenza, facilità di apertura buste, completezza e facilità di lettura delle informazioni in etichetta) e secondario (robustezza, maneggevolezza, numero pezzi per confezione, box dispenser): ottimo.

Farmac-Zabban S.p.A.

Presenta la campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Riduzione del filato per cmq: ottima.

Radiotrasparenza in %: ottima.

Peso in gr/mq: non ottimale.

Capacità di assorbimento dopo imbibizione a 20°C: non ottimale.

Tempo di presa iniziale in minuti: ottima.

Facilità di strappo: non ottimale.

Conformabilità: non ottimale.

Plasmabilità: non ottimale.

Resistenza alla compressione a 30/60 minuti e a 72 ore: non ottimale.

Caratteristiche del confezionamento primario (ingombro, resistenza, facilità di apertura buste, completezza e facilità di lettura delle informazioni in etichetta) e secondario (robustezza, maneggevolezza, numero pezzi per confezione, box dispenser): ottimo.

LOTTO 12 - STECCHE IN GESSO NATURALE A PRESA RAPIDA (3-4 minuti)

In relazione ai prodotti presentati dalle Ditte ammesse per il LOTTO in esame, la Commissione rileva quanto segue:

Luigi Salvadori S.p.A.

Presenta la campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Riduzione del filato per cmq: ottimo.

Radiotrasparenza in %: ottima.

Peso in gr/mq: ottimo.

Capacità di assorbimento dopo imbibizione a 20°C: non ottimale.

Tempo di presa iniziale in minuti: non ottimale.

Facilità di strappo: non pertinente.

Conformabilità: ottima.

Plasmabilità: ottima.

Resistenza alla compressione a 30/60 minuti e a 72 ore: ottima.

Caratteristiche del confezionamento primario (ingombro, resistenza, facilità di apertura buste, completezza e facilità di lettura delle informazioni in etichetta) e secondario (robustezza, maneggevolezza, numero pezzi per confezione, box dispenser): non ottimale.

Lohmann & Rauscher S.r.l.

Presenta la campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Riduzione del filato per cmq: ottima.

Radiotrasparenza in %: ottima.

Peso in gr/mq: ottimo.

Capacità di assorbimento dopo imbibizione a 20°C: ottima.

Tempo di presa iniziale in minuti: ottima.

Facilità di strappo: non pertinente.

Conformabilità: ottima.

Plasmabilità: ottima.

Resistenza alla compressione a 30/60 minuti e a 72 ore: ottima.

Caratteristiche del confezionamento primario (ingombro, resistenza, facilità di apertura buste, completezza e facilità di lettura delle informazioni in etichetta) e secondario (robustezza, maneggevolezza, numero pezzi per confezione, box dispenser): ottimo in quanto la confezione consente di gestire la stecca con praticità proteggendo il materiale non utilizzato.

Santex S.p.A.

Presenta la campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Riduzione del filato per cmq: ottima.

Radiotrasparenza in %: ottima.

Peso in gr/mq: ottimo.

Capacità di assorbimento dopo imbibizione a 20°C: ottima.

Tempo di presa iniziale in minuti: ottima.

Facilità di strappo: non pertinente.

Conformabilità: ottima.

Plasmabilità: ottima.

Resistenza alla compressione a 30/60 minuti e a 72 ore: ottima.

Caratteristiche del confezionamento primario (ingombro, resistenza, facilità di apertura buste, completezza e facilità di lettura delle informazioni in etichetta) e secondario (robustezza, maneggevolezza, numero pezzi per confezione, box dispenser): non ottimale.

LOTTO 14 - STECCHE IN GESSO SINTETICO IN PEZZI A PRESA RAPIDA (3-4 minuti)

In relazione ai prodotti presentati dalle Ditte ammesse per il LOTTO in esame, la Commissione rileva quanto segue:

Visiocare S.r.l.

Presenta la campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Radiotrasparenza in %: ottima.

Peso in gr/mq. non indicato ma adeguato alle prestazioni.

Resistenza alla compressione a 30/60 minuti: ottima.

Tempo di presa iniziale in minuti: ottima.

Facilità di applicazione, conformabilità: ottima.

Dispersione del pulviscolo al taglio: ottima.

Caratteristiche del confezionamento primario (ingombro, resistenza, facilità di apertura buste, completezza e facilità di lettura delle informazioni in etichetta) e secondario (robustezza, maneggevolezza, numero pezzi per confezione, box dispenser): ottimo.

Lohmann & Rauscher S.r.l.

Presenta la campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Radiotrasparenza in %. ottima.

Peso in gr/mq: ottimo.

Resistenza alla compressione a 30/60 minuti: ottima.

Tempo di presa iniziale in minuti: ottima.

Facilità di applicazione, conformabilità: ottima.

Dispersione del pulviscolo al taglio: ottima.

Caratteristiche del confezionamento primario (ingombro, resistenza, facilità di apertura buste, completezza e facilità di lettura delle informazioni in etichetta) e secondario (robustezza, maneggevolezza, numero pezzi per confezione, box dispenser): ottimo.

Artsanity S.r.l.

Presenta la campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Radiotrasparenza in %: ottima.

Peso in gr/mq: non indicato ma adeguato alle prestazioni.

Resistenza alla compressione a 30/60 minuti: ottima.

Tempo di presa iniziale in minuti: ottima.

Facilità di applicazione, conformabilità: non ottimale; l'imbottitura non è separabile al momento della rifinitura dei bordi.

Dispersione del pulviscolo al taglio: ottima.

Caratteristiche del confezionamento primario (ingombro, resistenza, facilità di apertura buste, completezza e facilità di lettura delle informazioni in etichetta) e secondario (robustezza, maneggevolezza, numero pezzi per confezione, box dispenser): ottimo.

LOTTO 18 - TUTORI IN ABDUZIONE PER SPALLA

In relazione al prodotto presentato dalla Ditta ammessa per il LOTTO in esame, la Commissione rileva quanto segue:

Artsanity S.r.l.

Presenta la campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Minima presenza di cuciture: non ottimale in quanto non riportate in scheda tecnica ma valutate sul campo dalla Commissione.

Facilità di applicazione: non ottimale.

Modalità di chiusura/regolazione: non ottimale.

Resistenza alla apertura/chiusura ciclica del dispositivo: ottima.

Adattabilità dell'imbottitura al paziente: non ottimale.

Caratteristiche del confezionamento primario (ingombro, resistenza, facilità di apertura buste, completezza e facilità di lettura delle informazioni in etichetta) e secondario (robustezza, maneggevolezza, numero pezzi per confezione, box dispenser): ottimo.

La Commissione procede quindi, all'attribuzione dei punteggi sulla base delle valutazioni qualitative effettuate, secondo i punteggi dettagliati nell'ALLEGATO 5 al disciplinare – Elementi per la valutazione dell'offerta.


I punteggi attribuiti vengono riepilogati nell'Allegato al presente verbale.

Alle ore 12.15 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente, quindi, trattiene presso di sé la documentazione contenuta nelle Buste "Documentazione Tecnica" delle Ditte concorrenti e la campionatura per custodirle in luogo sicuro e protetto presso il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, Passaggio Gaudenzio, 1 Padova.

Letto, approvato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE: Dott.ssa Emanuela Salvatico



I COMPONENTI: Dott. Corrado D'Antimo



Dott. Pietro Olivi



IL SEGRETARIO

VERBALIZZANTE Dott.ssa Lisa Brazzorotto

