

ALLEGATO 5 al disciplinare - Criteri di Valutazione

FORNITURA DI PROTESI MAMMARIE ED ESPANSORI MAMMARI E TISSUTALI IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE VENETO

LOTTO

CRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGI

1	PROTESI MAMMARIE ROTONDE in gel di silicone coesivo, vari gradi di coesività, testurizzate, vari diametri e proiezioni, monouso, sterili, con dichiarazione attestante il basso trasudamento.	
<i>documentazione tecnica e prova</i>	Mantenimento forma a sollecitazioni	6
<i>documentazione tecnica</i>	Ampiezza della gamma di forme e volumi (protesi disponibili)	8
<i>documentazione tecnica</i>	Incidenza di contrazione capsulare	5
<i>documentazione tecnica</i>	Gamma di misure dei sizer	6
<i>documentazione tecnica e prova</i>	Testurizzazione: ruvidità ed adesività	7
<i>documentazione scientifica</i>	Studi clinici indicizzati	3
<i>confezione</i>	qualità del confezionamento (es. facilità di identificazione del contenuto, presenza doppia busta, facilità di apertura, presenza di peel open, etc.)	5
	Totale punteggio qualità	40
	Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione.	24

LOTTO

2 sub a)	PROTESI MAMMARIE ANATOMICHE a volume fisso in gel di silicone altamente coesivo, disponibile in versione "soft", testurizzate, profili, proiezioni e volumi vari, monouso, sterili, con dichiarazione attestante il basso trasudamento.	
<i>documentazione tecnica e prova</i>	Mantenimento forma a sollecitazioni	6
<i>documentazione tecnica</i>	Ampiezza della gamma di forme e volumi (protesi disponibili)	8
<i>documentazione tecnica</i>	Incidenza di contrazione capsulare	5
<i>documentazione tecnica</i>	Gamma di misure dei sizer	6
<i>documentazione tecnica e prova</i>	Testurizzazione: ruvidità ed adesività	7
<i>documentazione scientifica</i>	Studi clinici indicizzati	3
<i>confezione</i>	qualità del confezionamento (es. facilità di identificazione del contenuto, presenza doppia busta, facilità di apertura, presenza di peel open, etc.)	5
	Totale punteggio qualità	40
	Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione.	24

LOTTO

2 sub b)	ESPANSORI MAMMARI, di forma anatomica, con o senza sistema di fissazione, testurizzati con valvola integrata magnetica, dispositivo di reperimento della valvola presente in ogni confezione, diverse altezze e volumi, monouso, sterili	
<i>documentazione tecnica</i>	gamma di misure e volumi	9
<i>documentazione tecnica e prova</i>	Testurizzazione: ruvidità ed adesività	8
<i>documentazione tecnica</i>	variabilità dei rapporti tra larghezza, altezza e proiezione per ciascuno dei volumi	8

<i>documentazione tecnica</i>	tenuta della valvola	7
<i>documentazione scientifica</i>	Studi clinici indicizzati	3
<i>confezione</i>	qualità del confezionamento (es. facilità di identificazione del contenuto, presenza doppia busta, facilità di apertura, presenza di peel open, etc.)	5
Totale punteggio qualità		40
Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione.		24

LOTTO

3 sub a) **PROTESI MAMMARIE ANATOMICHE a volume fisso in gel di silicone altamente coesivo, testurizzate, profili, proiezioni e volumi vari, monouso, sterili, con dichiarazione attestante il basso trasudamento.**

<i>documentazione tecnica e prova</i>	Mantenimento forma a sollecitazioni	6
<i>documentazione tecnica</i>	Ampiezza della gamma di forme e volumi (protesi disponibili)	8
<i>documentazione tecnica</i>	Incidenza di contrazione capsulare	5
<i>documentazione tecnica</i>	Gamma di misure dei sizer	6
<i>documentazione tecnica e prova</i>	Testurizzazione: ruvidità ed adesività	7
<i>documentazione scientifica</i>	Studi clinici indicizzati	3
<i>confezione</i>	qualità del confezionamento (es. facilità di identificazione del contenuto, presenza doppia busta, facilità di apertura, presenza di peel open, etc.)	5
Totale punteggio qualità		40
Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione.		24

LOTTO

3 sub b) **ESPANSORI MAMMARI, di forma anatomica, con o senza sistema di fissazione, testurizzati con valvola integrata magnetica, dispositivo di reperimento della valvola presente in ogni confezione, diverse altezze e volumi, monouso, sterili**

<i>documentazione tecnica</i>	gamma di misure e volumi	9
<i>documentazione tecnica e prova</i>	Testurizzazione: ruvidità ed adesività	8
<i>documentazione tecnica</i>	variabilità dei rapporti tra larghezza, altezza e proiezione per ciascuno dei volumi	8
<i>documentazione tecnica</i>	tenuta della valvola	7
<i>documentazione scientifica</i>	Studi clinici indicizzati	3
<i>confezione</i>	qualità del confezionamento (es. facilità di identificazione del contenuto, presenza doppia busta, facilità di apertura, presenza di peel open, etc.)	5
Totale punteggio qualità		40
Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione.		24

LOTTO

4 **PROTESI MAMMARIE ANATOMICHE a volume fisso in gel di silicone a coesività differenziata, vari volumi e proiezioni, monouso, sterili, con dichiarazione attestante il basso trasudamento.**

<i>documentazione tecnica e prova</i>	Mantenimento forma a sollecitazioni	6
---------------------------------------	-------------------------------------	---

<i>documentazione tecnica</i>	Ampiezza della gamma di forme e volumi (protesi disponibili)	8
<i>documentazione tecnica</i>	Incidenza di contrazione capsulare	5
<i>documentazione tecnica</i>	Gamma di misure dei sizer	6
<i>documentazione tecnica e prova</i>	Testurizzazione: ruvidità ed adesività	7
<i>documentazione scientifica</i>	Studi clinici indicizzati	3
<i>confezione</i>	qualità del confezionamento (es. facilità di identificazione del contenuto, presenza doppia busta, facilità di apertura, presenza di peel open, etc.)	5
Totale punteggio qualità		40
Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione.		24

LOTTO

5 **PROTESI MAMMARIE ANATOMICHE a volume variabile, in gel di silicone, diversi profili e misure, monouso, sterili, con dichiarazione attestante il basso trasudamento.**

<i>documentazione tecnica e prova</i>	Mantenimento forma a sollecitazioni	6
<i>documentazione tecnica</i>	Ampiezza della gamma di forme e volumi (protesi disponibili)	8
<i>documentazione tecnica</i>	Incidenza di contrazione capsulare	5
<i>documentazione tecnica</i>	Gamma di misure dei sizer	6
<i>documentazione tecnica e prova</i>	Testurizzazione: ruvidità ed adesività	7
<i>documentazione scientifica</i>	Studi clinici indicizzati	3
<i>confezione</i>	qualità del confezionamento (es. facilità di identificazione del contenuto, presenza doppia busta, facilità di apertura, presenza di peel open, etc.)	5
Totale punteggio qualità		40
Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione.		24

LOTTO

6 sub a) **PROTESI MAMMARIE ROTONDE a volume fisso in gel di silicone rivestite POLIURETANO, vari diametri e proiezioni, monouso, sterili, con dichiarazione attestante il basso trasudamento.**

<i>documentazione tecnica e prova</i>	Mantenimento forma a sollecitazioni	6
<i>documentazione tecnica</i>	Ampiezza della gamma di forme e volumi (protesi disponibili)	7
<i>documentazione tecnica</i>	Incidenza di contrazione capsulare	6
<i>documentazione tecnica</i>	Gamma di misure dei sizer	6
<i>documentazione tecnica e prova</i>	Testurizzazione: ruvidità ed adesività	7
<i>documentazione scientifica</i>	Studi clinici indicizzati	3
<i>confezione</i>	qualità del confezionamento (es. facilità di identificazione del contenuto, presenza doppia busta, facilità di apertura, presenza di peel open, etc.)	5
Totale punteggio qualità		40
Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione.		24

LOTTO

**6 sub
b)**

PROTESI MAMMARIE ANATOMICHE a volume fisso in gel di silicone rivestite POLIURETANO, profili, proiezioni e volumi vari, monouso, sterile, con dichiarazione attestante il basso trasudamento.

<i>documentazione tecnica e prova</i>	Mantenimento forma a sollecitazioni	6
<i>documentazione tecnica</i>	Ampiezza della gamma di forme e volumi (protesi disponibili)	7
<i>documentazione tecnica</i>	Incidenza di contrazione capsulare	6
<i>documentazione tecnica</i>	Gamma di misure dei sizer	6
<i>documentazione tecnica e prova</i>	Testurizzazione: ruvidità ed adesività	7
<i>documentazione scientifica</i>	Studi clinici indicizzati	3
<i>confezione</i>	qualità del confezionamento (es. facilità di identificazione del contenuto, presenza doppia busta, facilità di apertura, presenza di peel open, etc.)	5
Totale punteggio qualità		40
Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione.		24

LOTTO

7

ESPANSORI TISSUTALI in silicone, monouso, sterili con valvola remota, varie forme e volumi

<i>documentazione tecnica</i>	gamma di misure e volumi	10
<i>documentazione tecnica</i>	variabilità dei rapporti tra larghezza, altezza e proiezione per ciascuno dei volumi	10
<i>documentazione tecnica</i>	tenuta della valvola	10
<i>documentazione scientifica</i>	Studi clinici indicizzati	3
<i>confezione</i>	qualità del confezionamento (es. facilità di identificazione del contenuto, presenza doppia busta, facilità di apertura, presenza di peel open, etc.)	5
<i>documentazione tecnica e prova</i>	presenza sul dispositivo di informazioni sulla tracciabilità	2
Totale punteggio qualità		40
Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione.		24

LOTTO

8

ESPANSORI TISSUTALI in silicone, monouso, sterili con valvola integrata

<i>documentazione tecnica</i>	gamma di misure e volumi	10
<i>documentazione tecnica</i>	variabilità dei rapporti tra larghezza, altezza e proiezione per ciascuno dei volumi	10
<i>documentazione tecnica</i>	tenuta della valvola	10
<i>documentazione scientifica</i>	Studi clinici indicizzati	3
<i>confezione</i>	qualità del confezionamento (es. facilità di identificazione del contenuto, presenza doppia busta, facilità di apertura, presenza di peel open, etc.)	5
<i>documentazione tecnica e prova</i>	presenza sul dispositivo di informazioni sulla tracciabilità	2

Totale punteggio qualità	40
Soglia minima punteggio da raggiungere a pena di esclusione.	24