



REGIONE VENETO

Area Sanità e Sociale

Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI ENDOSCOPIA
DIGESTIVA, RESPIRATORIA E BILIO-PANCREATICA
PER I FABBISOGNI DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE VENETO**

* * * * *

CRITERI DI VALUTAZIONE

AGHI

Lotto 1:Ago per scleroterapia monouso

punteggio:
flessibilità (anche con duodenoscopio) 20,
minore rapporto diametro esterno/diametro interno 10
facilità di controllo ago (manipolo ergonomico e percezione di blocco ago) 10

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo per ciascun sublotto

CATETERI

Lotto 2:Catetere spray pluriuso

punteggio:
efficacia nebulizzazione 20,
flessibilità 10,
mantenimento funzionalità dopo molte sterilizzazioni 10

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo

ANSE

Lotto 3:Ansa per polipectomia monouso

punteggio:
assortimento forma 15,
assortimento misure 15
percezione del grado di chiusura 10

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: Almeno tre pezzi di forme diverse, se disponibili

Lotto 4: Ansa per polipectomia monouso rotanti

punteggio:
assortimento forma 20,
presenza di manico centimetrato 5
assortimento misure oltre a quelle previste 10
percezione del grado di chiusura 5

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: Almeno tre pezzi di forme diverse, se disponibili

Lotto 5: Ansa per polipectomia pluriuso

punteggio:
assortimento forma 20,
presenza di manico centimetrato 5
assortimento misure oltre a quelle previste 10
percezione del grado di chiusura 5

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: Almeno tre pezzi di forme diverse, se disponibili

Lotto 6: Ansa per polipectomia pediatriche monouso

Assegnazione al prezzo più basso.

Lotto 7: Anse speciali pluriuso per lesioni piatte/mucosectomia

punteggio :
assortimento forma 25,
assortimento misure 15

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo per sub lotto

Lotto 8: Anse speciali multifunzione per polipectomia monouso

punteggio:
flessibilità 25,
funzionalità 15

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo per sub lotto

CLIP E PINZE

Lotto 9: Clip per emostasi o sutura

Assegnazione al prezzo più basso.

Lotto 10: Clip monouso per emostasi o sutura premontata e riposizionabile

Punteggio:
flessibilità e facilità di rotazione 20
grado di apertura e lunghezza branche 20

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: tre pezzi

Lotto 11: Endoclips autoserranti in nitinol per trattamento di emorragia e di fistole e deiscenze gastrocoliche di vario tipo

Assegnazione al prezzo più basso.

DILATATORI E MANOMETRI

Lotto 12: Dilatore monouso per acalasia in confezione sterile

Punteggio:
morbidezza della plastica del pallone 20
qualità della trasparenza del pallone 10,
visibilità dei markers 10

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo per sub lotto

Lotto 13: Dilatore TTS filoguidato monouso, pneumatico a diametro fisso

Punteggio:

numero massimo di atmosfere della pressione di gonfiaggio 10

qualità della trasparenza del pallone 15

assortimento misure all'interno del range previsto e oltre 15

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo

Lotto 14: Dilatore TTS filoguidato monouso, pneumatico a diametro variabile

Assegnazione al prezzo più basso.

Lotto 15: Dilatori esofagei pluriuso rigidi tipo Savary

Assegnazione al prezzo più basso.

AGHI EUS

Lotto 16: Ago monouso da EUS-FNA

Punteggio:

qualità della visibilità ecografica 20

passaggio agevole attraverso il canale dello strumento 10

ergonomicità dell'impugnatura e facilità di utilizzo 10

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo per calibro

Lotto 17: Ago monouso da EUS FNB

Punteggio:

qualità della visibilità ecografica 20

passaggio agevole attraverso il canale dello strumento 10

ergonomicità dell'impugnatura e facilità di utilizzo 10

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo per calibro

Lotto 18: Ago da neurolisi plesso celiaco calibro

Punteggio:

qualità della visibilità ecografica 20

passaggio agevole attraverso il canale dello strumento 10

ergonomicità dell'impugnatura e facilità di utilizzo 10

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo per calibro

LEGATURA VARICI ESOFAGEE

Lotto 19: Sistema per legatura multipla con lacci delle varici

Punteggio:

qualità della visione 20

istantanea memoria di forma 10

affidabilità del meccanismo di sganciamento 10

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 3 pezzi (indifferente numero di lacci)

Lotto 20: Sistema di legatura polipi monouso e pluriuso

Punteggio:

gradualità nello stringimento del cappio 20

sganciamento agevole 10

capacità di tenere la stretta 10

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo per sub lotto A, 3 pezzi per sub lotti B e C

MATERIALE PER SEZIONE MUCOSA E SOTTOMUCOSA

Lotto 21: Set Multiband ligator per mucosectomia con almeno 4 lacci premontati, completo di ansa per mucosectomia

Assegnazione al prezzo più basso.

Lotto 22: Cappucci vari monouso

Punteggio:

visibilità 25

capacità di rimanere fissato all'apparecchio 15

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 3 pezzi per sub lotto

Lotto 23: Cappucci per ESD

Punteggio:

visibilità 10

capacità di rimanere fissato all'apparecchio 10

varietà di modelli 20

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 3 pezzi

Lotto 24: catetere per dissezione sottomucosa con idrodissetto

Assegnazione al prezzo più basso.

Lotto 25: Punta monopolare elettrificata monouso per dissezione sottomucosa

punteggio:

assortimento forme, oltre a quelle previste 10

assortimento lunghezza punta elettrificata 10

manovrabilità 20

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 2 pezzi di forme diverse, se disponibili

Lotto 26: Pinza per coagulazione in corso di dissezione sottomucosa

Assegnazione al prezzo più basso.

Lotto 27: mucosetomo per dissezione sottomucosa

Assegnazione al prezzo più basso.

PINZE DA BIOPSIA

Lotto 28: Pinza per biopsia autoclavabile, pediatrica e standard

punteggio:

capacità di taglio 20

lunghezza valve 10

qualità del sistema di apertura e chiusura in situazioni di stress 10

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 3 pezzi di tipologie diverse

Lotto 29: Pinza per biopsia monouso pediatrica e standard

punteggio:

capacità di taglio 20

lunghezza valve 10

qualità del sistema di apertura e chiusura in situazioni di stress 10

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 3 pezzi di tipologie diverse

Lotto 30: Pinza specifica per coagulazione monopolare monouso

Punteggio:

capacità di tenere la presa 15

atraumaticità della presa 15

contenimento del danno tissutale 10

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo

Lotto 31: Pinza specifica per coagulazione monopolare pluriuso

Punteggio:

capacità di tenere la presa 15

atraumaticità della presa 15

contenimento del danno tissutale 10

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo

RIMOZIONE CORPI ESTRANEI

Lotto 32: Accessori pluriuso per rimozione corpi estranei

Punteggio:

robustezza e costruzione dell'accessorio 15

disponibilità, per ogni tipo di device, di vari formati 15

possibilità di rotazione 10

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo per sub lotto

PROTESI ESOFAGEE METALLICHE

Lotto 33: Protesi esofagee non ricoperte e parzialmente ricoperte metalliche a rilascio distale

Punteggio:

flessibilità e adattabilità del profilo 10

forza radiale 10

assortimento misure lunghezze e diametro oltre a quello richiesto 20

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo per sub lotto

Lotto 34: Protesi esofagee non ricoperte e parzialmente ricoperte metalliche a rilascio prossimale

Punteggio:

flessibilità e adattabilità del profilo 10 ,

forza radiale 10

assortimento misure lunghezze e diametro oltre a quello richiesto 20

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo per sub lotto

Lotto 35: Protesi esofagea totalmente ricoperta metallica a rilascio distale

Punteggio:

flessibilità e adattabilità del profilo 10,

forza radiale 10,

assortimento misure lunghezze e diametro oltre a quello richiesto 20

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo

Lotto 36: Protesi esofagea totalmente ricoperta metallica a rilascio prossimale

Punteggio:

flessibilità e adattabilità del profilo 10 ,

forza radiale 10,

assortimento misure lunghezze e diametro oltre a quello richiesto 20

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo

Lotto 37: Protesi esofagea cervicale metallica totalmente ricoperta e non

Punteggio:

flessibilità e adattabilità del profilo 20 ,

resistenza alla flessione 10,

forza radiale 10

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo

Lotto 38: Protesi cardiale metallica ricoperta con meccanismo anti dislocamento

Punteggio:

flessibilità e adattabilità del profilo 10,
resistenza alla flessione 10,
requisiti antidislocamento 20

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo

PROTESI ENTERALI METALLICHE “THROUGH THE SCOPE” OPPURE “OVER THE WIRE”

Lotto 39: Protesi enterale per duodeno e colon TTS non ricoperta in Nitinol o Platinol

Punteggio:

flessibilità e adattabilità del profilo 10
varietà di calibro 10,
resistenza alla flessione 10,
forza radiale 10

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo

Lotto 40: Protesi enterale TTS ricoperta in Nitinol o Platinol

Punteggio:

flessibilità e adattabilità del profilo 10
varietà di calibro 10,
resistenza alla flessione 10,
forza radiale 10

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo

Lotto 41: Stent in Nitinol o Platinol per retto-sigma non ricoperta OTW

Punteggio:

flessibilità e adattabilità del profilo 10,
varietà dei modelli e delle misure 10,
resistenza alla flessione 10,
forza radiale 10

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo

Lotto 42: Stent in Nitinol o Platinol per retto-sigma ricoperta o parzialmente ricoperta OTW

Punteggio:

flessibilità e adattabilità del profilo 10,
varietà dei modelli e delle misure 10,
resistenza alla flessione 10,
forza radiale 10

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo

Lotto 43: protesi metallica per dilatazione anastomosi completamente ricoperta

Punteggio:

flessibilità e adattabilità del profilo 15,
forza radiale 10,
ampiezza dei calici 15

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo

Lotto 44: protesi metallica speciale

Punteggio:

flessibilità e adattabilità del profilo 15,
forza radiale 10,
ampiezza dei calici 15

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo per sub lotto

Lotto 45: Protesi Esofagea Biodegradabile

Assegnazione al prezzo più basso.

SONDE PER GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA

Lotto 46: Set in silicone o poliuretano per l'esecuzione di peg con metodo pull

punteggio:

flessibilità sonde 15,

atraumaticità bumper interno 10

assortimento misure, oltre a quelle previste 15

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo

Lotto 47: Set per l'esecuzione di PEG con metodo Pull, per pazienti pediatrici in silicone o poliuretano

punteggio:

durata sonde e raccordi 15

flessibilità sonde 15,

atraumaticità bumper interno 10

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo

Lotto 48: Set per l'esecuzione di PEJ (digiunostomia percutanea)

punteggio:

durata sonde e raccordi 15,

flessibilità sonde 15,

atraumaticità bumper interno 10

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo

Lotto 49: Sonda per nutrizione digiunale trans-gastrica

punteggio:
assortimento misure, oltre a quelle previste 15,
flessibilità sonde 10,
atraumaticità bumper interno 15

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo

Lotto 50: Sonda sostitutiva

punteggio:
durata sonde e raccordi 15,
flessibilità sonde 10,
atraumaticità bumper interno 15

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo

Lotto 51: Sistema di sostituzione a basso profilo (bottone)

punteggio:
assortimento misure 15,
efficacia meccanismo antisganciamento 15,
atraumaticità bumper interno 10

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo

SONDE PER APC

Lotto 52: Set per termocoagulazione APC

efficacia della coagulazione 20

robustezza strutturale 10

flessibilità adeguata a posizioni difficili dell'endoscopio 10

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo per sub lotto

Lotto 53: Catetere idrodissetto

Assegnazione al prezzo più basso.

SPAZZOLINI PER PULIZIA STRUMENTI

Lotto 54: Spazzolino per pulizia strumenti pluriuso

Punteggio:

flessibilità e atraumaticità 14

capacità di pulizia meccanica 20

numero di spazzole 6

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 3 pezzi

Lotto 55: Sistema per pulizia strumenti monouso

Punteggio:

flessibilità e atraumaticità 14

capacità di pulizia meccanica 20

numero di spazzole 6

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 3 pezzi

BOCCAGLI E MATERIALE VARIO

Lotto 56: placca per elettrobisturi

Punteggio:

conduttività 15

isolamento dei campi elettrici 15

mantenimento dell'adesività alla cute 10

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo

Lotto 57: Boccaglio latex-free monouso

Punteggio:

presenza di elastico 10

assortimento misure 10

presenza di attacco per ossigeno e aspirazione 10

Atraumaticità 10

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo

Lotto 58: Boccaglio latex-free pluriuso

Punteggio:

presenza di elastico 10

assortimento misure 10

presenza di attacco per ossigeno e aspirazione 10

Atraumaticità 10

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo

Lotto 59: Boxer monouso non sterile

Punteggio:

qualità tessuto 15

assortimento taglie 15

praticità d'uso 10

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo

Lotto 60: Telino sterile per carrello movimentazione endoscopi

Assegnazione al prezzo più basso.

Lotto 61: Gel lubrificante per lubrificazione strumenti con capacità di mantenere la densità costante al variare della temperatura ambientale

Assegnazione al prezzo più basso.

1 pezzo (1 fiala)

Lotto 62: Liquido per Marcatura endoscopica

punteggio:

visibilità (efficacia) 20

limitato danno da irritazione tessutale 15

presenza di siringa precaricata 5

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 fiala

Lotto 63: Overtube in silicone pluriuso

Punteggio:

atraumaticità 20

scarso attrito all'introduzione dello strumento 20

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo

Lotto 64: Overtube in silicone monouso

Punteggio:

atraumaticità 20

minimizzazione di attrito all'introduzione dello strumento 20

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo

Lotto 65: Colla per emostasi

Assegnazione al prezzo più basso.

Lotto 66: sistema a rete per recupero corpi estranei e polipi, monouso

Punteggio:

gamma delle misure e delle forme disponibili delle anse 20

resistenza della rete a polipi e corpi estranei 20

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 3 pezzi di tipologie diverse

Lotto 67: Set per decompressione colica extracanalare

Punteggio:

ridotto attrito nell'estrazione del filoguida 10

flessibilità del materiale 10

visibilità radiologica 20

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo

Lotto 68: Protettore per estrazione corpi estranei monouso

Punteggio:

resistenza del materiale 20

flessibilità del materiale 20

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo

Lotto 69: Polyp-trap monouso

punteggio:

semplicità di impiego 10

efficacia nella separazione dei campioni 20

maggior numero di camere oltre a quelle previste 10

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo

Lotto 70: Set emostatico in polvere naturale

Assegnazione al prezzo più basso.

Lotto 71: Set emostatico in polvere minerale

Assegnazione al prezzo più basso.

ENDOSCOPIA BILIO PANCREATICA

Lotto 72: Catetere diagnostico dritto e a morfologia preformata

punteggio:

assortimento 15

visibilità radiologica 15

flessibilità del catetere 10

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo

Lotto 73: Cistostomo a punta radiopaca

punteggio:
visibilità radiologica 20
flessibilità del catetere 20

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo

Lotto 74: Sfinterotomo per papilla major a 2 e a 3 lumi

punteggio:
visibilità radiologica 15
flessibilità del catetere 15
assortimento (diametro catetere e lunghezza punta)10

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo

Lotto 75: Sfinterotomo per papilla minor a 2 lumi

punteggio:
visibilità radiologica 15
flessibilità del catetere 20
assortimento 5

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo

Lotto 76: Sfinterotomo in pazienti operati di gastrectomia o con anatomia alterata

punteggio:
visibilità radiologica 15
flessibilità del catetere 20
orientabilità della lama 5

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo

Lotto 77: Ago da precut a singolo e triplo lume monouso

punteggio:
flessibilità del catetere 20
manovrabilità 15
assortimento 5

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo per sub lotto

Lotto 78: Ago diatermico utilizzabile con papillotomo per precut monouso sterile

Assegnazione al prezzo più basso.

Lotto 79: Filo guida di utilizzo bilio-pancreatico Standard teflonato

Assegnazione al prezzo più basso.

Lotto 80: Filo guida di utilizzo bilio-pancreatico ad alte prestazioni miste

punteggio:
visibilità radiologica e endoscopica 20
orientabilità 15
assortimento 5

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo

Lotto 81: Filo guida di utilizzo bilio-pancreatico ad alte prestazioni interamente idrofile

punteggio:
visibilità radiologica 20
orientabilità 15
assortimento 5

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo

Lotto 82: Drenaggio naso- biliare venduto come set completo di sondino per passaggio nelle cavità nasali e catetere di raccordo con sacchetto di raccolta

punteggio:

visibilità radiologica 15

assortimento (di forme) 10

scorrevolezza su filo guida 15

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo

Lotto 83: Drenaggio naso-pancreatico venduto come set completo di sondino per passaggio nelle cavità nasali e catetere di raccordo con sacchetto di raccolta

Assegnazione al prezzo più basso.

Lotto 84: Dilatatore pneumatico bilio-pancreatico filoguidato TTS

punteggio:

visibilità radiologica 20

assortimento 5

scorrevolezza su filo guida 15

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo

Lotto 85: Dilatatore pneumatico progressivo per estrazione litiasi difficile (tecnica DASE) filoguidato TTS

Assegnazione al prezzo più basso.

Lotto 86: Dilatatore meccanico bilio-pancreatico

punteggio:

visibilità radiologica 15

assortimento 10

scorrevolezza su filo guida 15

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo

Lotto 87: Cestello per estrazione litiasi biliare monouso

punteggio:
possibilità di iniezione di mezzo di contrasto 10
assortimento (forma e misura) 5
disponibilità di modello filoguidato 15
compatibilità con litotritori di emergenza sia extra che intraendoscopici in caso di impatto del calcolo 10

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo

Lotto 88: Cestello per estrazione litiasi biliare pluriuso

punteggio:
possibilità di iniezione di mezzo di contrasto 10
assortimento (forma e misura) 5
disponibilità di modello filoguidato 15
compatibilità con litotritori di emergenza sia extra che intraendoscopici in caso di impatto del calcolo 10

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo

Lotto 89: Cestello per estrazione litiasi biliare a memoria di forma monouso

punteggio:
possibilità di iniezione di mezzo di contrasto 10
assortimento (forma e misura) 5
disponibilità di modello filoguidato 15
compatibilità con litotritori di emergenza sia extra che intraendoscopici in caso di impatto del calcolo 10

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo

Lotto 90: Cestello per estrazione litiasi biliare a memoria di forma pluriuso

punteggio:

possibilità di iniezione di mezzo di contrasto 10

assortimento (forma e misura) 5

disponibilità di modello filoguidato 15

compatibilità con litotrittori di emergenza sia extra che intraendoscopici in caso di impatto del calcolo 10

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo

Lotto 91: Mini cestello per estrazione litiasi biliare/pancreatica, non filoguidati

punteggio:

possibilità di iniezione di mezzo di contrasto 10

assortimento 10

scorrevolezza sulla guaina 10

flessibilità 10

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo

Lotto 92: Sistema di litotripsia extraendoscopica e intraendoscopica d'emergenza

Assegnazione al prezzo più basso.

Lotto 93: Sistema di litotripsia intraendoscopico d'elezione

punteggio:

disponibilità di modello filoguidato 5

efficacia del sistema di litotripsia 15

assortimento 5

possibilità di iniezione di mezzo di contrasto 5

maneggevolezza 10

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo per sub lotto

Lotto 94: Palloncino da estrazione litiasi biliare/pancreatica fisso e/o variabile

punteggio:
assortimento 15
disponibilità di modello a diametro fisso 5
visibilità radiologica 5
iniezione prossimale 5
resistenza del pallone 10

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo

Lotto 95: Dispositivo di estrazione protesi in plastica tipo Sohendra

Assegnazione al prezzo più basso.

Lotto 96: Spazzolino per citologia intrabiliare/intrapancreatica

Punteggio:
Visibilità radiologica 15
Flessibilità 15
Manovrabilità 10

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo

Lotto 97: Protesi biliare in plastica, radiopaca, venduta in set completi di protesi, catetere posizionario con markers radiopachi (non incluso con protesi da 7 Fr.), spingi protesi e anche in confezioni con sola protesi venduta individualmente

punteggio:
visibilità radiologica 15
assortimento di forma e di misure oltre a quelle previste 20
scorrevolezza su filo guida 5

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo per sub lotto

Lotto 98: Protesi biliari in plastica, con estremità con doppio pigtail, per drenaggio biliare e lesioni cistiche, radiopache, vendute in set completi di protesi, catetere posizionario con markers radiopachi (non incluso con protesi da 7 Fr.), spingiprotesi e anche in confezioni con sola protesi venduta individualmente

punteggio:

visibilità radiologica 15

assortimento misure oltre a quelle previste 15

visibilità endoscopica 10

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo per sub lotto

Lotto 99: **Protesi pancreatica in plastica**

punteggio:

visibilità radiologica 10

assortimento forma e misure oltre a quelle previste 20

scorrevolezza su filo guida 10

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo per sub lotto

Lotto 100: **Protesi biliare metallica auto espandibile, (metodo short wire o long wire). Le protesi devono essere tutte in nitinol o platinol**

punteggio:

visibilità radiologica 10

visibilità endoscopica 10

adattabilità alla morfologia della stenosi 10

assortimento misure oltre a quelle previste 10

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo per sub lotto

Lotto 101: **Protesi biliare metallica auto espandibile, (metodo short wire o long wire). Le protesi devono essere tutte in nitinol o platinol totalmente ricoperte**

punteggio:
visibilità radiologica 10
visibilità endoscopica 10
adattabilità alla morfologia della stenosi 10
assortimento misure oltre a quelle previste 10

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo

Lotto 102: Protesi biliare metallica a maglia larga

punteggio:
visibilità radiologica 10
visibilità endoscopica 10
adattabilità alla morfologia della stenosi 10
assortimento 10

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo

Lotto 103: Protesi metallica per drenaggio endoscopico cisti pancreatiche

punteggio:
visibilità radiologica 10
visibilità endoscopica 20
assortimento 10

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo

ENDOSCOPIA RESPIRATORIA

Lotto 104: pinza per biopsia monouso

punteggio:
disponibilità di modelli adatti all'operatività pediatrica (canale endoscopio 1,2 mm) 10
flessibilità del catetere 15
assortimento (per esempio con diverso morso o adatte a biopsie tangenziali o munite di filo guida per bronchi periferici) 15

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo per tipologia

Lotto 105: pinza per biopsia pluriuso

punteggio:

disponibilità di modelli adatti all'operatività pediatrica (canale endoscopio 1,2 mm) 10

flessibilità del catetere 15

assortimento (per esempio con diverso morso o adatte a biopsie tangenziali o munite di filo guida per bronchi periferici) 15

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo per tipologia

Lotto 106: Spazzolini per citologia bronchiale, con punta metallica per visibilità fluoroscopia e diametro spazzola compreso fra 1 e 3 mm.

punteggio:

disponibilità di modelli adatti all'operatività pediatrica (canale 1,2 mm) 10

assortimento diametro e lunghezza spazzola 15

affidabilità della manovra di apertura 15

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo

Lotto 107: ago per aspirazione transbronchiale monouso

punteggio:

manovrabilità 15

possibilità di blocco dell'ago 10

flessibilità 15

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo per tipologia

Lotto 108: set per lavaggio broncoalveolare (BAL)

Assegnazione al prezzo più basso.

Lotto 109: raccoglitore sterile di secrezioni per esami microbiologici

Assegnazione al prezzo più basso.

Lotto 110: ago per aspirazione transbronchiale da eco-endoscopia (EBUs-TBNA) monouso

punteggio:

assortimento, oltre a quelli previsti 10

manovrabilità 15

flessibilità 15

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo

Lotto 111: protesi metallica tracheo-bronchiale autoespandibile in nitinol o platinol

punteggio:

assortimento 15

facilità di posizionamento 15

flessibilità e forza radiale 10

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo OTW e, se disponibile, un pezzo TTS

Lotto 112: protesi tracheo-bronchiale in silicone rigide di vario calibro e lunghezza

punteggio:

assortimento 15

facilità di posizionamento 15

sistema antidislocamento 10

La ditta dovrà raggiungere un punteggio minimo non inferiore alla soglia minima di 24/40 per l'ammissione al prosieguo della gara.

Campionatura: 1 pezzo

Lotto 113: protesi in silicone rigide ad Y

Assegnazione al prezzo più basso.