

**GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER LA
FORNITURA DI AGHI E SIRINGHE PER I FABBISOGNI DELLE AZIENDE SANITARIE DEL
VENETO**

**VERBALE DEL 06/03/2015
QUARTA SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Il giorno 6 del mese di marzo dell'anno 2015, alle ore 8,40 presso la sede del Magazzino economale dell'Aziende Ospedaliera di Padova, sito in V.le della Navigazione interna, 38, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata di valutare le offerte presentate dai concorrenti ammessi alla gara d'appalto, mediante procedura aperta, per la fornitura di Aghi e siringhe per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie del Veneto, per la durata di tre anni, indetta con Decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 73 del 06/11/2014.

La Commissione, nominata con Decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 10 del 23/01/2015, risulta così composta:

• Presidente:

- Dr.ssa Daniela Barzan: Dirigente farmacista presso la Ulss n. 13 di Mirano;

• Componenti:

- Sig.ra Paola Battanolli: Coordinatore Infermieristico presso il di Dipartimento Emergenza Urgenza - U.O. ISTAR 2 – AO di Padova;
- Sig.ra Bertilla Ranzato: Coordinatore Infermieristico presso il Dipartimento Salute della Donna e del Bambino - Coordinatore U.O. Chirurgia Pediatrica – AO di Padova;
- Sig. Franco Martinello: Coordinatore Infermieristico presso la U.O. Nefrologia e Dialisi- AO di Padova;
- Sig. Nicola Galtarossa: Coordinatore Infermieristico presso la SC Oncologia medica 2 – IRCCS IOV;

svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante la dott.ssa Roberta Padovan, in servizio presso la Sezione Controlli Governo e Personale della Regione del Veneto.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

Vengono ripresi i lavori della precedente seduta riservata del 26 febbraio 2015, come da relativo verbale, che qui deve intendersi integralmente richiamato.

La Commissione provvede preliminarmente all'approfondita lettura dell'Allegato 6 al Disciplinare di Gara, contenente gli elementi per la valutazione dell'offerta, LOTTO per LOTTO, al fine di procedere con la valutazione qualitativa dei prodotti dichiarati conformi alle prescrizioni del Capitolato Tecnico di gara.


La Commissione procede, quindi, con la valutazione qualitativa dei prodotti, LOTTO per LOTTO.

LOTTO N. 3 - AGHI IPODERMICI STERILI MONOUSO CONO LUER

RAYS --:

- Certificazione UNI EN 13485:
presente - punti assegnati 3
- Completezza gamma delle misure da 27 a 30 g (lunghezze ago diverse):
estremamente ampia la gamma delle misure - punti assegnati 3

Funzionalità e maneggevolezza



- Facilità di connessione e sconnessione:
ottima - punti assegnati 6
- Tenuta della connessione con linea di infusione o prelievo:
ottima - punti assegnati 7
- Facilità di rimozione del copriago:
ottima - punti assegnati 6
- Affilatura intesa come penetrabilità:
discreta la penetrabilità dell'ago - punti assegnati 4

Confezionamento Primario:

- Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili:
sufficiente visibilità di misure, lotto e scadenza - punti assegnati 1
- Apertura peel open:
ottima - punti assegnati 2
- Facilità di separazione dei singoli strip:
ottima - punti assegnati 2

Confezionamento Secondario:

- identificazione corretta del prodotto:
sufficiente l'identificazione del prodotto in quanto, pur essendo evidente l'indicazione del gauge è assente l'indicazione del codice colore - punti assegnati 0,5
- facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo):
ottima in relazione a dimensioni e consistenza dell'imballo - punti assegnati 1

La Commissione, unanimemente, assegna il seguente punteggio complessivo: 35,5 punti

PROMED --:

- Certificazione UNI EN 13485:
presente - punti assegnati 3
- Completezza gamma delle misure da 27 a 30 g (lunghezze ago diverse):
scarsa la gamma delle misure - punti assegnati 1

Funzionalità e maneggevolezza

- Facilità di connessione e sconnessione:
ottima - punti assegnati 6
- Tenuta della connessione con linea di infusione o prelievo:
ottima - punti assegnati 7
- Facilità di rimozione del copriago:
ottima - punti assegnati 6
- Affilatura intesa come penetrabilità:
ottima la penetrabilità dell'ago - punti assegnati 7


Confezionamento Primario:

- Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili:
ottima visibilità di misure, lotto e scadenza - punti assegnati 2
- Apertura peel open:
ottima - punti assegnati 2
- Facilità di separazione dei singoli strip:
ottima - punti assegnati 2

Confezionamento Secondario:

- identificazione corretta del prodotto:
ottima l'identificazione del prodotto - punti assegnati 1
- facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo):

2



ottima in relazione a dimensioni e consistenza dell'imballo - punti assegnati 1

La Commissione, unanimemente, assegna il seguente punteggio complessivo: 38 punti

CLINI-LAB --:

- Certificazione UNI EN 13485:
presente - punti assegnati 3
- Completezza gamma delle misure da 27 a 30 g (lunghezze ago diverse):
estremamente ampia la gamma delle misure - punti assegnati 3

Funzionalità e maneggevolezza

- Facilità di connessione e sconnessione:
ottima - punti assegnati 6
- Tenuta della connessione con linea di infusione o prelievo:
ottima - punti assegnati 7
- Facilità di rimozione del copriago:
ottima - punti assegnati 6
- Affilatura intesa come penetrabilità:
ottima la penetrabilità dell'ago - punti assegnati 7

Confezionamento Primario:

- Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili:
ottima visibilità di misure, lotto e scadenza - punti assegnati 2
- Apertura peel open:
ottima - punti assegnati 2
- Facilità di separazione dei singoli strip:
ottima - punti assegnati 2

Confezionamento Secondario:

- identificazione corretta del prodotto:
ottima l'identificazione del prodotto - punti assegnati 1
- facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo):
ottima in relazione a dimensioni e consistenza dell'imballo - punti assegnati 1


La Commissione, unanimemente, assegna il seguente punteggio complessivo: 40 punti

CHEMIL --:

- Certificazione UNI EN 13485:
presente - punti assegnati 3
- Completezza gamma delle misure da 27 a 30 g (lunghezze ago diverse):
scarsa la gamma delle misure - punti assegnati 1

Funzionalità e maneggevolezza

- Facilità di connessione e sconnessione:
ottima - punti assegnati 6
- Tenuta della connessione con linea di infusione o prelievo:
ottima - punti assegnati 7
- Facilità di rimozione del copriago:
molto buona, in quanto a volte è risulta difficoltosa la rimozione - punti assegnati 5
- Affilatura intesa come penetrabilità:
buona la penetrabilità dell'ago - punti assegnati 5

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'hp', followed by a signature with a '3' above it, and then a cluster of signatures including 'MFA' and 'p.h.s.' with a large circular flourish below them.

Confezionamento Primario:

- Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili:
molto buona la visibilità di misure, lotto e scadenza - punti assegnati 1,5
- Apertura peel open:
ottima - punti assegnati 2
- Facilità di separazione dei singoli strip:
ottima - punti assegnati 2

Confezionamento Secondario:

- identificazione corretta del prodotto:
sufficiente l'identificazione del prodotto, in quanto pure essendo presente il codice colore l'indicazione del gauge è in caratteri ridotti e pertanto poco leggibile - punti assegnati 0,5
- facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo):
ottima in relazione a dimensioni e consistenza dell'imballo - punti assegnati 1

La Commissione, unanimemente, assegna il seguente punteggio complessivo: 34 punti

LOTTO N. 5 - AGHI A FARFALLA CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA

CO.DI. SAN- -:


- Certificazione UNI EN 13485:
presente - punti assegnati 3

Funzionalità e maneggevolezza

- Tenuta della connessione con linea di infusione o prelievo:
ottima - punti assegnati 3
- Facilità di rimozione del copriago:
ottima - punti assegnati 2
- Affilatura intesa come penetrabilità:
ottima la penetrabilità dell'ago - punti assegnati 3
- Dimensione delle alette intesa come facilità di impugnatura:
ottima - punti assegnati 2
- Zigrinatura antiscivolo delle alette:
ottima - punti assegnati 2
- Facilità di connessione e sconnessione:
ottima - punti assegnati 2
- Consistenza delle alette intesa come facilità in fase di inserimento:
ottima - punti assegnati 3
- Antingnocchiamento della prolunga:
ottima - punti assegnati 3
- Facilità di sconnessione del cappuccio luer lock:
ottima - punti assegnati 3
- Facilità di attivazione del sistema di sicurezza:
il sistema di sicurezza risulta di difficile attivazione, presentando inoltre un'ulteriore aletta sotto il sistema di sicurezza che può danneggiare, durante la manovra di rimozione dell'ago, la cute soprattutto dei pazienti anziani - punti assegnati 0
- Irreversibilità del sistema di sicurezza:
sistema irreversibile - punti assegnati 4

Confezionamento Primario:

- Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili:
ottima visibilità di misure, lotto e scadenza - punti assegnati 1
- Indicazione del volume residuo della prolunga/spazio morto:

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'me', followed by a signature that looks like 'df', a small number '4', a signature that looks like 'OB', and finally a large, complex signature that appears to be 'M... S...'. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized manner.

- assente - punti assegnati 0
- Facilità di separazione dei singoli strip:
ottima - punti assegnati 1
- Facilità della manovra di apertura:
ottima - punti assegnati 1

Confezionamento Secondario:

- identificazione corretta del prodotto:
sufficiente l'identificazione del prodotto in quanto i caratteri sono ridotti e pertanto poco leggibili -
punti assegnati 0,5
- facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo):
ottima in relazione a dimensioni e consistenza dell'imballo - punti assegnati 1

La Commissione, unanimemente, assegna il seguente punteggio complessivo: 34,5 punti

RAYS --:

- Certificazione UNI EN 13485:
presente - punti assegnati 3

Funzionalità e maneggevolezza

- Tenuta della connessione con linea di infusione o prelievo:
ottima - punti assegnati 3
- Facilità di rimozione del copriago:
ottima - punti assegnati 2
- Affilatura intesa come penetrabilità:
ottima la penetrabilità dell'ago - punti assegnati 3
- Dimensione delle alette intesa come facilità di impugnatura:
ottima - punti assegnati 2
- Zigrinatura antiscivolo delle alette:
ottima - punti assegnati 2
- Facilità di connessione e sconnessione:
ottima - punti assegnati 2
- Consistenza delle alette intesa come facilità in fase di inserimento:
ottima - punti assegnati 3
- Antingnocchiamento della prolunga:
ottima - punti assegnati 3
- Facilità di sconnessione del cappuccio luer lock:
ottima - punti assegnati 3
- Facilità di attivazione del sistema di sicurezza:
il sistema di sicurezza non ricopre completamente l'ago, provocando il rischio di fuoriuscita di materiale biologico, e le dimensioni ingombranti dello stesso rendono difficoltoso il prelievo - punti assegnati 0
- Irreversibilità del sistema di sicurezza:
pur in presenza di sistema irreversibile, a volte la punta dell'ago rimane scoperta dopo l'attivazione del sistema - punti assegnati 0

Confezionamento Primario:

- Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili:
ottima visibilità di misure, lotto e scadenza - punti assegnati 1
- Indicazione del volume residuo della prolunga/spazio morto:
assente - punti assegnati 0
- Facilità di separazione dei singoli strip:
ottima - punti assegnati 1
- Facilità della manovra di apertura:

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a smaller one in the middle, and several other initials and marks on the right.

pur essendo agevole l'apertura, l'assenza di una fascetta di contenimento della prolunga, comporta il grave rischio di inquinamento del dispositivo in fase di apertura - punti assegnati 0

Confezionamento Secondario:

- identificazione corretta del prodotto:
ottima l'identificazione del prodotto - punti assegnati 1
- facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo):
ottima in relazione a dimensioni e consistenza dell'imballo - punti assegnati 1

La Commissione, unanimemente, assegna il seguente punteggio complessivo: 30 punti

FARMAC ZABBAN --:

- Certificazione UNI EN 13485:
presente - punti assegnati 3

Funzionalità e maneggevolezza


- Tenuta della connessione con linea di infusione o prelievo:
ottima - punti assegnati 3
- Facilità di rimozione del copriago:
ottima - punti assegnati 2
- Affilatura intesa come penetrabilità:
ottima la penetrabilità dell'ago - punti assegnati 3
- Dimensione delle alette intesa come facilità di impugnatura:
ottima - punti assegnati 2
- Zigrinatura antiscivolo delle alette:
ottima - punti assegnati 2
- Facilità di connessione e sconnessione:
ottima - punti assegnati 2
- Consistenza delle alette intesa come facilità in fase di inserimento:
ottima - punti assegnati 3
- Antingnocchiamento della prolunga:
ottima - punti assegnati 3
- Facilità di sconnessione del cappuccio luer lock:
ottima - punti assegnati 3
- Facilità di attivazione del sistema di sicurezza:
il sistema di sicurezza risulta di difficile attivazione, presentando inoltre un'ulteriore aletta sotto il sistema di sicurezza che può danneggiare - durante la manovra di rimozione dell'ago - la cute soprattutto dei pazienti anziani - punti assegnati 0
- Irreversibilità del sistema di sicurezza:
sistema irreversibile - punti assegnati 4

Confezionamento Primario:

- Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili:
ottima visibilità di misure, lotto e scadenza - punti assegnati 1
- Indicazione del volume residuo della prolunga/spazio morto:
assente - punti assegnati 0
- Facilità di separazione dei singoli strip:
ottima - punti assegnati 1
- Facilità della manovra di apertura:
ottima - punti assegnati 1

Confezionamento Secondario:

- identificazione corretta del prodotto:



sufficiente l'identificazione del prodotto in quanto i caratteri sono ridotti e pertanto poco leggibili -
punti assegnati 0,5

- facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo):
ottima in relazione a dimensioni e consistenza dell'imballo - punti assegnati 1

La Commissione, unanimemente, assegna il seguente punteggio complessivo: 34,5 punti

CHEMIL --

- Certificazione UNI EN 13485:
presente - punti assegnati 3

Funzionalità e maneggevolezza


- Tenuta della connessione con linea di infusione o prelievo:
ottima - punti assegnati 3
- Facilità di rimozione del copriago:
ottima - punti assegnati 2
- Affilatura intesa come penetrabilità:
ottima la penetrabilità dell'ago - punti assegnati 3
- Dimensione delle alette intesa come facilità di impugnatura:
ottima - punti assegnati 2
- Zigrinatura antiscivolo delle alette:
ottima - punti assegnati 2
- Facilità di connessione e sconnessione:
ottima - punti assegnati 2
- Consistenza delle alette intesa come facilità in fase di inserimento:
ottima - punti assegnati 3
- Antingnocchiamento della prolunga:
ottima - punti assegnati 3
- Facilità di sconnessione del cappuccio luer lock:
ottima - punti assegnati 3
- Facilità di attivazione del sistema di sicurezza:
il sistema di sicurezza non ricopre completamente l'ago con rischio di fuoriuscita di materiale biologico - punti assegnati 1
- Irreversibilità del sistema di sicurezza:
sistema irreversibile - punti assegnati 4

Confezionamento Primario:

- Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili:
ottima visibilità di misure, lotto e scadenza - punti assegnati 1
- Indicazione del volume residuo della prolunga/spazio morto:
assente - punti assegnati 0
- Facilità di separazione dei singoli strip:
ottima - punti assegnati 1
- Facilità della manovra di apertura:
ottima - punti assegnati 1

Confezionamento Secondario:

- identificazione corretta del prodotto:
sufficiente l'identificazione del prodotto in quanto i caratteri sono di dimensioni ridotte e pertanto poco leggibili - punti assegnati 0,5
- facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo):
ottima in relazione a dimensioni e consistenza dell'imballo - punti assegnati 1



La Commissione, unanimemente, assegna il seguente punteggio complessivo: 35,5 punti

ARTSANA – -:

- Certificazione UNI EN 13485:
presente - punti assegnati 3

Funzionalità e maneggevolezza

- Tenuta della connessione con linea di infusione o prelievo:
ottima - punti assegnati 3
- Facilità di rimozione del copriago:
ottima - punti assegnati 2
- Affilatura intesa come penetrabilità:
ottima la penetrabilità dell'ago - punti assegnati 3
- Dimensione delle alette intesa come facilità di impugnatura:
ottima – punti assegnati 2
- Zigrinatura antiscivolo delle alette:
ottima – punti assegnati 2
- Facilità di connessione e sconnessione:
ottima - punti assegnati 2
- Consistenza delle alette intesa come facilità in fase di inserimento:
buona la consistenza, in quanto le alette risultano rigide – punti assegnati 2
- Antingincchiamento della prolunga:
ottima – punti assegnati 3
- Facilità di sconnessione del cappuccio luer lock:
ottima – punti assegnati 3
- Facilità di attivazione del sistema di sicurezza:
ottima la facilità di attivazione – punti assegnati 4
- Irreversibilità del sistema di sicurezza:
sistema irreversibile – punti assegnati 4

Confezionamento Primario:

- Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili:
ottima visibilità di misure, lotto e scadenza - punti assegnati 1
- Indicazione del volume residuo della prolunga/spazio morto:
presente - punti assegnati 1
- Facilità di separazione dei singoli strip:
ottima - punti assegnati 1
- Facilità della manovra di apertura:
ottima - punti assegnati 1


Confezionamento Secondario:

- identificazione corretta del prodotto:
sufficiente l'identificazione del prodotto in quanto i caratteri sono di dimensioni ridotte e pertanto poco leggibili - punti assegnati 0,5
- facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo):
ottima in relazione a dimensioni e consistenza dell'imballo - punti assegnati 1

La Commissione, unanimemente, assegna il seguente punteggio complessivo: 38,5 punti

LOTTO N. 6 - AGHI A FARFALLA CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA PER PRELIEVO SOTTOVUOTO E CON ADATTATORE LUER PRECONNESSO

CLINI-LAB- -:

The image shows several handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. In the center, there is a small number '8'. The signatures vary in style, with some being more cursive and others more blocky.

- Certificazione UNI EN 13485:
presente - punti assegnati 3

Funzionalità e maneggevolezza

- Tenuta della connessione con linea di infusione o prelievo:
ottima - punti assegnati 4
- Facilità di rimozione del copriago:
ottima - punti assegnati 2
- Affilatura intesa come penetrabilità:
ottima la penetrabilità dell'ago - punti assegnati 3
- Dimensione delle alette intesa come facilità di impugnatura:
ottima – punti assegnati 2
- Zigrinatura antiscivolo delle alette:
ottima – punti assegnati 2
- Facilità di connessione e sconnessione:
ottima - punti assegnati 2
- Consistenza delle alette intesa come facilità in fase di inserimento:
ottima – punti assegnati 2
- Antingnocchiamento della prolunga:
ottima – punti assegnati 3
- Facilità di sconnessione del cappuccio luer lock:
ottima – punti assegnati 3
- Facilità di attivazione del sistema di sicurezza:
ottima facilità di attivazione – punti assegnati 4
- Irreversibilità del sistema di sicurezza:
sistema irreversibile – punti assegnati 4

Confezionamento Primario:

- Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili:
ottima visibilità di misure, lotto e scadenza - punti assegnati 1
- Indicazione del volume residuo della prolunga/spazio morto:
assente - punti assegnati 0
- Facilità di separazione dei singoli strip:
ottima - punti assegnati 1
- Facilità della manovra di apertura:
buona - punti assegnati 0,5

Confezionamento Secondario:

- identificazione corretta del prodotto:
ottima l'identificazione del prodotto - punti assegnati 1
- facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo):
ottima in relazione a dimensioni e consistenza dell'imballo - punti assegnati 1

La Commissione, unanimemente, assegna il seguente punteggio complessivo: 38,5 punti

ARTSANA- -:

- Certificazione UNI EN 13485:
presente - punti assegnati 3

Funzionalità e maneggevolezza

- Tenuta della connessione con linea di infusione o prelievo:
ottima - punti assegnati 4

Handwritten signatures of the commission members, including a small number '9' in the middle.

- Facilità di rimozione del copriago:
ottima - punti assegnati 2
- Affilatura intesa come penetrabilità:
ottima la penetrabilità dell'ago - punti assegnati 3
- Dimensione delle alette intesa come facilità di impugnatura:
sufficiente la dimensione delle alette, in quanto le stesse risultano ridotte nelle dimensioni rendendo difficile la presa – punti assegnati 1
- Zigrinatura antiscivolo delle alette:
ottima – punti assegnati 2
- Facilità di connessione e sconnessione:
ottima - punti assegnati 2
- Consistenza delle alette intesa come facilità in fase di inserimento:
sufficiente la consistenza, a causa della rigidità delle alette – punti assegnati 1
- Antingocchiamo della prolunga:
ottima – punti assegnati 3
- Facilità di sconnessione del cappuccio luer lock:
ottima – punti assegnati 3
- Facilità di attivazione del sistema di sicurezza:
molto buona facilità di attivazione – punti assegnati 3
- Irreversibilità del sistema di sicurezza:
sistema irreversibile – punti assegnati 4

Confezionamento Primario:

- Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili:
ottima visibilità di misure, lotto e scadenza - punti assegnati 1
- Indicazione del volume residuo della prolunga/spazio morto:
presente - punti assegnati 1
- Facilità di separazione dei singoli strip:
ottima - punti assegnati 1
- Facilità della manovra di apertura:
ottima - punti assegnati 1

Confezionamento Secondario:

- identificazione corretta del prodotto:
ottima l'identificazione del prodotto - punti assegnati 1
- facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo):
sufficiente la facilità di stoccaggio, in quanto la scatola risulta ingombrante in relazione al suo contenuto – punti assegnati 0,5

La Commissione, unanimemente, assegna il seguente punteggio complessivo: 36,5 punti

PROLAB – preliminarmente alla valutazione qualitativa del prodotto, la Commissione scioglie la riserva in ordine alla conformità del prodotto offerto, riscontrando che la lunghezza degli aghi rispetta le misure prescritte nel Capitolato Tecnico.

- Certificazione UNI EN 13485:
presente - punti assegnati 3

Funzionalità e maneggevolezza

- Tenuta della connessione con linea di infusione o prelievo:
ottima - punti assegnati 4
- Facilità di rimozione del copriago:
ottima - punti assegnati 2
- Affilatura intesa come penetrabilità:
ottima la penetrabilità dell'ago - punti assegnati 3

- Dimensione delle alette intesa come facilità di impugnatura:
ottima – punti assegnati 2
- Zigrinatura antiscivolo delle alette:
ottima – punti assegnati 2
- Facilità di connessione e sconnessione:
ottima - punti assegnati 2
- Consistenza delle alette intesa come facilità in fase di inserimento:
ottima – punti assegnati 2
- Antingnocchiamento della prolunga:
ottima – punti assegnati 3
- Facilità di sconnessione del cappuccio luer lock:
ottima – punti assegnati 3
- Facilità di attivazione del sistema di sicurezza:
ottima facilità di attivazione – punti assegnati 4
- Irreversibilità del sistema di sicurezza:
sistema irreversibile – punti assegnati 4

Confezionamento Primario:

- Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili:
insufficiente la visibilità di misure, lotto e scadenza in quanto dette informazioni sono impresse senza inchiostro sul margine della confezione trasparente, risultando pertanto difficilmente leggibili -
punti assegnati 0
- Indicazione del volume residuo della prolunga/spazio morto:
assente - punti assegnati 0
- Facilità di separazione dei singoli strip:
ottima - punti assegnati 1
- Facilità della manovra di apertura:
insufficiente in quanto, pur essendo presente un invito all'apertura, la confezione si apre in modo poco agevole e irregolare, con rischio di contaminare il contenuto - punti assegnati 0

Confezionamento Secondario:

- identificazione corretta del prodotto:
ottima l'identificazione del prodotto - punti assegnati 1
- facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo):
ottima in relazione a dimensioni e consistenza dell'imballo - punti assegnati 1

La Commissione, unanimemente, assegna il seguente punteggio complessivo: 37 punti

LOTTO N. 8 - AGHI A FARFALLA CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA DA 25G

RAYS --:

- Certificazione UNI EN 13485:
presente - punti assegnati 3

Funzionalità e maneggevolezza

- Tenuta della connessione con linea di infusione o prelievo:
ottima - punti assegnati 3
- Facilità di rimozione del copriago:
ottima - punti assegnati 2
- Affilatura intesa come penetrabilità:
l'ago, in fase di penetrazione, dà una lieve resistenza - punti assegnati 1
- Dimensione delle alette intesa come facilità di impugnatura:
ottima – punti assegnati 2

Handwritten signatures and initials, including a large 'R' and 'E', and several other illegible signatures.

- Zigrinatura antiscivolo delle alette:
ottima – punti assegnati 2
- Facilità di connessione e sconnessione:
ottima - punti assegnati 2
- Consistenza delle alette intesa come facilità in fase di inserimento:
insufficiente la consistenza, a causa della rigidità delle alette – punti assegnati 1
- Antingnocchiamento della prolunga:
ottima – punti assegnati 3
- Facilità di sconnessione del cappuccio luer lock:
molto buona, in quanto il cappuccio alcune volte, all'atto della sconnessione, fa resistenza – punti assegnati 2
- Facilità di attivazione del sistema di sicurezza:
estremamente difficoltosa la manovra di attivazione del sistema – punti assegnati 1
- Irreversibilità del sistema di sicurezza:
sistema irreversibile – punti assegnati 4

Confezionamento Primario:

- Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili:
ottima visibilità di misure, lotto e scadenza - punti assegnati 1
- Indicazione del volume residuo della prolunga/spazio morto:
assente - punti assegnati 0
- Facilità di separazione dei singoli strip:
ottima - punti assegnati 1
- Facilità della manovra di apertura:
ottima - punti assegnati 1

Confezionamento Secondario:

- identificazione corretta del prodotto:
ottima l'identificazione del prodotto - punti assegnati 1
- facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo):
ottima in relazione a dimensioni e consistenza dell'imballo - punti assegnati 1

La Commissione, unanimemente, assegna il seguente punteggio complessivo: 31 punti

ARTSANA – -:

- Certificazione UNI EN 13485:
presente - punti assegnati 3

Funzionalità e maneggevolezza

- Tenuta della connessione con linea di infusione o prelievo:
ottima - punti assegnati 3
- Facilità di rimozione del copriago:
ottima - punti assegnati 2
- Affilatura intesa come penetrabilità:
ottima l'affilatura dell'ago - punti assegnati 3
- Dimensione delle alette intesa come facilità di impugnatura:
ottima – punti assegnati 2
- Zigrinatura antiscivolo delle alette:
ottima – punti assegnati 2
- Facilità di connessione e sconnessione:
ottima - punti assegnati 2
- Consistenza delle alette intesa come facilità in fase di inserimento:
ottima – punti assegnati 3
- Antingnocchiamento della prolunga:

RS

[Signature]

[Signature]

[Signature]

- ottima – punti assegnati 3
- Facilità di sconnessione del cappuccio luer lock:
ottima – punti assegnati 3
- Facilità di attivazione del sistema di sicurezza:
ottima – punti assegnati 4
- Irreversibilità del sistema di sicurezza:
sistema irreversibile – punti assegnati 4

Confezionamento Primario:

- Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili:
ottima visibilità di misure, lotto e scadenza - punti assegnati 1
- Indicazione del volume residuo della prolunga/spazio morto:
presente - punti assegnati 1
- Facilità di separazione dei singoli strip:
ottima - punti assegnati 1
- Facilità della manovra di apertura:
ottima - punti assegnati 1

Confezionamento Secondario:

- identificazione corretta del prodotto:
buona l'identificazione del prodotto - punti assegnati 0,5
- facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo):
ottima in relazione a dimensioni e consistenza dell'imballo - punti assegnati 1

La Commissione, unanimemente, assegna il seguente punteggio complessivo: 39,5 punti

LOTTO N. 11

- ✓ **Sub A) PIASTRE LINEARI PER MESOTERAPIA STERILI MONOUSO MUNITE DI AGHI -
Misure: piastra lineare a 3 ugelli con ago da 27 G x 4 mm**
- ✓ **Sub B) PIASTRE LINEARI PER MESOTERAPIA STERILI MONOUSO MUNITE DI AGHI -
Misure: piastra lineare a 5 ugelli con ago da 27 G x 4 mm**
- ✓ **Sub C) PIASTRE CIRCOLARI MESOTERAPIA STERILI MONOUSO MUNITE DI AGHI -
Misure: piastra circolare a 5 ugelli con ago da 27 G x 4 mm**

RI.MOS s.r.l. - -:

- Certificazione UNI EN 13485:
presente - punti assegnati 3

Funzionalità e maneggevolezza

- Tenuta della connessione con linea di infusione o prelievo:
ottima - punti assegnati 8
- Atraumaticità dell'ago:
ottima – punti assegnati 7
- Facilità di rimozione del copriago:
ottima - punti assegnati 7
- Affilatura intesa come penetrabilità:
ottima l'affilatura dell'ago - punti assegnati 7

Confezionamento Primario:

- Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili:
ottima visibilità di misure, lotto e scadenza - punti assegnati 3
- Apertura peel open:
ottima - punti assegnati 3

AS PL 13 [signature] [signature]

Confezionamento Secondario:

- identificazione corretta del prodotto:
ottima l'identificazione del prodotto - punti assegnati 1
- facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo):
ottima in relazione a dimensioni e consistenza dell'imballo - punti assegnati 1

La Commissione, unanimemente, assegna il seguente punteggio complessivo: 40 punti

LOTTO N. 13 - AGHI PER AGOPUNTURA

FITOUCHINA ITALIA --:

- Certificazione UNI EN 13485:
presente - punti assegnati 3

Funzionalità e maneggevolezza

- Atraumaticità:
ottima – punti assegnati 8
- Penetrabilità nei tessuti:
ottima – punti assegnati 7
- Facilità di impugnatura:
ottima - punti assegnati 7
- Flessibilità:
ottima - punti assegnati 4
- Completezza della gamma delle misure:
la gamma è completa – punti assegnati 4

Confezionamento Primario:

- Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili:
ottima visibilità di misure, lotto e scadenza - punti assegnati 3
- Facilità della manovra di apertura:
molto buona - punti assegnati 2

Confezionamento Secondario:

- facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo):
assente il confezionamento secondario - punti assegnati 0

La Commissione, unanimemente, assegna il seguente punteggio complessivo: 38 punti

DBN STORE --: conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico

- Certificazione UNI EN 13485:
presente - punti assegnati 3

Funzionalità e maneggevolezza

- Atraumaticità:
ottima – punti assegnati 8
- Penetrabilità nei tessuti:
ottima – punti assegnati 7
- Facilità di impugnatura:
ottima - punti assegnati 7
- Flessibilità:
ottima - punti assegnati 4



- Completezza della gamma delle misure:
la gamma è completa – punti assegnati 4

Confezionamento Primario:

- Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili:
insufficiente la visibilità di misure, lotto e scadenza - punti assegnati 1
- Facilità della manovra di apertura:
ottima - punti assegnati 3

Confezionamento Secondario:

- facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo):
ottima in relazione a dimensioni e consistenza dell'imballo - punti assegnati 1

La Commissione, unanimemente, assegna il seguente punteggio complessivo: 38 punti

LOTTO N. 18 - AGHI FISTOLA PER DIALISI

GAMBRO HOSPAL:

- Certificazione UNI EN 13485:
presente - punti assegnati 3

Funzionalità e maneggevolezza


- Tenuta della connessione con linea di infusione o prelievo:
ottima - punti assegnati 5
- Facilità di rimozione del copriago:
ottima - punti assegnati 2
- Affilatura intesa come penetrabilità:
ottima - punti assegnati 4
- Dimensione delle alette intesa come facilità di impugnatura:
ottima – punti assegnati 3
- Zigrinatura antiscivolo delle alette:
ottima – punti assegnati 3
- Consistenza delle alette intesa come facilità in fase di inserimento:
ottima – punti assegnati 3
- Facilità di sconnessione del cappuccio luer lock:
ottima – punti assegnati 2
- Facilità di connessione sconnessione:
ottima – punti assegnati 3
- Facilità di attivazione della clamp e sicurezza di tenuta:
ottima – punti assegnati 3
- Antingnocchiamento del tubo:
ottima – punti assegnati 3

Confezionamento Primario:

- Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili:
ottima visibilità di misure, lotto e scadenza - punti assegnati 2
- Facilità della manovra di apertura:
ottima - punti assegnati 2

Confezionamento Secondario:

- identificazione corretta del prodotto:
ottima l'identificazione del prodotto - punti assegnati 1
- facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo):
ottima in relazione a dimensioni e consistenza dell'imballo - punti assegnati 1

AS 15 

La Commissione, unanimemente, assegna il seguente punteggio complessivo: 40 punti

LOTTO N. 20 - AGHI PER GALATTOGRAFIA

HS HOSPITAL SERVICE – -:

- Certificazione UNI EN 13485:
presente - punti assegnati 3

Funzionalità e maneggevolezza

- Tenuta della connessione:
ottima – punti assegnati 8
- Facilità di rimozione del copriago:
ottima – punti assegnati 7
- Atraumaticità della punta:
ottima - punti assegnati 7
- Antingnocchiamento del tubo:
ottima - punti assegnati 7

Confezionamento Primario:

- Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili:
ottima visibilità di misure, lotto e scadenza - punti assegnati 3
- Facilità della manovra di apertura:
ottima - punti assegnati 3

Confezionamento Secondario:

- identificazione corretta del prodotto:
ottima l'identificazione del prodotto - punti assegnati 1
- facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo):
ottima in relazione a dimensioni e consistenza dell'imballo - punti assegnati 1

La Commissione, unanimemente, assegna il seguente punteggio complessivo: 40 punti

LOTTO N. 21 - AGHI TRANSETTALI

COOK ITALIA S.R.L. – -:

- Certificazione UNI EN 13485:
presente - punti assegnati 3


Funzionalità e maneggevolezza

- Ergonomia dell'impugnatura:
ottima – punti assegnati 8
- Facilità di scorrimento dell'introduttore e/o del catetere:
ottima – punti assegnati 7
- Facilità di rimozione del copriago:
ottima - punti assegnati 7
- Penetrabilità della punta:
ottima - punti assegnati 7

Confezionamento Primario:

- Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili:

16



- ottima visibilità di misure, lotto e scadenza - punti assegnati 3
- Facilità della manovra di apertura:
ottima - punti assegnati 3

Confezionamento Secondario:

- identificazione corretta del prodotto:
ottima l'identificazione del prodotto - punti assegnati 1
- facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo):
ottima in relazione a dimensioni e consistenza dell'imballo - punti assegnati 1

La Commissione, unanimemente, assegna il seguente punteggio complessivo: 40 punti

LOTTO N. 22 - DISPOSITIVI MULTIPRELIEVO

FERRARI L. DI FERRARI PIETRO s.r.l – -:

- Certificazione UNI EN 13485:
presente - punti assegnati 3

Funzionalità e maneggevolezza

- Ergonomia dell'impugnatura:
sufficientemente ergonomica – punti assegnati 2
- Cappuccio o sistema di protezione che riduca il rischio di contaminazione:
adeguato il sistema, anche se il cappuccio non è incorporato allo spike – punti assegnati 2
- Facilità di rimozione del coprispike:
ottima - punti assegnati 4
- Facilità di penetrazione dello spike:
scarsa - punti assegnati 1
- Facilità di svuotamento completo del flacone:
scarsa - punti assegnati 1
- Idonea compensazione dell'aria:
ottima – punti assegnati 5
- Tenuta e facilità di connessione con la siringa:
ottima – punti assegnati 4

Confezionamento Primario:

- Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili:
ottima visibilità di misure, lotto e scadenza - punti assegnati 2
- Facilità della manovra di apertura:
sufficiente, in quanto la confezione primaria è ingombrante e si rompe facilmente, all'atto della manovra di apertura - punti assegnati 1


Confezionamento Secondario:

- identificazione corretta del prodotto:
assente e pertanto non valutabile - punti assegnati 0
- facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo):
assente il confezionamento secondario - punti assegnati 0

La Commissione, unanimemente, assegna il seguente punteggio complessivo: 25 punti

BTC MEDICAL EUROPE – -:

- Certificazione UNI EN 13485:
presente - punti assegnati 3



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a smaller one in the middle, and a large signature on the right.

Funzionalità e maneggevolezza

- Ergonomicità dell'impugnatura:
ottima ergonomicità, tale da garantire una tecnica asettica – punti assegnati 4
- Cappuccio o sistema di protezione che riduca il rischio di contaminazione:
adeguato il sistema, anche se il cappuccio non è incorporato allo spike – punti assegnati 2
- Facilità di rimozione del coprispike:
ottima - punti assegnati 4
- Facilità di penetrazione dello spike:
ottima - punti assegnati 5
- Facilità di svuotamento completo del flacone:
ottima – punti assegnati 5
- Idonea compensazione dell'aria:
ottima – punti assegnati 5
- Tenuta e facilità di connessione con la siringa:
ottima – punti assegnati 4

Confezionamento Primario:

- Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili:
ottima visibilità di misure, lotto e scadenza - punti assegnati 2
- Facilità della manovra di apertura:
sufficiente, in quanto la confezione primaria è ingombrante e si rompe facilmente, all'atto della manovra di apertura - punti assegnati 1

Confezionamento Secondario:

- identificazione corretta del prodotto:
assente e pertanto non valutabile - punti assegnati 0
- facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo):
assente il confezionamento secondario - punti assegnati 0

La Commissione, unanimemente, assegna il seguente punteggio complessivo: 35 punti

CODAN – -:


- Certificazione UNI EN 13485:
presente - punti assegnati 3

Funzionalità e maneggevolezza

- Ergonomicità dell'impugnatura:
ottima ergonomicità, tale da garantire una tecnica asettica – punti assegnati 4
- Cappuccio o sistema di protezione che riduca il rischio di contaminazione:
ottimo sistema, con cappuccio è incorporato allo spike, tale da non richiedere l'utilizzo di superfici di appoggio – punti assegnati 4
- Facilità di rimozione del coprispike:
ottima - punti assegnati 4
- Facilità di penetrazione dello spike:
molto buona - punti assegnati 4
- Facilità di svuotamento completo del flacone:
molto buona - punti assegnati 4
- Idonea compensazione dell'aria:
insufficiente - punti assegnati 1
- Tenuta e facilità di connessione con la siringa:
ottima – punti assegnati 4

Confezionamento Primario:

- Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili:



- ottima visibilità di misure, lotto e scadenza - punti assegnati 2
- Facilità della manovra di apertura:
ottima - punti assegnati 2

Confezionamento Secondario:

- identificazione corretta del prodotto:
ottima l'identificazione del prodotto - punti assegnati 1
- facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo):
ottima in relazione a dimensioni e consistenza dell'imballo - punti assegnati 1

La Commissione, unanimemente, assegna il seguente punteggio complessivo: 34 punti

CAIR ITALIA--:

- Certificazione UNI EN 13485:
presente - punti assegnati 3

Funzionalità e maneggevolezza

- Ergonomicità dell'impugnatura:
ottima ergonomicità, tale da garantire una tecnica asettica – punti assegnati 4
- Cappuccio o sistema di protezione che riduca il rischio di contaminazione:
ottimo sistema, con cappuccio è incorporato allo spike, tale da non richiedere l'utilizzo di superfici di appoggio – punti assegnati 4
- Facilità di rimozione del coprispike:
ottima - punti assegnati 4
- Facilità di penetrazione dello spike:
molto buona - punti assegnati 4
- Facilità di svuotamento completo del flacone:
ottima - punti assegnati 5
- Idonea compensazione dell'aria:
ottima - punti assegnati 5
- Tenuta e facilità di connessione con la siringa:
ottima – punti assegnati 4

Confezionamento Primario:

- Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili:
ottima visibilità di misure, lotto e scadenza - punti assegnati 2
- Facilità della manovra di apertura:
ottima - punti assegnati 2

Confezionamento Secondario:


- identificazione corretta del prodotto:
assente - punti assegnati 0
- facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo):
confezione ingombrante in relazione al suo contenuto - punti assegnati 0,5

La Commissione, unanimemente, assegna il seguente punteggio complessivo: 37,5 punti

COVIDIEN ITALIA --:

Viene rilevato, in sede di prova pratica, che il dispositivo offerto non è munito di perforatore/spike, diversamente da quanto prescritto nel capitolato tecnico di gara.

La Commissione, unanimemente, per le motivazioni di cui sopra, dichiara non conforme alle caratteristiche tecniche previste il prodotto offerto dalla Ditta COVIDIEN, che pertanto viene esclusa dal prosieguo della gara per il LOTTO N. 22.



MULTIMEDICAL –: preliminarmente alla valutazione qualitativa del prodotto, la Commissione scioglie la riserva in ordine alla conformità del prodotto offerto, riscontrando che la misura del filtro rispetta le misure prescritte nel Capitolato Tecnico.

- Certificazione UNI EN 13485:
presente - punti assegnati 3

Funzionalità e maneggevolezza

- Ergonomicità dell'impugnatura:
sufficientemente ergonomica – punti assegnati 2
- Cappuccio o sistema di protezione che riduca il rischio di contaminazione:
adeguato il sistema, anche se il cappuccio non è incorporato allo spike – punti assegnati 2
- Facilità di rimozione del coprispike:
ottima - punti assegnati 4
- Facilità di penetrazione dello spike:
scarsa - punti assegnati 1
- Facilità di svuotamento completo del flacone:
scarsa - punti assegnati 1
- Idonea compensazione dell'aria:
ottima – punti assegnati 5
- Tenuta e facilità di connessione con la siringa:
ottima – punti assegnati 4

Confezionamento Primario:

- Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili:
ottima visibilità di misure, lotto e scadenza - punti assegnati 2
- Facilità della manovra di apertura:
ottima - punti assegnati 2

Confezionamento Secondario:

- identificazione corretta del prodotto:
assente e pertanto non valutabile - punti assegnati 0
- facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo):
assente il confezionamento secondario - punti assegnati 0

La Commissione, unanimemente, assegna il seguente punteggio complessivo: 26 punti

LOTTO N. 23 - DISPOSITIVO MULTIPRELIEVO PER ANTIBLASTICI

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

VERSAN & DAFNE M.D. S.R.L. DAFNE – -:

- Certificazione UNI EN 13485 per i prodotti oggetto del lotto:
presente – punti assegnati 3

Funzionalità e maneggevolezza

- Ergonomicità della impugnatura:
ottima - punti assegnati 4
- cappuccio o sistema di protezione che riduca il rischio di contaminazione:
presente il sistema di protezione ma il coprispike non copre completamente lo spike, con conseguente rischio di inquinamento – punti assegnati 2

AS 20 [signature] [signature] [signature]

- facilità di rimozione del coprispike:
ottima – punti assegnati 3
- facilità di penetrazione dello spike:
ottima – punti assegnati 5
- capacità di svuotamento completo del flacone:
ottima – punti assegnati 5
- idonea compensazione dell'aria:
ottima – punti assegnati 5
- tenuta e facilità della connessione con la siringa
ottima – punti assegnati 5

Confezionamento Primario:

- lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili:
ottima visibilità di lotto e scadenza – punti assegnati 2
- facilità della manovra di apertura:
ottima – punti assegnati 2

Confezionamento Secondario:

- identificazione corretta del prodotto :
ottima – punti assegnati 1
- facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo):
ottima – punti assegnati 1

La Commissione, unanimemente, assegna il seguente punteggio complessivo: 38 punti

FERRARI L. DI FERRARI PIETRO s.r.l – -: preliminarmente alla valutazione qualitativa del prodotto, la Commissione scioglie la riserva in ordine alla conformità del prodotto offerto, riscontrando che la misura del filtro è conforme alle prescrizioni del Capitolato Tecnico.


- Certificazione UNI EN 13485 per i prodotti oggetto del lotto:
presente – punti assegnati 3

Funzionalità e maneggevolezza

- Ergonomia della impugnatura:
impugnatura poco ergonomica - punti assegnati 1
- cappuccio o sistema di protezione che riduca il rischio di contaminazione:
presente la valvola needle free – punti assegnati 4
- facilità di rimozione del coprispike:
ottima – punti assegnati 3
- facilità di penetrazione dello spike:
scarsa – punti assegnati 2
- capacità di svuotamento completo del flacone:
gravemente insufficiente – punti assegnati 1
- idonea compensazione dell'aria:
insufficiente – punti assegnati 2
- tenuta e facilità della connessione con la siringa
scarsa – punti assegnati 2

Confezionamento Primario:

- lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili:
ottima visibilità di lotto e scadenza – punti assegnati 2
- facilità della manovra di apertura:
ottima – punti assegnati 2



Confezionamento Secondario:

- identificazione corretta del prodotto:
assente e pertanto non valutabile - punti assegnati 0
- facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo):
assente il confezionamento secondario - punti assegnati 0

La Commissione, unanimemente, assegna il seguente punteggio complessivo: 22 punti.

La Commissione prende atto altresì che la ditta FERRARI. L., avendo raggiunto un punteggio qualitativo complessivo inferiore alla soglia minima di 24 punti, viene esclusa dal prosieguo della gara per il lotto n. 23.

CARE FUSION 311 – -:

- Certificazione UNI EN 13485 per i prodotti oggetto del lotto:
presente – punti assegnati 3

Funzionalità e maneggevolezza

- Ergonomia della impugnatura:
ottima - punti assegnati 4
- cappuccio o sistema di protezione che riduca il rischio di contaminazione:
presente la valvola needle free – punti assegnati 4
- facilità di rimozione del coprispike:
ottima – punti assegnati 3
- facilità di penetrazione dello spike:
ottima – punti assegnati 5
- capacità di svuotamento completo del flacone:
ottima – punti assegnati 5
- idonea compensazione dell'aria:
ottima – punti assegnati 5
- tenuta e facilità della connessione con la siringa
ottima – punti assegnati 5

Confezionamento Primario:

- lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili:
ottima visibilità di lotto e scadenza – punti assegnati 2
- facilità della manovra di apertura:
ottima – punti assegnati 2

Confezionamento Secondario:

- identificazione corretta del prodotto :
ottima – punti assegnati 1
- facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo):
ottima – punti assegnati 1

La Commissione, unanimemente, assegna il seguente punteggio complessivo: 40 punti

BTC MEDICAL EUROPE – -: preliminarmente alla valutazione qualitativa del prodotto, la Commissione scioglie la riserva in ordine alla conformità del prodotto offerto, riscontrando che la misura del filtro è conforme alle prescrizioni del Capitolato Tecnico.

- Certificazione UNI EN 13485 per i prodotti oggetto del lotto:
presente – punti assegnati 3

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left, a smaller one in the center, and several others on the right, some with arrows pointing to specific parts of the document.

Funzionalità e maneggevolezza

- Ergonomia della impugnatura:
ottima - punti assegnati 4
- cappuccio o sistema di protezione che riduca il rischio di contaminazione:
presenti tappo e valvola needle free – punti assegnati 4
- facilità di rimozione del coprispike:
ottima – punti assegnati 3
- facilità di penetrazione dello spike:
ottima – punti assegnati 5
- capacità di svuotamento completo del flacone:
gravemente insufficiente – punti assegnati 1
- idonea compensazione dell'aria:
buona – punti assegnati 3
- tenuta e facilità della connessione con la siringa
buona – punti assegnati 3

Confezionamento Primario:

- lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili:
ottima visibilità di lotto e scadenza – punti assegnati 2
- facilità della manovra di apertura:
sufficiente, in quanto la confezione primaria è ingombrante e si rompe facilmente, all'atto della manovra di apertura - punti assegnati 1

Confezionamento Secondario:

- identificazione corretta del prodotto:
ottima - punti assegnati 1
- facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo):
confezionamento secondario estremamente ingombrante in relazione al suo contenuto - punti assegnati 0

La Commissione, unanimemente, assegna il seguente punteggio complessivo: 30 punti

CODAN – -:


- Certificazione UNI EN 13485 per i prodotti oggetto del lotto:
presente – punti assegnati 3

Funzionalità e maneggevolezza

- Ergonomia della impugnatura:
ottima - punti assegnati 4
- cappuccio o sistema di protezione che riduca il rischio di contaminazione:
presente la valvola needle free – punti assegnati 4
- facilità di rimozione del coprispike:
ottima – punti assegnati 3
- facilità di penetrazione dello spike:
molto scarsa – punti assegnati 1
- capacità di svuotamento completo del flacone:
insufficiente – punti assegnati 2
- idonea compensazione dell'aria:
insufficiente – punti assegnati 2
- tenuta e facilità della connessione con la siringa
scarsa – punti assegnati 2

Confezionamento Primario:

- lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili:

Handwritten signatures and initials of the commission members, including a large 'AP' on the left and several other signatures in the center and right. A small number '23' is visible between two signatures.

- ottima visibilità di lotto e scadenza – punti assegnati 2
- facilità della manovra di apertura:
ottima - punti assegnati 2

Confezionamento Secondario:

- identificazione corretta del prodotto:
ottima - punti assegnati 1
- facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo):
ottima - punti assegnati 1

La Commissione, unanimemente, assegna il seguente punteggio complessivo: 27 punti

CAIR ITALIA- -:

- Certificazione UNI EN 13485 per i prodotti oggetto del lotto:
presente – punti assegnati 3

Funzionalità e maneggevolezza

- Ergonomia della impugnatura:
ottima - punti assegnati 4
- cappuccio o sistema di protezione che riduca il rischio di contaminazione:
presente solo il tappo – punti assegnati 2
- facilità di rimozione del coprispike:
ottima – punti assegnati 3
- facilità di penetrazione dello spike:
scarsa – punti assegnati 2
- capacità di svuotamento completo del flacone:
gravemente insufficiente – punti assegnati 1
- idonea compensazione dell'aria:
gravemente insufficiente – punti assegnati 1
- tenuta e facilità della connessione con la siringa
scarsa – punti assegnati 2

Confezionamento Primario:

- lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili:
ottima visibilità di lotto e scadenza – punti assegnati 2
- facilità della manovra di apertura:
sufficiente, in quanto la confezione primaria è ingombrante e si rompe facilmente, all'atto della manovra di apertura - punti assegnati 1

Confezionamento Secondario:

- identificazione corretta del prodotto:
ottima - punti assegnati 1
- facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo):
confezionamento secondario estremamente ingombrante in relazione al suo contenuto - punti assegnati 0

La Commissione, unanimemente, assegna il seguente punteggio complessivo: 22 punti

La Commissione prende atto altresì che la ditta CAIR, avendo raggiunto un punteggio qualitativo complessivo inferiore alla soglia minima di 24 punti, viene esclusa dal prosieguo della gara per il lotto n. 23.

24

MULTIMEDICAL

- Certificazione UNI EN 13485 per i prodotti oggetto del lotto:
presente – punti assegnati 3

Funzionalità e maneggevolezza

- Ergonomicità della impugnatura:
ottima - punti assegnati 4
- cappuccio o sistema di protezione che riduca il rischio di contaminazione:
presenza del tappo e di valvola needle free – punti assegnati 4
- facilità di rimozione del coprispike:
ottima – punti assegnati 3
- facilità di penetrazione dello spike:
molto scarsa – punti assegnati 1
- capacità di svuotamento completo del flacone:
gravemente insufficiente – punti assegnati 1
- idonea compensazione dell'aria:
gravemente insufficiente – punti assegnati 1
- tenuta e facilità della connessione con la siringa
scarsa – punti assegnati 2

Confezionamento Primario:

- lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili:
ottima visibilità di lotto e scadenza – punti assegnati 2
- facilità della manovra di apertura:
ottima - punti assegnati 2

Confezionamento Secondario:

- identificazione corretta del prodotto:
assente e pertanto non valutabile - punti assegnati 0
- facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo):
assente il confezionamento secondario - punti assegnati 0

La Commissione, unanimemente, assegna il seguente punteggio complessivo: 23 punti

La Commissione prende atto altresì che la ditta MULTIMEDICAL, avendo raggiunto un punteggio qualitativo complessivo inferiore alla soglia minima di 24 punti, viene esclusa dal prosieguo della gara per il lotto n. 23.

Alle ore 14,10 il Presidente dichiara chiusa la seduta e, sentiti i presenti, aggiorna i lavori al giorno 24/03/2015 alle ore 9,30 presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, Passaggio L. Gaudenzio 1 – Padova per il riepilogo delle valutazioni effettuate sui prodotti offerti, LOTTO per LOTTO.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE: Dott.ssa Daniela Barzan

I COMPONENTI: Sig.ra Paola Battanolli

Sig.ra Bertilla Ranzato

Sig. Franco Martinello

Sig. Nicola Galtarossa

IL SEGRETARIO: Dott.ssa Roberta Padovan

Handwritten signatures of the commission members and secretary, each on a horizontal line. From top to bottom: Daniela Barzan, Paola Battanolli, Bertilla Ranzato, Franco Martinello, Nicola Galtarossa, and Roberta Padovan.

