

PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE PER I FABBISOGNI DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO

**VERBALE DEL 9/12/2015
SESTA SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Il giorno 9 del mese di dicembre dell'anno 2015, alle ore 9,30 presso il Magazzino Economico dell'AO di Padova, sito in Viale della Navigazione Interna, 38, Padova, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata di valutare le offerte presentate dai concorrenti ammessi alla gara d'appalto, mediante procedura aperta, per la stipula di una convenzione quadro per la fornitura di materiale per anestesia e rianimazione, indetta con Decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 54 del 29/05/2015.

La Commissione, nominata con Decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 75 del 8/09/2015 così come modificata con Decreto n. 83 del 6/10/2015, risulta così composta:

Presidente: dott. Leonardo Gottin - Anestesia e Rianimazione Az. Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona

Commissari:

- dott. Paolo Zanatta - Dirigente Medico del Servizio di Anestesia e Terapia Intensiva dell'Azienda Ulss n. 9 Treviso
- dott.ssa Roberta Foffano - Dirigente Farmacista del Servizio di Farmacia dell'Azienda Ulss n. 12 Veneziana
- dott.ssa Giovanna Pilotto - Dirigente Farmacista del Servizio di Farmacia dell'Azienda Ulss n. 4 Alto Vicentino
- dott. Valter Favero - Coordinatore infermieristico della Cardiocirurgia T.I.P.O. A.O. Padova

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

La Commissione prosegue con la visione della campionatura presentata dalle Ditte per ogni singolo Lotto, al fine della verifica dei requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara e della valutazione della qualità dei prodotti offerti.

La Commissione, sulla scorta della valutazione della documentazione presentata e dei campioni forniti, formula i giudizi qualitativi riportati nelle tabelle allegate al presente Verbale relativamente ai lotti n. 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43.

La Commissione, sulla scorta della documentazione tecnica nonché della campionatura fornita, ritiene di dover escludere le ditte di seguito indicate per mancata conformità dei prodotti offerti ai requisiti minimi prescritti dal Capitolato di gara:

LOTTO 35

Ditta WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L.

Prodotto offerto: *sub a) Unità respiratoria manuale per adulti con carica laterale dei gas (pallone 2 lt) Cod. prodotto: 309/6612 Sub b) Unità respiratoria manuale pediatrica con carica laterale dei gas (pallone 1 lt) Cod. prodotto: 309S14219 Sub c) Unità respiratoria manuale neonatale con carica laterale dei gas (pallone 1/2 lt) Cod. prodotto: 309S/6351*

Motivo esclusione: Il dispositivo offerto non presenta nella misura pediatrica sub b) la valvola di sovrappressione, richiesta dal capitolato di gara; la ditta viene esclusa dalla gara per assenza di una caratteristica essenziale richiesta dal capitolato tecnico.



LOTTO 37

Ditta BENEFIS S.R.L. Prodotto offerto: *Palloni rianimatori, poliuso, (neonatale)* Cod. prodotto: 6731

Motivo esclusione: Il dispositivo offerto presenta una valvola di sicurezza (o di sovrappressione) tarata alla pressione massima max 40 cm cm/H2O, in difformità a quanto richiesto dal capitolato tecnico che richiede il livello di 35 cm/H2O. La ditta viene esclusa dalla gara per assenza di una caratteristica essenziale richiesta dal capitolato tecnico.

Ditta MEDISIZE ITALIA S.R.L. Prodotto offerto: *Resuscitatore manuale autogonfiabile riutilizzabile neonatale* Cod. prodotto: HSI6735.

Motivo esclusione: Il dispositivo offerto presenta una valvola di sicurezza (o di sovrappressione) tarata alla pressione massima max 40 cm cm/H2O, in difformità a quanto richiesto dal capitolato tecnico che richiede il livello di 35 cm/H2O. La ditta viene esclusa dalla gara per assenza di una caratteristica essenziale richiesta dal capitolato tecnico.

Ditta HAROL S.R.L.

Prodotto offerto: *Pallone rianimatore riutilizzabile neonatale* Cod. prodotto: 60346

Motivo esclusione: Il dispositivo offerto risulta risterilizzabile per 10 cicli (il capitolato richiede almeno 50 cicli). Il dispositivo offerto presenta una valvola di sicurezza (o di sovrappressione) tarata alla pressione massima max 40 cm cm/H2O, in difformità a quanto richiesto dal capitolato tecnico che richiede il livello di 35 cm/H2O. La ditta viene esclusa dalla gara per assenza di una caratteristica essenziale richiesta dal capitolato tecnico.

Ditta AMBU S.R.L.

Prodotto offerto: *Pallone rianimatore neonatale completo di reseervoir e valvola* Cod. prodotto: A288201000

Motivo esclusione: Il dispositivo offerto presenta una valvola di sicurezza (o di sovrappressione) tarata alla pressione massima max 40 cm cm/H2O, in difformità a quanto richiesto dal capitolato tecnico che richiede il livello di 35 cm/H2O. La ditta viene esclusa dalla gara per assenza di una caratteristica essenziale richiesta dal capitolato tecnico.

LOTTO 38

Ditta DEAS S.R.L.

Prodotto offerto: *Deaflux FILTRO ANTIBATTERICO ANTIVIRALE HME STERILE* Cod. prodotto: HMEF8

Motivo esclusione: dalla documentazione non si rileva che il prodotto offerto possieda la capacità autoumidificante richiesta dal capitolato (superiore a 30 mg/l). La ditta viene esclusa dalla gara per assenza di caratteristiche essenziali richieste dal capitolato tecnico.

Ditta AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.P.A.

Prodotto offerto: *Filtro elettrostatico antibatterico virale sterile* Cod. prodotto: 4222/701 BSSA


Motivo esclusione: dalla documentazione non si rileva che il prodotto offerto possieda la capacità autoumidificante richiesta dal capitolato (superiore a 30 mg/l). La ditta viene esclusa dalla gara per assenza di una caratteristica essenziale richiesta dal capitolato tecnico.

LOTTO 39

Ditta TELEFLEX MEDICAL S.R.L.

Prodotto offerto: *Filter Pedi - filtro antibatterico* Cod. prodotto: 12011

Motivo esclusione: Il filtro offerto viene indicato in scheda tecnica per uso neonatale: i volumi correnti indicati non permettono l'uso in tutta la popolazione pediatrica (il capitolato tecnico richiede un Filtro antibatterico e antivirale per anestesia pediatrica). La ditta viene esclusa dalla gara per assenza di una caratteristica essenziale richiesta dal capitolato tecnico.



Ditta MEDISIZE ITALIA S.R.L. Prodotto offerto: *Filtro HME Hygrovent-S con inserto autoumidificante adulto/pediatrico* Cod. prodotto: 300200000

Motivo esclusione: Il filtro offerto presenta un range di volume corrente superiore ai 150ml (il capitolato di gara richiede un range di volume corrente minimo inferiore o uguale a 100 ml). La ditta viene esclusa dalla gara per assenza di una caratteristica essenziale richiesta dal capitolato tecnico.

LOTTO 41

Ditta MEDISIZE ITALIA S.R.L.

Prodotto offerto: *Filtro antibatterico/antivirale barr-vent S per anestesia e rianimazione* Cod. prodotto: 300400000

Motivo esclusione: la filtrazione del dispositivo offerto è elettrostatica e non meccanica come richiesto dal capitolato. La ditta viene esclusa dalla gara per assenza di una caratteristica essenziale richiesta dal capitolato tecnico.

LOTTO 42

Ditta CAREFUSION ITALY 311 S.R.L. UNIP.

Prodotto offerto: *EDITH TRACH NASO ARTIFICIALE* Cod. prodotto: 557005000

Motivo esclusione: la presa per l'ossigeno non risulta raccordabile al connettore conico della prolunga per ossigeno. La ditta viene esclusa dalla gara per assenza di una caratteristica essenziale richiesta dal capitolato tecnico.

Ditta FERMED S.r.l.

Prodotto offerto: *PRIMEDIAIR V02* Cod. prodotto: 21063

Motivo esclusione: non conforme al capitolato per quanto riguarda il grado di umidificazione (richiesta non inferiore a 24mg dal capitolato). La ditta viene esclusa dalla gara per assenza di una caratteristica essenziale richiesta dal capitolato tecnico.

Ditta MEDIVAL MEDICA VALEGGIA S.P.A.

Prodotto offerto: *Breathe-easy con valvola umidificatore HME per pazienti in respiro spontaneo* Cod. prodotto: 23010629808

Motivo esclusione: la presa per l'ossigeno non risulta raccordabile al connettore conico della prolunga per ossigeno. La ditta viene esclusa dalla gara per assenza di una caratteristica essenziale richiesta dal capitolato tecnico.

LOTTO 43

Ditta DIEMME DISPOSITIVI MEDICI S.R.L.

Prodotto offerto: *Catetere con aspirazione con attacco Standard* Cod. prodotto: SC10xx/53/DE

Motivo esclusione: non presenta in tutte le misure proposte due fori laterali: il capitolato richiede che la cannula sia provvista di almeno due fori laterali. La ditta viene esclusa dalla gara per assenza di una caratteristica essenziale richiesta dal capitolato tecnico.

Nell'impossibilità di terminare la valutazione della conformità dei prodotti offerti dalle ditte ai requisiti prescritti dal Capitolato Tecnico, nonché di concludere i lavori di valutazione qualitativa degli stessi, alle ore 17.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta e, sentiti i presenti, aggiorna i lavori alle ore 9,00 del giorno 14/01/2016, presso il Magazzino Economale dell'AO di Padova, sito in Viale della Navigazione Interna, 38, Padova.

Il Presidente della Commissione conserva la campionatura presso la sede del Magazzino Economale della AO di Padova, situato in V.le Navigazione Interna n. 38 – Padova.

Letto, approvato e sottoscritto.

Presidente:



dott. Leonardo Götting

Componenti:

- dott. Paolo Zanatta

- dott.ssa Roberta Foffano

- dott.ssa Giovanna Pilotto

- dott. Valter Favero

Leonardo Götting
Paolo Zanatta
Roberta Foffano
Giovanna Pilotto
Valter Favero

**Lotto 29 MASCHERA MONOUSO ADULTI PER OSSIGENOTERAPIA AD ALTA
CONCENTRAZIONE**

Maschera monouso per ossigenoterapia, misura adulti, completa di reservoir e valvola no-rebreathing, sistema di fissaggio e tubo antischacciamento di lunghezza minima cm. 180, in confezione singola.
E' ammesso, per questo lotto, un sistema di fissaggio anche non "latex free".

Criteri di valutazione	Punteggio Max attribuibile
Tenuta e sicurezza delle connessioni	5
Tipologia e funzionalità delle valvole	10
Comfort anatomico	10
Funzionalità, praticità di utilizzo	10
Confezionamento ed etichettatura	5
Totale punteggio qualità	40

INTERSURGICAL S.p.A. EcoLite maschera ossigeno ad alta concentrazione adulti Cod. prodotto: 1181015	PUNTI	BENEFIS S.r.l. Maschera per ossigenoterapia ad alta concentrazione (adulti) Cod. prodotto: T1085	PUNTI	CLINI-LAB S.r.l. maschere per ossigeno -unomedical Cod. Prodotto: 9108MM	PUNTI	TELEFLEX MEDICAL SRL Maschera non-rebreathing per ossigeno Cod. prodotto: 1059P	PUNTI
Connessioni di adeguata tenuta e sicurezza	5	Connessioni di adeguata tenuta e sicurezza	5	Connessioni di scarsa qualità	2	Connessioni di scarsa qualità	2
Buona tipologia e funzionalità	8	Le valvole si rimuovono con estrema facilità.	3	Le valvole si rimuovono con estrema facilità.	3	Le valvole si rimuovono con estrema facilità.	3
Bordo morbido per miglior comfort del paziente, elastico sopra auricolare, profilo precurvato. La conformazione del dispositivo lo rende poco adattabile nelle misure più grandi.	8	Bordo morbido e smussato, elastico sopra auricolare, profilo precurvato. Buona sagomatura ed adattabilità	10	Bordo morbido e smussato, elastico sopra auricolare, profilo precurvato. L'adattabilità non è adeguata a tutti i tipi di paziente.	5	Bordo morbido e smussato, elastico sopra auricolare, profilo precurvato. L'adattabilità non è adeguata a tutti i tipi di paziente.	5
Buona funzionalità e praticità d'uso.	8	Discreta funzionalità: presenta barre stringinaso in alluminio che necessitano modellamento	7	Discreta funzionalità: presenta barre stringinaso in alluminio che necessitano modellamento	7	Discreta funzionalità: presenta barre stringinaso in alluminio che necessitano modellamento	7
adeguato confezionamento ed etichettatura	5	adeguato confezionamento ed etichettatura	5	adeguato confezionamento ed etichettatura	5	adeguato confezionamento ed etichettatura	5
Totale punteggio qualità	34		30		22		22

Non sono ammesse alla riparametrazione del punteggio qualitativo né alla fase di valutazione delle offerte economiche le offerte delle Ditte che hanno ottenuto un punteggio qualitativo inferiore a complessivi 24 punti, sui 40 punti massimi previsti

Handwritten signatures and initials:




Lotto 30 MASCHERA PER OSSIGENOTERAPIA A TENDA

Maschera monouso a tenda per ossigenoterapia/nebulizzazione, completa di adattatore per tubo corrugato da mm. 22 M e sistema di fissaggio, in confezione singola. E' ammesso, per questo lotto, un sistema di fissaggio anche non "latex free".

Criteria di valutazione	Punteggio Max attribuibile
Tenuta e sicurezza delle connessioni	10
Ingombro	10
Funzionalità, praticità di utilizzo	15
Confezionamento ed etichettatura	5
Totale punteggio qualità	40

BENEFIS S.r.l. Maschera a tenda Cod. prodotto B30182	PUNTI	CLINI-LAB S.r.l. Maschere a tenda Unomedical Cod. prodotto: 110MM	PUNTI
Sufficiente tenuta della connessioni	6	Sufficiente tenuta della connessioni	6
Maschera di notevoli dimensioni	5	Ottimali dimensioni	10
Conformazione della maschera poco anatomica, sistema di fissaggio scadente (scarsa tenuta e facile rottura)	6	Conformazione della maschera anatomica con buon sistema di fissaggio	13
adeguato confezionamento ed etichettatura	5	adeguato confezionamento ed etichettatura	5
	22		34

Non sono ammesse alla riparametrazione del punteggio qualitativo né alla fase di valutazione delle offerte economiche le offerte delle Ditte che hanno ottenuto un punteggio qualitativo inferiore a complessivi 24 punti, sui 40 punti massimi previsti

Handwritten signatures and initials: a large signature, a circled 'P', and other initials.

Lotto 32 CANNULA NASALE PER OSSIGENOTERAPIA (OCCHIALINI) ADULTI

Cannula nasale ad occhiale per ossigenoterapia, in materiale plastico, con tubo di connessione antischiacciamento di lunghezza minima cm. 180, adatta per gli adulti, in confezione singola.

Criteria di valutazione	Punteggio Max attribuibile
Tenuta e sicurezza delle connessioni	10
Morbidezza / adattabilità degli inserti nasali	10
Funzionalità, praticità di utilizzo	15
Confezionamento ed etichettatura	5
Totale punteggio qualità	40

BENEFIS S.r.l. Occhiali per ossigenoterapia adulti Cod. prodotto: T1012	PUNTI	CLINI-LAB S.r.l. Cannule nasali per ossigeno - unomedical Cod. prodotto: 312MM	PUNTI	INTERSURGICAL S.p.A. Cannule nasali Cod. prodotto: 1161000	PUNTI
Adeguate	10	Adeguate	10	Adeguate	10
Conformazione anatomica degli inserti nasali (lievemente ricurva) risulta ottimale. Inserti morbidi	10	La conformazione anatomica degli inserti nasali (retta) risulta sufficiente. Inserti non particolarmente morbidi.	3	La conformazione anatomica degli inserti nasali (retta) risulta sufficiente. Inserti morbidi	6
Sistema di regolazione di facile reperimento e di ottima funzionalità. Sistema di bloccaggio di ridotto ingombro e buona funzionalità. La conformazione globale del sistema risulta ottimale per l'utilizzo previsto.	15	Sistema di regolazione di sufficiente qualità. Sistema di bloccaggio di ridotto ingombro e di sufficiente funzionalità. La conformazione globale del sistema risulta sufficiente per l'utilizzo previsto.	8	Sistema di regolazione di sufficiente qualità. Sistema di bloccaggio di ridotto ingombro e di sufficiente funzionalità. La conformazione globale del sistema risulta sufficiente per l'utilizzo previsto.	8
adeguato confezionamento ed etichettatura	5	adeguato confezionamento ed etichettatura	5	adeguato confezionamento ed etichettatura	5
	40		26		29

Handwritten signatures and initials:

ep

AP

Handwritten initials and a circular stamp.

Lotto 33 TUBO DI CONNESSIONE PER OSSIGENOTERAPIA (PROLUNGA)

Tubo di connessione antischiacciamento per ossigenoterapia, in materiale plastico, connettori conici doppia femmina, in confezione singola, lunghezza minima cm. 180.

Criteri di valutazione	Punteggio Max attribuibile
Tenuta e sicurezza delle connessioni	20
Funzionalità, praticità di utilizzo	15
Confezionamento ed etichettatura	5
Totale punteggio qualità	40

BENEFIS S.r.l. Tubo per ossigenoterapia Cod. Prodotto: T1115	PUNTI	CLINI-LAB S.r.l. Tubo per ossigeno unomedical Cod. prodotto: 3402MM	PUNTI	INTERSURGICAL S.p.A. Tubo per ossigenoterapia Cod. prodotto: 1174000	PUNTI
Buona Tenuta e sicurezza delle connessioni	20	Buona Tenuta e sicurezza delle connessioni	20	Buona Tenuta e sicurezza delle connessioni	20
Buona funzionalità e praticità d'utilizzo. Lunghezza ottimale	12	Ottima funzionalità e praticità d'utilizzo: raccordabile anche con attacchi a vite. Lunghezza ottimale	15	Buona funzionalità e praticità d'utilizzo: lunghezza sufficiente	10
adeguato confezionamento ed etichettatura	5	adeguato confezionamento ed etichettatura	5	adeguato confezionamento ed etichettatura	5
	37		40		35

Handwritten signatures and initials: "ep", "HP", and a circled "P".

Lotto 34 MASCHERA PER AEROSOLTERAPIA

Kit per aerosolterapia adulti, composto da maschera e sistema di fissaggio, nebulizzatore, tubo antischacciamento per ossigeno di lunghezza minima cm. 180, in confezione singola.

Sub b) Pediatrica

Kit per aerosolterapia pediatrico, composto da maschera e sistema di fissaggio, nebulizzatore, tubo antischacciamento per ossigeno di lunghezza minima cm, 180, in confezione singola.

E' ammesso, per questo lotto, un sistema di fissaggio anche non "latex free".

Criteria di valutazione	Punteggio Max attribuibile
Tenuta e sicurezza delle connessioni	5
Performance di nebulizzazione	10
Buon funzionamento nelle varie posture del paziente	10
Comfort anatomico, funzionalità e praticità di utilizzo	10
Confezionamento ed etichettatura	5
Totale punteggio qualità	40

BENEFIS S.r.l. Sub a) Kit monouso per aerosolterapia adulti Cod. prodotto: T1805A Sub b) Kit monouso per aerosolterapia pediatrica Cod. prodotto: T1807	PUNTI	INTERSURGICAL S.p.A. Sub a) Kit maschera con nebulizzatore Cirrus II Cod. prodotto: 1453015 Sub b) Kit maschera con nebulizzatore Cirrus II Cod. prodotto: 1454015	PUNTI
Connessioni di adeguata tenuta e sicurezza	5	Connessioni di adeguata tenuta e sicurezza	5
Buona performance: inferiore a 5 micron per il 63%	8	Ottima performance: inferiore a 5 micron per il 77%	10
nebulizzatore utilizzabile anche con paziente sdraiato	10	mantiene elevata performance in diverse posizioni, ma perde di efficacia in posizione supina	8
SUB A-B) bordo morbido e smussato, elastico sopra auricolare, profilo precurvato, barra di alluminio per modellamento al profilo del paziente	10	SUB A-B) bordo morbido per miglior comfort del paziente, elastico sopra auricolare, profilo precurvato. La conformazione del dispositivo lo rende poco adattabile nelle misure più grandi.	8
adeguato confezionamento ed etichettatura	5	adeguato confezionamento ed etichettatura	5
	38		36

Handwritten signatures and initials, including "AP", "R", "F", and "H".

Lotto 35 UNITA' RESPIRATORIA MANUALE

Unità respiratoria manuale completa di pallone, valvola APL regolabile, tubo di lunghezza minima cm. 180, con raccordi per la connessione alla fonte di ossigeno e al ventilatore, in confezione singola, nelle seguenti misure e quantità:

Sub a) misura adulti, con pallone da 2000 ml

Sub b) misura pediatrica, con pallone da 1000 ml, completo di valvola di sovrappressione

Sub c) misura neonatale, con pallone da 500 ml, completo di valvola di sovrappressione

Criteria di valutazione	Punteggio Max attribuibile
Completezza degli accessori e dei raccordi	10
Praticità / efficienza della valvola APL di regolazione	10
Funzionalità e praticità di utilizzo	15
Confezionamento ed etichettatura	5
Totale punteggio qualità	40

INTERSURGICAL S.p.A. SUB A) Circuito Mapleson con valvola APL e tubo smoothbore - ADULTO Cod. prodotto: 21080055 SUB B) Circuito Mapleson con valvola APL e tubo smoothbore - PEDIATRICO Cod. prodotto: 21230055 SUB C) Circuito Mapleson con valvola APL e tubo smoothbore - PEDIATRICO Cod. prodotto: 21240055	PUNTI	TELEFLEX MEDICAL SRL SUB A) Unità respiratoria manuale attacco centrale, immissione dei gas freschi laterale, pallone latex free lt. 2 Cod. prodotto: 191565-201800 SUB B) Unità respiratoria manuale attacco centrale, immissione dei gas freschi laterale, pallone latex free lt. 1 Cod. prodotto: 191565-101800 SUB C) Unità respiratoria manuale attacco centrale, immissione dei gas freschi laterale, pallone latex free lt. 0,5 Cod. prodotto: 191565-051800	PUNTI	DEAS srl Sub a) Deaflux unità respiratoria manuale adulti 2 lt Cod. prodotto: SR02MC Sub b) Deaflux unità respiratoria manuale 1 lt Cod. prodotto: SR01MC40 Sub c) Deaflux unità respiratoria manuale 0,5 lt Cod. prodotto: SR05MC40	PUNTI
Sufficiente dotazione di accessori	6	Buona dotazione di accessori	8	Buona dotazione di accessori	8
Buona efficienza della valvola.	8	La valvola di sovrappressione, presente per tutte le misure richieste, è tarata a 60 cm h2o per tutte le misure richieste, raggiungendo un sufficiente grado di funzionalità.	5	Valvola di sovrappressione di limiti adeguati nelle misure pediatriche e neonatali, assente nell'adulto.	6
Il sistema è costituito da un insieme di numerose componenti facilmente sbraccordabili, che riduce la sicurezza del sistema durante il suo utilizzo. La valvola APL presenta importante componente metallica (acciaio) che ne limita l'utilizzo in RM.	3	Il sistema risulta di buona funzionalità e praticità ed è composto di un ridotto numero di componenti. La valvola APL non presenta al suo interno parti metalliche	13	Il sistema è costituito da componenti di scarsa qualità e che si deconnettono facilmente. La valvola APL presenta importante componente metallica che ne limita l'utilizzo in RM.	3
Ottimo confezionamento ed etichettatura	5	Ottimo confezionamento ed etichettatura	5	Ottimo confezionamento ed etichettatura	5
	22		31		22

Non sono ammesse alla riparametrazione del punteggio qualitativo né alla fase di valutazione delle offerte economiche le offerte delle Ditte che hanno ottenuto un punteggio qualitativo inferiore a complessivi 24 punti, sui 40 punti massimi previsti

Handwritten signatures and initials: a large signature, a circled 'P', 'eip', and another signature.

Lotto 37 SET DA RIANIMAZIONE RESPIRATORIA NEONATALE

Set da rianimazione con pallone autoespansibile in silicone (o materiale equivalente), risterilizzabile a vapore per almeno 50 cicli, completo di reservoir, valvola reservoir e valvola di sicurezza (o di sovrappressione), tarata alla pressione massima di 35 cm/H2O.

Criteria di valutazione	Punteggio Max attribuibile
Funzionalità del pallone (compressione, riespandibilità)	10
Tenuta delle valvole	5
Numero di sterilizzazioni consentite / consigliate (oltre la soglia minima)	5
Completezza degli accessori forniti nel kit	5
Funzionalità e praticità di utilizzo	10
Confezionamento ed etichettatura	5
Totale punteggio qualità	40

Laerdal Medical AS Pallone rianimatore pediatrico Cod. prodotto: 86005040	PUNTI
Ottima funzionalità	10
Buona tenuta	4
100 sterilizzazioni complessive	5
Buona completezza degli accessori	5
Buona funzionalità e praticità di utilizzo	8
Buono confezionamento ed etichettatura	4
	36



 Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.

**Lotto 38 FILTRO ANTIBATTERICO E ANTIVIRALE PER ANESTESIA
ADULTI STERILE**

Filtro antibatterico ed antivirale per anestesia adulti, con inserto autoumidificante con capacità superiore a 30 mg/l, BFE > 99,99%, VFE > 99,99%, connessioni standard, corredato di presa per capnometro Luer Lock, in confezione singola, sterile.

Criteri di valutazione	Punteggio Max attribuibile
Caratteristiche filtranti (tipologia e superficie filtrante)	7
Resistenza al flusso	8
Peso	8
Spazio morto (volume comprimibile) comprese le connessioni	7
Certificazioni e documentazione rilasciate da enti terzi, relative alla capacità antibatterica e virale	5
Confezionamento ed etichettatura	5
Totale punteggio qualità	40

FERMED S.r.l. BACTERIA & VIRUS FILTER Cod. prodotto: 21219	PUNTI	Medisize Filtro HME Hygrovent-S con inserto autoumidificante adulto/pediatrico Cod. prodotto: 300200000	PUNTI	WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.r.l. Filtro/HME Hygrobac S Cod. prodotto: 352/5877	PUNTI	INTERSURGICAL S.p.A. Filtro HME "Inter Therm" Cod. prodotto: 13410085	PUNTI	TELEFLEX MEDICAL SRL HUMID-VENT FILTER COMPACT - FILTRO ANTIBATTERICO VIRALE E hm Cod. prodotto: 19401	PUNTI
FILTRAZIONE ELETTROSTATICA non specifica se bidirezionale e non dichiara la superficie filtrante	0	FILTRAZIONE ELETTROSTATICA e meccanica superficie filtrante di 20cm2	6	FILTRAZIONE ELETTROSTATICA BIDIREZIONALE e superficie filtrante maggiore di 23 cm2	7	FILTRAZIONE ELETTROSTATICA BIDIREZIONALE superficie filtrante maggiore di 18,9 cm2	5	FILTRAZIONE ELETTROSTATICA non specifica se bidirezionale. Superficie filtrante 19.25cm2	5
1.42 cm/H2O a 30l	3	0,5 cm/H2O a 30l	8	1,2 cm/H2O a 30l	5	1,3 cm/H2O a 30l	4	1 cm/H2O a 30l	6
29 g	7	34 g	6	28 g	8	31 g	6	31 g	6
45 ml	6	51 ml	5	51 ml	5	57 ml	5	35 ml	7
Non sono presenti certificazioni da enti terzi	0	Presenti	5	Presenti	5	Presenti	5	Presenti	5
Buono confezionamento ed etichettatura	4	Ottimo confezionamento ed etichettatura	5	Ottimo confezionamento ed etichettatura	5	Ottimo confezionamento ed etichettatura	5	Ottimo confezionamento ed etichettatura	5
Totale	20		35		35		30		34

Non sono ammesse alla riparametrazione del punteggio qualitativo né alla fase di valutazione delle offerte economiche le offerte delle Ditte che hanno ottenuto un punteggio qualitativo inferiore a complessivi 24 punti, sui 40 punti massimi previsti

Handwritten signatures and initials:
 Top right: A stylized signature and a circled 'E'.
 Bottom right: 'eP' and 'H.R.' with a checkmark.

**Lotto 39 FILTRO ANTIBATTERICO E ANTIVIRALE PER ANESTESIA
PEDIATRICA STERILE**

Filtro antibatterico ed antivirale per anestesia pediatrica, con inserto autoumidificante con capacità superiore a 30 mg/l, range di volume corrente minimo inferiore o uguale a 100 ml, BFE > 99,99%, VFE > 99,99%, connessioni standard, corredato di presa per capnometro Luer Lock, in confezione singola, sterile.

Criteria di valutazione	Punteggio Max attribuibile
Caratteristiche filtranti (tipologia e superficie filtrante):	7
Resistenza al flusso	8
Peso	8
Spazio morto (volume comprimibile) comprese le connessioni	7
Certificazioni e documentazione rilasciate da enti terzi, relative alla capacità antibatterica e virale	5
Confezionamento ed etichettatura	5
Totale punteggio qualità	40

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.p.A. Filtro elettrostatico antibatterico virale sterile pediatrico Cod. prodotto: 9066/711 BSSA	PUNTI	WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.r.l. Filtro/HME Hygroboy Cod. prodotto: 355/5430	PUNTI	INTERSURGICAL S.p.A. Filtro HME pediatrico "Inter Therm" Cod. prodotto: 13310005	PUNTI
FILTRAZIONE ELETTROSTATICA: superficie filtrante: 10,75 cm ² ; range di volume corrente è 90-1500ml	0	FILTRAZIONE ELETTROSTATICA BIDIREZIONALE e superficie filtrante maggiore di 19cm ²	7	FILTRAZIONE ELETTROSTATICA BIDIREZIONALE : non indicata la superficie filtrante	1
1,2 cm/H2O a 15l	4	1,4 cm/H2O a 15l	2	0,92 cm/H2O a 15l	8
18 g	7	21 g	7	20 g	7
26 ml	6	29 ml	6	28 ml	6
Non presenti	0	Presenti	5	Presenti	5
Ottimo confezionamento ed etichettatura	5	Ottimo confezionamento ed etichettatura	5	Ottimo confezionamento ed etichettatura	5
22		32		32	

Non sono ammesse alla riparametrazione del punteggio qualitativo né alla fase di valutazione delle offerte economiche le offerte delle Ditte che hanno ottenuto un punteggio qualitativo inferiore a complessivi 24 punti, sui 40 punti massimi previsti

Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and several smaller initials.

Lotto 40 FILTRO ANTIBATTERICO E ANTIVIRALE PER RIANIMAZIONE ADULTI STERILE

Filtro antibatterico ed antivirale ad alta umidificazione (indicativamente non inferiore a 32 mg/l), per rianimazione adulti, BFE > 99,999%, VFE > 99,999%, connessioni standard, corredato di presa per capnometro Luer Lock, in confezione singola, sterile.

Criteria di valutazione	Punteggio Max attribuibile
Caratteristiche filtranti (tipologia e superficie filtrante):	6
Resistenza al flusso	5
Peso	5
Spazio morto (volume comprimibile) comprese le connessioni	5
Grado di umidificazione	9
Certificazioni e documentazione rilasciate da enti terzi, relative alla capacità antibatterica e virale	5
Confezionamento ed etichettatura	5
Totale punteggio qualità	40

Medisize Italia S.r.l. Filtro HME Hygrovent-S con inserto autoumidificante adulto/pediatrico Cod. prodotto: 300200000	PUNTI	WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.r.l. Filtro/HME Hygrobac S Cod. prodotto: 352/5877	PUNTI	INTERSURGICAL S.p.A. Filtro HME "Inter Therm" Cod. prodotto: 13410005	PUNTI	TELEFLEX MEDICAL SRL Humid-Vent Filter compact - filtro antibatterico Virale e HM Cod. prodotto: 19401	PUNTI	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.p.A. Filtro elettrostatico antibatterico virale HME sterile Cod. prodotto: 4333/711 BSSA	PUNTI
FILTRAZIONE ELETTROSTATICA e meccanica superficie filtrante di 20cm2	5	Filtrazione elettrostatica superficie filtrante di 23cm2	6	filtrazione elettrostatica bidirezionale; superficie filtrante di 18,9cm2	4	filtrazione elettrostatica; superficie filtrante di 19,25cm2	4	filtrazione elettrostatica; superficie filtrante di 24,10cm2	6
0,5 cm/H2O a 30l m	5	1,2 cm/H2O a 30l m	3	1,3cm/H2O a 30l m	2	1cm/H2O a 30l m	4	1 cm/H2O a 30l m	4
Sufficientemente adeguato	4	Sufficientemente adeguato	4	Sufficientemente adeguato	4	Sufficientemente adeguato	4	Sufficientemente adeguato	4
51 ml	4	51ml	4	58ml	3	35ml	5	55ML	3
32mg H2O/l (500 tv)	8	33mg H2O/l (500 tv)	9	32mg H2O/l (500 tv)	8	30,8mg H2O/l (600 tv) 30,0mg H2O/l (800 tv) 30,0mg H2O/l (1000 tv)	0	31 mg H2O/l (500 tv)	0
Presenti	5	Presenti	5	presenti	5	La ditta dichiara i laboratori terzi presso i quali sono stati eseguiti i test e la tipologia di microrganismi testati	2	La ditta dichiara unicamente i laboratori dove sono stati eseguiti test di efficienza filtrante	0
Ottimo confezionamento ed etichettatura	5	Ottimo confezionamento ed etichettatura	5	Ottimo confezionamento ed etichettatura	5	Ottimo confezionamento ed etichettatura	5	Ottimo confezionamento ed etichettatura	5
Totale	36	Totale	36	Totale	31	Totale	24	Totale	22

Non sono ammesse alla riparametrazione del punteggio qualitativo né alla fase di valutazione delle offerte economiche le offerte delle Ditte che hanno ottenuto un punteggio qualitativo inferiore a complessivi 24 punti, sui 40 punti massimi previsti

Handwritten signatures and initials:
 ep
 AH
 17
 (P)

Lotto 41 FILTRO ANTIBATTERICO E ANTIVIRALE A FILTRAZIONE MECCANICA

Filtro antibatterico ed antivirale a filtrazione meccanica, BFE > 99,999%, VFE > 99,999%, connessioni standard, corredato di presa Luer Lock, in confezione singola, sterile.

Criteri di valutazione	Punteggio Max attribuibile
Resistenza al flusso	12
Ingombro del filtro	11
Spazio morto (volume comprimibile) comprese le connessioni	7
Certificazioni e documentazione rilasciate da enti terzi, relative alla capacità antibatterica e virale	5
Confezionamento ed etichettatura	5
Totale punteggio qualità	40

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.p.A. Filtro antibatterico virale sterile a filtrazione meccanica Cod. prodotto: 4244/701 BSSA	PUNTI	WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.r.l. Filtro Sterivent Cod. prodotto: 351/5410	PUNTI	INTERSURGICAL S.p.A. Filtro HME "HYDRO-Guard Mini" Cod. prodotto: 17440005	PUNTI	TELEFLEX MEDICAL SRL Iso- Gard HEPA Light - Filtro antibatterico Virale HEPA Cod. prodotto: 28001	PUNTI	PALL CORPORATION - PALL ITALIA S.r.l. BB25S Cod. prodotto: BB25S	PUNTI
1,4cm/h2o a 30l m	4	0,8cm/h2o a 30l m	12	1,6cm/h2o a 30l m	3	2cm/h2o a 60l m	12	1,5cm/h2o a 30l m	3
sufficiente per l'uso previsto	7	sufficiente per l'uso previsto	7	sufficiente per l'uso previsto	7	sufficiente per l'uso previsto	7	sufficiente per l'uso previsto	7
55ml	6	92ml	3	63ml	5	80ml	4	35ml	7
Non presenti	0	presenti	5	Presenti	5	presenti	5	Non presentano certificazioni rilasciate dagli enti terzi	0
Ottimo confezionamento ed etichettatura	5	Ottimo confezionamento ed etichettatura	5	Ottimo confezionamento ed etichettatura	5	Ottimo confezionamento ed etichettatura	5	Ottimo confezionamento ed etichettatura	5
Totale	22	Totale	32	Totale	25	Totale	33	Totale	22

Non sono ammesse alla riparametrazione del punteggio qualitativo né alla fase di valutazione delle offerte economiche le offerte delle Ditte che hanno ottenuto un punteggio qualitativo inferiore a complessivi 24 punti, sui 40 punti massimi previsti

R *Ⓟ*
EP *HP*

Lotto 42 UMIDIFICATORE PER TRACHEOSTOMIA

Umidificatore per tracheostomia per pazienti adulti in respirazione spontanea (grado di umidificazione indicativamente non inferiore a 24 mg/l), completo di presa per l'ossigeno raccordabile a connettore conico della prolunga per ossigeno e di accesso protetto per bronco aspirazione.

Criteri di valutazione	Punteggio Max attribuibile	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.p.A.		WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.r.l.		INTERSURGICAL S.p.A.		TELEFLEX MEDICAL SRL		BIOPSYbell S.r.l.		GVS S.p.A.	
		Scambiatore di calore e umidità per tracheomizzati con adattatore O2-naso artificiale (HME) Tracheo-sterile Cod. prodotto: AL 080259	PUNTI	Naso artificiale DAR TRACHEOLIFE II Cod. prodotto: 353/19004	PUNTI	Hydro-Trach T Cod. prodotto: 1873000s	PUNTI	TRACH-VENT + Umidificatore per tracheostomia Cod. prodotto: 41311U	PUNTI	Easy Breath Cod. prodotto: BK008BN	PUNTI	umidificatore tracheostomico non sterile Cod. prodotto: 9500/01BRSA	PUNTI
Resistenza al flusso	5	0,7 cm H2o per 30l m	3	0,9 cm H2o per 30l m	3	0,5 cm H2o per 30l m	4	0,25 cm H2o per 30l m	5	0,28 cm H2o per 60l m	5	0,35 cm H2o per 30l m	4
Peso	5	sufficiente	3	sufficiente	3	sufficiente	3	sufficiente	3	sufficiente	3	sufficiente	3
Ingombro	5	sufficiente	3	sufficiente	3	sufficiente	3	sufficiente	3	sufficiente	3	sufficiente	3
Grado di umidificazione	5	28,5 mg H2O/l (500 tv)	3	27,1 mg H2O/l (500 tv)	2	26 mg H2O/l	2	28,8 mg H2O/l (500 tv)	3	29,6 mg H2O/l (500 tv)	5	27 mg H2O/l (500 tv)	2
Sistema per l'accesso alla broncoaspirazione	5	discreto	4	discreto	4	discreto	4	discreto	4	discreto	4	discreto	4
Funzionalità e praticità di utilizzo	10	La disposizione della struttura filtrante rispetto al raccordo con la cannula può potenzialmente creare ostruzione in caso di fuoriuscita di secrezioni dense o sangue	5	La disposizione della struttura filtrante rispetto al raccordo con la cannula può potenzialmente creare ostruzione in caso di fuoriuscita di secrezioni dense o sangue	5	il sistema di apertura dell'accesso per la broncoaspirazione risulta ad incastro e necessita di una certa trazione per l'apertura	5	Buona	10	Buona	10	Raccordo con il connettore conico della prolunga per ossigeno difficoltoso per la conformazione del raccordo	1
Confezionamento ed etichettatura	5	Ottimo confezionamento ed etichettatura	5	Ottimo confezionamento ed etichettatura	5	Ottimo confezionamento ed etichettatura	5	Ottimo confezionamento ed etichettatura	5	Ottimo confezionamento ed etichettatura	5	Ottimo confezionamento ed etichettatura	5
Totale punteggio qualità	40		26		25		26		33		35		22

Non sono ammesse alla riparametrazione del punteggio qualitativo né alla fase di valutazione delle offerte economiche le offerte delle Ditte che hanno ottenuto un punteggio qualitativo inferiore a complessivi 24 punti, sui 40 punti massimi previsti

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: A stylized signature.
 - Middle right: A signature starting with 'G'.
 - Bottom left: 'e.p'.
 - Bottom right: A signature starting with 'K'.

Lotto 43 SONDA PER ASPIRAZIONE TRACHEALE A PUNTA RETTA

Sonda per aspirazione endotracheale in materiale plastico trasparente, con codice colore; estremità distale diritta, atraumatica, aperta e provvista di almeno due fori laterali, raccordo conico al sistema di aspirazione, diametri da CH 8 a CH 16, in confezione singola, sterile.

Criteria di valutazione	Punteggio Max attribuibile	BENEFIS S.r.l. Suction catheter - Ideal Tip Cod. prodotto: 190 xxx 1	PUNTI	ID&CO S.r.l. Extu-flex 3000 catetere per aspirazione bronchiale "PERFECT" retto con due fori laterali. Cod. prodotto: 32000530xx	PUNTI	CLINI-LAB S.r.l. Sonda per aspirazione tracheobronchiale pharmaplast Cod. prodotto: 052xxx022	PUNTI	Securmed S.p.a. Sonda per aspirazione Securflow Vià Cod. prodotto: da 11214101002 a 11214101006	PUNTI	Promed S.r.l. Sonda per bronco aspirazione Bicakilar con raccordo tipo Sure Grip e punta arrotondata Cod. prodotto: COV-019514xx	PUNTI	TELEFLEX MEDICAL SRL Sondino per l'aspirazione tracheale in PVC "Medical Grade" trasparente Cod. prodotto: 1A0512xx	PUNTI
Tipologia / atraumaticità della punta	10	discretamente traumatico	5	discretamente traumatico	5	moderatamente traumatica	6	lievemente traumatica	7	discretamente traumatico	5	Punta smussa e completamente atraumatica	10
Lunghezza operativa, numero e caratteristiche dei fori distali	5	Sufficiente lunghezza operativa. Fori laterali di dimensioni insufficienti	1	Sufficiente lunghezza operativa. Fori laterali di dimensioni insufficienti	1	Sufficiente lunghezza operativa. Fori laterali di dimensioni adeguate di forma ovale posti in posizione sfasata, lievemente traumatici	2	Lunghezza appena sufficiente. Fori laterali di dimensioni adeguate di forma ovale posti in posizione sfasata	2	Sufficiente lunghezza operativa. Fori laterali di dimensioni insufficienti	1	Buona la lunghezza. Fori laterali di dimensioni adeguate di forma ovale posti in posizione sfasata	5
Sicurezza della connessione	10	sufficiente	6	scarsa qualità della connessione	4	sufficiente	6	sufficiente	6	sufficiente	6	Buona	8
Funzionalità, praticità di utilizzo	10	la disposizione di fori allineati ed in prossimità della punta limita la funzionalità	5	la disposizione di fori allineati ed in prossimità della punta limita la funzionalità	5	Discreta funzionalità di utilizzo	7	Discreta funzionalità di utilizzo	7	la disposizione di fori allineati ed in prossimità della punta limita la funzionalità	5	Buona funzionalità di utilizzo	8
Confezionamento ed etichettatura	5	Ottimo confezionamento ed etichettatura	5	Ottimo confezionamento ed etichettatura	5	Ottimo confezionamento ed etichettatura	5	Ottimo confezionamento ed etichettatura	5	Ottimo confezionamento ed etichettatura	5	Ottimo confezionamento ed etichettatura	5
Totale punteggio qualità	40		22		20		26		27		22		36

Non sono ammesse alla riparametrazione del punteggio qualitativo né alla fase di valutazione delle offerte economiche le offerte delle Ditte che hanno ottenuto un punteggio qualitativo inferiore a complessivi 24 punti, sui 40 punti massimi previsti

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: A stylized signature and the letter 'E'.
 - Bottom left: The initials 'ap'.
 - Bottom right: A large, stylized signature.